

Consultas Realizadas

Licitación 388466 - LPN 07/2021 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA FORTALECER Y AMPLIAR LA COBERTURA DE ESTUDIOS CARDIOVASCULARES

Consulta 1 - Plazo de reposición de bienes:

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 5 (cinco) días hábiles, después de recibir la notificación por escrito. La Contratante rechazará los bienes que no pasen las inspecciones. El proveedor tendrá que reemplazar dichos bienes o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con el servicio contratado, sin ningún costo para la Contratante.

Solicitamos a la convocante extender a 15 días hábiles, considerando el tiempo que conlleva el proceso de importación del bien a reemplazar.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 2 - Experiencia requerida:

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El PBC establece: Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en PROVISIÓN DE EQUIPOS/DISPOSITIVOS MÉDICOS, con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto ofertado en la presente licitación, "en cualquiera" de los siguientes años: 2018 - 2019 - 2020..

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia:

El PBC establece: Copias de Contratos ejecutados finalizados, y/o facturaciones que avalen la experiencia en provisión de Reactivos en los Ejercicios Fiscales de los años 2018 2019 - 2020.

Se solicita a la Convocante modificar lo requerido en el siguiente tenor: Copias de Contratos ejecutados finalizados, y/o facturaciones que avalen la experiencia en provisión de Dispositivos Médicos / Equipos Médicos "en cualquiera" de los siguientes años: 2018 - 2019 - 2020..

Pues este requisito, no corresponde a Reactivos y en cuanto a los años sea concordante lo solicitado como requisito de capacidad técnica y la documentación que la acredita.

RespuestaFecha de Respuesta30-09-2021AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-



Consulta 3 - Capacidad Técnica.

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica establecida en el PBC; Se solicita a la Convocante, requerir a los potenciales oferentes la presentación de los siguientes documentos amparados en la Ley 4659/12 - Resolución -SG- Nº 669/16:

Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSP y BS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos. Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor y Servicio de Mantenimiento de dispositivos médicos.

Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.

Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS . Lo solicitado obedece a dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 4 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica:

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El PBC en su punto 6. Establece: Listado de Personal Técnico, con documentación que acredite estar capacitado y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico a la marca de los equipos y/o dispositivos ofertados.

Para el ítem 8- Desfibrilador: Se solicita a la Convocante que el listado de técnicos no limite a certificaciones del fabricante considerando que se trata de un Equipo de Prestaciones Sencillas en cuanto a Servicios, y que esta puede ser realizada por Ingenieros Biomédicos.-

En ese sentido se sugiere a la Convocante que modifique el requisito en los siguientes términos: Listado de personal técnico para realizar servicios de los equipos y/o dispositivos ofertados para el ítem 8, que cuanto menos uno sea Ing. Biomédico o similar

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas:

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El pbc estabelce:

 Se deberá entregar 1 par de electrodos para adultos (De al menos cinco años de vida útil) y 1 par de electrodos pediátricos

Las recomendaciones técnicas de los parches distribuidos por nuestra empresa son de 2 años a fin de garantizar la efectividad del accesorio.

Se consulta si es viable reducir a 2 años la garantía de los parches (de manera que se otorgue mayor participación a oferentes) y/o si los accesorios podrían ser reemplazados (incluido en el presupuesto) posterior a los 2 años iniciales.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-



Consulta 6 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El PBC solicita:

"Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de al menos 3 niveles crecientes de energía."

En el caso de nuestro equipo, cuenta con dos modalidades principales de energías de descarga. Tanto para pacientes adultos como pediátricos.

Se consulta si lo requerido hace referencia a los señalado o bien se ruega aclaración de lo requerido.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 7 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El PBC solicita:

"Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 250 shoks continuos o alternados. (Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario)".

Se consulta si el equipo puede contar con capacidad de 180 shocks continuos. Cabe destacar que la batería puede ser reemplazable fácilmente y es provista por nuestra empresa (representante de la marca)

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 8 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El PBC solicita:

"Garantía de al menos 7 (siete) años desde la fecha de recepción definitiva de los equipos."

Se solicita que la garantía del equipo sea de 5 años, pues la standard de fábrica.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El PBC solicita:

" El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP"

Se consulta a qué se refiere con 3 modos de guiar al rescatista

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

3/28



Consulta 10 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El pbc establece: "Accesorios para Capacitación: DEA para training cantidad 5 (cinco), torsos para practica de maniobras de RCP cantidad 5 (cinco).

En carácter de accesorio se solicitan 5 equipos DEA de entrenamiento + 5 maniquíes de entrenamiento. "

Se consulta si se precisan 5 unidades de cada equipo por cada DEA de procedimiento, es decir, 50 equipos DEA de entrenamiento y 50 maniquíes (ya que se requieren 10 equipos DEA de procedimiento).

O bien 5 DEA de procedimiento y 5 equipos de entrenamiento (DEA trainee + maniquí) o debieran ser 10 equipos DEA de procedimiento + 10 DEA Trainee + 10 maniquíes.

Cabe destacar así mismo que el precio referencial señalado (PYG 18.175.000) no condice con los valores de mercado para el conjunto requerido considerando que los valores aproximados de mercado son:

DEA de procedimiento (x1): 2000 USD (PYG 14.000.000)

DEA Trainee + Maniquí de entrenamiento (x1 juego): 2000 USD (PYG 14.000.000)

Totalizando alrededor de PYG 28.000.000.

Si a su vez se requiere, por ejemplo:

1 DEA de procedimiento + 1 DEA Trainee + 1 Maniquí, la oferta individual superaría ampliamente el precio referencia y la diferencia podría ser aún mayor dependiendo de la aclaración requerida previamente.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 11 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El pbc establece: "Accesorios para Capacitación: DEA para training cantidad 5 (cinco), torsos para practica de maniobras de RCP cantidad 5 (cinco).

En carácter de accesorio se solicitan 5 equipos DEA de entrenamiento + 5 maniquíes de entrenamiento. "

Se consulta si se precisan 5 unidades de cada equipo por cada DEA de procedimiento, es decir, 50 equipos DEA de entrenamiento y 50 maniquíes (ya que se requieren 10 equipos DEA de procedimiento).

O bien 5 DEA de procedimiento y 5 equipos de entrenamiento (DEA trainee + maniquí) o debieran ser 10 equipos DEA de procedimiento + 10 DEA Trainee + 10 maniquíes.

Cabe destacar así mismo que el precio referencial señalado (PYG 18.175.000) no condice con los valores de mercado para el conjunto requerido considerando que los valores aproximados de mercado son:

DEA de procedimiento (x1): 2000 USD (PYG 14.000.000)

DEA Trainee + Maniquí de entrenamiento (x1 juego): 2000 USD (PYG 14.000.000)

Totalizando alrededor de PYG 28.000.000.

Si a su vez se requiere, por ejemplo:

1 DEA de procedimiento + 1 DEA Trainee + 1 Maniquí, la oferta individual superaría ampliamente el precio referencia y la diferencia podría ser aún mayor dependiendo de la aclaración requerida previamente.

RespuestaFecha de Respuesta

30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

04/11/25 16:57 4/28



Consulta 12 - Anticipo

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El PBC no establece el pago en concepto de Anticipo.

Considerando el alcance de esta Licitación y en atención a los costos de los equipos licitados, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 y de acuerdo a lo establecido en la Ley Art. 171 de la Ley de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio año 2021 N° 6672/2020.-

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 13 - Indicadores de Cumplimiento y Formas y Condiciones de Pago

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Se menciona en el PBC al Acta de Recepción Definitiva como documento de cumplimiento para la solicitud del pago. Solicitamos a la convocante establecer quienes son los responsables de la emisión y suscripción del Acta de Recepción Definitiva, además solicitamos que dicho documento sea emitido al momento de la entrega del bien.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 14 - Multas

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

En el punto porcentaje de multas menciona que: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de 0,01%

Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,001%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como se indica en el punto Tasa de Interés por mora: En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: se aplicará es del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 15 - Especificaciones Técnicas item 8 Desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El pbc estabelce:  Se deberá entregar 1 par de electrodos para adultos (De al menos cinco años de vida útil) y 1 par de electrodos pediátricos. Las recomendaciones técnicas de los parches distribuidos por nuestra empresa son de 2 años a fin de garantizar la efectividad del accesorio. Se consulta si es viable reducir a 2 años la garantía de los parches (de manera que se otorgue mayor participación a oferentes) y/o si los accesorios podrían ser reemplazados (incluido en el presupuesto) posterior a los 2 años iniciales. .

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

04/11/25 16:57 5/28



Consulta 16 - Especificaciones Técnicas item 8 Desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El PBC solicita: "Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de al menos 3 niveles crecientes de energía." En el caso de nuestro equipo, cuenta con dos modalidades principales de energías de descarga. Tanto para pacientes adultos como pediátricos. Se consulta si lo requerido hace referencia a los señalado o bien se ruega aclaración de lo requerido. .

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 17 - Especificaciones Técnicas item 8 Desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El PBC solicita: "Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 250 shoks continuos o alternados. (Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario)". Se consulta si el equipo puede contar con capacidad de 180 shocks continuos. Cabe destacar que la batería puede ser reemplazable fácilmente y es provista por nuestra empresa (representante de la marca).

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 18 - Especificaciones Técnicas item 8 Desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El PBC solicita: "Garantía de al menos 7 (siete) años desde la fecha de recepción definitiva de los equipos." Se solicita que la garantía del equipo sea de 5 años, pues la standard de fábrica. .

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 19 - Especificaciones Técnicas item 8 Desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El PBC solicita: " El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP" Se consulta a qué se refiere con 3 modos de guiar al rescatista.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

04/11/25 16:57 6/28



Consulta 20 - Especificaciones Técnicas item 8 Desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

El pbc establece: "Accesorios para Capacitación: DEA para training cantidad 5 (cinco), torsos para practica de maniobras de RCP cantidad 5 (cinco). En carácter de accesorio se solicitan 5 equipos DEA de entrenamiento + 5 maniquíes de entrenamiento. " Se consulta si se precisan 5 unidades de cada equipo por cada DEA de procedimiento, es decir, 50 equipos DEA de entrenamiento y 50 maniquíes (ya que se requieren 10 equipos DEA de procedimiento). O bien 5 DEA de procedimiento y 5 equipos de entrenamiento (DEA trainee + maniquí) o debieran ser 10 equipos DEA de procedimiento + 10 DEA Trainee + 10 maniquíes. Cabe destacar así mismo que el precio referencial señalado (PYG 18.175.000) no condice con los valores de mercado para el conjunto requerido considerando que los valores aproximados de mercado son: DEA de procedimiento (x1): 2000 USD (PYG 14.000.000) DEA Trainee + Maniquí de entrenamiento (x1 juego): 2000 USD (PYG 14.000.000) Totalizando alrededor de PYG 28.000.000. Si a su vez se requiere, por ejemplo: 1 DEA de procedimiento + 1 DEA Trainee + 1 Maniquí, la oferta individual superaría ampliamente el precio referencia y la diferencia podría ser aún mayor dependiendo de la aclaración requerida previamente

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 21 - Item 3 SISTEMA DE MINITORIZACION -PRESION ARTERIAL MAPA

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 3 SISTEMA DE MINITORIZACION -PRESION ARTERIAL MAPA

En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Almacenar hasta 1000 mediciones.

Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Almacenar 300 mediciones como mínimo"

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 22 - Item 3 SISTEMA DE MINITORIZACION -PRESION ARTERIAL MAPA

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 3 SISTEMA DE MINITORIZACION -PRESION ARTERIAL MAPA

En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Almacenar hasta 1000 mediciones.

Respetuosamente solicitamos que la Convocante aclare lo siguiente:

al decir "hasta 1000 mediciones" ¿en equipo que tenga 200 mediciones ya cumple con lo solicitado?

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 23 - Item 3 SISTEMA DE MINITORIZACION -PRESION ARTERIAL MAPA

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 3 SISTEMA DE MINITORIZACION -PRESION ARTERIAL MAPA

En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Almacenar hasta 1000 mediciones.

Respetuosamente solicitamos que la Convocante aclare lo siguiente:

al decir "hasta 1000 mediciones" ¿Se pueden almacenar en la Computadora Personal estas 1000 mediciones ? En la PC es casi ilimitada el almacenamiento de mediciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

04/11/25 16:57 7/28



Consulta 24 - Item 7 Esfigmomanometro

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 7 Esfigmomanometro

En una parte de las especificaciones técnicas dice: 90 memorias con fecha y hora como mínimo.

Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: 30 memorias como mínimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 25 - Item 7 Esfigmomanometro

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 7 Esfigmomanometro

En una parte de las especificaciones técnicas dice: 90 memorias con fecha y hora como mínimo.

Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: 30 memorias por cada usuario (se alcanza 60 memorias con dos usuarios) como mínimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 26 - Item 7 Esfigmomanometro

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 7 Esfigmomanometro

En una parte de las especificaciones técnicas dice: 90 memorias con fecha y hora como mínimo.

Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: 90 memorias con como mínimo (sin fecha y hora).

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 27 - Item 7 Esfigmomanometro

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 7 Esfigmomanometro

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Indicador de arritmias.

Respetuosamente solicitamos declarar como Opcional este indicador.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 28 - Item 7 Esfigmomanometro

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 7 Esfigmomanometro

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Indicación de hipertensión mediante barra gráfica.

Respetuosamente solicitamos declarar como Opcional este indicación.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-



Consulta 29 - Item 7 Esfigmomanometro

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 7 Esfigmomanometro

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Sistema de comprobación dual.

Respetuosamente solicitamos declarar como Opcional esta comprobación dual.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 30 - Item 7 Esfigmomanometro

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 7 Esfigmomanometro

En una parte de las especificaciones técnicas dice: opcional hasta 90 memorias con fecha y hora.

Respetuosamente solicitamos que la Convocante aclare lo siguiente:

En esta parte se declara Opcional, sin embargo en otra parte no lo definie como Opcional

¿Es o no opcional la función de Memoria: opcional hasta 90 memorias con fecha y hora?

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 31 - Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Filtros digitales para supresión de interferencias por ruidos externos y de corriente. Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Filtros digitales para supresión de interferencias por ruidos externos y de corriente.

(opcional)"

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 32 - Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Análisis simultáneo del segmento ST en los tres canales (depresión, elevación y pendiente).

Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Análisis del Segmento ST o más"

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-



Consulta 33 - Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Análisis de QT y QTC.

Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Análisis de QT o más"

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 34 - Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Tablas de bradicardia/pausas y análisis ST.

Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Tablas de bradicardia/pausas y análisis ST (opcional)

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 35 - Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Posibilidad de imprimir eventos de larga duración (más de 7 seg.). Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Posibilidad de imprimir eventos de larga duración (más de 7 seg.). (opcional)

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 36 - Item 2 Sistema de Monitorización HOI TFR

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Trazado electrocardiográfico comprimido de 20 o 30 minutos por hoja. Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Trazado electrocardiográfico comprimido de 20 o 30 minutos por hoja. (opcional)

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-



Consulta 37 - Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Hoja de trazados estándar a 25mm/seg. con grilla milimetrada. Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Hoja de trazados estándar a 25mm/seg. con grilla milimetrada. (opcional)

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 38 - Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Item 2 Sistema de Monitorización HOLTER

En una parte de las especificaciones técnicas dice: Cuadro de tendencias y/o histogramas durante 24/48hs. Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Cuadro de tendencias y/o histogramas durante 24/48hs. (opcional)

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 39 - ITEM N° 1 EQUIPO DE ERGOMETRÍA:

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Debe ser operador por una batería tipo AA

Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el tipo de batería a 2AAA ya que de igual manera cumplirá con el funcionamiento de equipo solicitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 40 - EQUIPO DE ERGOMETRÍA:

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Informe final en formato abierto PDF, XML, TIFF o DICOM® que puede enviarse por correo electrónico o mediante la red para facilitar su revisión o impresión. Solicitamos a la convocante que cumpla con DICOM y almenos dos de ellas.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-09-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 41 - EQUIPO DE ERGOMETRÍA:

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde Solicitan: 01 Un transformador de aislación, favor indicar que capacidad debe tener el transformador solicitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

04/11/25 16:57 11/28



Consulta 42 - EQUIPO DE ERGOMETRÍA:

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: El equipo debe servir tanto para pacientes adulto, adolescentes y pediátrico.

Las cintas caminadoras en ningún fabricante son para uso pediátrico, generalmente para este alcance se sugiere un cicloergómetro, Favor aclarar este punto.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

Se refiere a que el sistema o software puede ser utilizado para diagnostico tanto en pacientes adultos como pediatricos.-

Consulta 43 - ISO

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde solicitan normas ISO, solicitamos puedan incluir la ISO 13486:2016 para mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 44 - SISTEMA DE MONITORIZACION HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Sobreimposición a 120X la velocidad normal.

Solicitamos permitan el análisis de software a velocidad normal.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 45 - SISTEMA DE MONITORIZACION HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Análisis de Variabilidad de Frecuencia Cardíaca en el dominio del Tiempo y de la Frecuencia. Solicitamos a la Convocante que puedan modificar este punto a el Análisis de Variabilidad de Frecuencia Cardíaca en el dominio de la Frecuencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 46 - SISTEMA DE MONITORIZACION HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice; Análisis de intervalo P-R. Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, para mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-



Consulta 47 - SISTEMA DE MONITORIZACION HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Sofware libre de Licencia incluyendo las Actualizaciones.

Solicitamos a la convocante aclarar este punto, especificando cuanto tiempo debe ser libre la licencia o explicar a qué se refiere con Libre de licencia incluyendo las actualizaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

Que no posea Licencia, ni límite de uso que obligue a comprar licencia cada tanto tiempo.-

Consulta 48 - SISTEMA DE MONITORIZACION HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Monitor color 19 LCD

Solicitamos modifique la especificación a Monitor color 19 LCD o mayor. Para mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 49 - SISTEMA DE MONITORIZACION HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Placa madre ASUS, solicitamos a la convocante ampliar a: Placa madre compatible o otra de la mismas características.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 50 - SISTEMA DE MONITORIZACION HOLTER

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB, solicitamos que este punto sea opcional.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 51 - SISTEMA DE MONITORIZACION - PRESION ARTERIAL MAPA

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice; Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD. Solicitamos a la convocante agregar Almacenamiento de mediciones a través de memoria interna.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-



Consulta 52 - SISTEMA DE MONITORIZACION - PRESION ARTERIAL MAPA

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Almacenar hasta 1000 mediciones.

Solicitamos amablemente a la convocante, puedan modificar dicho punto a: Almacenar 300 mediciones para comodidad del paciente, ya que no es tolerante ni recomendable esa cantidad de mediciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 53 - SISTEMA DE MONITORIZACION - PRESION ARTERIAL MAPA

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Grabación en Tarjeta de memoria Secure Digital extraíble para el almacenamiento de las mediciones de la presión arterial. Solicitamos a la convocante Que la grabación sea en memoria interna de estado sólido.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 54 - SISTEMA DE MONITORIZACION - PRESION ARTERIAL MAPA

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB, solicitamos que este punto sea opcional.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 55 - SISTEMA DE MONITORIZACION - PRESION ARTERIAL MAPA

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Monitor color 19 LCD Solicitamos modifique la especificación a Monitor color 19 LCD o mayor. Para mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 56 - SISTEMA DE MONITORIZACION - PRESION ARTERIAL MAPA

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Placa madre ASUS, solicitamos a la convocante ampliar a: Placa madre compatible o otra de la misma característica.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-



Consulta 57 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,01-150 Hz o mejor. Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de 0.05 150 Hz o mejor.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 58 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice; Frecuencia de corte baja 0,01 Hz; 0,02 Hz; 0,16 Hz o 0,32 Hz (limites -3 dB).

Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, para mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 59 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Tiempo de arranque Menos de 7 segundos o menor

Solicitamos a la convocante que el Tiempo de arranque Menos sea de 10 segundos o mejor

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AIUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 60 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Información del paciente ID de paciente, ID secundaria, edad, fecha de nacimiento, sexo. Introducción alfanumérica para el ID de paciente y el ID secundaria. Solicitamos que se permita la utilización del cuadro de

Introducción alfanumérica para el ID de paciente y el ID secundaria. Solicitamos que se permita la utilización del cuadro di anotaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 61 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Información del paciente ID de paciente, ID secundaria, edad, fecha de nacimiento, sexo.

Introducción alfanumérica para el ID de paciente y el ID secundaria. Solicitamos que se permita la utilización del cuadro de anotaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

04/11/25 16:57 15/28



Consulta 62 - ITEM 4 ECOCARDIOGRAFO MODULAR

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Certificado original del fabricante en donde conste que la antigüedad del modelo ofertado y el software instalado no tienen más de 3 (tres) años, solicitamos diga Donde dice: Certificado original del fabricante en donde conste que la antigüedad del modelo ofertado y el software instalado no tienen más de 5 (cinco)años

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 63 - Ecocardiografo Modular

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice Plataforma modular digital. Sistema Beamformer digital de 16 bits, solicitamos diga: Plataforma modular digital. Sistema Beamformer digital de 12 bits o mayor

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 64 - Ecocardiografo Modular

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Solicitan: Monitor de alta resolución tipo LED Full HD de 24 con resolución 1920×1200 , solicitamos diga: Monitor de alta resolución tipo LED Full HD de 24 con resolución 1920×1080

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 65 - ITEM 4 ECOCARDIOGRAFO MODULAR

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Panel de control con pantalla táctil integrada a la consola del equipo de 12 como mínimo con tecnología IPS, estilo Tablet resolución mínima de 1200 x 800. Teclado multilenguaje para datos del paciente,

Solicitamos diga: Panel de control con pantalla táctil integrada a la consola del equipo de 10 como mínimo con tecnología IPS, estilo Tablet resolución mínima de 1200 x 800. Teclado multilenguaje físico para datos del paciente de manera a permitir mayor participación de los oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 66 - ITEM 4 ECOCARDIOGRAFO MODULAR

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Solicitan: 1024 niveles de escala de grises, solicitamos solicitar 256 niveles de escala de grises.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

04/11/25 16:57 16/28



Consulta 67 - Ecocardiografo Modular

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Solicitan: 6 puertos USB como mínimo o más para conexión de dispositivos, solicitamos 4 puertos USB como mínimo o más para conexión de dispositivos

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 68 - ITEM 4 ECOCARDIOGRAFO MODULAR

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Las imágenes almacenadas se muestran en la pantalla de 12 para comparar con la imagen en tiempo real en la pantalla principal., solicitamos que este punto sea opcional

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 69 - Ecocardiografo Modular

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Solicitan Capacidad de almacenamiento de 100.000.000 imágenes, para mayor participación de oferentes solicitamos diga Capacidad de almacenamiento de 100.000 imágenes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 70 - ITEM 4 ECOCARDIOGRAFO MODULAR

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: 6 puertos USB como mínimo o más para conexión de dispositivos , solicitamos diga 4 puertos USB como mínimo o más para conexión de dispositivos

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 71 - Ecocardiografo Modular

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Considerando la disponibilidad presupuestaria solicitamos que Transductor Phased array Adulto Transesofagico con un ancho de banda de 3 a 7 Mhz Cantidad: 1(uno) unidades por equipo sea opcional o diga Posibilidad de agregar en el futuro Transductor Phased array Adulto Transesofagico con un ancho de banda de 3 a 7 Mhz

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

04/11/25 16:57 17/28



Consulta 72 - ITEM 4 ECOCARDIOGRAFO MODULAR

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Solicitan que el equipo cuente con ECG integrado, Recomendamos agregar entre los accesorios cable ECG de tres derivaciones

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 73 - Item 5

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Inicio Rápido del sistema inferior a 15 segundos, solicitamos diga: Inicio Rápido del sistema inferior a 20 segundos

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 74 - Item 5. Ecocardiografo portátil Ambulatorio

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Carro de transporte con altura regulable para mayor confort del usuario, recomendamos solicitar Carro de transporte con altura regulable para mayor confort del usuario con soporte para al menos tres transductores y pote de gel y soporte para video printer

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 75 - Item 5

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice Modo Multimodalidad que permite visualizar estudios de TAC, RM, Mamografías, etc., en el equipo, solicitamos que este punto sea opcional

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 76 - ITEM 2 Donde dice: Lector de tarjetas de memoria SD

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Consulta:SE ACEPTA LA POSIBILIDADE DE OTROS TIPOS DE MEMORIAS? ya que el tipo de memorias no afecta la operatividad del equipo ni afecta en el rendimiento del mismo y asi dar oportunidad a otros oferentes siguiendo los principios de la Ley 2051/03 de igualdad y libre competencia

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-



Consulta 77 - item 2 Donde Dice: Utilizar una pila 1.5V AA alcalina para su funcionamiento

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Consulta: SE ACEPTAN PILAS AAA QUE SON MAS PEQUEÑAS Y DURAN HASTA 7 DIAS EN EL HOLTER?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 78 - ITEM 3. SISTEMA DE MINITORIZACION -PRESION ARTERIAL MAPA.

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde Dice Descargar al computador a través de un lector de memoria removible.

Consulta SE ACEPTA DESCARGA DE DATOS POR CABLE USB TRADICIONAL PARA EVITAR PERDIDAS DE MEMORIA Y DAÑOS?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 79 - ITEM 3.Donde Dice Descargar al computador a través de un lector de memoria removible.

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Consulta SE ACEPTA DESCARGA DE DATOS POR CABLE USB TRADICIONAL PARA EVITAR PERDIDAS DE MEMORIA Y DAÑOS?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 80 - item 3 Donde Dice Almacenar hasta 1000 mediciones.

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Consulta:: SE ACEPTAN 500 MEDICIONES, LO QUE ES UNA MEDICION CADA 3 MINUTOS POR DIA? ESTO ES MUCHO MAS DE LO NECESARIO PARA UN ESTUDIO.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 81 - item 3 Histogramas de presión, Frecuencia Cardíaca y Doble Producto

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Consulta SE ACEPTAN OTROS TIPOS DE REPORTES VALIDADOS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PRIMERA MARCA?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-



Consulta 82 - item 3 Donde Dice: Valores estadísticos con desvío standard y descenso circadiano

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Consulta SE ACEPTAN OTROS TIPOS DE REPORTES VALIDADOS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PRIMERA MARCA?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 83 - item 3

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde Dice :Posibilidad de almacenar varios estudios en una tarjeta de memoria sin necesidad de descargar al computador Consulta DADO QUE PARA CONFIGURAR EL PACIENTE HAY QUE REALIZAR CONEXIONES CLINICAS, SE ACEPTA QUE SE DESCARGUE DURANTE ESTA CONFIGURTACION PARA QUE NO SE SUPERPONGAN DATOS DE PACIENTES?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 84 - item 3 Donde dice:Sistólica, Diastólica, Media y Pulso, Frecuencia Cardiaca y Doble Producto.

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Consulta SE ACEPTAN OTROS TIPOS DE REPORTES VALIDADOS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PRIMERA MARCA?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 85 - item 3

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde Dice; Histogramas de Presión: Sistólica, Diastólica, Media y Pulso, Frecuencia Cardiaca y Doble Producto por intervalos

Consulta: SE ACEPTAN OTROS TIPOS DE REPORTES VALIDADOS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PRIMERA MARCA?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 86 - item 3 Donde dice:Sistólica, Diastólica, Media y Pulso, Frecuencia Cardiaca y Doble Producto

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Consulta SE ACEPTAN OTROS TIPOS DE REPORTES VALIDADOS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PRIMERA MARCA?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-



Consulta 87 - item 3

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice:Grabación en Tarjeta de memoria Secure Digital extraíble para el almacenamiento de las mediciones de la presión arterial

Consulta: SE ACEPTA LA POSIBILIDAD DE MEMORIA NO EXTRAIBLE PARA QUE NO SE PIERDA NI DAÑE?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 88 - item 3 Donde dice:Lector de memoria SD

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Consulta: SE ACEPTA LA POSIBILIDAD DE MEMORIA NO EXTRAIBLE PARA QUE NO SE PIERDA NI DAÑE?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 89 - ITEM 6 ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde DiceTasa de muestreo digital 2,000 muestras/segundo/canal Consulta: : SE ACEPTAN OTRAS TASAS DE MUESTREO QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES MUNDIALES?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

La razón de muestreo debe ser de 2000 muestras/seg/segundo/canal para que la misma no afecte las mediciones del intervalo QT y el complejo QRS durante el ejercicio al que está siendo expueto el paciente.-

Consulta 90 - item 6

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice:Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,01-150 Hz o mejor.

Consulta: : SE ACEPTAN OTRAS RESPUESTAS DE FRECUENCIA QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES MUNDIALES?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 91 - item 6

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde Dice:Frecuencia de corte baja 0,01 Hz; 0,02 Hz; 0,16 Hz o 0,32 Hz (limites -3 dB). Consulta: SE ACEPTAN OTRAS FRECUENCIAS DE CORTE QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES MUNDIALES?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-



Consulta 92 - item 6

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice:Frecuencia de corte alta Configurable a 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz o 150 Hz Consulta: SE ACEPTAN OTRAS FRECUENCIAS DE CORTE QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES MUNDIALES?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 93 - item 6

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice:Filtro de CA adaptable 47 Hz a 53 Hz. Rechazo del modo común: >100 dB (con filtro de CA encendido) o mejor Consulta: SE ACEPTAN OTROS FILTROS QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES MUNDIALES?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 94 - item 6

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice:Resolución de impresión: Horizontal 40 puntos/mm a 25 mm/s, 8 puntos/mm vertical. Consulta: SE ACEPTAN OTRAS RESOLUCIONES QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES MUNDIALES?

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 95 - Item 6 Electrocardiógrafo

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde piden: Resolución 4.88 μV/LSB a 500 mps o mejor, solicitamos se puedan cotizar equipos con resolución de 5 μV/LSB a 500 mps, considerando que el rango es ínfima y no afecta en nada el rendimiento del equipo

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 96 - Item 6 Electrocardiógrafo

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde dice: Respuesta de frecuencia 3dB a 0,01 -150 Hz o mejor, solicitamos se puedan cotizar equipos con respuesta de frecuencia 3 dB a 0,05 150 Hz o mejor.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-



Consulta 97 - Item 6 Electrocardiógrafo

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

-En donde solicitan:

Frecuencia de corte baja 0,01 Hz; 0,02 Hz; 0,16 Hz o 0,32 Hz (limites -3 dB).

Frecuencia de corte alta Configurable a 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz o 150 Hz;

al parecer hubo una inversión en los valores, por lo que solicitamos se corrija a:

Frecuencia de corte baja: 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz Frecuencia de corte alto: 0,05 Hz, 0,15 Hz, 0,5 Hz

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 98 - Item 6 Electrocardiógrafo

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

En el punto donde piden: Filtro de CA adaptable 47 a 53 hz, solicitamos se puedan cotizar equipos con filtro de CA de 50 o 60 Hz que son los valores más usuales

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 99 - Item 6 Electrocardiógrafo

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

En donde solicitan Tecnología de la impresora De matriz de puntos térmica: Velocidad de escritura 5, 12,5, 25 y 50 mm/s, solicitamos se puedan cotizar equipos con velocidad de escriturar 25 y 50 mm/s, que son los más utilizados en equipos de estas características

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 100 - Item 6 Electrocardiógrafo

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

En donde solicitan: Almacenamiento de ECG en formato *.XML,*. PDF,*.DCM, *.ECG, *.SCP de los estándares aECG, DICOM, ISHNE, MUSE-XML, OmronECG, SCP-ECG, solicitamos se puedan aceptar equipos que almacenen archivos en formato XML y PDF y que los demás puedan ser considerados opcionales

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-



Consulta 101 - Item 6 Electrocardiógrafo

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde solicitan: Software Admite la medición con el programa de análisis de ECG y capacidad de importar todos formatos de los archivos del ECG para análisis y mediciones con soporte y exportación en formato de imagen .BMP, .JPG, .PNG y otros compatibles. Compatible para sistema operativo con Windows o Linux, provisión del instalador y llaves si corresponde, sugerimos respetuosamente que se considere esta especificación como opcional ya que frecuentemente estos datos se manejan en la base de datos del hospital y no en una PC en particular

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 102 - Item 6 Electrocardiógrafo

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Donde solicitan: Software Admite la medición con el programa de análisis de ECG y capacidad de importar todos formatos de los archivos del ECG para análisis y mediciones con soporte y exportación en formato de imagen .BMP, .JPG, .PNG y otros compatibles. Compatible para sistema operativo con Windows o Linux, provisión del instalador y llaves si corresponde, sugerimos respetuosamente que se considere esta especificación como opcional ya que frecuentemente estos datos se manejan en la base de datos del hospital y no en una PC en particular

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 103 - Item 8 Desfibrilador automático

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2021

Consulta general: Considerando que estos defibriladores serán utilizados en un hospital cardiológico, sugerimos gentilmente se solicite monitor/desfibrilador que cuente con paletas reusables, ya que el equipo solicitado actualmente cuenta con cartucho de desfibrilación descartable de un solo uso y su precio oscila los US\$ 150.00 200.00 por cartucho entendemos que sería muy oneroso para el Hospital mantener estos equipos operativos. Por otro lado, si se optaría por equipos del tipo monitor/desfibrilador, se deberá elevar el precio referencial

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 104 - ítem 4 Ecocardiografo Modular

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

En el punto donde dice Certificado original del fabricante en donde conste que la antigüedad del modelo ofertado y el software instalado no tienen más de 3 (tres) año, Solicitamos a la convocante que este punto sea eliminado ya que las versiones de los Software podrías variar de acuerdo a cada modelo de cada fabricante y no exclusivamente ser un equipo de 3 años de Estar en el mercado, y considerando el proceso de aprobación de las reglamentaciones internacionales que duran de 24 a 36 meses, creemos que este punto pueda ser eliminado

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-



Consulta 105 - ítem 4 Ecocardiografo Modular

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice Monitor de alta resolución tipo LED Full HD de 24 con resolución 1920 x 1200; Solicitamos muy amablemente a la convocante poder cotizar monitores de 21 de alta resolución tipo LED Full HD, a manera de tener la mayor cantidad de oferentes posibles

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 106 - ítem 4 Ecocardiografo Modular

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice 15.000.000 de canales de procesamiento digital. Solicitamos a la convocante poder dejar cotizar equipo con 4 millones de canales de procesamiento así de esta manera tendrá mayor cantidad de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 107 - ítem 4 Ecocardiografo Modular

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice 15.000.000 de canales de procesamiento digital. Solicitamos a la convocante poder dejar cotizar equipo con 4 millones de canales de procesamiento así de esta manera tendrá mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01. Se solicita esta cantidad de canales para asegurar obtener rasgos más definidos.-

Consulta 108 - ítem 4 Ecocardiografo Modular

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice Memoria interna de 8GB como mínimo o mejor. Y también Capacidad de almacenamiento de 100.000.000 de imágenes.; Solicitamos a la convocante debido al precio referencial, ambos enunciados mencionados sean de menor capacidad para que se pueda cumplir con estos requerimientos

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

04/11/25 16:57 25/28



Consulta 109 - ítem 4 Ecocardiografo Modular

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice Medición de la fracción de eyección automática de segmentos capaz de medir en 4 cámaras y 2 cámaras sin necesidad de marcar puntos dentro de la imagen. Solicitamos que esta medición pueda ser semi automática o manual debido a que solo una marca de ecógrafos lo posee y va direccionado y contradice a lo establecido con la La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica

Articulo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA

Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 110 - ítem 4 Ecocardiografo Modular

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice Transductor Lineal array con un ancho de banda de 4 a 13 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. Solicitamos poder cotizar Transductor lineal con rango de 4 a 12 Mhz, esto no afectaría en nada la calidad de imagen pero permitirá mayor cantidad de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 111 - ítem 5 Eco cardiógrafo Portátil Ambulatorio

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice Rango dinámico del sistema de 300 dB o mejor. Solicitamos a la convocante dejar cotizar equipo con rango dinámico de 170 dB, esto no variará la calidad de imagen, por el conjunto de características distintas de cada equipo y permitirá mayor cantidad de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01. El rango dinámico influye en el contraste de la imagen.-

Consulta 112 - ítem 5 Eco cardiógrafo Portátil Ambulatorio

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice 4 puertos USB para conexión de dispositivos. Solicitamos a la convocante dejar cotizar a partir de 2 puertos a manera de tener mayor cantidad de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

04/11/25 16:57 26/28



Consulta 113 - ítem 5 Eco cardiógrafo Portátil Ambulatorio

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

El software de Strain debe contar con 3 métodos MANUAL, SEMIAUTOMATICO, AUTOMATICO para colocación de puntos de evaluación de los segmentos. Solicitamos este punto pueda quedar de la siguiente manera, El software de Strain con cualquiera de los 3 métodos MANUAL, SEMIAUTOMATICO, AUTOMATICO para colocación de puntos de evaluación de los segmentos. De Esta forma tendrá mayor cantidad de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.

Consulta 114 - ítem 5 Eco cardiógrafo Portátil Ambulatorio

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice Transductor Phased Array pediatrico con un ancho de banda de 2 a 9 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. Solicitamos a la convocante pueda dejar cotizar Transductor Phased Array pediatrico con un ancho de banda de 3 a 8 Mhz, esto permitirá mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 115 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice; Tecnología de la impresora De matriz de puntos térmica. Velocidad de escritura: 5, 12,5,

25 y 50 mm/s. Sensibilidad/ganancia de la impresora: 2,5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV. Precisión de

la velocidad de escritura: 5%. Precisión de la amplitud de escritura: 5%.

Solicitamos a la convocante permitir que la Velocidad de escritura sea de 10 mm/s o mejor, y que en la

Sensibilidad/ganancia de la impresora se cumpla con almenos 4 de ellos. Esto permitiría mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 116 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde Dice: Teclado tipo membrana con respuesta táctil y opción a teclado externo.

Solicitamos a la convocante que el teclado externo sea opcional.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 117 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde Dice: Almacenamiento externo 100 o más ECG en la memoria externa (tarjeta SD) o USB. Solicitamos a la convocante que la memoria externa sea opcional.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

04/11/25 16:57 27/28



Consulta 118 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice: Almacenamiento de ECG en formato *.XML,*. PDF,*.DCM, *.ECG, *.SCP de los estándares aECG, DICOM, ISHNE, MUSE-XML, OmronECG, SCP-ECG.

Solicitamos a la convocante que de los estándares mencionados se cumplan con almenos 4 de los mencionados , para mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 119 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice: Papel en rollo 10 Rollos de papel térmico para impresión. Solicitamos a la convocante permitan cotizar papel para impresión Zfold.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 120 - Plazo de entrega

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Donde dice Plazo de entrega 60 días Se solicita a la Convocante sea de 90 días a partir de la recepción de la orden de compra

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 01.-

Consulta 121 - Item 6 Electrocardiografo.

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Item 6 Electrocardiografo.

En una parte de las especificaciones Técnicas dice: Frecuencia de corte baja 0,01 Hz; 0,02 Hz; 0,16 Hz o 0,32 Hz (limites -3 dB)

Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Frecuencia de corte baja0.05Hz, 0.15Hz, 0.25Hz, 0.32Hz, 0.5Hz o 0.67Hz o mejor.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-

Consulta 122 - Item 6 Electrocardiografo.

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2021

Item 6 Electrocardiografo.

En una parte de las especificaciones Técnicas dice: Frecuencia de corte alta Configurable a 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz o 150 Hz Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Frecuencia de corte alta Configurable a 25Hz, 35Hz, 45Hz o mejor.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-10-2021

AJUSTARSE AL PBC VERSIÓN 03.-