

Consultas Realizadas

Licitación 389188 - ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA PARA LABORATORIO - AD REFERÉNDUM 2021

Consulta 1 - ITEMS SOLICITADOS

Consulta	Fecha de Consulta	
En items solicitados figura centrifuga refrigerada, mientras que en las Especificaciones Técnicas figura centrífuga no refrigerada. Podrían aclarar cual modelo es el solicitado?	09-02-2021	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
SE MODIFICO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP) EL CODIGO DE CATALOGO Y EL NOMBRE DEL ITEM 1. FAVOR VER ADENDA N° 01.	12-02-2021	