Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

# Consultas Realizadas

# Licitación 392707 - LPN SBE 72-21 ADQUISICIÓN DE LOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 57/19 PRÓTESIS DE CIRUGÍA CARDIACA PARA EL IPS Y OTROS

## Consulta 1 - Item 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 25-01-2022 |
|---|---|---|
| CONSULTA Se consulta si se puede cotizar conos para bomba centrífuga MAQUET modelo RF 32 incluyendo el módulo de comando (consola) MAQUET modelo Rotaflow en comodato. Cabe mencionar que la consola Rotaflow puede funcionar con cualquier máquina de CEC y también puede funcionar como sistema portátil para soporte cardiopulmonar para realizar tratamiento de ECMO en casos que se requiera, siempre y cuando se instalen los consumibles con recubierta biocompatible de larga duración. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 16-03-2022 |
|---|---|---|
| Se aclara que no podemos utilizar un cono que no sea compatible con nuestras maquinas de CEC . Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version | | |

## Consulta 2 - Item 10 Hemoconcentrador

| Consulta | Fecha de Consulta | 25-01-2022 |
|---|---|---|
| Se consulta si el hemoconcentrador debe tener una línea de filtrado de mínimo 1 metro y una bolsa de desecho con capacidad de 2Litros como mínimo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 16-03-2022 |
|---|---|---|
| Se aclara que no es necesario que tenga esta linea ni la bolsa de desechos.<br>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version | | |