# Consultas Realizadas

# Licitación 399603 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

## Consulta 1 - Registro Sanitario Vigente-

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2021 |
|---|---|---|

Solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de presentar registro sanitario con la oferta, o en su defecto, permitir la participación con el documento de mesa de entrada del pedido de registro sanitario en la DNVS.

El Art. 20 de la Ley 2051/03 establece que “Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley”

Sabemos que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria está en el lento proceso de implementación del registro sanitario. Existen cientos de expedientes de registro de varios probables oferentes que están paralizados debido a la pandemia y la consecuente carga de trabajo acumulada. Es muy probable que, un oferente puede no tener el registro de un producto en el momento de la presentación de ofertas, pero el registro podría estar listo en el momento de la importación del producto que bien puede ser a 30-90 días luego de la fecha de entrega de ofertas.

Consideramos que la convocante está violando el Art. 20 del marco rector al exigir el registro sanitario ya que exigir tal registro corresponde a otras instituciones del estado, en este caso, a la Aduana al momento de la importación de los productos. En todo caso, de no poder importar los productos en el tiempo establecido, la convocante tiene las armas legales para aplicar multas e incluso sancionar al adjudicado y aplicar los mecanismos establecidos en la ley para adjudicar el producto. O la convocante podría solicitar el requisito del registro para la firma del contrato. Hay que tener en cuenta que casi el 100% de los documentos que componen el legajo del registro son originados en el exterior y en este caso el Art. 48° del Decreto Nº 2992/19 indica que “Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, los pliegos estándar de bases y condiciones elaborados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrán permitir la aceptación de documentos sin legalización del Consulado Paraguayo o apostillado en su caso, con el compromiso por parte del Oferente de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el apostillado, de resultar adjudicados.”

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la ultima versión del Pliego de bases y Condiciones - v4.

## Consulta 2 - ITEM 24. MESA QUIRUGICA.

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2021 |
|---|---|---|

24- 2.11 Capacidad de carga al menos 300 kg. en todas las posiciones.
Solicitamos amablemente puedan modificar este requerimiento por lo siguiente; Capacidad total de carga de al menos 250 Kg. o mas en todas las posiciones. A fin de dar mayor participación y contar con mas propuestas económicas.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al PBC, el equipo será utilizado con pacientes obesos, por lo tanto se precisa la mayor resistencia posible.

## Consulta 3 - Item Nro 2 Monitor Multiparamétrico Mediana Complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-07-2021 |
|---|---|---|

Donde dice: 4.21 Compatibilidad con los equipos instalados en la terapia respiratoria del Hospital Rigoberto Caballero para la instalación a futuro de una central de monitoreo incluyendo Ventiladores y Monitores Multiparamétricos.
Solicitamos a la convocante eliminar este punto, ya que la misma limita la participacion de oferentes por que esta dirigido solo a una marca, de no ser atendido esta solicitud seguro sera motivo de protesta contra el PBC.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

La consulta realizada no corresponde al ítem del llamado de la convocante

## Consulta 4 - Item Nro 2 Monitor Multiparamétrico Mediana Complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-07-2021 |
|---|---|---|

Donde dice: Observación: Compatibilidad con los equipos instalados en la terapia respiratoria del Hospital Rigoberto Caballero para la instalación a futuro de una central de monitoreo incluyendo Ventiladores y Monitores Multiparamétricos.
Solicitamos a la convocante eliminar este punto ya que limita la participacion de oferentes, por que el Hospital no cuenta con una central de monitoreo y no tiene sentido exigir a los participantes la compatibilidad de los equipos ofertados con los que cuenta el servicio.
Se nota que esta dirigido a una marca

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

La consulta realizada no corresponde al ítem del llamado de la convocante

## Consulta 5 - item 17 especificaciones tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|

Solicitamos respetuosamente a la convocante retirar el requerimiento de uso de Softwares obsoletos y viejos de la compañia Microfosoft por lo siguiente: Windows XP
Windows XP (Windows Experience, en español Windows experiencia) es una versión de Microsoft Windows, basado en Windows 2000 que fue lanzado al mercado el 25 de octubre de 2001.
La compañía fabricante terminó la distribución de licencias a los OEM y al comercio minorista de este sistema operativo el 30 de junio de 2008.
El 14 de julio de 2015 Microsoft dejó de enviar actualizaciones y parches para fallas de seguridad y antivirus. Microsoft Essentials dejó de funcionar debido a que ya no se actualizan las definiciones de virus, produciéndose riesgos para las personas que aún siguen utilizando el sistema operativo Windows XP.
Sugerimos a la convocante modificar el pliego de tal forma que el equipo adquirido trabaje sobre un sistema operativo actualizado, que garantice soporte técnico de por lo menos 5 años. Tambien aclaramos que la convocante exige que los equipos no cuenten con mas de 2 años de disponibilidad en el mercado lo que conlleva a que todos trabajen con sistemas operativos de windows 10 en adelante.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la ultima versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 6 - item 17 especificaciones tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|

En las especificaciones tecnicas del item 17 se solicita cuanto sigue ; 2.4.7 Timpanometría. Reflejos acústicos: ipsilalateral, contralateral.
NINGUNA EMPRESA EN EL MERCADO NI EN EL MUNDO, puede acoplar un impedanciometro al equipo de potenciales evocados, ya que la presencia de un solenoide interno causara alteraciones en los resultados si o si, y es por eso que ninguna fabrica lo incopora.
Solicitamos respetuosamente a la convocante eliminar este punto en el item, o aclarar si necesitan OTRO EQUIPO EXTRA llamado impedanciometro por el mismo precio, este punto lo vemos inviable económicamente al ser un equipo medico completamente diferente Y ACLARAMOS QUE NINGUN EQUIPO DE POTENCIALES EVOCADOS EN EL MUNDO LO INCORPORA.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

## Consulta 7 - Ítem 1 “Monitor multiparamétrico”

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|

SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem 1 “Monitor multiparamétrico” dice: Detección de por lo menos 20 arritmias.
Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: Detección de por lo menos 15 arritmias

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. Las especificaciones son las mínimas requeridas

## Consulta 8 - Ítem 1 “Monitor multiparamétrico”

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|

SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem 1 “Monitor multiparamétrico” dice: Etiquetado del sitio de medición: P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3.
Debido a que este punto está dirigido a una Marca y Modelo Especifico, Solicitamos Respetuosamente a la convocante que este punto quede de la siguiente manera de forma a que más oferentes puedan participar: Etiquetado del sitio de medición: P1, P2, ART, AP, CVP, RAP, LAP, ICP como mínimo,

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 9 - Ítem 1 “Monitor multiparamétrico”

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|

SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem 1 “Monitor multiparamétrico” dice: Cualquier otro accesorio necesario para la utilización.
Solicitamos a la Convocante permita cotizar -ya que líneas mas arriba se pide “Capacidad de contar con Gasto Cardiaco por Software”- de la siguiente manera: 2 (dos) Cables para Gasto Cardiaco.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. El oferente deberá cotizar y entregar todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo ofertado.

## Consulta 10 - Ítem 1 “Monitor multiparamétrico”

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem 1 “Monitor multiparamétrico” dice: Cualquier otro accesorio necesario para la utilización.<br>Solicitamos a la Convocante permita cotizar -ya que líneas más arriba se pide un módulo de Temperatura- de la siguiente manera: 2 (dos) Sensores de temperatura de superficie corporal. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. El oferente deberá cotizar y entregar todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo. | | |

## Consulta 11 - Capacidad Técnica, dice: Registro Sanitario expedido por la DNVS y el MSP y BS.

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Capacidad Técnica, dice: Registro Sanitario expedido por la DNVS y el MSP y BS.<br>Respetuosamente solicitamos a la Convocante que este punto que de la siguiente manera: Registro Sanitario expedido por la DNVS vigente o Constancia de estar en Trámite de obtención del registro. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 12 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES:

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| SUMINISTROS REQUERIDOS – PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES:<br>Solicitamos a la convocante que el Plan de Entregas “PARA TODOS LOS ITEMS” quede de la siguiente manera: Cronograma de Entregas 2021: A LOS 60 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 13 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| Iitem 1 en el punto 4.6 donde solicita " salida analogica de ECG o sincronia para desfibrilación", solicitamos amablemente a la convocante omitir este punto o considerar como opcional debido a que solamente unos pocos fabricantes presentan esta opcion y de esta manera dar lugar a mayor participacion a oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 14 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| item 1 En el punto 4.15 donde solicita " Capacidad de interfase con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7". Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este punto "o capacidad de conexión a red de monitoreo central o a la red del sistema hospitalar" de esta manera dar mayor participación a oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 15 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| item 2- Monitor Fetal. En el punto 2.14 donde solicita " Autoimpresión". Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este punto como opcional, considerando que es una funcion de poco uso y que la mayoria de las marcas no presentan esta opcion, de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 16 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| item 4 En el punto 2.3 " donde solicita intensidad luminosa 15000 lux a 1m" solicitamos amablemente a la convocante aceptar 10000 lux a 1m, 30.000 lux a 0,5m como mínimo. Como hace referencia a luz de inspección 10.000 lux es intensidad de luz suficiente para dicha aplicacion, de esta manera dar lugar a participación de mayor cantidad de oferentes y a la obtención de mejores precios | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 17 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| item 5. Aspirador de secresiones. En el punto 2.6 " donde solicita manija en la parte frontal y la trasera". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar como opción manija en las laterales; Sugerimos agregar manija en la parte frontal y la trasera o en los laterales. La manija de transporte en las laterales no limitan las prestaciones de uso y transporte del equipo y de esta manera dar lugar a mayor posibilidad de participacion a oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 18 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| item 6. Mesa Ginecologica. En el punto 2.8 "donde solicita Respaldo: 0.65m x 0.55m x 0.80m. (+/- 0.1m en cada medida)". Solicitamos amablemente a la convocate ampliar la acotación de +/- 0.1m; a +/- 0.15m, de esta manera dar lugar a mayor cantidad de participación de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 19 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| item 16 En el punto 1.7 "donde solicita Registro Sanitario DINAVISA Vigente" solicitamos a la convocante aceptar mesa de entrada de solicitud de registro, considerando que dicho tramite conlleva plazos indefinido para la culminación de dicha solicitud que generalmente es ajena al compromiso y a la gestión del solicitante. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 20 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| ITEM 16. EN el punto 2.1.11 Control del Función de electrocoagulación bipolar: con activación automática de la corriente de coagulación, cuando el electrodo de coagulación toca el tejido con ambas ramas electrodo neutro: Capacidad de indicación de electrodo de una pieza, de dos piezas y baby. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este punto como opcional considerando que este requerimiento es ajena a muchas marcas y de esta manera dar lugar a participación a mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. Se solicita un equipo con altas prestaciones, por lo tanto debe cumplir con dicho requisito. | | |

## Consulta 21 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| en el punto 2.2.1 "donde especifica Grado de coagulación (efecto) pre seleccionable a varios niveles". Solicitamos a la convocante agregar a este punto como opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. Se solicita un equipo con altas prestaciones, por lo tanto debe cumplir con dicho requisito. | | |

## Consulta 22 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| ITem 16 EN el punto 2.2.2 "Función de electrocoagulación bipolar: con activación automática de la corriente de coagulación, cuando el electrodo de coagulación toca el tejido con ambas ramas". Solicitamos a la convocante considerar este punto como opcional y considerar la aceptacion de parada automática de coagulación ante la ausencia de sangre. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. Se solicita un equipo con altas prestaciones, por lo tanto debe cumplir con dicho requisito. | | |

## Consulta 23 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| Item 16. En el punto 2.2.4 donde dice "Posibilidad de seleccionar el efecto deseado". Solicitamos a la convocante aclara este punto. La referencia a que efecto hace mención. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. Se solicita un equipo con altas prestaciones, por lo tanto debe cumplir con dicho requisito. | | |

## Consulta 24 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| Item 18; Incubadora. En el punto 2.9 Donde solicita "Capacidad de entrada entre15 y 16 l/m". Solicitamos amablemente a la convocante aclarar este punto a que parámetro hace referencia y de ser posible el punto de medición. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. Corresponde a la capacidad de entrada de oxígeno para equipos con servocontrol de O2 para su correcto funcionamiento. | | |

## Consulta 25 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| ITEM 18<br><br>En el Punto 2.12.1 donde especifica "Funciones de precalentamiento en la medición de temperatura 0,1 a 0,2° C. " Solicitamos amablemente a la convocante aclarar a que parametro hace referencia, precisión, exactitud, variacion, etc. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Se aclara que corresponde al nivel de variación de temperatura | | |

## Consulta 26 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| Item 23 Lampara Scialitica; en el punto 1.6 "Registro Sanitario DINAVISA VIGENTE". solicitamos a la convocante aceptar mesa de entrada de solicitud de registro, considerando que dicho tramite conlleva plazos indefinido para la culminación de dicha solicitud que generalmente es ajena al compromiso y a la gestión del solicitante. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 27 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|

ITEM 23 Lampara Scialitica En el punto 2.4 donde solicita"Altura del brazo de resorte ajustable: 1200 mm como mínimo ", Solicitamos amablemente a la convocante aceptar brazo de resorte ajsutable :1000mm como mínimo. de esta manera dar lugar a particiación de mayor cantidad a oferentes y considerando que este requerimiento no compromete a la prestación del equipo debido a que la altura minima de instalación de la lampara se mide desde la parte distal del eje central principal al suelo.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 28 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|

ITEM 23 Scialitica LED. En el punto 3.4 donde dice "Profundidad de campo: entre 200 a 210cm". Sugerimos amablemente a la convocante solicitar Prfundidad de campo: ente 180cm o mas a 260cm o menos. Considerando que la acotación de 200 a 210 limita a equipamientos que presentan mejores prestaciones

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 29 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|

ITEM 23 Lampara Scialitica

En el punto 3.11 donde indica "Peso de las cúpulas juntas: no mayor a 15kg." Solicitamos amablemente a la convocante agregar rango de +/- 5kg. o no mayor a 20kg. Considerando que esta no altera la prestación y funcionalidad del equipo y tambien de esta manera dar posibilidad de participación a mayor cantidad de oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones

## Consulta 30 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|

Item 24 Mesa Quirurgica
En el punto 2.9 Largo de la mesa al menos 200 cm"Solicitamos amablemente a la convocante aceptar Rango de la mesa al menos 195cm. Considerando que es un limite inferior muy cercano a lo solicitado, este cambio dara lugar a participación de mayor cantidad de oferentes

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 31 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| En el puno 2.11 "Capacidad de carga al menos 300 kg. en todas las posiciones". Solicitamos amablemente a la convocate aceptar capacidad de carga de al menos 250Kg. Considerando que dicha capacidad de carga es suficiente para cubrir pacientes bariatricos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. El equipo será utilizado con pacientes obesos, por lo tanto se precisa la mayor resistencia posible. | | |

## Consulta 32 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 2.15 "Control remoto de movimiento, alámbrico con cables de extensión de 1 a al menos 3 m. Solicitamos amablemente a la convocante que acepte control remoto de movimiento, alámbrico con cables de extensión de 1 a al menos 2.8 m, considerando que es un limite inferior muy cercano a lo solicitado, este cambio dara lugar a participación de mayor cantidad de oferentes | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 33 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| Item 24 Mesa de cirugia<br>En el punto 2.17.4 donde dice "Angulación vertical de la sección piernas de 38º/90° (manual)" Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con angulación Vertical de la seccion de piernas 15°/90° (manual). | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 34 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| Item 24<br><br>En el punto "2.19.8 Prolongadores laterales para pacientes obesos, al menos en sección dorso y sentadura (2 pares)" Solicitamos amablemente a la convocante agregar este punto como opcional. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. La mesa sería utilizada con pacientes obesos, por lo que estos prolongadores son necesarios. | | |

## Consulta 35 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| Item 29; EN el punto 3.2 donde solicita "Sistema de flujo de aire: 0% de recirculación de aire, 100% de escape de aire ", favor aclarar este punto considerando que debe existir intercambio de volumen; Sugerimos a la convocante aceptar rangos aproximado de Sistema de flujo de aire: 70% de recirculación de aire, 30% de escape de aire. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 36 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| ITEM 24 mesa quirurgica<br>En el punto "2.19.8 Prolongadores laterales para pacientes obesos, al menos en sección dorso y sentadura (2 pares)" Solicitamos amablemente a la convocante agregar este punto como opcional. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. La mesa sería utilizada con pacientes obesos, por lo que estos prolongadores son necesarios. | | |

## Consulta 37 - autorizacion del fabricante conforme al formulario

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| En el Pliego indica que se solicitara Formulario del presente PBC. Esto indica que la convocante no va a requerir Carta de Distribuicion consularizada e inscripta en el Registro Publico de comercio conforme a las Leyes vigentes? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las condiciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 38 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica. 9. Todos los Equipos y accesorios deberán tener una antigüedad de máximo 2 (dos) años

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| Favor aclarar que exactamente entiende la convocante a "deberán tener una antigüedad de máximo 2 (dos) años". Y cual seria parametro o requisito para evaluar para evaluar este criterio. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Se aclara que se Refiere al tiempo de fabricación, el cual no deberá ser de más de dos años, verificable con la placa identificadora del producto, donde señalan el número de serie y fecha de fabricación. Al momento de la presentación de la oferta se deberá presentar una declaración jurada que avale que los equipos a ser proveídos, al momento de la adjudicación no tendrán más de dos años de fabricación, lo cual se será corroborado al momento de la entrega de los bienes. | | |

## Consulta 39 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica. 8. Registro Sanitario expedido por la DNVS y el MSP y BS.

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| Los items 27; 28; 29 son equipos de uso en laboratorio. Se solicita se excluya este requerimiento para estos items. Según la Resolución 669/2016 en su Artículo 18 establece la exclusión de los instrumentos de laboratorio a la competencia de DINAVISA, y a la fecha el Laboratorio Central autoridad competente no ha implementado el Registro Sanitario para los productos de laboratorio. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 40 - EE.TT. - Mesa de Cirugia

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| De acuerdo a lo planteado en el item 24, deseamos modificar la opción del Equipo Médico a Mesa Electrohidráulica, ya que consideramos que debido al peso solicitado en el PBC (300 kg.) y las ventajas en el manejo y agilidad en los movimientos, esta opción sería la adecuada. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 41 - EE.TT. - Lampara de Pie

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2021 |
|---|---|---|
| Se solicita modificar el ítem 4. Lampara de pie con cuello móvil, sub item 2.5. "Base metálica con 4 ruedas" a "Base metálica o de plástico con 4 o mas ruedas", considerando que los materiales plásticos son mas resistentes al ataque químico de las sustancias utilizadas para limpieza y desinfección para los ambientes hospitalarios, otorgando una mayor durabilidad. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 42 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Teniendo en cuenta que se prevé el pago de un anticipo financiero del 20%, consultamos si el plazo de entrega puede ser considerado desde el pago efectivo de dicho anticipo y no desde la firma del contrato | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 43 - Formas y Condiciones de Pago

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Certificado de Cuenta Bancaria. Vigente según Circular DGTP 2/11 (Original o copia autenticada por escribanía publica). Consultamos la posibilidad de presentar el mismo Certificado de Cuenta Bancaria vigen en el SIPE, considerando que en dicho portal este documento tiene una validez de 1 año y no de 1 mes como establece la Circular DGTP 2/11 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 44 - Ítem 1 Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| 4.1 Modular.<br>¿Se podría cotizar monitor modular o preconfigurado? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 45 - Ítem 1 Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| 4.14 Capacidad de contar con gasto cardiaco por software<br>¿Podría ser considerado como opcional este requisito? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 46 - Ítem 1 Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En caso de permitir la cotización de monitores preconfigurados, solicitamos que el numeral 4.17 sea considerado como opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 47 - Ítem 1 Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| 5.1.4 Detección de por lo menos 20 arritmias<br>¿Se podría cotizar con 15 tipos de arritmias o superior? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 48 - Ítem 1 Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| 5.6.1 Al menos cuatro canales<br>¿se podría cotizar con al menos 2 canales de Presión Invasiva? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 49 - Ítem 1 Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| ¿Podría ser considerado como opcional el requisito 5.6.3? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 50 - Ítem 10 Mesa quirúrgica para Obstetricia

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| 2.5 Dos pierneras desmontables y manija de agarre del paciente a los costados<br>¿Se podría cotizar con pierneras de una sola pieza? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones | | |

## Consulta 51 - Ítem 1 Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| 5.6.2 ¿Se podría cotizar con etiquetado del sitio de medición al menos: ART, PA, CVP, ICP, LAP, RAP, P1-P2 o mejor rango? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 52 - Ítem 15 Laringoscopio adulto

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Creemos que existe una duplicación del portapilas solicitado en los numerales 3.2 y 3.3, si es así, solicitamos eliminar el numeral 3.2 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 53 - Item 27 - Criostato

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En relación con la congelación rápida, favor aclarar a que se refiere con "... enfriamiento adicional de hasta 17 K por debajo de la temperatura de la regleta. Máximo -40°". ¿El Máximo se refiere a la temperatura adicional o total? ¿Podría llegar hasta un máximo -55°C (total)? Esto brindaría mayor flexibilidad a la hora de utilizar distintos valores de temperaturas para distintas muestras de naturaleza distinta. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 54 - Item 27 - Criostato

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| ¿En relación con el desplazamiento vertical de la muestra, podría ser de 58 mm o mejor? Dicha cantidad no afectará al trabajo del operario ni a la calidad de la muestra y sus resultados permitiendo la mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 55 - Item 28: Citocentrifuga

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| ¿Se podría ofertar Citocentrifuga con un nivel de ruido 55 +/-5 dB para brindar mayor oportunidad a oferentes? Dicho nivel de ruido no afectará el trabajo de los operarios ni los resultados obtenidos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 56 - Item 28: Citocentrifuga

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos amablemente al convocante de que las siguientes especificaciones técnicas sean opcionales (no excluyentes) ya que esto no afecta a las muestras ni a la calidad de los resultados: “de que el equipo contenga niveles de aceleración y frenado seleccionables” y “que tenga memoria de programación”. Asimismo, esto ayudaría a cumplir con el objetivo de una licitación pública que busca la participación de mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 57 - Item 29: Cabina de Bioseguridad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| ¿Se podría ofertar cabina de seguridad con dimensiones externas mínimas entre 1000 a 1350 mm ancho x 750 a 850 mm profundidad x 2190 a 2400 mm de altura? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las medidas solicitadas en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 58 - Item 29: Cabina de Bioseguridad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| ¿Se podría ofertar con un sistema de filtrado que conste de dos filtros HEPA para flujo descendente (suministro) y aire de escape? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 59 - ITEM N°14 - Equipo de RX Portátil - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el apartado 3.5 se solicita un equipo con un peso de 300 Kg o menor.<br>Se sugiere asignar: Peso de 400Kg o menor ya que ningún equipo del mercado (al menos en nuestro conocimiento) cumple con el valor requerido inicialmente.<br>Cabe destacar que un mayor valor en el peso permitido no precisamente significa mayor volumen del equipo, ya que el peso principal del equipo radica en la batería inserta y no en el equipo en sí. Así mismo, la movilidad en los distintos equipos del mercado es asistida con tecnología de carácter electrónico o similar para su correcta y fácil movilidad. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 60 - ITEM N°14 - Equipo de RX Portátil - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el apartado 3.8 se requiere una movilidad en la columna portatubo de +-180°.<br>Se sugiere asignar: Rotación de la columna portatubo de +-90° o superior.<br>Esta característica se encuentra asociada al modelo del equipo y/o fabricación cuya funcionalidad clínica puede ser perfectamente cubierta con características de movilidad inherentes al equipo en sus demás funcionalidades móviles y, de mantener el requerimiento, limitarían la participación de distintos oferentes cuya calidad en el equipo no se encuentra limitada por esta condición.<br>Cabe destacar que las certificaciones de Comunidad Europea (CE) o FDA, garantizan las funcionalidades para potenciales imágenes requeridas | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, pues la rotación de la columna portatubo +/-180° para garantizar una ubicación segura del tubo durante los traslados y también con la flexibilidad de posicionamiento del equipo al momento de la toma de las radiografías. | | |

## Consulta 61 - Item 12- Ecógrafo portatil ETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 2.4 solicitamos permitir a los ofertar equipos con disco duro de estado sólido integrado de al menos 180 GB o que permitan incluir en la cotización discos duros externos para llegar a la capacidad solicitada originalmente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 62 - ITEM N°14 - Equipo de RX Portátil - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En el apartado 5.2 se solicita: Angulo del blanco de al menos 15 grados.
Se sugiere asignar: Angulo del blanco requerido de al menos 12 grados o mayor.
Esta característica se encuentra asociada al diseño determinado por el fabricante del equipo, no reduciendo en ninguna manera la calidad de la imagen.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 63 - Item 12- Ecógrafo general EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En el punto 2.5, solicitamos que se acepten equipos que cuentan con 86.000 canales de procesamiento, debido a que la cantidad de canales de procesamiento está ligada al diseño determinado por cada fabricante y es un aspecto que no determina la calidad del equipo a ser ofertado.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 64 - ITEM N°14 - Equipo de RX Portátil - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En el apartado N°6.3 se solicita: Tamaño del pixel 145x145 micras o mejor.
Se sugiere asignar el valor de 148 micras o menor.
Las condiciones requeridas inicialmente no son cubiertas por ningún oferente del mercado (al menos desde nuestros conocimientos). Los valores sugeridos pertenecen a equipos cuya calidad de imagen ha sido ampliamente probada en el mercado.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 65 - Item 12- Ecógrafo general EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En el punto 2.6, solicitamos modificar a "Rango dinámico de al menos 180 dB" de manera a dar participación a un mayor número de oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 66 - ITEM N°14 - Equipo de RX Portátil - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En el apartado N°6.2 se solicita: Matriz de detectores 2500 x 3000 pixeles o mejor.
Se sugiere asignar el valor de 2100 x 2800 o superior.
Las condiciones requeridas inicialmente no son cubiertas por ningún oferente del mercado (al menos desde nuestros conocimientos) Los valores sugeridos pertenecen a equipos cuya calidad de imagen ha sido ampliamente probada en el mercado.
Así mismo, la sugerencia se ajusta a los requerimientos de certificaciones internacionales como la CE o FDA.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 67 - ITEM N°14 - Equipo de RX Portátil - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En el apartado N°6.5 se solicita: Resolución espacial de 3,5 PL/mm o mejor.
Se sugiere asignar el valor de 3pl/mm.
Los valores sugeridos no afectan a la calidad de la imagen y por ende del diagnóstico, además de tratarse de valores presentes en equipos con probado buen desempeño en el mercado.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones

## Consulta 68 - ITEM N°14 - Equipo de RX Portátil - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En el apartado N°6.8 se requiere Sistema de detección automática de disparo.
Se solicita aclarar si el punto se refiere a AEC o Automatic Exposure Control (Control de Exposición Automático). Esta característica corresponde a equipos de Rayos X Fijos, que cuentan con cámaras de ionización. En los equipos móviles no se encuentran disponibles, debido a que el diseño no permite incorporarlas, por lo que se solicita eliminar el requerimiento.
O bien, si fuere el caso, se solicita aclarar si lo requerido hace referencia al disparador externo y un sistema de control de disparo automático tras un período de pulsación transcurrido.
Cualquiera sea la situación, rogamos el esclarecimiento de la funcionalidad requerida.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Se aclara que: El parámetro solicitado se refiere a la sincronización del disparo de rayos x con la captura de la imagen, sin necesidad de ningún procedimiento previo con el detector más que esté energizado y ubicado correctamente en la posición deseada ni en el generador.

## Consulta 69 - ITEM N°14 - Equipo de RX Portátil - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En el apartado N°6.11 se solicita Resistencia al polvo y agua IP67 o mejor.
Se sugiere indicar el valor de al menos IP43.
IPX6 implica una protección contra chorros de agua (que no serán requeridos en un detector) mientras que IPX 4 implica que está protegido contra salpicaduras de agua (requerimiento razonable en un dispositivo)
Así mismo, se consulta acerca del objeto de este requerimiento ya que, si la finalidad consiste en la higiene (suponiendo se proponga higienizar el equipo con algún agente líquido), existen otras tecnologías que previenen de la contaminación del las superficie y posibles focos de infección tales como los ácidos iónicos en la superficie. En tal caso se sugiere solicitar una guía de limpieza del equipo que conserve la integridad del mismo.
En lo que a funcionalidad clínica hace referencia, los detectores no precisamente deben ser expuestos a líquidos o polvo que puedan afectar la vida útil.
Adicionalmente se menciona que los puertos de carga generalmente no cuentan con un “cobertor o tapa” que impida el ingreso del líquido/polvo (ya que la conexión al cargador se da solo al apoyarlo en el puerto correspondiente.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 70 - ITEM N°14 - Equipo de RX Portátil - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En el apartado 6.12 se solicita Carga de 400Kg. distribuida o 200 kg carga localizada o mejor. (para el detector).
Se sugiere asignar Carga de 280 KG distribuida o 100Kg para carga localizada.
Esto atendiendo a que difícilmente sea requerido cargar a los detectores con el peso indicado inicialmente. Por otro lado, los valores sugeridos corresponden a un estándar presente en la mayoría de los fabricantes del mercado.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 71 - Item 12- Ecógrafo general EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Donde dice ¨Capacidad de aceptar transductores sectoriales, convexos, lineales, volumétricos.¨ La opción de transductores volumétricos esta dirigida principalmente a estudios gineco obstétricos, aplicación no solicitada en la descripción del equipo detallada en el punto 1.1. Solicitamos modificar el presente punto a "Capacidad de aceptar transductores sectoriales, convexos y lineales"

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 72 - ITEM N°14 - Equipo de RX Portátil - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En el apartado 6.13 se solicita: Capacidad de hasta 2.500 imágenes con las baterías cargadas a razón de 1 imagen cada 15 segundos o mejor.
Se sugiere asignar: Capacidad de 1000 imágenes o más o 6 horas o más en la utilización regular del equipo.
La capacidad requerida inicialmente es muy elevada para las condiciones habituales de los equipos de este porte además de ser muy difícil de delimitar lo expresado como “a razón de 1 imagen cada 15 segundos o mejor”.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 73 - Item 12- Ecógrafo general EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 2.8, solicitamos modificar a "Peso de 8kg o menos" ya que consideramos que este valor permitiría el transporte del equipo con gran facilidad y de manera a dar participación a un mayor número de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 74 - Item 12- Ecógrafo general EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice ¨Posibilidad de agregar 4D en tiempo real¨ solicitamos la exclusión de este requerimiento ya que la Opción 4D es aplicada en gineco obstetricia, que no se encuentra detallada como aplicación en la Descripción General del equipo | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 75 - Item 12- Ecógrafo general EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice ¨Imagen cuádruple modo B en pantalla.¨ Solicitamos eliminar esta característica y debido a que la única ventaja de este modo es la medición de liquido amniótico en una sola pantalla(utilizado en exámenes obstétricos, no solicitados en la descripción general del equipo). Por otro lado, es importante mencionar que al dividir la pantalla en 4 secciones, los campos a visualizar se ven muy reducidos, lo que puede afectar a la calidad del diagnóstico. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 76 - Item 12- Ecógrafo general EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice ¨Al menos 8 focos simultáneos de transmisión.¨ Solicitamos modificar el punto a "Al menos 4 focos simultáneos de transmisión" de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. Aunque es cierto que la función de los puntos focales es la de optimizar la imagen en algunas zonas de interés, es importante mencionar que al mismo tiempo esto puede afectar el frame rate de la exploración. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 77 - Item 12- Ecógrafo general EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice ¨Ajuste de ganancia por profundidad de al menos 8 controles deslizables (TGC)¨ Solicitamos aceptar equipos que cuenten con "Ajuste de ganancia por profundidad de al menos 6 controles deslizables (TGC)" de manera a dar participación a un mayor número de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 78 - Item 12- Ecógrafo general EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice ¨Posibilidad de agregar Elastografía para transductores lineales¨ Solicitamos eliminar esta característica, de manera a dar participación a un mayor número de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 79 - Item 12- Ecógrafo general EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice ¨Archivo de imágenes en datos crudos, que permita MODIFICAR en las imágenes archivadas como mínimo:¨Solicitamos poder ofertar equipos que permita realizar mediciones e impresión en imágenes archivadas, ya que la posibilidad de modificar datos crudos en imágenes archivadas corresponden a características exclusivas de equipos de una marca determinada, representada por un solo proveedor local. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 80 - Item 12- Ecógrafo general EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice ¨Deberá tener la posibilidad de incorporar una herramienta de flujo de trabajo que coloca AUTOMATICAMENTE los calipers para las mediciones de biometría fetal, que incluya como mínimo, Diámetro Biparietal, Circunferencia Cefálica, Circunferencia Abdominal, Longitud del fémur y Longitud del Humero.¨ Solicitamos eliminar esta característica para dar participación a un mayor número de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 81 - Item 13- Ecocardiografo EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 2.6, solicitamos poder ofertar equipos con rango dinámico de 227dB, considerando que es un rango aceptable de trabajo en Cardiología. El valor de 400 dB se encuentra presente en muy pocos equipos disponibles en el mercado por lo que limita la participación a un gran número de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 82 - Item 13- Ecocardiografo EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 2.11 solicitamos poder ofertar equipos con con peso inferior a 90kg. Consideramos que este valor es aceptable para el traslado de un equipo de una sala a otra cercana, ya que al tratarse de un equipo modular para Cardiología los traslados se darán en mayor parte dentro del mismo servicio. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 83 - Item 13- Ecocardiografo EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 2.21, solicitamos poder ofertar equipos que permita realizar mediciones e impresión en imágenes archivadas, ya que la posibilidad de modificar datos crudos en imágenes archivadas corresponden a características exclusivas de equipos de única marca, representada por un único proveedor local. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 84 - Item 13- Ecocardiografo EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 1.29, donde dice "Análisis de medidas cardiológicas pediátricas por sistema Scores-Z", solicitamos amablemente a la convocante permitir la participación de equipos con "Análisis de medidas cardiológicas pediátricas por sistema Scores-Z, dentro o fuera del equipo". La función solicitada esta disponible en una única marca representada por un único proveedor local. Además, aún no se encuentra validada ni está presente en las guías internacionales de ecocardiografía. Por otro lado es importante mencionar que la función solicitada esta disponible en una única marca representada por un único proveedor local | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 85 - Item 13- Ecocardiografo EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 1.35, donde dice "Medición automática de Intima Media con detección automática de bordes," solicitamos amablemente a la convocante permitir la participación de equipos con "Medición y cálculos para determinar el grosor de la Intima Media", debido a que los sistemas automáticos para la medición de la misma no aportan realmente mayor información que los cálculos realizados manualmente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 86 - Item 13- Ecocardiografo EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 2.36, donde dice "Medición automática de Doppler en las 4 válvulas cardiacas." solicitamos amablemente a la convocante permitir la participación de equipos con "Medición semi-automática de Doppler en las 4 válvulas cardiacas", con lo cual el médico tendrá mayor control sobre el espectro en el cual desea realizar la medición, asegurando el óptimo resultado del mismo, sin que esto signifique mayor complejidad para la obtención de los distintos parámetros. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 87 - Item 13- Ecocardiografo EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

"En el punto 3.3, donde dice ""Campo visual de hasta 120 grados en transductor phasedarray de adulto"", solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con ""Campo visual de hasta 90 grados en transductor phasedarray de adulto"", ya que dicho campo de visión es el estándar en la mayoría de los equipos de ecocardiografía y lo normalmente aceptado por los médicos, teniendo en cuenta que dicha característica no afecta la funcionalidad del equipo ni interfiere con la calidad de la imagen del mismo.
Por otro lado es importante mencionar que la función solicitada esta disponible en una única marca representada por un único proveedor local"

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 88 - Item 13- Ecocardiografo EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En el punto 2.3.4, donde dice "Transductor sectorial neonatal de 5 a 12MHz", solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Transductor sectorial neonatal de 4 a 9.5MHz con campo de visión menor a 23mm x 14,5mm", ya que dicha característica pueden variar entre los distintos fabricantes y marcas de transductores, sin que esto signifique una disminución en la calidad de imagen o en las funcionalidades del sistema solicitado.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 89 - Item 13- Ecocardiografo EETTs

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

"En el punto 3.3, donde dice ""Campo visual de hasta 120 grados en transductor phasedarray de adulto"", solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con ""Campo visual de hasta 90 grados en transductor phasedarray de adulto"", ya que dicho campo de visión es el estándar en la mayoría de los equipos de ecocardiografía y lo normalmente aceptado por los médicos, teniendo en cuenta que dicha característica no afecta la funcionalidad del equipo ni interfiere con la calidad de la imagen del mismo.
Por otro lado es importante mencionar que la función solicitada esta disponible en una única marca representada por un único proveedor local"

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 90 - Ítem 11 Electrobisturí

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem 11 Electrobisturí, dice: "Lápices desechables con control de corte y coagulación".
Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: 100 (cien) Lápices desechables con control de corte y coagulación como mínimo.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 91 - Ítem 11 Electrobisturí

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem 11 Electrobisturí, dice: Placas dobles desechables con gel húmedo para adulto”.<br>Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar de la siguiente manera: 100 (cien) Placas dobles desechables con gel húmedo para adulto. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones | | |

## Consulta 92 - Ítem 15 - LARINGOSCOPIO ADULTO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| "Ítem 15 - Laringoscopio adulto<br>En una parte de las especificaciones técnicas dice: Funda para mango, con revestimiento de silicona.<br>La funda de silicona es una características específica de una marca, lo cual impedirá la participación de otros oferentes. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Convocante declare opcional este accesorio." | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones | | |

## Consulta 93 - Ítem 15 - LARINGOSCOPIO ADULTO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| "Ítem 15 - Laringoscopio adulto<br>En una parte de las especificaciones técnicas dice: 1- Porta pilas, longitud 12cm, para uso con funda.<br>Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de 1- Porta pilas, longitud 10cm, o mayor. " | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 94 - Ítem 15 - LARINGOSCOPIO ADULTO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| "Ítem 15 - Laringoscopio adulto<br>En una parte de las especificaciones técnicas dice: 1 - Set de porta pilas LED, longitud 12cm, debe incluir: 2 pilas y tapa.<br>Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita la cotización de 1- Set que debe incluir: 2 pilas y tapa." | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 95 - Ítem 16 Electrobisturí

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem 16 Electrobisturí, dice: “Posibilidad de identificación automática de instrumentos conectados, mediante sistema de codificación (opcional)”.
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aclarar este punto. Al mencionar la palabra "opcional", el oferente puede ofertar o no esta función. En el caso de no ofertar ¿será pasible de descalificación de su oferta?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Al ser opcional. el oferente puede no presentar lo requerido. La no presentación de esa función en particular no será motivo de descalificación para dicho Ítem.

## Consulta 96 - Ítem 16 Electrobisturí

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem 16 Electrobisturí, dice: “(dos) Electrodos de espátula de KIRSCHNER, recto”.
Respetuosamente solicitamos a la Convocante declarar OPCIONAL este accesorio, por tratarse de un electrodo específico de una marca, lo cual impedirá la participación de otros oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 97 - Plan de Entregas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

SUMINISTROS REQUERIDOS – PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES:
Solicitamos a la convocante que el Plan de Entregas “PARA TODOS LOS ITEMS” quede de la siguiente manera: Cronograma de Entregas 2021: A LOS 90 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 98 - Item 29: Cabina de Bioseguridad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Solicitamos amablemente al convocante de que las siguientes especificaciones técnicas sean opcionales “Conductos externos deberá contar con post-filtro de carbón activo adicional” y “Filtros ULPA eficiencia típica de 99.9995% para partículas de 0.1 to 0.2 micrones”

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 99 - item 16 Unidad Electroquirurgica Monopolar

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos amablemente que los accesorios Pinza bipolar con bayoneta de control de pedal con cable y placas dobles desechables con gel humedo para adulto sean opcional. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 100 - Ítem 24 Mesa Quirúrgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Ítem 24 Mesa Quirúrgica<br>En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Prolongadores laterales para pacientes obesos, al menos en sección dorso y sentadura (2 pares)".<br>Considerando que no es una mesa bariátrica, con todo respeto solicitamos a la Convocante declare opcional este accesorio. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. La mesa sería utilizada con pacientes obesos, por lo ques estos prolongadores son necesarios. | | |

## Consulta 101 - item 7 Silla de rueda plegable

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos incluir entre las normas de calidad solicitadas en el punto 1.6 la Norma ISO:13485, teniendo en cuenta que dicha norma es la unica aplicable a dispositivos medicos y que garantiza la calidad y seguridad de los dispositivos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 102 - item 18 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos amablemente considerar los siguientes rangos para los puntos:<br><br>2.2 de 6 mm como minimo<br>2.11.1 tamaño requerido para el lecho es de 62,5x31,5 cm ± 5<br>2.20.6 Falla del sistema, alarma de temperatura alta y baja con apagado con automatico de la unidad con diferencia de 1.5° o mayor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones | | |

## Consulta 103 - Consultas Item 14 Equipo de Rx Portatil

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

ITEM 14
3.3 Donde dice: Longitud total 1400 mm o menor.
Solicitamos longitud total de 1507 mm o menor.
4.2 Donde dice: Rango de mAs de 0,5 mAs o menor a 200 mAs o mayor
Teniendo en cuenta los diferentes tipos de pacientes incluyendo obesos, sugerimos que soliciten un equipo de mayor potencia para cubrir todo tipo de pacientes con rango de hasta 400 mA o mayor.
6.11 Donde dice: Resistencia al polvo y agua IP67 o mejor.
Solicitamos
6.11 Donde dice: Carga de 400Kgr. Distribuida o 200 Kg carga localizada o mejor.
Solicitamos carga de 300Kgr. Distribuida o 150 Kg carga localizada o mejor.
6.12 Donde dice: Capacidad de 2.500 imágenes con las baterías cargadas a razón de 1 imagen cada 15 segundos o mejor
Solicitamos Capacidad de 2.500 imágenes o mayor en el equipo y 200 imágenes o mayor en el dispositivo falta panel.
6.13 Donde dice: Monitor de 1280 x 800 o superior, tipo pantalla táctil.
Solicitamos que la pantalla táctil sea opcional.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Donde dice: Longitud total 1400 mm o menor. Solicitamos longitud total de 1507 mm o menor.
RESPUESTA: Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

Donde dice: Rango de mAs de 0,5 mAs o menor a 200 mAs o mayor Teniendo en cuenta los diferentes tipos de pacientes incluyendo obesos, sugerimos que soliciten un equipo de mayor potencia para cubrir todo tipo de pacientes con rango de hasta 400 mA o mayor.
RESPUESTA: Ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. El oferente podrá cotizar equipos con capacidades superiores a las mínimas solicitadas.

Donde dice: Resistencia al polvo y agua IP67 o mejor. Solicitamos ...
RESPUESTA: Ver consulta N° 69.

Donde dice: Carga de 400Kgr. Distribuida o 200 Kg carga localizada o mejor. Solicitamos carga de 300Kgr. Distribuida o 150 Kg carga localizada o mejor...
RESPUESTA: Ver consulta N° 70.

Donde dice: Capacidad de 2.500 imágenes con las baterías cargadas a razón de 1 imagen cada 15 segundos o mejor
Solicitamos Capacidad de 2.500 imágenes o mayor en el equipo y 200 imágenes o mayor en el dispositivo falta panel.
RESPUESTA: Ver consulta N° 72.

Donde dice: Monitor de 1280 x 800 o superior, tipo pantalla táctil. Solicitamos que la pantalla táctil sea opcional.
RESPUESTA: Ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 104 - item 23 Cialitica de Techo tecnologia led, 2 cupulas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Solicitamos amablemente nos permitan cotizar un equipo con profundidad de campo hasta 150 cm como minimo.

El pbc solicita en el punto 3.4 entre 200 a 210 cm

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 105 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

El PBC establece: “1. Habilitación vigente expedida por la DNVS dependiente del MSP y BS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos.”

Se solicita modificar lo requerido estableciéndose de la siguiente manera: “ Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la DNVS dependiente del MSP y BS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos.”

Ello obedece a que esa es la denominación correcta del documento solicitado, y de no modificarse podría acarrear confusión a los posibles oferentes.-

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 106 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

El PBC establece: “ 2. Habilitación vigente del Servicio Técnico de Equipos Médicos, habilitado por el MSPy BS.”

Se solicita modificar lo requerido estableciéndose de la siguiente manera: “Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor y Servicio de Mantenimiento de dispositivos médicos.”

Ello obedece a que esa es la denominación correcta del documento solicitado y de no modificarse podría acarrear confusión a los posibles oferentes.-

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Se aclara que independientemente al Certificado otorgado por DINAVISA (solicitado en el numeral 1), se solicita la presentación del Certificado de Registro y Habilitación del Taller de reparación y mantenimiento de dispositivos médicos otorgado por la Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria del MSPBS.

## Consulta 107 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

El PBC establece: “ 3. Registro Vigente del Oferente como proveedor de equipos radiológicos, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014 para el Ítems 14.”

Se solicita modificar lo requerido estableciéndose de la siguiente manera: “Constancia de Inscripción y/o Renovación de Constancia de Inscripción como empresa encargada de realizar la Importación de Fuentes de Radiación Ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014 para el Ítems 14.”

Ello obedece a que esa es la denominación correcta del documento solicitado y de no modificarse podría acarrear confusión a los posibles oferentes.-

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 108 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

El PBC establece: “4. Habilitación Vigente del Oferente como proveedor de equipos radiológicos, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014 para el Ítems 14.”

Se solicita suprimir este punto pues se trata del mismo requisito establecido en el punto 3 para el mismo ítem .-

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 109 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Se solicita a la Convocante incorporar el siguiente documento: “Autorización Vigente del Oferente como prestador de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014 para el Ítems 14.”
Lo solicitado obedece a dar cumplimiento a las disposición legal citada.-

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 110 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

El PBC establece: “9. Todos los Equipos y accesorios deberán tener una antigüedad de máximo 2 (dos) años.”
Se sugiere establecer una redacción más clara en los siguientes términos: Todos los Equipos y accesorios deberán tener una antigüedad de fabricación de máximo 2 (dos) años.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Se aclara que se Refiere al tiempo de fabricación, el cual no deberá ser de más de dos años, verificable con la placa identificadora del producto, donde señalan el número de serie y fecha de fabricación. Al momento de la presentación de la oferta se deberá presentar una declaración jurada que avale que los equipos a ser proveídos, al momento de la adjudicación no tendrán más de dos años de fabricación, lo cual se será corroborado al momento de la entrega de los bienes.

## Consulta 111 - Autorización del Fabricante

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

El PBC establece: “Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: Los productos a los cuales se le requerirá autorización del fabricante son los indicados a continuación: Para todos los ítems: Se deberá presentar autorización del fabricante, Representante o Distribuidor de los Bienes ofertados conforme al FORMULARIO del presente PBC con fecha actualizada debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado por el Fabricante, Representante o Distribuidor.”

Se solicita a la Convocante modificar lo solicitado, estableciendo cuanto sigue: “ Para todos los ítems: Se deberá presentar autorización del fabricante, Representante o Distribuidor de los Bienes ofertados conforme al FORMULARIO del presente PBC con fecha actualizada debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado por el Fabricante, Representante o Distribuidor o Carta de Distribución O Autorización O carta del fabricante del producto, debidamente membretada y firmada por una autoridad del mismo, consularizada e inscripta en el Registro Publico de comercio, en idioma castellano o en su caso traducido por traductor público matriculado.
Para fabricante presentar copia del Título de Marca.

Lo solicitado obedece a que solicitar una autorización del fabricante únicamente con formato del Formulario adjunto limita innecesariamente la participación, habida cuenta que el mismo debe ser generado nuevamente por el fabricante, y ello por tratarse en su mayoría de fabricantes del exterior, se podría demorar en demasía, no pudiendo incluso obtenerse antes de la etapa de apertura de ofertas.-

Que en su mayoría los proveedores poseen autorizaciones del fabricante en los formatos de cada fabricante, siendo lo esencial el contenido de los mismos independientemente de la forma que ellos adopten siempre y cuando se encuentren vigentes al momento de ofertar.-

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 112 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

DONDE SOLICITAN: 1. Habilitación vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o
distribuidor de dispositivos médicos. 2. Habilitación vigente del Servicio Técnico de Equipos Médicos, habilitado por el MSPy BS. 8. Registro Sanitario expedido por la DNVS y el MSP y BS.
Todos estos tipos de habilitaciones y registros llevan con una demora de más de 6 meses en el MSP por lo que solicitamos permitan la presentación de estos documentos en trámites.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 113 - TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Solicitamos respetuosamente que el tiempo de entrega de los bienes quede establecido en 60 día para bienes de producción nacional, y en 90 día para los bienes a ser importados, de manera a dar participación, y no solo a proveedores que ya cuentan con el equipo en el pais, y que casualmente cumple con las especificaciones técnicas y la cantidad que precisan.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 114 - Adecuación edilicia para instalación del ítem 12.

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Durante la visita técnica realizada, el Dpto. de Electromedicina refiere que la instalación del equipo será realizada en el área de Cardiología Adulto del Hospital de Clínicas, en este sitio se pudo observar que en el área que será destinada a la instalación del ecógrafo, no se encuentran instaladas la cantidad suficientes de tomas eléctricas con sistema de puesta a tierra, por lo que solicitamos a la convocante definir quién será el responsable de realizar dichas adecuaciones edilicias.
La importancia de lo consultado obedece a que los posibles proveedores puedan tener las garantías necesarias respecto a estas adecuaciones que podrían afectar el funcionamiento del equipo.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

El oferente deberá prever lo necesario para garantizar una provisión de suministro eléctrico estable al equipo ofertado, a través de UPS o equipos similares.

## Consulta 115 - CERTIFICADOS DE CALIDAD INTERNACIONAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Donde solicitan certificados de calidad internacional, solicitamos que para los bienes de producción nacional se puedan presentar el Certificado de Registro de Producto del Ministerio de Industria Comercio, ya que para la obtención de este registro, los productos pasan por un control de calidad que les permite para ser comercializados localmente.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 116 - Plazo de reposición de bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En la Página 11 del Pliego de Bases y Condiciones se indica: " El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: será de 5 días hábiles a partir de la comunicación al proveedor en caso de que el bien ofertado sufra un desperfecto, dentro del plazo de la garantía."
Solicitamos a la Convocante modificar en los siguientes términos: “El plazo para reparar o reemplazar repuestos será de 15 días hábiles a partir de la comunicación al proveedor en caso de que el bien ofertado sufra un desperfecto”

Solicitando la exclusión del plazo a la “reposición del bien” pues resultaría imposible poder contemplar dicha situación, considerando que para contar con un Equipo de reemplazo, debe existir una sala con las mismas condiciones (espacio físico, sistema de refrigeración, protecciones radiológicas, adecuaciones edilicias), y así también los plazos de entrega de los mismos no podrían ajustarse a lo requerido, considerando los tiempos de fabricación, fletes, instalaciones y puesta en marcha, y no dejando mencionar además el gran impacto que tendría incluir estos costos en el llamado, duplicando hasta triplicando los precios.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 117 - Tiempo de funcionamiento de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En la Página 11 del Pliego de Bases y Condiciones se indica: " El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: Según Especificaciones Técnicas.”
Solicitamos a la convocante detallar el tiempo de funcionamiento de los bienes ya que no se encuentra plasmado en el pliego de bases y condiciones.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 118 - Plan de entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

El PBC establece: “La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
Ítem 12. A los 45 días de la firma del contrato.
Ítem 13. A los 45 días de la firma del contrato
Ítem 14. A los 45 días de la firma del contrato

Se solicita a la Convocante modificar dichos plazos estableciendo cuanto sigue:
Ítem 12. A los 90 días del pago de anticipo.
Ítem 13. A los 90 días del pago de anticipo.
Ítem 14. A 90 días del pago de anticipo.

La extensión del plazo los bienes son importados y los plazos deben ser estimados de contemplar los siguientes factores: fabricación, permisos administrativos del país de origen, trámites aduaneros de exportación, flete internacional y trámites aduaneros de importación. Así también es importante resaltar que, debido a las medidas sanitarias de trabajo por la pandemia, varios de estos procesos sufren demoras considerables. Se resalta que el plazo requerido por la Convocante es muy breve, inclusive para la modalidad de flete aéreo, lo cual resultaría en aumentos considerables en los costos de logística.

En lo que respecta al computo tras el pago de anticipo, ello obedece a que no puede ser computado el plazo de entrega de los bienes sin antes abonarse el anticipo, pues el mismo es la suma de dinero con la cual se debe iniciar la ejecución del objeto contractual. La sugerencia y los motivos expuestos condicen con el PUNTO 6 Solicitud de pago de anticipo del PBC que establece: En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo con lo dispuesto en el punto 5.-

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 119 - Anticipo

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

El PBC establece el pago en concepto de Anticipo del 20%.
Se consulta a la Convocante el plazo en el cual se abonará el pago en concepto de anticipo contados a partir del pedido realizado por el adjudicado

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

No se podrá estimar un plazo teniendo en cuenta que dependerá de la disponibilidad financiera del Ministerio de Hacienda.

## Consulta 120 - CONDICIONES CONTRACTUALES – Reajustes

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

El PBC establece: "Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula"
El IPC es un índice económico que mide las variaciones en los precios de un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no el IPC. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:
Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:
P= (Po x 0,8 x (Coe / Cao)) + (Po x 0,2 x (Soe / Sao))
Donde;
P= Precio Reajustado a la Oferta
Po= Precio Original de la Oferta
Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva.
Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas.
Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva.
Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 121 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

El PBC establece: “Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada.”

Solicitamos a la Convocante aceptar certificados de capacitación en la modalidad ofertada (radiología, ecografía, etc), acompañada de una declaración jurada en la que el representante o distribuidor se compromete a capacitar al personal técnico en el modelo ofertado en el caso de resultar adjudicado.

Esta solicitud obedece a dos factores principalmente: 1. La constante renovación y ampliación del portafolio de los fabricantes dificulta la realización de capacitación para todos los modelos disponibles en los portafolios, sino que los distribuidores van capacitando al personal según demanda local de los distintos modelos y versiones disponibles del producto 2. La disponibilidad de los cursos depende normalmente de calendarios con fechas fijadas por los fabricantes y no son a demanda.-

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 122 - Ítem 6 - CAMILLA GINECOLOGICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 6 - CAMILLA GINECOLOGICA
Donde dice: Respaldo: 0.65m x 0.55m x 0.80m. (+/- 0.1m en cada medida).
Solicitamos a la convocante permita: Respaldo: (+/- 0.15m en cada medida)

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 123 - Ítem 6 - CAMILLA GINECOLOGICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 6 - CAMILLA GINECOLOGICA
Donde dice: Posapiernas rebatible y retractil en forma manual.
Solicitamos a la convocante permita: Posapiernas rebatible O retráctil en forma manual.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 123 - Ítem 6 - CAMILLA GINECOLOGICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 6 - CAMILLA GINECOLOGICA
Donde dice: Estructura con diseño tipo mobiliario
Solicitamos a la convocante permita: Estructura con diseño tipo mobiliario, con al menos 3 cajones integrados a la camilla.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 123 - Ítem 12 – ECOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 12 – ECOGRAFO
Donde dice: Archivo de imágenes en datos crudos, que permita MODIFICAR en las imágenes archivadas
Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto, ya la función de modificar datos crudos a corresponden a características exclusivas de equipos de una marca específica, y cierra la libre competencia a otros oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 124 - Ítem 12 – ECOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 12 – ECOGRAFO
Donde dice: Posibilidad de agregar 4D en tiempo real.
Solicitamos a la convocante permita: Posibilidad de agregar 4D en tiempo real (OPCIOAL)

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 125 - Ítem 12 – ECOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 12 – ECOGRAFO
Donde dice: Posibilidad de agregar Elastografía para transductores lineales
Solicitamos a la convocante permita: Posibilidad de agregar Elastografía para transductores lineales (OPCIONAL)

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 126 - Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO
Donde dice: al menos 400 dB de rango dinámico.
Solicitamos a la convocante permita: al menos 260 dB de rango dinámico o mayor.
Para posibilitar mayor cantidad de oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 127 - Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO
Donde dice: Peso hasta 70 kg.
Solicitamos a la convocante permita: Peso hasta 80 kg.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 127 - Ítem 12 – ECOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 12 – ECOGRAFO
Donde dice: Peso de hasta 5.0 kg, con batería incluida, para facilidad de traslado.
Solicitamos a la convocante permita: Peso de hasta 8.0 kg, con batería incluida, para facilidad de traslado.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 127 - Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO
Donde dice: Campo visual de al menos 120 grados en transductor phased array de adulto.
Solicitamos a la convocante permita: Campo visual de al menos 90 grados o mayor en transductor phased array de adulto.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 128 - Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO
Donde dice: Transductor sectorial adulto de 1.3 a 4MHz con al menos 120 grados de campo visual.
Solicitamos a la convocante permita: Transductor sectorial adulto de 1.3 a 4MHz con al menos 90 grados de campo visual.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 129 - Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO
Donde dice: Transductor lineal de 4 a 13 MHz
Solicitamos a la convocante permita: Transductor lineal de 4 a 10 MHz

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 130 - Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO
Donde dice: Transductor sectorial pediátrico de 2.0 a 7.0 MHz.
Solicitamos a la convocante permita: Transductor sectorial pediátrico de 1.0 a 5.0 MHz.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 131 - Ítem 12 – ECOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 12 – ECOGRAFO
Donde dice: Deberá tener la posibilidad de incorporar una herramienta de flujo de trabajo que coloca AUTOMATICAMENTE los calipers para las mediciones de biometría fetal, que incluya como mínimo, Diámetro Biparietal, Circunferencia Cefálica, Circunferencia Abdominal, Longitud del fémur y Longitud del Humero.
Solicitamos este apartado sea OPCIONAL para dar participación a un mayor número de oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 132 - Multas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Consulta 3

Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de tasa de interés por mora sea del 0.01% por cada día de atraso. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como penalidades a los proveedores en caso de demora en el cumplimiento de entrega de los bienes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 133 - Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Ítem 13 – ECOCARDIOGRAFO
Donde dice: Transductor sectorial neonatal de 5.0 a 12.0 MHz..
Solicitamos a la convocante permita: Transductor sectorial pediátrico de 1.0 a 8.0 MHz.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 134 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En la Página 19 del Pliego de Bases y Condiciones se indica: “Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, en un periodo menor a 48 hs., stock de repuestos y accesorios originales de fábrica”.
Solicitamos a la Convocante considerar el plazo de 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de importación de piezas, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante, y por la gran inversión en cuanto a costos los mismos no pueden ser tenidos en stock.-

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 135 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En la Página 19 del Pliego de Bases y Condiciones se indica: “Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, en un periodo menor a 48 hs., stock de repuestos y accesorios originales de fábrica”.
Solicitamos a la Convocante aclarar que La Garantía deberá incluir soporte de mantenimiento Preventivo semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs, incluyendo la sustitución sin costos de piezas de repuestos requeridos a necesidad por el Administrador del Contrato.-

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 136 - Garantía del Bien

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Solicitamos a la Convocante aclarar que la Garantía deberá incluir la sustitución sin costos de piezas de repuestos requeridos a necesidad por el Administrador del Contrato. Especificar que la garantía de recambio de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Se aclara que la sustitución de piezas de repuestos por defectos originales de fábrica serán sin costo alguno para la convocante.

## Consulta 137 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

item 12
En el punto 2.6 Rango dinamico de al menos 260dB. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar rango dinamico mayor a 200 dB considerando que es suficiente para lograr una optima reproducibilidad en escala de grises y de esta manera se posibilita una mayor participación de oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 138 - Ítem 23 Lampara cialitica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Item 23 Lámpara Cialítica con satélite
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Reproducción cromática Rg: 90 (+-
5)".
Al parececer en vez de R9, la Convocante escribió Rg.
Por favor, aclarar ¿se está refiriendo a reproducción cromática [R9]?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 139 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

item 12 Ecografo portatil

En el punto 2.7 "Capacidad de aceptar transductores sectoriales, convexos, lineales, volumétricos". Solicitamos amablemente a la convocante incluir a la peticion de transductor volumétrico como "opcional", considerando que no solicita dicho transductor en el requerimiento general y de esta manera garantizar mayor participacion de oferentes y un abanico de posibilidades de productos que pueda dar cumplimiento a su uso.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

## Consulta 140 - Especificaciones Tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 2.8 peso de hasta 5.0 kg. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos que pesen 145 kg o menor; considerando de esa manera dar participacion a mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 141 - Item 6 Camilla Ginecologica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 6 2.3 solicitan Respaldero rebatible y regulable en altura.<br><br>Sugerimos soliciten Respaldero rebatible y con angulo de inclinación de 0º a 40º, ajustable eléctricamente | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 142 - Item 6 Camilla Ginecologica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 6 2.4 Solicitan Lecho horizontal fijo.<br>Sugerimos soliciten camilla con respaldero y asiento angulables eléctricamente, que permita el posicionamiento de la camilla en posición horizontal. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 143 - Item 6 Camilla Ginecologica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 6 2.5 Solicitan Posapiernas rebatible y ajustables en forma manual.<br>Sugerimos soliciten Posapiernas rebatible y ajustables en forma manual, del tipo goepel. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 144 - Item 6 Camilla Ginecologica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 6 2.7 Solicitan Regatones plásticos antideslizantes.<br>Sugerimos modificar este requerimiento por Rueda retráctil para facilitar el desplazamiento de la camilla. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 145 - Item 6 Camilla Ginecologica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Sugerimos soliciten angulación eléctrica del asiento de 0º a 20º, posición de trendelemburg de al menos -12º a 2º, con capacidad de carga de hasta 195 kg, con ajuste de altura, montada sobre sistema de 2 columnas regulable eléctricamente en altura. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 146 - Item 10 Mesa quirurgica para obstetricia

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 10 2.2 Solicitan Dos secciones: sección inferior rodante, desplazable a los costados, lecho cubierto con colchoneta desmontable de al menos 3 cm. de cuero vinílico. Sección respaldero ajustable<br><br>Sugerimos soliciten Dos secciones: sección respaldero con ángulo de 0º a 40º, ajustable eléctricamente, sección del asiento con ángulo de 0º a 20º, ajustable eléctricamente, lecho cubierto con tapicería sin costuras que permita una descontaminación fácil mediante métodos higiénicos comunes. Sección respaldero ajustable electricamente con ángulo de 0 a 40º. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 147 - Item 10 Mesa quirurgica para obstetricia

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 10 2.3 Movimiento, elevación de cadera por sistema con mecanismo de engranaje, máxima elevación: al menos 20cm.<br>Sugerimos modificar este requerimiento por angulación eléctrica del asiento de 0º a 20º | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 148 - Item 10 Mesa quirurgica para obstetricia

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 10 2.4 Solicitan: Movimiento de respaldo con mecanismo de engranaje máxima elevación: al menos 20cm.<br><br>Sugerimos soliciten: Movimiento de respaldo ajustable eléctricamente con ángulo de 0º a 40º | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 149 - Item 10 Mesa quirurgica para obstetricia

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 10 2.5 solicitan Dos pierneras desmontables y manija de agarre del paciente a los costados de la mesa. Sugerimos soliciten: Posapiernas rebatible y ajustables en forma manual, del tipo goepel. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 150 - Item 10 Mesa quirurgica para obstetricia

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Sugerimos soliciten angulación eléctrica del asiento de 0º a 20º, posición de trendelemburg de al menos -12º a 2º, con capacidad de carga de hasta 195 kg, con ajuste de altura, estructura montada sobre sistema de 2 columnas regulable eléctricamente en altura. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 151 - ítem 18 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 2.2 cúpula de acrílico transparente de alta calidad en 8mm; solicitamos a la convocante poder cotizar cúpula de acrílico transparente de alta calidad en 8mm +/-2 mm, de esta manera se dará mayor participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 152 - item 18 incubadoras

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 2.12.1 Funciones de precalentamiento en la medición de temperatura 0,1 a 0,2° C, Solicitamos que aclarare este punto creemos que es un modo para las servocunas y si es así quitar este punto. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 153 - item 18 incubadoras

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 2.22.5 Termómetro de fácil lectura y esterilización. Rango de 20 a 40 ° C. Precisión +/- 2 °C para un doble control del usuario; solictamos muy amablemente a la convocante nos aclare<br>Si ¿Se refiere a los sensores de temperaturas que solicitan con el equipo? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Se aclara que refiere al sensor de temperatura auxiliar para el doble control de seguridad. | | |

## Consulta 154 - item 26 Carro de Paro

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| en el punto 2.13 Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 10" de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie; Solicitamos a la convocante poder revisar esta esta medida, ya que para los carros de paros se suelen utilizar ruedas de poliuretanos de 5” libres de mantenimientos con sistemas debloqueo en cada rueda. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 155 - item 26 Carro de Paro

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| en el punto 2.3 Capa protectora en ABS polietileno termo formado.<br>Solicitamos aclarar si se refiere a los paragolpes o goma perimetral en ABS u otro polímero similar para proteger el carro. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Sí, se refiere a los paragolpes | | |

## Consulta 156 - Item 8 Camilla con Ruedas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 2.1 Estrutura metálica en acero inoxidable tubular reforzado; Solicitamos a la convocante poder cotizar Acero Cold Rolled con pintura epoxi polester electrostática, de esta manera poder dar mayor participación a los oferentes | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 157 - ITEM 6. CAMILLA GINECOLOGICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| DONDE DICE: Item 6.2.1 Estructura con diseño tipo mobiliario<br>CONSULTA: La estructura con diseño tipo mobiliario debe ser de madera o de acero inoxidable. La diferencia de precio entre un material y otro es bastante importante. De manera a unificar los criterios al momento de la evaluación de las ofertas, SOLICITAMOS que modifiquen las especificaciones indicando con claridad si necesitan con mobiliario de madera o si necesitan con mobiliario de acero inoxidable. SUGERIMOS soliciten de acero inoxidable teniendo en cuenta la resistencia, durabilidad, acabado y presentación que tendría el mueble. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 158 - ITEM 6. CAMILLA GINECOLOGICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

DONDE DICE: Item 6.2.2 Recubierto con pintura electrostática o acero inoxidable, resistente a golpes y a la corrosión.
CONSULTA: Hay mucha diferencia de precios entre una estructura pintada y una de acero inoxidable. De manera a unificar los criterios al momento de la evaluación de las ofertas, SOLICITAMOS que modifiquen las especificaciones indicando con claridad si necesitan con estructura pintada o si necesitan de acero inoxidable. SUGERIMOS soliciten de acero inoxidable teniendo en cuenta la resistencia, durabilidad, acabado y presentación que tendría el mueble

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

## Consulta 159 - ITEM 9. PORTASUERO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

DONDE DICE: Item 9.2.1 Estructura metálica en acero inoxidable tubular reforzado o Pintado con Pintura Epoxi al Horno.
CONSULTA: Hay mucha diferencia de precios entre una estructura pintada y una de acero inoxidable. De manera a unificar los criterios al momento de la evaluación de las ofertas, SOLICITAMOS que modifiquen las especificaciones indicando con claridad si necesitan con estructura pintada o si necesitan de acero inoxidable. SUGERIMOS soliciten de acero inoxidable teniendo en cuenta la resistencia, durabilidad, acabado y presentación que tendría el Portasuero.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 160 - ITEM 26. CARRO DE PARO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

DONDE DICE: Item 26.2.2 Acabado liso en poliuretano en la totalidad del mueble, sin aristas vivas, hendiduras, estrías o zonas inaccesibles para limpieza manual.
CONSULTA: En el Item 26.2.1 solicitan “Estructura en partes de acero inoxidable AISI 304” pero en este Item 26.2.2 piden con “Acabado liso en poliuretano”. Podrían aclarar de que material debe ser la estructura, ya que no pueden ser ambas. SUGERIMOS soliciten de acero inoxidable teniendo en cuenta la resistencia, durabilidad, acabado y presentación que tendría el Carro de Paro.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Se aclara que el punto 26.2.1 hace mención a que aquellas partes que se componen de metal, como el soporte de la bandeja del monitor, el porta suero solicitado y alguna otra parte metálica que podría tener el equipo según su fabricante; las mismas deberán ser de acero inoxidable AISI 304; y el 26.2.2 indica la totalidad del mueble, fuera de las partes mencionadas en el punto anterior deberán tener esta cobertura en poliuretano.

## Consulta 161 - ITEM 25. CARRO DE CURACIONES

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

DONDE DICE: Item 25.2.5 Al menos 3 cajones
CONSULTA: Normalmente el carro de curaciones no cuenta con cajones entre las bandejas superpuestas, ya que ese espacio está ocupado por el basurero y la cubeta. Favor confirmar si se trata de un error en las especificaciones técnicas o si necesariamente debe contar con al menos 3 Cajones.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 162 - ITEM 26. CARRO DE PARO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

DONDE DICE: Item 26.2.3 Capa protectora en ABS polietileno termo formado.
CONSULTA: En el Item 26.2.1 solicitan “Estructura en partes de acero inoxidable AISI 304” por lo que resulta difícil agregar una capa protectora en ABS. Favor confirmar si se trata de un error en las especificaciones técnicas.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Se aclara que la especificación del punto 26.2.1 hace mención a que aquellas partes, que se componen de metal, como el soporte de la bandeja del monitor, el porta suero solicitado y alguna otra parte metálica que podría tener el equipo según su fabricante, las mismas deberán ser de acero inoxidable AISI 304, y el 26.2.3 refiere a la estructura principal del equipo, fuera de las partes mencionadas en el punto anterior deberán tener esta cobertura en poliuretano.

## Consulta 163 - ITEM 26. CARRO DE PARO

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

DONDE DICE: Item 26.2.13 Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 10" de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie.
CONSULTA: Las ruedas para este tipo de Carro de Paro normalmente es de 5” de diámetro. Creemos que se trata de un error en las medidas solicitadas. SUGERIMOS cambiar las medidas de las ruedas en 5” de diámetro como mínimo.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 164 - Documentos Requeridos

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Con respecto al documento requerido: "Registro Vigente del Oferente como proveedor de equipos radiológicos, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014 para el Ítems 14"
Consultamos amablemente si el documento "AUTORIZACIÓN IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN" emitida por la ARRN es aceptado para el cumplimiento del citado requerimiento.
Y eventulamente, solicitar que el certificado de "AUTORIZACIÓN IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN" sea aceptado para el cumplimiento del requerimiento.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 165 - Documentos Requeridos

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Con respecto al documento requerido: "Habilitación Vigente del Oferente como proveedor de equipos radiológicos, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014 para el Ítems 14" Consultamos amablemente si el documento "AUTORIZACIÓN IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN" o "AUTORIZACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CATEGORÍA 4 Y 5" emitida por la ARRN es aceptado para el cumplimiento del citado requerimiento. Y eventulamente, solicitar que el certificado de "AUTORIZACIÓN IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN" Y/O "AUTORIZACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CATEGORÍA 4 Y 5" sea aceptado para el cumplimiento del requerimiento.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 166 - Documentos Requeridos

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Con respecto al documento requerido "Registro Sanitario expedido por la DNVS y el MSP y BS" consultamos amablemente a la convocante si pueden ser aceptado la "Constancia de Registro en trámite" para la evaluación de ofertas, y que el Registro Sanitario sea requerido como máximo para la firma del contrato.<br>Esto de manera a permitir mayor participacion de oferentes, atendiendo al plazo de emisión de los registros sanitarios. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 167 - Item 1 – Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el Punto 4.2 – Se solicita pantalla de 9 pulgadas y en los puntos 4.7 y 5.6.2 se solicita que el monitor cuente con despliegue de 12 curvas, sugerimos se soliciten monitores con pantalla de 15 pulgadas como mínimo de manera a que se puedan ver las 12 curvas de manera cómoda y a simple vista | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 168 - Item 1 – Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| En el punto 5.6.2 donde solicitan: Etiquetado del sitio de medición: P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3, hacemos notar que se tratan de etiquetas/rótulos de monitores de la marca Nihon Kohden, de la serie BSM-6XXX, por lo que esta especificación atenta a la libre participación garantizada por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Por lo expuesto solicitamos que este punto se modifique a 10 o más rótulos de presión | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 169 - Item 1 – Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| Punto 5.6.3 Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión<br>de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la expiración (PVC-ET).<br>Considerando que estas mediciones se obtienen mediante el gasto cardiaco, y este parámetro no está solicitado para este monitor, solicitamos sea eliminado de las especificaciones técnicas | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 170 - Item 19 – Cardiodesfibrilador

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

En el punto 2.21.1 Sistema de baterías de ion-litio recargables, con al menos 3 horas de monitorización, incluyendo marcapasos, seguido de 20 cargas/choques a máxima intensidad. Solicitamos se puedan cotizar batería 2,5 horas de monitorización (ECG, EtCO2 y SpO2 monitorizados de forma continua y PNI medida cada 15 minutos) seguida de 20 ciclos de choque/carga de energía completa, considerando que defibriladores solicitados no cuentan con PNI, ni ETCO2, el rendimiento de la batería es superior a la solicitada

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 171 - Plazo de Entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Atendiendo a los retrasos generados en los puertos y aeropuertos de los países proveedores de equipamientos médicos, y con la intensión de realizar las entregas en tiempo y forma, solicitamos amablemente a la convocante, que pueda considerar 60 días desde la firma del contrato para todos los ítems.
La solicitud ayudará también a la convocante en cuanto al precio de los bines a ser ofertados, atendiendo a que un menor plazo de entrega genera mayores gastos en la importación, lo cual eleva el precio de las ofertas.
Lo solicitado también permitirá una mayor participación de oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 172 - Item 23 Lámpara Cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Item 23 Lámpara Cialítica con satélite
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 330mm o mayor"
Solicitamos respetuosamente considerar la modificaciòn a: Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 320mm o mayor

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4

## Consulta 173 - Item 23 Lámpara Cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|

Item 23 Lámpara Cialítica con satélite
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Peso de las cúpulas juntas: no mayor a 15kg".
Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar modificar a: Peso de las cúpulas juntas: no mayor a 18kg.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|

Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 174 - Item 7 Silla de ruedas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| 2.8 Donde Dice: Ancho de asiento: 43cm + - 2cm<br>Se solicita a la Convocante ampliar el rango de variación (43 cm + - 5 cm)<br>Esto en el marco del principio de igualdad y libre competencia. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 175 - Item 7 Silla de ruedas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| 2.9 Donde dice: Profundidad de asiento: 40cm + - 2cm<br>Se solicita a la Convocante ampliar el rango de variaciòn ( 40cm + - 5cm)<br>Esto en el marco del principio de igualdad y libre competencia. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 176 - Item 7 Silla de ruedas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| 2.10 Donde dice: Altura de asiento 50cm + - 2cm<br>Se solicita a la Convocante ampliar el rango de variación (50cm + -5cm)<br>Esto en el marco del principio de Igualdad y libre competencia. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 177 - Item 7 Silla de ruedas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| 2.11 Donde dice: Longitud total 93cm + - 2cm<br>Se solicita a la Convocante ampliar el rango de variación (93cm + - 5cm)<br>Esto en el marco del principio de Igualdad y libre competencia | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 178 - Item 24 Mesa de Cirugía

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| 2.13 Donde dice, Cuatro ruedas de al menos 12cm de diámetro.<br>Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 5cm. De manera a dar prioridad a los oferentes a presentar sus equipos dentro del marco del Principio de Igualdad y libre competencia | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 179 - Item 24 Mesa de Cirugía

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2021 |
|---|---|---|
| 2.19.8 Donde dice: prolongadores laterales para pacientes obesos, al menos en sección dorso y sentadura (2 pares)<br><br>Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea de carácter opcional, o de acuerdo a tecnología del fabricante. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. La mesa será utilizada con pacientes obesos, por lo que estos prolongadores son necesarios. | | |

## Consulta 180 - Item 13 ECOCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Modo visualización directa flujo sanguíneo sin usar métodos doppler (B-Flow o similar), solicitamos que este punto sea opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 181 - ITEM12. ECOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos permita ofertar equipos con peso hasta 7kg | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 182 - ITEM12. ECOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Recomendamos solicitar equipos con dos puertos activos para transductores considerando que se solicitan 2 transductores, esto además de agilizar el tiempo evitará desgastes en los conectores ya que no será necesario reemplazar los transductores entre estudios | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 183 - ITEM12. ECOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Para dar mayor participación a los oferentes, solicitamos que Modo comparación B/Composición Espacial en tiempo real sea opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 184 - Item 12

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos que Modo M anatómico que permita modificar la angulación del cursor M en cualquier orientación de la imagen 2D, incluso partiendo de una imagen de archivo sea opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 185 - Item 12

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos que Modo M Color, incluso de una imagen 2D + Doppler Color sea opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 186 - Item 12

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos que Modo M Color, incluso de una imagen 2D + Doppler Color sea opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 187 - Item 13 ECOCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Herramienta de cuantificacion de sincronismo basado en velocidad de Doppler tisular color que mida tiempos pico de cada uno de los 16 segmentos y brinde desvio estandar de los segmentos o similar, solicitamos que este punto sea opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 188 - ITEM12. ECOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| DONDE DICE: Modo M anatómico que permita modificar la angulación del cursor M en cualquier orientación de la imagen 2D, incluso partiendo de una imagen de archivo, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 189 - Item 12

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos que Modo M Color, incluso de una imagen 2D + Doppler Color sea opciona | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 190 - ITEM12. ECOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice: Modo B panorámico, por desplazamiento lateral del transductor con distancia mínima de recorrido de 60 cm recomendamos, recomendamos que pueda ser utilizado en combinación de Doppler color | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 191 - Item 12 Ecografo

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice: Software de entrenamiento onboard que brinde imágenes y animaciones clínicas de referencia durante la adquisición para protocolos abdominales, obstétricos, ginecológicos, cardiacos y vasculares, como mínimo, solicitamos diga : Software de entrenamiento onboard que brinde imágenes y animaciones clínicas de referencia durante la adquisición para protocolos abdominales, obstétricos, ginecológicos, cardiacos y vasculares o que brinde con imágenes estáticas de referencia como mínimo | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 192 - Item 12

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Posibilidad de agregar Elastografía para transductores lineales, recomendamos diga Posibilidad de agregar Elastografía para transductores lineales, convexos y endocavitarios | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

## Consulta 193 - Item 12 Ecografo

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice: Archivo de imágenes en datos crudos, que permita MODIFICAR en las imágenes archivadas como mínimo:<br>Modo B: ganancia, SRI, TGC.<br>Modo PW: ganancia, velocidad de barrido horizontal.<br>Modo M: velocidad de barrido, ganancia.<br>Modo M anatómico: ganancia, angulación.<br>Solicitamos que estos puntos sean opcionales | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 194 - Item 12

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice: Deberá tener la posibilidad de incorporar una herramienta de flujo de trabajo que coloca AUTOMATICAMENTE los calipers para las mediciones de biometría fetal, que incluya como mínimo, Diámetro Biparietal, Circunferencia Cefálica, Circunferencia Abdominal, Longitud del fémur y Longitud del Humero, recomendamos diga Deberá tener la posibilidad de incorporar una herramienta de flujo de trabajo que coloca AUTOMATICAMENTE los calipers<br>para las mediciones de biometría fetal, que incluya como mínimo, Diámetro Biparietal, Circunferencia Cefálica, Circunferencia Abdominal, Longitud del fémur y Longitud del Humero, ulna, radio, tibia, fibula y CRL | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 195 - item 13

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice: Sistema beamforming digital de al menos 900.000 canales, y al menos 400 dB de rango dinámico, solicitamos diga: Sistema beamforming digital de al menos 900.000 canales, y al menos 350 dB de rango dinámico. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 196 - item 13

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice: Profundidad de imagen máxima de al menos 30 cm, recomendamos solicitar Profundidad de imagen máxima de al menos 40 cm. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 197 - item 13

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos permita ofertar equipos con Peso hasta 90 kg. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 198 - Item 13 ECOCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice: Modo M anatómico, Modo M anatómico curvo de velocidad tisular color, solicitamos que este punto sea opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 199 - item 13

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Paquete de Strain dedicado a ventrículo Derecho que reporte también TAPSE solicitamos que este punto sea opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 200 - Item 13 ECOCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice Paquete de Strain aurícula Izquierda en 2 cámaras y 4 cámaras, solicitamos diga Paquete de Strain aurícula Izquierda en 2 cámaras y 4 cámaras (OPCIONAL) | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 201 - item 13

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Archivo de imágenes en datos crudos o similar, que permita realizar el post proceso de tanto las imágenes como videos de archivo en al menos los siguientes parámetros:<br>Modo B: ganancia, sri, mediciones y calculos para posibilitar el post procesamiento y la posterior revision de los estudios y resultados sin necesidad de repetir los examenes<br>Modo PW: ganancia, velocidad de barrido horizontal, mediciones y cálculos.<br>Modo Color: ganancia, línea de base, impresiones y mediciones.<br>Modo M: velocidad de barrido, ganancia impresiones y mediciones.<br>Modo M anatómico: angulación, ganancia, impresiones y mediciones. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 202 - item 13

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Donde dice: Protocolo Stress Inteligente que recuerde parámetros de cada vista en la primera etapa para que se apliquen los mismos ajustes en siguientes etapas (profundidad, ganancia), solicitamos diga echo stress | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 203 - item 13

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Análisis de medidas cardiológicas pediátricas por sistema Scores-Z, solicitamos que este punto sea opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas. | | |

## Consulta 204 - item 13

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Modo ampliación campo visual trapezoidal en sondas sectoriales para abarcar segmentos apicales en análisis de Strain. Campo visual de al menos 120 grados en transductor phased array de adulto solicitamos que este punto sea opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 205 - item 13

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Medición automática de Doppler en las 4 válvulas cardiacas con identificación automática de la válvula respectiva, solicitamos que este punto sea opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 206 - Item 13 ECOCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Archivo digital de imágenes en disco duro de por lo menos 500 GB, con factor de compresión regulable de 1 a 100%, favor aclarar si se refiere a compresiones dinámicas | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Se aclara que se refiere a la posibilidad de comprimir los archivos, con un factor seleccionable, los cuales conservarán todas sus características al momento de descomprimirlos. | | |

## Consulta 207 - Item 27 Criostato

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos al convocante de que la especificación técnica de que el equipo tenga "cepillo magnético" sea opcional y que minimamente contenga el cepillo para limpiar el equipo por dentro | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

## Consulta 208 - Item 1 Monitor multiparametrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos a la convocante aceptar para el punto 5.6.2 P1,P2, ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,PPV,CPP para permitir mayor cantidad de oferentes | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |

# Consulta 209 - Item 1 Monitor Multiparametrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-08-2021 |
|---|---|---|
| Solicitamos a la convocante aceptar P1,P2, ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,PPV,CPP para el punto 5.6.3 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-08-2021 |
|---|---|---|
| Remitirse a la última versión del Pliego de bases y Condiciones - v4 | | |