

Consultas Realizadas

Licitación 399900 - Adquisición de Equipos Médicos

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2021
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente Compatible con tamaños de jeringa desde 2ml a 60 ml. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Compatible con tamaños de jeringa desde 5ml a 60 ml. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes ya que se ajustaría a los tamaños estándares de jeringas utilizadas en este tipo de equipos médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2021
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente Rango de flujo de 0,01 ml/h a 1000 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Rango de flujo de 0,1 ml/h a 1000 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h. Dado que existe un error en la redacción, al solicitar incrementos de 0.1 ml/h el rango de flujo no podría empezar en 0.01 ml/h. Esta modificación permitirá la participación de un mayor número de oferentes al ajustarse los valores solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2021
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente Selección de volumen 0,1ml a 9.999ml, con incrementos de 0,01ml a 1 ml. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Selección de volumen 0,1ml a 9.999ml. De manera a permitir un mayor número de oferentes de equipos. El incremento de los valores de volúmenes varía según cada fabricante, la modificación sugerida se ajusta a las tecnologías disponibles en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2021
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente Administración de bolo: Volumen máximo de bolo de 99,99 ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Administración de bolo: Volumen máximo de bolo de 25 ml o mayor, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis. De manera a permitir un mayor número de oferentes de equipos. La administración del bolo y su configuración varía según cada fabricante, la modificación sugerida se ajusta a todas las tecnologías disponibles en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2021
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente Presión de oclusión de 9 niveles o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Presión de oclusión de 3 niveles o mayor. De manera a ajustarse a la tecnología disponible en la mayoría de los equipos del mercado, por lo que se lograría una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2021
En donde dice "Pantalla color de al menos 7" " Se solicita a la convocante que pueda considerar la participación de equipos con pantallas de al menos 5.7". Como se puede considerar, la diferencia es mínima y todos los parámetros pueden ser visualizados con la misma claridad y definición que una pantalla de casi una pulgada más grande. Esto limita la participación de equipos con misma calidad de la solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2021
Donde dice "Pantalla LCD a colores de 7" o mayor" Se solicita a la convocante que pueda considerar la participación de equipos con pantallas de al menos 5.7". Como se puede considerar, la diferencia es mínima y todos los parámetros pueden ser visualizados con la misma claridad y definición que una pantalla de casi una pulgada más grande. Esto limita la participación de equipos con misma calidad de la solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 8 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2021
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones en el apartado, Capacidad técnica, Requisito documental para evaluar la capacidad técnica en donde solicita cuanto sigue: Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizado, para comercializar el producto ofertado, inscripta en el registro público de comercio o Autorización del Representante y/o Distribuidor Autorizado por el Fabricante demostrando la cadena de autorizaciones hasta el Fabricante (sic),.. En este sentido solicitamos a la Convocante se sirva en analizar la posibilidad de que el requerimiento relacionado a la inscripción en el Registro Público sea modificado, solicitando que dicha formalidad sea requerida para la firma del contrato, ya que consideramos que restringe la participación, debido a que el mismo , demora de 2 a 3 meses, sumado esta situación a que la misma genera una erogación para los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 9 - Registro Sanitario Vigente

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
<p>Consultamos si los ítems 3, 4 y 5 deben contar con Registro Sanitario Vigente. No se observa dicho requisito para estos ítems.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
<p>Dirigirse a la Adenda N° 02.</p>		

Consulta 10 - Ítem N° 9

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
<p>¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas y cubetas?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 11 - Ítems N° 9 y 10

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
<p>¿Se podría otorgar un margen de +/-10mm en las medidas de la etiqueta solicitada?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
<p>Dirigirse a la Adenda N° 02.</p>		

Consulta 12 - Ítems 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
<p>¿Se podrían cotizar en estos ítems Precintos de seguridad de color Naranja o verde?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
<p>Sí, podrá cotizar.</p>		

Consulta 13 - Ítem N° 10

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas y cubetas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 14 - Ítem N° 11

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las esterillas, cestas y cubetas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 15 - Ítems N° 11, 12 y 14

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

¿Se podría cotizar etiquetas adhesivas con un margen de +/-15mm?

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 16 - Ítem 12

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las esterillas, cestas y cubetas?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 17 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-7cm en las esterillas y cestas?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 18 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría cotizar cubeta para contenedor 590x290x120mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 19 - Ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las esterillas, cestas y cubetas?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 20 - Ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 21 - Ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría cotizar caja para instrumentales de 590x590x100mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 22 - Ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajsutarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 23 - Ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría cotizar cajas para instrumental de 59x30x15cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 24 - Ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría otorgar un margen de +/-10mm en las medidas de la base de silicona?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 25 - Ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría otorgar un margen de +/-20mm en las medidas de los estuches, cajas y bandejas solicitadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 26 - Ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría otorgar un margen de +/-0.5litros en las bandejas tipo bol solicitadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajsutarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 27 - Ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
1- ¿Se podría cotizar Porta agujas de DERF, 125mm, 5" o 5 3/8"? 2- ¿Se podría cotizar Porta agujas de HALSEY, 130mm, 5 1/8" o 5 3/8"? 3- ¿Se podría cotizar Pinza porta esponjas de FOERSTER-BALLENGER, recta, 180mm, 7" o 7 1/8"? 4- ¿Se podría cotizar separador de RAGNELL, doble, 150mm, 6" o 6 1/4"?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 28 - Ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría cotizar pinza hemostática de KOCHER, 1x2 dientes, recta, 150mm, 6" o 5 1/2"?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 29 - Ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
1- ¿Se podría cotizar separador US-ARMY, doble, juego de 2, 220mm, 8 3/4" o 8 1/4"?		
2- ¿Se podría cotizar pinza de disección y ligaduras de BABY-MIXTER, curva, 180mm, 7" o 7 1/2"?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 30 - Ítem 12

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
1- ¿Se podría cotizar separador US-ARMY, doble, juego de 2, 220mm, 8 3/4" o 8 1/4"?		
2- ¿Se podría cotizar pinza de disección y ligaduras de BABY-MIXTER, curva, 180mm, 7" o 7 1/2"?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 31 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
1- ¿Se podría cotizar pinza porta esponjas de FOERSTER-BALLENGER, recta, 180mm, 7" o 7 1/8"?		
2- ¿Se podría cotizar pinza intestinal y para tejidos de DUVAL-COLLIN, 195mm, 7 3/4" o 8"?		
3- ¿Se podría cotizar cánula de succión POOL o TOLEDO Charr 23?		
4- ¿Se podría cotizar clamp intestinal atraumático HARTMANN o KOCHER curva, 200mm, 8" o 9"?		
5- ¿Se podría cotizar clamp intestinal atraumático HARTMANN o KOCHER recta, 200mm, 8" o 9"?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 32 - Ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
1- ¿Se podría cotizar pinzas mosquito tipo PETIT-POINT o HALSTED curva, de 15.2cm?		
2- ¿Se podría cotizar pinzas mosquito tipo PETIT-POINT o HALSTED recta, de 15.2cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 33 - Ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría otorgar un margen de +/-3cm en las medidas de las riñoneras y vasos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 34 - CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice: Presión de oclusión de 9 niveles o mayor. Podría la convocante aclarar " a que se refiere exactamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Se refiere a 9 niveles de presión diferentes en caso de oclusión seleccionables.

Consulta 35 - ACCESORIOS

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
-----------------	--------------------------	------------

Donde se menciona "Soporte para porta suero" favor especificar si lo que se solicita es "porta suero" caso afirmativo, confirmar si sería de cuatro soportes para suero; teniendo en cuenta la firmeza de la base y la resistencia al peso que ejerce; lo que otorga una ventaja en caso de necesitar apilado de bombas para el paciente. Igualmente confirmar si lo que se solicita sería un porta suero por bomba, es decir 80 unidades.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
------------------	---------------------------	------------

No es porta suero, el equipo debe tener el soporte para el anclaje al porta suero.

Consulta 36 - ACCESORIOS

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
-----------------	--------------------------	------------

Donde se menciona "Soporte para porta suero" favor aclarar si lo que se solicita es el accesorio de soporte, por el cual se mantiene adherida la bomba al porta suero y que viene incluida con cada bomba.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Sí, se refiere a eso.

Consulta 37 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
-----------------	--------------------------	------------

Se le solicita amablemente a la convocante considerar ampliar el plazo de entrega a 90 días hábiles; teniendo en cuenta los imprevistos que pudieran surgir en cuanto a la importación de los productos. De manera a evitar cualquier tipo de retrasos en la provisión de los bienes adjudicados

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 38 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
-----------------	--------------------------	------------

Donde se menciona " compatible con tamaños de jeringa desde 2 ml a 60 ml". Se solicita a la convocante favor aceptar compatibilidad con tamaños de jeringa desde 5 ml a 60 ml.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 39 - CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Donde dice "sistema de vena abierta (KVO). Programación de 0.0 (desconectado) a 10 ml/h. Podría la convocante aceptar un rango Configurable: 0.1 mL/h - 3.0 mL/h, paso 0.1 mL/h.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 40 - Ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
1- ¿Se podría cotizar tubos de aspiración BABY-YANKAUER o ANDREWS, 21cm? 2- ¿Se podría cotizar separadores maleables RIBBON, 25 a 30mm x330mm? 3- ¿Se podría cotizar separadores ADSON o WEITLANER, 14cm, romo? 4- ¿Se podría cotizar separadores ADSON o WEITLANER, 16cm, romo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 41 - Ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría cotizar pinza clamp Castañeda o Cooley, angulada de 45º a 50º, 13cm. Peso hasta 12 gramos (titanio)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 42 - Ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
¿Se podría cotizar pinza clamp Castañeda o Cooley, curvo, 12cm. Peso hasta 12 gramos (titanio)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 43 - Ítem 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Ítem 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Manejo mediante pantalla táctil de al menos 6". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Pantalla de al menos 6. Manejo mediante pantalla táctil o mediante mando giratorio".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 44 - Ítem 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 4 Electrobisturí
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Con al menos 250 programas definibles".
Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Con al menos 90 programas definibles".

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 45 - Ítem 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 4 Electrobisturí
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Frecuencia de salida: 300KHz".
Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Frecuencia de salida: 300KHz como mínimo".

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 46 - Ítem 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 4 Electrobisturí
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte puro, ajustable de 10 (o menor) a 400 W (o mayor)".
Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte puro, ajustable de 10 (o menor) a 350 W (o mayor)".

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 47 - Ítem 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 4 Electrobisturí
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 400 W (o mayor)".
Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor)".

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 48 - Ítem 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 4 Electrobisturí
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 150 W (o mayor)".
Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 120 W (o mayor)".

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 49 - Ítem 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 4 Electrobisturí
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte bipolar mezcla, ajustable de 1 a 150 W (o mayor)".
Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte bipolar mezcla, ajustable de 1 a 120 W (o mayor)".

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 50 - Ítem 8 Caja de Instrumental para Neurocirugía

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: YASARGIL MICRO TIJERA BAY 20 CM RCT, consultamos a la convocante poeder ofertar con la siguiente medida: de 19 cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 51 - Ítem 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 4 Electrobisturí
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte bipolar mezcla, ajustable de 1 a 150 W (o mayor)".
Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte bipolar mezcla, ajustable de 1 a 120 W (o mayor)".

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 52 - Ítem 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 4 Electrobisturí
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Longitud del vástago de 25 cm (+/-2 mm de variación permitida)".
Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Longitud del vástago de 25 cm (+/-2 cm de variación permitida)".

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 53 - ítem 8 Caja de Instrumental para Neurocirugía

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: YASARGIL STAND PINZA PARA APLICAR CLIPS
GIRAT 11CM BAY MEMORYPINZAS PARA TUMORES 22,0CM 3MM

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 54 - ITEM N° 6 ESPIROMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. ITEM N° 6 ESPIROMETRO. En una parte de las Especificaciones Técnicas dice, Con incentivo para pacientes pediátricos 4 como mínimo Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar este punto de la siguiente manera: Con incentivo para pacientes pediátrico 1 como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 55 - ITEM N° 6 ESPIROMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
ITEM N° 6 ESPIROMETRO. En una parte de las Especificaciones Técnicas dice, Rango de flujo: 0.2 a 16 L/s. Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar este punto de la siguiente manera: Rango de Flujo: ±16 L/s		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 56 - ITEM N° 6 ESPIROMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
ITEM N° 6 ESPIROMETRO. En una parte de las Especificaciones Técnicas dice, Precisión de la frecuencia de pulso: +/- 2 LPM o 2%, lo que sea menor Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar este punto de la siguiente manera: Precisión de la frecuencia de pulso: +/- 2 LPM o 2%, lo que sea mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 57 - Ítem 08

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 58 - ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 59 - ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Solicitamos a la convocante otorgar una variación de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 60 - ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Solicitamos a la convocante otorgar una variación de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 61 - ITEM 12

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Solicitamos a la convocante otorgar una variación de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 62 - ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Solicitamos a la convocante otorgar una variación de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 63 - ITEM 14

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Solicitamos a la convocante otorgar una variación de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 64 - ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 65 - ITEM 16

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Solicitamos a la convocante otorgar una variacion de +/-2cm en las medidas de los instrumentos solicitados y +/-5cm en las cestas, y cubetas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 66 - ITEM 9 Caja de Instrumental para Hernias (Neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Se puede cotizar pote de de 80mmx40mm (140ml) ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 67 - ITEM 9 Caja de Instrumental para Hernias (Neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: PINZA PORTAESPONJA C.CIERRE RCT.145MM consultamos a la convocante aceptar pinza Collin de 16cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 68 - ITEM 9 Caja de Instrumental para Hernias (Neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice : SEPARAD.BABY SENN-MILLER ROMO 8X7/22X7MM solicitamos a la convocante acpetar con la siguiente medida: 15 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 69 - ITEM 9 Caja de Instrumental para Hernias (Neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Donde dice: CESTA PERFORADA 267MMX125MM ALTURA 49MM solicitamos a la convocante acpetar cesta con la siguiente medida: 255mmx245mmx30mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 70 - ITEM 9 Caja de Instrumental para Hernias (Neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: CUBETA PARA CONTENEDOR 310X 132 MM ALTURA:57 solicitamos que la convocante acepte cubeta de la siguiente medida: 285mmx280mmx55mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 71 - ITEM 9 Caja de Instrumental para Hernias (Neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: ETIQUETA ADHESIVA Y CON INDICADOR DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR. MEDIDAS : 60X18MM PRESENTACIÓN : PAQUETE DE 100 UNIDADES solicitamos a la convocante dejar como opsional el adhesivo de la etiqueta, permitir cotizar etiquetas con indicador que va con cada caja que se va a ofertar, con la medida correspondiente a cada caja		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 72 - lote 10 Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
solicitamos a la convocante poder ofertar pote de 80mmx40mm (140ml)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 73 - item 10 Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Donde dice: PINZA PORTAESPONJA C.CIERRE RCT.145MM , solicitamos poder ofertar Collin de 16cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 74 - ítem 10 Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: PINZA HEMOSTATICA de KOCHER, 1X2 DIENTES, RECTA, 150 mm, 6" , solicitamos a la convocante poder ofertar Ochsner-Kocher de 16cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 75 - ítem 10 Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Donde dice: CESTA PERFORADA 267MMX125MM ALTURA 49MM , solicitamos a la convocante poder ofertar cesta con la siguiente medida: 255mmx245mmx30mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 76 - ítem 10 Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: CUBETA PARA CONTENEDOR 310X 132 MM ALTURA:57 solicitamos a la convocante poder ofertar cubeta con las siguientes medidas 285mmx280mmx55mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 77 - ítem 10 Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: ETIQUETA ADHESIVA Y CON INDICADOR DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR. MEDIDAS : 60X18MM PRESENTACIÓN : PAQUETE DE 1000 UNIDADES solicitamos a la convocante dejar como opcional el adhesivo de la etiqueta, permitir cotizar etiquetas con indicador que va con cada caja que se va a ofertar, con la medida correspondiente a cada caja		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 78 - ítem 11 Caja de Instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
solicitamos a la convocante poder ofertar pote de 80mmx40mm (140ml)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 79 - ítem 11 Caja de Instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: PINZA PORTAESPONJA C.CIERRE RCT.145MM solicitamos a la convocante poder ofertar pinza Collin de 16cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 80 - ítem 11 Caja de Instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: ESTERILLA DE SILICONA PARA CESTAS .MEDIDA:240X250MM , solicitamos poder ofertar esterilla de 225mmx225mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 81 - ítem 11 Caja de Instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice:CUBETA PARA CONTENEDOR DE ALUMINIO 300X 274MM ALTURA:90MM , solicitamos poder ofertar cubeta con la siguiente medida: 285mmx280mmx100mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 82 - ítem 11 Caja de Instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: ETIQUETA ADHESIVA Y CON INDICADOR DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR. MEDIDAS : 80X35 MM PRESENTACIÓN : PAQUETE DE 1000 UNIDADES solicitamos a la convocante dejar como opcional el adhesivo de la etiqueta, permitir cotizar etiquetas con indicador que va con cada caja que se va a ofertar, con la medida correspondiente a cada caja		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 83 - ítem 12 Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
solicitamos a la convocante poder ofertar pote de 80mmx40mm (140ml)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 84 - ítem 12 Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: PINZA PORTAESPONJA C.CIERRE RCT.145MM , solicitamos a la convocante poder ofertar pinza Collin 16cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 85 - ítem 12 Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: ESTERILLA DE SILICONA PARA CESTAS .MEDIDA:240X250MM, solicitamos a la convocante poder ofertar esterilla de 225mmx225mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 86 - ítem 12 Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: CUBETA PARA CONTENEDOR DE ALUMINIO 300X 274MM ALTURA:90MM , solicitamos a la convocante poder ofertar cubeta de 285mmx280mmx100mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 87 - ítem 12 Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: ETIQUETA ADHESIVA Y CON INDICADOR DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR. MEDIDAS : 80X35 MM PRESENTACIÓN : PAQUETE DE 1000 UNIDADES solicitamos a la convocante dejar como opcional el adhesivo de la etiqueta, permitir cotizar etiquetas con indicador que va con cada caja que se va a ofertar, con la medida correspondiente a cada caja		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 88 - ÍTEM 13 Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
solicitamos a la convocante poder ofertar pote de 80mmx40mm (140ml)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 89 - ITEM 13 Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Donde dice: CLAMP INTESTINAL ATRUMATICO de HARTMANN, CURVA, 200 mm, 8" solicitamos a la convocante poder ofertar CLAMP INTESTINAL ATRUMATICO Spencer-Wells		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 90 - ITEM 13 Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: CLAMP INTESTINAL ATRUMATICO de HARTMANN, RECTA, 200 mm, 8" solicitamos a la convocante poder ofertar CLAMP INTESTINAL ATRUMATICO Spencer-Wells		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 91 - ITEM 13 Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: ESTERILLA DE SILICONA PARA CESTAS .MEDIDA:402X250MM , solicitamos a la convocante poder ofertar esterilla de 440MMX230MM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 92 - ITEM 13 Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: CESTA PERFORADA 406X253 MM ALTURA 56MM solicitamos a la convocante poder ofertar cesta de 405mmx255mmx60mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 93 - ITEM 13 Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: PRECINTOS DE SEGURIDAD TIPO CANDADO DE PEEK, QUE SIRVE PARA DETECTAR APERTURA ANTICIPADA DEL CONTENEDOR ANTES DE SU USO O DETERMINAR INTEGRIDAD DEL CONTENIDO. CON INDICADOR DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR. COLOR NARANJA. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 100 UNIDADES. solicitamos a la convocante dejar como opcional el adhesivo de la etiqueta, permitir cotizar etiquetas con indicador que va con cada caja que se va a ofertar, con la medida correspondiente a cada caja		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 94 - ítem 14 Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
solicitamos a la convocante poder ofertar pote de 80mmx40mm (140ml)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 95 - ítem 14 Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: PINZA HEMOSTATICA CRILE CRV.160MM solicitamos a la convocante poder ofertar PINZA Crille-Rankin		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 96 - ítem 14 Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: PINZA PORTAESPONJA C.CIERRE RCT.145MM solicitamos a la convocante poder ofertar pinza Collin de 16cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 97 - ítem 14 Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice ESTERILLA DE SILICONA PARA CESTAS .MEDIDA:240X250MM solicitamos a la convocante poder ofertar esterilla 225mmx225mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 98 - ítem 14 Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: 1/2 CESTA PERFORADA 243X253X56 MM solicitamos a la convocante poder ofertar cesta de 255mmx245mmx50mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 99 - ítem 14 Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: CUBETA PARA CONTENEDOR DE ALUMINIO 300X 274MM ALTURA:90MM solicitamos a la convocante poder ofertar cubeta de 285mmx280mmx85mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 100 - ítem 14 Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: ETIQUETA ADHESIVA Y CON INDICADOR DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR. MEDIDAS : 80X35MM PRESENTACIÓN : PAQUETE DE 1000UNIDADES solicitamos a la convocante dejar como opcional el adhesivo de la etiqueta, permitir cotizar etiquetas con indicador que va con cada caja que se va a ofertar, con la medida correspondiente a cada caja		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 101 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Características Físicas: para permitir mayor participación de oferentes quisiera consultar si se podría modificar: Pantalla LCD de 3,5" o mayor a 2.7 pulgadas o mayor además de modificar para que la bomba sea Compatible con tamaños de jeringas desde 5ml a 60 ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 102 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: TIJERAS RECTAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7 CM, HOJA DE CORTE 1,6 solicitamos a la convocante poder ofertar tijera largo total 9,5cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 103 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
donde dice: TIJERAS CURVAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7 CM, HOJA DE CORTE 1,6 solicitamos a la convocante poder ofertar TIJERAS CURVAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL Mide 9,5cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 104 - ITEM 1 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
ITEM 1 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO Considerando que en los ítems del 8 al 16 instrumentales se solicitan Certificado de Registro sanitario, de presentación OBLIGATORIA, vigente. Solicitamos respetuosamente, que sea de presentación obligatoria el Certificado de Registro Sanitario vigente correspondiente a este ITEM 1 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 105 - ITEM 4 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
ITEM 4 ELECTROBISTURI Considerando que en los ítems del 8 al 16 instrumentales se solicitan Certificado de Registro sanitario, de presentación OBLIGATORIA, vigente. Solicitamos respetuosamente, que sea de presentación obligatoria el Certificado de Registro Sanitario vigente correspondiente a este ITEM 4 ELECTROBISTURI.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 106 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
SOLICITAMOS CONSIDERAR EN CARACTERISTICAS DEL SISTEMA PARA LAS BOMBAS INFUSORAS: Rango de flujo de 0,1 ml/h a 1200 ml/h con incremento de 0.01 ml/h Selección de volúmen de 0,1ml a 9,999ml con incrementos de 0,01 a permitir que la selección sea desde 0 - 9,999 ml, con incrementos de 0,01 ml. Sistema de vena abierta (KVO). Programación de 0.0 (desconectado) a 10ml/h si se puede considerar 0,1 - 10 ml/h, con incremento de 0,01 ml Solicitamos para dar mayor oportunidad de participación sonde dice "Presión de oclusión de 9 niveles o mayor" modificar a 8 niveles o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 107 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Solicito la posibilidad de modificar en otras características, "cable de alimentación de 3 mts o más" que sea "cable de alimentación de 2 mts. o más"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 108 - ITEM 2 - OTRAS CARACTERISTICAS

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
-----------------	--------------------------	------------

Donde se menciona, "Cable de alimentación de 3m o más". Se le solicita amablemente a la convocante aceptar cable de alimentación con un rango de 2 m o más; de manera a permitir mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 109 - ítem 6 Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

Para el ítem 6 Espirometro donde solicitan Espirometro portátil con impresora incorporado Solicitamos a la convocante poder cotizar impresora por separado, esto ayudara a mantener los informes con mayor tiempo que las impresoras térmicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 110 - ítem 6 Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

Para el ítem 6 Espirometro donde solicitan Espirómetro diagnóstico con oximetría Solicitamos que este ítem sea opcional para dar mayor participación a los proveedores

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 111 - ítem 6 Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

Para el ítem 6 Espirometro donde solicitan Espirómetro diagnóstico con oximetría Solicitamos que este ítem sea opcional para dar mayor participación a los proveedores

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 112 - ítem 8 Caja de instrumentales para Neurocirugía

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan: Yasargil stand pinza para aplicar clips girat 11 cm Bay Memory, como esta es una especificación de la marca Aesculap, solicitamos se permitan cotizar instrumentales alternativos que cumplan con la función de la aplicación de clips para aneurisma

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 113 - Item 9 Caja de instrumental para Hernias (Neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 1 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre sí y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 114 - Item 10 Caja de instrumental para Hernias (Pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre sí y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 115 - Item 11 Caja de instrumental para Apendicectomía (Joven/Adulto)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre sí y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 116 - Item 12 Caja de instrumental para Apendicectomía (Escolar)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre sí y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 117 - Item 13 Caja de instrumental para Cirugía Oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 118 - Item 14 Caja de instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 119 - Item 15 Caja de instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Para este ítem destacamos que han incluido medidas que no existen en la práctica, con números decimales

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 120 - Item 16 Caja de instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

Para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 121 - Item 16 Caja de instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

Con respecto al juego de agujas curvas para sutura, solicitamos se puedan cotizar juego de agujas curvas para sutura tamaños del 1 al 12

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 122 - Consultas para todos los Items de instrumental quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>1- Donde dice: Adicionalmente el sistema de contenedores debe tener aprobación por FDA. Estos certificados son de presentación obligatoria, original o fotocopia legalizada, deberá ser otorgado por el fabricante al postor y debe indicar el material con que ha sido elaborado el material médico quirúrgico y odontológico que ofertan los postores.</p> <p>Los certificados FDA para fabricantes de origen USA solo son emitidos mencionando países y no así las empresas oferentes o postoras, para los fabricantes de origen fuera de USA los certificados son emitidos via web y no se mencionan ni siquiera los países a los que van dirigidos, por lo que solicitamos replantear este punto</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 123 - Consultas para todos los Items de instrumental quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>2- Para los contenedores solicitan:</p> <p>Sistema de barrera estéril rígido preformado, que cumple la función de: Proteger físicamente el contenido del ambiente externo; Manteniendo el contenido en condición estéril después del proceso de esterilización en autoclave y durante el almacenamiento, impidiendo el ingreso de micro organismos hacia el interior del contenedor; Presentación aséptica y contenido estéril en el quirófano; Finalmente con placas con nombre y especialidad, que permita identificación del contenido y datos relevantes del proceso de esterilización aplicados.</p> <p>Los contenedores con sistema de barrera estéril no llevan filtro por lo que existe una discrepancia entre la descripción de este item y los siguientes (tapas, filtros PTFE, etc).</p> <p>Les solicitamos comprobar este punto porque parece haber un error.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 124 - Consultas para todos los Items de instrumental quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>Las medidas de los contenedores de algunos items no podrían contener todos los instrumentales solicitados, por lo que sugerimos soliciten se cotice contenedor de esterilización de tamaño acorde a los instrumentales ofertados en cada caja</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 125 - Consultas para todos los Items de instrumental quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>1- Donde dice: Adicionalmente el sistema de contenedores debe tener aprobación por FDA. Estos certificados son de presentación obligatoria, original o fotocopia legalizada, deberá ser otorgado por el fabricante al postor y debe indicar el material con que ha sido elaborado el material médico quirúrgico y odontológico que ofertan los postores.</p> <p>Los certificados FDA para fabricantes de origen USA solo son emitidos mencionando países y no así las empresas oferentes o postoras, para los fabricantes de origen fuera de USA los certificados son emitidos via web y no se mencionan ni siquiera los países a los que van dirigidos, por lo que solicitamos replantear este punto</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 126 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: PINZAS KOCHER RECTA DE 14 CM Solicitamos a la convocante poder ofertar pinza Ochsner-Kocher c/d		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 127 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: ANILLOS PARA LAPAROTOMÍA DE 3,8 CM solicitamos a la convocante poder ofertar Foerster-Ballenger		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 128 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: PORTA AGUJAS TIPO WEBSTER DE 11,5 CM solicitamos a la convocante poder ofertar de 13cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 129 - Ítem 3 Torre de Neurocirugía

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde Dice: Debe contar con el grado de protección del tipo "Cardiac flowting desfibrillation Proof" de acuerdo a la norma IEC 60601-2-18 para la protección del paciente como del equipo, demostrado e indicado en el catálogo que debe ser adjuntado a la oferta. Se solicita a la Convocante: Que este requerimiento sea como opcional ya que las indicaciones de uso del equipo son para neurocirugia y no para cirugia cardiaca, no tiene contacto con el corazon		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 130 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: PORTA AGUJAS Y TEJIDO ADSON CON DIENTE 1X2 DE 11,9 CM solicitamos a la convocante poder ofertar Porta Aguja de 18 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 131 - Item 3 Torre de Neurocirugía

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: El procesador debe poder comunicarse con los demás equipos de la torre, como el insuflador y la fuente de luz, para poder mostrar los parámetros de los mismos en la pantalla de visualización.		
Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea como opcional, ya que por ser una torre para neurocirugía no requiere visualizar datos del insuflador y para la fuente de luz esta regula automáticamente la luz, por tanto no requiere ningún dato que aporte al procedimiento, se sugiere colocar como opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 132 - item 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: SEPARADOR TIPO VOLKMAN CON TRES DIENTES ATRAUMÁTICO DE 9,15MM DE 11,8 CM solicitamos a la convocante poder ofertar SEPARADOR de 16 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 133 - Item 3 Torre de Neurocirugía

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Debe contar con el grado de protección del tipo "Cardiac flowting desfibrilation Proof" de acuerdo a la norma IEC 60601-2-18 para la protección del paciente como del equipo, demostrado e indicado en el catálogo que debe ser adjuntado a la oferta		
Se solicita a la Convocante: colocar esta solicitud como opcional ya que las indicaciones de uso del equipo son para neurocirugía y no para cirugía cardíaca, no tiene contacto con el corazón		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 134 - item 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: SEPARADORES SENN ATRAUMÁTIC DE 16 CM consultamos a la convocante poder ofertar separador Senn-Miller		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 135 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: SEPARADORES VOLKMAN CON 6 DIENTES FILOSOS DE 16 MM X 40 MM DE 23,2 CM solicitamos a la convocante poder ofertar separador de 21,5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 136 - Ítem 3 Torre de Neurocirugía

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: FUENTE DE LUZ DE XENON O LED, EN EL CASO DE XENON DEBERÁ SER DE 300W con duración de 500hs. Se solicita a la Convocante brindar mas datos sobre la fuente de Luz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 137 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: TUBOS DE ASPIRACIÓN FRAZIER ANGULADA DE 14FR DE 19,3 CM solicitamos a la convocante poder ofertar tubos de 15 charr		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 138 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: BAJA LENGUAS WIEDER PEQUEÑO DE 12,6 CM solicitamos a la convocante poder ofertar baja lengua de 14,5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 139 - Ítem 2 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 2 solicitan: Pantalla LCD de 3.5" o mayor. Al respecto, solicitamos por favor a la convocante considerar equipos con pantalla LCD de 2.8 o mayor ya que para muchos fabricantes la información de infusión se describe en el equipo con señales luminosas y/o audibles sin necesidad de ocupar gran espacio en pantalla. El objetivo principal en el diseño de las bombas de infusión es que sean equipos compactos y con toda la información de infusión detallada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 140 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: BAJA LENGUAS WIEDER GRANDE DE 12,6 CM solicitamos a la convocante poder ofertar baja lengua de 14,5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 141 - Ítem 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Manejo mediante pantalla táctil de al menos 6"		
Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 1", teniendo cuenta el Principio de Igualdad y libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 142 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 2 solicitan: "Cable de alimentación de 3m o más" Solicitamos por favor a la convocante considerar equipos con cable de alimentación de 1,2 m o más, esto considerando que los cables muy extensos no son recomendables debido a que tienden a enredarse con cables de otros equipos y/o con los sets de infusión, generando caídas, interrupciones en la infusión, accidentes, etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 143 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: VASOS PARA IODO DE 6 ONZAS DE 8,6 CM X 5,1 CM solicitamos a la convocante poder ofertar vasos con la siguiente medida 80mm/40mm. De 140 ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 144 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Peso de equipo: menor a 10Kg		
Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 2.5 Kg, teniendo en cuenta el Principio de Igualdad y libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 145 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
sonde dice: VASOS GRADUADO DE 2 ONZAS DE 5,4 CM X 5,1 CM		
solicitamos a la convocante poder ofertar vasos de 4,5cmx5,3cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 146 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 2 solicitan: Rango de flujo de 0,01ml/h a 100ml/h, con incrementos de 0,1ml/h Solicitamos y sugerimos modificar e incluir lo siguiente:		
Rango de flujo de 0,1 ml/h a 999,9 ml/h con incrementos de 0,01 a 0,1 ml/h. Considerando que las bombas de infusión a jeringa se utilizan en servicios como anestesia, pediatría, neonatología donde la precisión de la infusión es de vital importancia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 147 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: VASOS PARA SOLUCIONES DE 36,8 CM X 12,7 CM		
solicitamos a la convocante poder ofertar vasos de 34,5 cmX 12,5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 148 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TIJERAS MAYO RECTA ATRAUMÁTICA DE 16,2 CM TIJERAS METZENBAUM CURVA DELICADA DE 17,8 CM TIJERAS IRIS RECTA LARGO TOTAL 11,6 CM, HOJA DE CORTE 2,5 CM TIJERAS RECTAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7 CM, HOJA DE CORTE 1,6 PORTA AGUJAS TIPO WEBSTER DE 11,5 CM PORTA AGUJAS TIPO HALSEY DE 13,5 CM TIJERAS RECTAS UNA PUNTA ATRAUMÁTICA Y OTRA TRAUMÁTICA DE 12 CM		
Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 1 cm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 149 - Item 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Con al menos 250 programas definibles		
Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea de acuerdo a tecnología del Fabricante ya que varían mucho, caso contrario se diría que la especificación va muy dirigida a una marca específica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 150 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TIJERAS CURVAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7 CM, HOJA DE CORTE 1,6 TIJERAS PARA TENOTOMÍA CURVA CON VÁSTAGO PLANO DE LARGO TOTAL 9,8 CM, HOJA DE CORTE 1,3 CM TIJERAS TIPO STEVENS PARA TENOTOMÍA CURVA LARGO TOTAL 10,5 CM, HOJA DE CORTE 1,2 CM TIPO STEVENS CURVA, LARGO TOTAL 10,5 CM, HOJA DE CORTE 1,4 CM PINZAS ANATÓMICA ALLIS CON DIENTE 5X6 DE 15,6 CM		
Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 1 cm) en el largo total, ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 151 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TIJERAS MAYO CURVA TERMINACIÓN MATE DE 17,1 CM TIJERAS PARA CIRUGÍA PLÁSTICA RECTA DE 12,1 CM TIJERAS PARA CIRUGÍA PLÁSTICA CURVA DE 12,1 CM TIJERAS DE DISECCIÓN CURVA MANGO PESADO LARGO TOTAL 14,6 CM, HOJA DE CORTE 4,25 CM		
Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 1 mm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 152 - Item 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Corrientes fraccionadas para endoscopia		
Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea de carácter Opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 153 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: CAJA DE INSTRUMENTALES CON TAPA FENESTRADA DE 33 CM X 51,4 X 8,9 CM		
Solicitamos por favor considerar cotizar contenedor de aluminio anodizado con las siguientes dimensiones: 47 x 28,1 x 13,7 cm incluidos la tapa y filtro apto para 5.000 ciclos, cesta que pueda facilitar la presentación sin riesgo de contaminación, esterilla de silicona y precintos de seguridad; ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 154 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: CAJA DE INSTRUMENTALES CON TAPA FENESTRADA DE 33 CM X 51,4 X 8,9 CM solicitamos a la convocante poder ofertar cajas con las siguientes medidas 58 cmx 28 cm x 10 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 155 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TIJERAS RECTAS UNA PUNTA ATRAUMÁTICA Y OTRA TRAUMÁTICA DE 12 CM		
Solicitamos por favor aclarar si son 2 unidades de cada una de las tijeras solicitadas, o es una de cada medida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 156 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TIJERAS DE DISECCIÓN CURVA MANGO PESADO LARGO TOTAL 14,6 CM, HOJA DE CORTE 4,25 CM		
Solicitamos por favor poder cotizar Tijera Metzenbaum de 14,5 cm, ya que cumpliría con los mismos fines, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 157 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS FOERSTER RECTA SERRADA DE 35,7 CM		
Solicitamos por favor tener en cuenta que 35,7 cm es una longitud extensa para una caja abdominal, tratándose de un hospital pediátrico. Sugerimos poder cotizar en tal caso las pinzas Foerster de 18 a 24,5 cm o con máximo de 32 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 158 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: ANILLOS PARA LAPAROTOMÍA DE 3,8 CM		
Solicitamos por favor aclarar si se refiere a retractor o separador y especificar las medidas correspondientes de longitud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 159 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Frecuencia de salida: 300KHz		
Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea tomando como "Mínimo" o en todo caso se establezca que sea de 300KHz o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 160 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS MOSQUITO TIPO PETITPOINT CURVA DE 15,2 CM PINZAS MOSQUITO TIPO PETITPOINT RECTA DE 15,2 CM		
Solicitamos por favor poder cotizar Pinza Hemostática de 15 cm, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 161 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS MOSQUITO TIPO PETITPOINT CURVA DE 15,2 CM PINZAS MOSQUITO TIPO PETITPOINT RECTA DE 15,2 CM		
Solicitamos por favor poder cotizar Pinza Hemostática de 15 cm, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 162 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS BACKHAUS TERMINACIÓN TIPO ESPEJO DE 13,3 CM		
Solicitamos por favor aclarar a qué haría referencia la terminación Tipo Espejo y aceptar rango de tolerancia de (+/-1cm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 163 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: SEPARADOR TIPO VOLKMAN CON TRES DIENTES ATRAUMÁTICO DE 9,15MM DE 11,8 CM SEPARADORES KNAPP DE 13,2 CM		
Solicitamos por favor poder cotizar Retractor o Separador de 3 garfios Romo de 15,5 cm (+/-1cm), ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 164 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TIJERAS PARA TENOTOMÍA TIPO STEVENS CURVA 12MM LARGO TOTAL 10,7 CM, HOJA DE CORTE 1,2 CM		
Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 2 mm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 165 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: CAJAS PARA INSTRUMENTAL PARA AUTOCLAVE EN ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO DIMENSIONES: 40CM X 30CM X 15CM. solicitamos a la convocante poder ofertar cajas con las siguientes medidas 46x28x135		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 166 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PORTA AGUJAS TIPO MASSON DE 26,8 CM		
Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 3 mm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 167 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Función para bebés		
Se solicita a la Convocante Aclarar dicho requerimiento, que la placa sea para función bebés, son exclusivas de una marca, sugerimos colocarla como opcional para permitir la participación de otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 168 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PORTA AGUJAS TIPO CRILEWOOD TERMINACIÓN MATE DE 20,5 CM		
Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 5 mm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 169 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: TUBOS DE ASPIRACIÓN, BABY YANKAUER, 21CM 2		
solicitamos a la convocante poder ofertar TUBOS DE ASPIRACIÓN Baby-Poole		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 170 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PORTA AGUJAS Y TEJIDO ADSON CON DIENTE 1X2 DE 11,9 CM		
Solicitamos por favor aclarar si se refiere a Pinza Adson con diente 12 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 171 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS ANATÓMICAS PARA TEJIDO Y AGUJA ADSON CON DIENTE 3X4 DE 12,4 CM		
Solicitamos por favor poder cotizar Pinza Anatómica para tejido Adson Brown de 12 cm, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 172 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS ANATÓMICAS TIPO EWALD CON DIENTE 1X2 DE 12,4 CM		
Solicitamos por favor poder cotizar Pinza Anatómica tipo Gerald 1x2 dientes de 17,5 cm, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 173 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: SEPARADORES SENN ATRAUMÁTIC DE 16 CM		
Solicitamos por favor poder cotizar separador o retractor tipo Senn Miller de 15,5 cm de longitud (+/-1cm), ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 174 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: TIJERAS SUPERCUT STEVENS RECTA, 11,5CM consultamos a la convocante poder ofertar tijera Punta aguda		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 175 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: GANCHOS JOHNSON 5MM DE 16,5 CM		
Solicitamos por favor poder cotizar gancho tipo Joseph 6mm, 16cm de longitud (+/-1cm), ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 176 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: RIÑONERAS DE 10 ONZAS DE 16,8CMX8,9CMX3,8CM		
Solicitamos por favor poder cotizar riñonera de acero quirúrgico de 8 a 10 onzas, o 250 ml (+/-10 ml) con medidas de 17 cm (+/-1 cm), ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 177 - Ítem 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Con sistema de sellado vascular bipolar. Que permita sellar vasos hasta 7 mm de diámetro generando daño térmico lateral 3 mm o menor		
Se solicita a la Convocante Aclarar esta especificación, son exclusivas de una marca sugerimos colocarla como opcional para permitir la participación de otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 178 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: VASOS GRADUADO DE 2 ONZAS DE 5,4 CM X 5,1 CM		
Solicitamos por favor poder cotizar vaso graduado de 1.5 a 2 onzas o 50 a 60 CCM, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 179 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: VASOS PARA IODO DE 6 ONZAS DE 8,6 CM X 5,1 CM		
Solicitamos por favor poder cotizar pote o vasos de acero quirúrgico de 5 a7 onzas, o 160 ml (+/-10 ml), con medidas de 8,3 x 5,4 x 4,1 cm (+/-1 cm), ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 180 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: PINZAS HEMOSTÁTICA, ROCHESTER OCHSNER, 14CM, RECTA solicitamos a la convocante poder ofetar pinzas Ochsner-Kocher		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 181 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: SEPARADORES VOLKMAN CON 6 DIENTES FILOSOS DE 16 MM X 40 MM DE 23,2 CM		
Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de 22,5 (+/-1 cm), ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 182 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: TUBOS DE ASPIRACIÓN FRAZIER ANGULADA DE 14FR DE 19,3 CM		
Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de 18 cm (+/-1cm), ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 183 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: Corte puro, ajustable de 10 (o menor) a 400 W (o mayor)

Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento vaya a partir de 10 a 300W o mejor

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 184 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan:
TUBOS DE ASPIRACIÓN FRAZIER ANGULADA DE 14FR DE 19,3 CM

Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de 18 cm (+/-1cm), ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 185 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

donde dice: PINZAS HEMOSTÁTICA, ROCHESTER OCHSNER, 20CM, CURVA
solicitamos a la convocante poder ofertar PINZAS Ochsner-Kocher

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 186 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
----------	-------------------	------------

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan:
CAJAS PARA INSTRUMENTAL PARA AUTOCLAVE EN ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO DIMENSIONES: 40CM X 30CM X 15CM.

Solicitamos poder cotizar contenedor de aluminio anodizado con las siguientes dimensiones: 47 x 28,1 x 15,2 cm incluido la tapa y filtro apto para 5.000 ciclos, cesta que pueda facilitar la presentación sin riesgo de contaminación, esterilla de silicona acorde al tamaño de la cesta, etiqueta de identificación y precintos de seguridad, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 02.

Consulta 187 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan:</p> <p>TIJERAS DE DISECCIÓN, RECTA MAYOSTILLE, 15CM TIJERAS PARA VENDAJES, UNIVERSAL, 15CM TIJERAS SUPERCUT STEVENS RECTA, 11,5CM PINZAS A TRAUMÁTICAS, DE BAKEY, 16CM, PUNTA DE 1MM PINZAS A TRAUMÁTICAS, DE BAKEY, 16CM, PUNTA DE 1,5MM PINZAS A TRAUMÁTICAS, DE BAKEY, 16CM, PUNTA DE 2MM PINZAS A TRAUMÁTICAS, DE BAKEY, 20CM, PUNTA DE 1MM PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO HEGAR, 16CM, TC</p> <p>Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 1 cm) en el largo total, ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.</p> <p>&#8195;</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 188 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>donde dice: SEPARADORES MALEABLES RIBBON, 25MM X 330MM solicito a la convocante poder ofertar separadores de 30mm</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 189 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan:</p> <p>SEPARADORES VOLKMANN, AGUDO, DOS DIENTES, 21,5CM SEPARADORES VOLKMANN, AGUDO, TRES DIENTES, 21,5CM SEPARADORES VOLKMANN, AGUDO, CUATRO DIENTES, 21,5CM SEPARADORES VOLKMANN, ROMO, DOS DIENTES, 21,5CM SEPARADORES VOLKMANN, ROMO, TRES DIENTES, 21,5CM SEPARADORES VOLKMANN, ROMO, CUATRO DIENTES, 21,5CM SEPARADORES ADSON, 16CM, ROMO PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO HEGAR, 18CM, TC PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO HEGAR, 20CM, TC PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO HEGAR, 24CM, TC PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO HEGAR, 16CM, PUNTA FINA, TC PORTA AGUJAS, RYDER, ANCHO DE PUNTA: 1MM, 13CM, TC PORTA AGUJAS, RYDER, ANCHO DE PUNTA: 1MM, 18CM, TC PORTA AGUJAS, RYDER, ANCHO DE PUNTA: 2MM, 20CM, TC TIJERA POTTS, ANGULADA DE 45º, MANGO PLANO, 18,5CM (TITANIO) TIJERA POTTS, ANGULADA DE 90º, MANGO PLANO, 18,5CM (TITANIO) PINZAS DE DISECCIÓN DE BAKEY, RECTO, ANCHO DE LAS MANDÍBULAS: 1,5MM, MANGO PLANO, 15CM (TITANIO)</p> <p>Solicitamos por favor considerar acero quirúrgico y rango de tolerancia de (+/- 5 mm) en el largo total, ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 190 - Item 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>Donde dica: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 400 W (o mayor)</p> <p>Se solicita a la Convocante: 5w a 200W como mínimo o mejor</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 191 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>donde dice: SEPARADORES MALEABLES RIBBON, 76MM X 330MM solicitamos a la convocante poder ofertar separadores de 50mm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 192 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: SEPARADORES MALEABLES RIBBON, 76MM X 330MM		
Solicitamos por favor aceptar rango de tolerancia en el ancho de (+/-30mm), ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes. Solicitamos además, poder cotizar Separador Maleable de Ribbon 50x330 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 193 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: CADRES DE ESTERILIZACIÓN, BUNT, 12CM		
Solicitamos por favor aceptar rango de tolerancia en el ancho de (+/-3cm), ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes. Solicitamos, además, poder cotizar porta pinza de 10,5 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 194 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: ESTUCHES PARA ESTERILIZAR AGUJA EN AUTOCLAVES DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO. DIMENSIONES: 65MM X 42MM X 8MM		
Solicitamos por favor aceptar rango de tolerancia en el ancho de (+/-10mm), ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 195 - Ítem 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Corriente de coagulación forzada, ajustable de 5 (o menor) a 150 W (o mayor)		
Se solicita a la Convocante: 5W a 120W como mínimo o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 196 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: CAJAS CON TAPA PARA INSTRUMENTOS PEQUEÑOS DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO, PARA ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN. DIMENSIONES: 218MM X 150MM X 50MM</p> <p>Solicitamos poder cotizar contenedor de aluminio anodizado para autoclave con las siguientes dimensiones 310 x 140 x 67cm incluido la tapa y filtro apto para 1000 ciclos, esterilla de silicona acorde al tamaño de la cesta, etiqueta de identificación y precintos de seguridad; ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 197 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>donde dice: PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO HEGAR, 16CM, PUNTA FINA, TC consultamos a la convocante la posibilidad de ofertar Ryder-French-eye de 15cm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 198 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: MICRO PORTA AGUJAS, RECTO, CON SEGURO, AMNGO PLANO, 16CM, RECUBIERTO</p> <p>Solicitamos poder cotizar porta aguja de titanio mango redondo con seguro de 18.5 cm ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 199 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PINZA CLAMP CASTAÑEDA, ANGULADO DE 50°, 13CM. PESO: HASTA 12 GRAMOS (TITANIO) PINZA CLAMP CASTAÑEDA, CURVO, 12CM. PESO: HASTA 12 GRAMOS (TITANIO)</p> <p>Solicitamos poder aceptar acero quirúrgico y ampliar rango de tolerancia de (+/-1cm) ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 200 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO HEGAR, 12CM, TC		
Solicitamos poder cotizar porta aguja de Halsey con carburo de tungsteno, que cumpla lo longitud requerida por el oferente de 12 cm, ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 201 - Item 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Corriente de coagulación sin contacto mediante spray, ajustable de 2 (o menor) a 150 W (o mayor)		
Se solicita a la Convocante: 5W a 120W como mínimo o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 202 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PORTA AGUJAS, CERRADA, MAYO HEGAR, 14CM, TC		
Solicitamos poder cotizar porta aguja tipo Crile Wood con carburo de tungsteno, de 14,5cm (+/-5mm), ya que cumpliría con los fines requeridos, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 203 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: CADRES DE ESTERILIZACIÓN, BUNT, 12CM		
solicitamos a la convocante poder ofertar CADRES Mayo de 14cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 204 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Corriente de coagulación sin contacto mediante chispas, ajustable de 2 (o menor) a 150 W (o mayor)		
Se solicita a la Convocante: 5W a 120W como mínimo o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 205 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: PINZAS PARA TORCER HILOS, MAYO HABERISSER, PUNTA ARREDONDADA, 15CM,TC solicitamos a la convocante poder ofertar pinzas Corwin		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 206 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Corriente por desecación , ajustable de 1 a 100 W (o mayor)		
Se solicita a la Convocante: 5W a 120W como mínimo o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 207 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: SEPARADORES COSTAL, MORSE FAVALORO, 17MM X 22M X 160MM solicitamos a la convocante poder ofertar separadores Ankeney con la siguiente medida 19mmx25mmx127mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 208 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 150 W (o mayor)		
Se solicita a la Convocante: 5 a 100W como mínimo o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 209 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: SEPARADORES COSTAL, MORSE, 19MM X 27M X 210MM solicitamos a la convocante poder ofertar separadores Morse-Favaloro de 19mmx29mmx200mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 210 - Ítem 4 Electro bisturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Corte bipolar mezclado, ajustable de 1 a 150 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 1 a 120W como mínimo o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 211 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: ESTUCHES PARA ESTERILIZAR AGUJA EN AUTOCLAVES DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO. DIMENSIONES: 65MM X 42MM X 8MM solicitamos a la convocante poder ofertar estuches de 65mmx45mmx8mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 212 - Ítem 4 Electro bisturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Corriente de coagulación bipolar micro, ajustable de 0,1 a 50 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 1 a 40W como mínimo o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 213 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: CAJAS CON TAPA PARA INSTRUMENTOS PEQUEÑOS DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO, PARA ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN. DIMENSIONES: 218MM X 150MM X 50MM solicitamos a la convocante poder ofertar cajas de 220mmx150mmx50mm tapa sin boton		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 214 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: BANDEJAS TIPO BOL, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO. DIÁMETRO: 167MM, ALTURA 75MM, CAPACIDAD: 1, 10LITROS solicitamos a la convocante poder ofertar bandejas de 165mmx60mm Capacidad:750ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 215 - Ítem 4 Electro bisturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Corriente de coagulación bipolar macro, ajustable de 1 a 120 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 1 a 120W como mínimo o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 216 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: PINZAS DE DISECCIÓN DE BAKEY, RECTO, ANCHO DE LAS MANDÍBULAS: 1,5MM, MANGO PLANO, 15CM (TITANIO) solicitamos a la convocante poder ofertar pinzas Diethrich		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 217 - Ítem 4 Electro bisturí

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde dice: Corriente de coagulación bipolar para vasos sanguíneos bipolar, ajustable de 5 (o menor) a 300 W (o mayor) Se solicita a la Convocante: 1 a 120W como mínimo o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 218 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
donde dice: MICRO PORTA AGUJAS, RECTO, CON SEGURO, AMNGO PLANO, 16CM, RECUBIERTO CON TUNGSTENO (TITANIO) solicitamos a la convocante poder ofertar micro porta aguja Diethrich		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 219 - Características del contenedor

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Para los items donde se solicita contenedores, solicitamos a la convocante poder ofertar contenedores de aluminio, que cumpla con los estandares de calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 220 - Certificados de cumplimiento

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Donde solicitan certificado FDA para los contenedores, solicitamos a la convocante permitir presentar certificado FDA y/o CE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 221 - Calidad de los instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
sonde solicitan material carburo de tungsteno en tijeras y portaguas solicitamos a la convocante que la solicitud sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 222 - ITEM 4 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
ITEM 4 ELECTROBISTURI Considerando que en los ítems del 8 al 16 instrumentales se solicitan Certificado de Registro sanitario, de presentación OBLIGATORIA, vigente. Solicitamos respetuosamente, que sea de presentación obligatoria el Certificado de Registro Sanitario vigente correspondiente a este ITEM 4 ELECTROBISTURI.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 223 - Item 8 Caja de Instrumental para Neurocirugía

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
donde dice: NICOLA CURETA MAL Ø 6.5MM, 26 CM CORTE HACIA IZQ solicitamos a la convocante poder ofertar NICOLA CURETA de 21,5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 224 - Item 8 Caja de Instrumental para Neurocirugía

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
donde dice: NICOLA CURETA MAL Ø 6.5MM, 26 CM solicitamos a la convocante poder ofertar NICOLA CURETA MAL Ø 6.5MM de 21,5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 225 - item 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Donde dice: TIJERAS METZENBAUM RECTA DE 18 CM solicitamos a la convocante poder ofertar TIJERAS METZENBAUM RECTA de 11,5		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 226 - item 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Donde dice: TIJERAS RECTAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7 CM, HOJA DE CORTE 1,6 solicitamos a la convocante poder ofertar tijera Ribbon de 9,5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 227 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Pantalla LCD de 3.5" o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Pantalla LCD de 2.4" o mayor. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes ya que se ajustaría a los tamaños de pantallas estándares utilizadas en este tipo de equipos médicos. La modificación sugerida no afecta la funcionalidad ni calidad del equipo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 228 - item 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Donde dice: TIJERAS CURVAS CON VÁSTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7 CM, HOJA DE CORTE 1,6 solicitamos a la convocante poder ofertar Ribbon curva de 9,5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 229 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
DONDE DICE: TIJERAS PARA TENOTOMÍA CURVA CON VÁSTAGO PLANO DE LARGO TOTAL 9,8 CM, HOJA DE CORTE 1,3 CM Solicitamos a la convocante poder ofertar Stevens tijera curva de 10,5cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 02.		

Consulta 230 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
DONDE DICE: VASOS GRADUADO DE 2 ONZAS DE 5,4 CM X 5,1 CM Solicitamos a la convocante poder ofertar copa graduada de 0,05L		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 231 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
DONDE DICE:VASOS GRADUADO DE 50CC DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CUBETA REDONDA 40X19MM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 232 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Donde dice: PINZAS FOERSTER RECTA SERRADA DE 35,7 CM solicitamos a la convocante confirmar la medida solicitada Las Foerster normalmente vienen con 25 cm, favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 233 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
donde dice: PINZAS ANATÓMICAS PARA TEJIDO Y AGUJA ADSON CON DIENTE 3X4 DE 12,4 CM Solicitamos a la convocante aceptar PIN.DE DISECCION REC.3X4 DIENTES 13,0 CM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Sí, se aceptará PIN.DE DISECCION REC.3X4 DIENTES 13,0 CM		

Consulta 234 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: CADRES DE ESTERILIZACIÓN, BUNT, 12CM

Solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere con Cadres de esterilizacion, favor aclarar el producto solicitado,

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Los Cadres de esterilización se refieren a separadores de pinzas que se encuentran en las cajas, también denominado clip porta instrumentos.

Consulta 235 - Lote 13 Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

donde dice: CANULA SUCCION POOL CHARR.30

solicitamos a la convocante poder ofertar POOLE CANULA P.ASP.REC. 10,0 MM/22,0 CM

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 236 - Lote 13 Caja de Instrumental para Cirugía Oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

donde dice: CANULA SUCCION POOL CHARR.23

solicitamos a la convocante poder ofertar POOLE CANULA P.ASP.CURVA . 8,0 MM/22,0 CM

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 237 - Medidas de instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

solicitamos a la convocante agregar una variacion de +-2 cm en las medidas de instrumentales y +5 cm a la medida de las cajas y cestas para dar oportunidad a la presentacion de mas oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, Adenda N° 02 y Adenda N° 03.

Consulta 238 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Rango de flujo de 0,01 ml/h a 1000 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h.

Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Rango de flujo de 0,1 ml/h a 1000 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h. No tiene sentido solicitar incrementos de 0.1 ml/h siendo que el rango de flujo comienza en 0.01 ml/h hasta un valor de 1000 ml/h.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 239 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Selección de volumen 0,1ml a 9.999ml, con incrementos de 0,01ml a 1ml.</p> <p>Se pide a la convocante aclarar si la bomba solicitada debe poder incrementar desde 0,01ml hasta 1ml (incremento variable) o se permite la participación de aquellas que cumplan dentro del rango especificado, es decir, pueden participar aquellas que incrementan desde 0,01ml y también aquellas que incrementan de a 1ml.</p> <p>En todo caso, favor modificar este punto a Selección de volumen 0,1ml a 9.999ml, con incrementos en el rango de 0,01ml a 1ml</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
<p>Debe ser con incremento variable entre 0,01 ml a 1 ml.</p>		

Consulta 240 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Administración de bolo: Volumen máximo de bolo de 99,99ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo.</p> <p>Se pide a la convocante poder cambiar el volumen del bolo, dado que no existe una limitación de 99,99ml. Esto significaría que se debe conseguir una jeringa de 100ml o mayor para poder ser posible administrar un bolo de ese volumen.</p> <p>Se recomienda establecer como volumen máximo de bolo el valor de 25ml, lo cual es común para las bombas a jeringa y así tendría más sentido establecer esta especificación.</p> <p>Se pide modificar este punto a: Administración de bolo: Volumen máximo de bolo de 25ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
<p>Dirigirse a la Adenda N° 03.</p>		

Consulta 241 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Presión de oclusión de 9 niveles o mayor.</p> <p>Se pide a la convocante permitir la participación de bombas a jeringa con 3 niveles de oclusión y no limitar la participación, ya que por normativa se requiere como mínimo 3 niveles, es decir, no es necesario establecer un parámetro tan grande como de 9 niveles ante una presión de oclusión; en todo caso, se pide modificar este punto a: Presión de oclusión de 3 niveles o mayor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
<p>Dirigirse a la Adenda N° 03.</p>		

Consulta 242 - Ítem N° 3 Torre de Neuroendoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría cotizar fuente de luz LED de 150W como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 243 - Ítem N° 9 Caja de instrumental para hernias (neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría cotizar cesta perforada, acorde a la medida de la cubeta cotizada?
Considerando que permiten cotizar cubeta acorde a las medidas de los instrumentales, también deberían modificar las especificaciones de la cesta, para que pueda caber dentro de la cubeta

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 244 - Ítem 10 Caja de instrumental para hernias (pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría cotizar cesta perforada, acorde a la medida de la cubeta cotizada?
Considerando que permiten cotizar cubeta acorde a las medidas de los instrumentales, también deberían modificar las especificaciones de la cesta, para que pueda caber dentro de la cubeta

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 245 - Ítem 11 Caja de instrumental para apendicetomía (joven/adulto)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría cotizar cesta perforada y esterillas, acorde a la medida de la cubeta cotizada?
Considerando que permiten cotizar cubeta acorde a las medidas de los instrumentales, también deberían modificar las especificaciones de la cesta y esterilla, para que pueda caber dentro de la cubeta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 246 - Ítem 12 Caja de instrumental para apendiceomía (escolar)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría cotizar cesta perforada y esterilla, acorde a la medida de la cubeta cotizada?
Considerando que permiten cotizar cubeta acorde a las medidas de los instrumentales, también deberían modificar las especificaciones de la cesta y la esterilla, para que pueda caber dentro de la cubeta

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 247 - Ítem 13 Caja de instrumental para cirugía oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría cotizar cesta perforada y esterilla, acorde a la medida de la cubeta cotizada? Considerando que permiten cotizar cubeta acorde a las medidas de los instrumentales, también deberían modificar las especificaciones de la cesta y la esterilla, para que pueda caber dentro de la cubeta

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 248 - Ítem 14 Caja de instrumental para cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría cotizar cesta perforada y esterilla, acorde a la medida de la cubeta cotizada? Considerando que permiten cotizar cubeta acorde a las medidas de los instrumentales, también deberían modificar las especificaciones de la cesta y la esterilla, para que pueda caber dentro de la cubeta

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 249 - Ítem 16 Caja de instrumental para cirugía cardiaca

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Según Adenda N° 02 se permite variación de medidas en algunos instrumentales solicitados en el Item 16.

Consulta 250 - Ítem N° 9 Caja de instrumental para hernias (neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 251 - Ítem 10 Caja de instrumental para hernias (pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 252 - Ítem 11 Caja de instrumental para apendicetomía (joven/adulto)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 253 - Ítem 12 Caja de instrumental para apendiceomía (escolar)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 254 - Ítem 13 Caja de instrumental para cirugía oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 255 - Ítem 14 Caja de instrumental para cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 256 - Ítem 05 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
En las especificaciones técnicas solicitadas requieren que el desfibrilador cuente Forma de onda exponencial truncada bifásica para la terapia de desfibrilación y además solicitan límite superior: 360 J. Esta carga es un contrasentido en referencia a la tecnología bifásica, ya que sería una carga excesiva para el corazón 360 J en dos direcciones. Por lo tanto, se solicita que sea modificado a Límite superior: 200 J.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 257 - Item 05 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

En la monitorización de ECG solicitan capacidad para uso con latiguillos 3, 5 o 10 vías, como la utilización de 10 vías es para fines diagnósticos este tipo de monitorización no se utiliza en desfibriladores donde se estima que la conexión del paciente es transitoria, por lo que solicitamos se elimine este requerimiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 258 - Item 05 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

Donde solicitan Marcapasos, solicitamos se puedan ofertar equipos con amplitud de 10 mA a 200 mA

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 259 - Item 05 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

En la monitorización de ECG solicitan capacidad para uso con latiguillos 3, 5 o 10 vías, como la utilización de 10 vías es para fines diagnósticos este tipo de monitorización no se utiliza en desfibriladores donde se estima que la conexión del paciente es transitoria, por lo que solicitamos se elimine este requerimiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 260 - Item 05 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

Donde solicitan CO2, pedimos permitan ofertar Rango de medición de 0,5 a 99 mmHg

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 261 - Item 9 Caja de instrumental para Hernias (Neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
----------	-------------------	------------

Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este item, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 262 - Item 10 Caja de instrumental para Hernias (Pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre sí y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 263 - Item 11 Caja de instrumental para Apendictomía (Joven/Adulto)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre sí y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 264 - Item 11 Caja de instrumental para Apendictomía (Joven/Adulto)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre sí y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 265 - Item 10 Caja de instrumental para Hernias (Pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre sí y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 266 - Item 12 Caja de instrumental para Apendictomía (Escolar)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 267 - Item 13 Caja de instrumental para Cirugía Oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 3 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 268 - Item 14 Caja de instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 269 - Item 15 Caja de instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Para este ítem destacamos que han incluido medidas que no existen en la práctica, con números decimales, o pertenecen a una sola marca del mercado. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse a la Adenda N° 02.		

Consulta 270 - Item 16 Caja de instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>Insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre sí y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
<p>Según Adenda N° 02 se permite variación de medidas en algunos instrumentales solicitados en el ítem 16.</p>		

Consulta 271 - Características a los ítems de instrumental quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>1- Donde dice: Adicionalmente el sistema de contenedores debe tener aprobación por FDA y/o TUV y/o CE. Estos certificados son de presentación obligatoria, original o fotocopia legalizada, deberá ser otorgado por el fabricante al postor y debe indicar el material con que ha sido elaborado el material médico quirúrgico y odontológico que ofertan los postores. Los certificados FDA y/o TUV y/o CE, FDA para fabricantes solo son emitidos de manera general y dirigidos al fabricante, nunca son nominadas a las empresas oferentes o postoras, por lo que solicitamos replantear este punto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
<p>Se solicita que el sistema de contenedores cuente con el documento en el que se constate la aprobación por FDA y/o TUV y/o CE.</p>		

Consulta 272 - Características a los ítems de instrumental quirúrgico Contenedores

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
<p>2- Para los contenedores solicitan: Sistema de barrera estéril rígido preformado, que cumple la función de: Proteger físicamente el contenido del ambiente externo; Manteniendo el contenido en condición estéril después del proceso de esterilización en autoclave y durante el almacenamiento, impidiendo el ingreso de micro organismos hacia el interior del contenedor; Presentación aséptica y contenido estéril en el quirófano; Finalmente con placas con nombre y especialidad, que permita identificación del contenido y datos relevantes del proceso de esterilización aplicados. Los contenedores con sistema de barrera estéril no llevan filtro por lo que existe una discrepancia entre la descripción de este ítem y los siguientes (tapas, filtros PTFE, etc). Les solicitamos aclarar este punto porque parece haber un error.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
<p>En Adenda N° 02, fue modificado dicho requerimiento.</p>		

Consulta 273 - Características a los Items de instrumental quirúrgico Contenedores

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
3- Las medidas de los contenedores de algunos items no podrían contener todos los instrumentales solicitados, por lo que sugerimos soliciten se coticen contenedor de esterilización de tamaño acorde a los instrumentales ofertados en cada caja		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Según Adenda N° 02 se permite cotizar contenedores acorde a la medida de los instrumentales.		

Consulta 274 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria mediante copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares en EQUIPOS MEDICOS, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa. Solicitamos a la convocante que sea el monto equivalente al 50% ser validado en cualquiera de los tres últimos años. (2018-2019-2020).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
El monto equivalente al 50%, será el resultado de la sumatoria de la copia de los contratos ejecutados en los años 2018, 2019, 2020.		

Consulta 275 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Habilitación Vigente, expedida por el M.S.P. Y B.S., como fabricante, importador, representante o distribuidor de dispositivos médicos. Solicitamos que puedan incluir en trámite de renovación para tener mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 276 - Item 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Item 4 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Manejo mediante pantalla táctil de al menos 5". Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: Manejo mediante pantalla táctil de al menos 5 pulgadas o mediante mando giratorio".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 277 - RUC convocante

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar el RUC de la convocante,

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Corresponde el RUC 80000905-3.

Consulta 278 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
----------	-------------------	------------

Item 4 Electrobiturí

En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 400 W (o mayor)".

Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor)".

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 279 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
----------	-------------------	------------

Item 4 Electrobiturí

En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 150 W (o mayor)".

Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 120 W (o mayor)"

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 280 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
----------	-------------------	------------

Item 4 Electrobiturí

En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Corte bipolar mezclado, ajustable de 1 a 150 W (o mayor)".

Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: "Corte bipolar mezclado, ajustable de 1 a 120 W (o mayor)".

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 281 - Item 6 Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
----------	-------------------	------------

donde solicitan Espirometro portátil con impresora incorporado

Solicitamos a la convocante poder cotizar impresora por separado, esto ayudara a mantener los informes con mayor tiempo que las impresoras térmicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 282 - Item 6 Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
donde solicitan Espirómetro diagnóstico con oximetría Solicitamos que este item sea opcional la oximetría para dar mayor participación a los proveedores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 283 - Item 6 Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
donde solicitan Turbina reusable, 3 unidades Solicitamos a la convocante poder cotizar espirómetro con neumotacometro de esta manera se dará mayor participación a los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Se podrá cotizar neumotacometro reusable.		

Consulta 284 - Item 6 Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
donde solicitan Espirometro portátil con impresora incorporado Solicitamos a la convocante poder cotizar Espirometro portátil basados en PC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 285 - Item 6 Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
donde solicitan Bateria interna recargable con autonomía de 1 hora como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ir a la consulta 287		

Consulta 286 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Donde dice: Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria mediante copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares en EQUIPOS MEDICOS, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020)... solicitamos a la convocante agregar en experiencia requerida Equipos Medicos y/o Instrumentales medicos, segun items solicitados en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 287 - Item 6 Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
<p>donde solicitan Bateria interna recargable con autonomía de 1 hora como mínimo Solicitamos que sea opcional esta punto ya que también están solicitando que funcione con la PC</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 288 - Item 6 Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
<p>solicitamos a la convocante que el parámetro Oximetría sea opcional, porque estamos hablando de una sola marca que sería el Spirolab representada en Paraguay por la empresa DEZETA, por lo tanto creemos que las EETT son dirigida a una sola empresa por lo que atenta a la libre participación garantizada por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. por lo expresado solicitamos la Igualdad de competencia para todos los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
<p>Dirigirse a la Adenda N° 03.</p>		

Consulta 289 - ITEM 2 - Característica del Sistema

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
<p>En cuanto a la presión de oclusión de 9 niveles o mayor; habiendo confirmado que se refiere a 9 niveles de presión diferentes en caso de oclusión seleccionables; en este punto, favor aclarar si lo afirmado es entonces opcional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 290 - Características generales: Instrumentales quirúrgicos

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
<p>donde dice: Certificados de Cumplimiento del estándar para embalaje estéril EN ISO 11607-1; DIN EN ISO 2931. Presentar ensayos de validación realizados según EN868 parte 1 y 8 / EN285 : Solicitamos a la convocante aclarar si esta solicitud afecta solo a los productos de presentación esteril</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
<p>Afecta solo a la caja o contenedor.</p>		

Consulta 291 - Características generales: Instrumentales quirúrgicos

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
----------	-------------------	------------

donde dice: Estos certificados son de presentación obligatoria, original o fotocopia legalizada, deberá ser otorgado por el fabricante al postor y debe indicar el material con que ha sido elaborado el instrumental médico quirúrgico y odontológico que ofertan los postores. Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar certificados original o en su defecto copia autenticada, normalmente en los certificados ISO y CE no especifican el material del instrumental o contenedor, solicitamos a la convocante presentar otros certificados o declaraciones del fabricante para demostrar el cumplimiento solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se podrá presentar otros certificados o declaraciones del fabricante para demostrar el cumplimiento solicitado.

Consulta 292 - Registro Sanitario para todos los ítems cotizados.

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
----------	-------------------	------------

En una parte del pliego dice: Capacidad Técnica. Requisito documental para evaluar la capacidad Técnica, dice: 7. Registro Sanitario para todos los ítems cotizados. Ítem N° 06 Espirómetro, para este ítem respetuosamente solicitamos que este documento se solicite de la siguiente manera: Registro Sanitario o Constancia de Inicio de Trámite de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 293 - Item 9 Caja de Instrumental para Hernias (Neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante agregar una variación de +-2 cm en las medidas de los instrumentales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 294 - ITEM 4 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
----------	-------------------	------------

Item 4 Electrobisturí
 En una parte de las especificaciones técnicas dice: Manejo mediante pantalla táctil de al menos 5" .
 Respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: Pantalla de al menos 5" (pulgadas), manejo mediante pantalla táctil o mediante mando giratorio. "

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 03.

Consulta 295 - ítem 10 Caja de Instrumental para Hernias (Pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Solicitamos a la convocante agregar una variación de +-2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 296 - ítem 11 Caja de Instrumental para Apendicetomía (Joven/Adulto)

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Solicitamos a la convocante una variación de +-2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 297 - ítem 12 Caja de Instrumental para Apendicetomía (Escolar)

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Solicitamos a la convocante una variación de +-2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 298 - ítem 14 Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Solicitamos a la convocante una variación de +-2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 299 - ítem 14 Caja de Instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Solicitamos a la convocante una variación de +-2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 300 - ítem 15 Caja de Instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Solicitamos a la convocante una variación de +2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participación de más oferente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Ajustarse a la Adenda N° 02.		

Consulta 301 - ítem 16 Caja de Instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Solicitamos a la convocante una variación de +2 cm en las medidas de los instrumentales, para permitir la participación de más oferente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Según Adenda N° 02 se permite variación de medida en algunos instrumentales.		

Consulta 302 - Marcado de instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Para todos los ítems donde dice: Marcado: solo mediante láser, consiguiendo resistencia a la corrosión, abrasión y fácil lectura individual mediante lectores de trazabilidad Data matriz. Solicitamos a la convocante especificar las siglas para los instrumentales de caja ítem, llevar en cuenta que la marcación en los instrumentales depende del espacio de cada instrumental, por ello solicitamos aclarar las siglas para cada instrumental dependiendo de la caja.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 303 - Certificaciones solicitadas

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
donde dice: Certificados de cumplimiento de Normas Internacionales: las que certifiquen calidad de Instrumental Quirúrgico y Contenedores: ISO 9001 ;EN ISO 13485; DIN 58953-9; DIN EN ISO 2931. Solicitamos a la convocante poder presentar dos de los certificados solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 03.		

Consulta 304 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 2 donde solicitan "Sistema de vena abierta (KVO). Programación de 0.0 (desconectado) a 10 ml/h" solicitamos amablemente a la convocante aceptar rango de KVO desde 00 hasta 5ml/h, el cual se considera flujo suficiente para mantener abiertas las venas de pacientes pediátricos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
-----------	--------------------	------------

En el Hospital General Pediatrico se atienden pacientes de hasta 18 años, 364 dias y 23:59 minutos, los cuales, en muchos casos, corresponde físicamente a un paciente adulto, por lo cual se requiere que se ajusten a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 305 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
----------	-------------------	------------

En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Selección de volumen 0,1ml a 9.999ml, con incrementos de 0,01ml a 1ml.

Se pide a la convocante aclarar el punto mencionado, ya que la forma en la que se solicita indica que la bomba debe tener incremento variable entre 0.1 ml a 1 ml, lo cual no lo cumple ninguna marca disponible en el mercado. Así también el volumen máximo solicitado no se ajusta a parámetros de bombas a Jeringa, ya que para lo mismo deberían utilizarse jeringas con el mismo volumen lo cual no existe.

Solicitamos, favor modificar este punto a Selección de volumen 0,1ml a 1.000 ml, con incrementos en el rango de 1ml o menor. De manera a ajustarse a las prestaciones de las bombas disponibles en el mercado y no limitar la participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 04.

Consulta 306 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
----------	-------------------	------------

ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Administración de bolo: Volumen mínimo de bolo 25 ml Volumen máximo de bolo 99,99 ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo.

Se pide a la convocante poder modificar este punto, dado que no existe una limitación de bolo de 99,99ml. Esto significaría que se debe conseguir una jeringa de 100ml o mayor para poder ser posible administrar un bolo de ese volumen. El punto en cuestión limita la participación a oferentes que cuentan con rangos de bolos entre 25 ml y 99,99 ml, por lo que sería imposible la participación de ninguna marca.

Se solicita modificar este punto a: Administración de bolo: Volumen de bolo de 1ml o menor a 25 ml o mayor De manera a permitir la participación de equipos con distintos tipos de tecnologías en administración de bolo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 04.

Consulta 307 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Presión de oclusión de 6 niveles o mayor. Solicitamos la modificación de este punto de manera a permitir la participación de bombas con tecnologías de 3 niveles de oclusión, las cuales cumplen con todas las normativas de calidad en estos tipos de dispositivos. Se solicita modificar este punto a: Presión de oclusión de 3 niveles o mayor. Esto permitirá la participación de oferentes de equipos de excelente calidad y funcionalidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Las bombas con tecnología de 3 niveles de oclusión, corresponden a un segmento muy inferior al equipo solicitado. Ya se modifico reduciendo los 9 niveles iniciales. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 308 - Ítem 13 Caja de instrumental para cirugía oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 4 para los demás ítems, pero no para este.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
No se aceptaran variacion de medidas para esta caja. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 309 - Ítem 14 Caja de instrumental para cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 2 para los otros ítems, pero no para este..		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
No se aceptaran variacion de medidas para esta caja. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 310 - Ítem 16 Caja de instrumental para cirugía cardiaca

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
Solicitamos a la convocante permitir cotizar todos los instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 4 para los otros ítems, pero en este caso lo hicieron de +/-5mm para algunos pocos instrumentales y no entendemos porqué no a la generalidad, siendo que lo solicitadd es una variación mínima que no ofecta al uso que se dará a los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
No se aceptaran variacion de medidas para esta caja. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 311 - Ítem 14 Caja de instrumental para cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
Solicitamos a la convocante permitir cotizar instrumentos con un rango de variación de al menos +/-1cm, como lo permite en la Adenda 4 para los otros ítems, pero no para este..		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
No se aceptaran más variaciones que las ya indicadas. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 312 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
En el ítem 5 en el punto donde solicita "Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español", solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con idioma en español y panel universal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 313 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
En el ítem 3 en el punto donde la convocante solicita "Límite inferior: 1 Joules " solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con limite inferior de 2 Joule. Este requerimiento da lugar a mayor cantidad de participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Entedemos que se refiere al ítem 5 y no al 3. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 314 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
en el ítem 5 donde la convocante solicita "Capacidad de cargar en 6 segundos o menos a 200 Joules o más" solicitamos amablemente a la convocante aceptar como opción capacidad de menor a 7 segundos a 360 Joule. Este requerimiento se debe a la descripción técnica o análisis de distintas marcas, si se hace una comparativa incluso podría ser mejor tiempo a 200 J. Por lo tanto sugerimos a la convocante solicitar el tiempo de carga a máxima energía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 04.		

Consulta 315 - especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
En el ítem 2 donde la convocante solicita Peso 2Kg o menor, solicitamos amablemente a la convocante que acepte peso menor a 3kg, considerando la mayor inclusión de oferentes, además el peso sugerido es cercano al requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Si bien en una sola bomba, la variación solicitada, aparentemente, es ínfima. Al momento de apilar las mismas esa variación es significativa. Adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 316 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 2 donde la convocante solicita selección de volumen de 0,1ml a 9,999 ml, con incrementos de 0,01 ml/h a 1 ml/h. Solicitamos a la convocante aclarar si los pasos puntuales incluidos en ese rango son aceptables Ej: 0,1ml/h.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 04.

Consulta 317 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 2 donde la convocante solicita "Administración de bolo: Volumen mínimo de bolo 25ml Volumen máximo de bolo 99,99ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo. Solicitamos amablemente a la convocante introducir Volumen mínimo de bolo 25ml o menor, Volumen máximo de bolo 99,99ml o mayor. Considerando que con el rango solicitado quedan descalificados equipos con mejores prestaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 04.

Consulta 318 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 2 donde la convocante solicita "Administración de bolo: Volumen mínimo de bolo 25ml Volumen máximo de bolo 99,99ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo. Solicitamos amablemente a la convocante introducir Volumen mínimo de bolo 25ml o menor, Volumen máximo de bolo 99,99ml o mayor. Considerando que con el rango solicitado quedan descalificados equipos con mejores prestaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 04.

Consulta 319 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 2 donde la convocante solicita presión de oclusión 6 niveles o mayor, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos de 3 niveles o mayor, considerando que los niveles de oclusión vienen pre establecidos entre bajo, alto y medio, y que las presiones generalmente son ajustables

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.

Consulta 320 - Ítem 08. Caja de Instrumental para Neurocirugía.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: MC KERRISON (MICRO) PINZA 20CM, 2MM, 40° ARR PE CE.
Solicitamos a la convocante aceptar la pinza Kerrison (Micro) con apertura de 130°, ya que la angulación de 40°/130° depende del punto 0° donde tome el fabricante para la remoción eficiente del tejido óseo. Además solicitamos la aclaración de las siglas, ARR PE CE.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 04.

Consulta 321 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>Punto 7. Registro Sanitario para todo los ítems.</p> <p>El Art. 20 de la Ley 2051/03 establece que Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley</p> <p>Sabemos que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria está en el lento proceso de implementación del registro sanitario. Existen cientos de expedientes de registro de varios probables oferentes que están paralizados debido a la pandemia y la consecuente carga de trabajo acumulada. Es muy probable que, un oferente puede no tener el registro de un producto en el momento de la presentación de ofertas, pero el registro podría estar listo en el momento de la importación del producto que bien puede ser a 30-90 días luego de la fecha de entrega de ofertas.</p> <p>Consideramos que la convocante está violando el Art. 20 del marco rector al exigir el registro sanitario ya que exigir tal registro corresponde a otras instituciones del estado, en este caso, a la Aduana al momento de la importación de los productos. En todo caso, de no poder importar los productos en el tiempo establecido, la convocante tiene las armas legales para aplicar multas e incluso sancionar al adjudicado y aplicar los mecanismos establecidos en la ley para adjudicar el producto. O la convocante podría solicitar el requisito del registro para la firma del contrato. Hay que tener en cuenta que casi el 100% de los documentos que componen el legajo del registro son originados en el exterior y en este caso el Art. 48° del Decreto N° 2992/19 indica que Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, los pliegos estándar de bases y condiciones elaborados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrán permitir la aceptación de documentos sin legalización del Consulado Paraguayo o apostillado en su caso, con el compromiso por parte del Oferente de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el apostillado, de resultar adjudicados.</p> <p>Por lo manifestado, solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de presentar registro sanitario con la oferta, o en su defecto, permitir la participación con el documento de mesa de entrada del pedido de registro sanitario en la DNVS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
<p>El planteamiento solicitado significaría que la convocante adjudique un equipo o instrumental sin el registro sanitario, con el pretexto, de que existen los mecanismos para multar por el atraso de la entrega, ante una eventual demora en la obtención del mismo. Es decir, los propios representantes no saben con certeza si podrán obtener o no el Registro Sanitario en el plazo de entrega establecido, por lo que realizar una adjudicación sin este requisito sería una irresponsabilidad para esta Convocante, por lo que deberán ajustarse al requisito del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 322 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>Punto 7. Presentar Registro Sanitario para todos los ítems.</p> <p>El Art. 20 de la Ley 2051/03 establece que Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley</p> <p>Sabemos que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria está en el lento proceso de implementación del registro sanitario. Existen cientos de expedientes de registro de varios probables oferentes que están paralizados debido a la pandemia y la consecuente carga de trabajo acumulada. Es muy probable que, un oferente puede no tener el registro de un producto en el momento de la presentación de ofertas, pero el registro podría estar listo en el momento de la importación del producto que bien puede ser a 30-90 días luego de la fecha de entrega de ofertas.</p> <p>Consideramos que la convocante está violando el Art. 20 del marco rector al exigir el registro sanitario ya que exigir tal registro corresponde a otras instituciones del estado, en este caso, a la Aduana al momento de la importación de los productos. En todo caso, de no poder importar los productos en el tiempo establecido, la convocante tiene las armas legales para aplicar multas e incluso sancionar al adjudicado y aplicar los mecanismos establecidos en la ley para adjudicar el producto. O la convocante podría solicitar el requisito del registro para la firma del contrato. Hay que tener en cuenta que casi el 100% de los documentos que componen el legajo del registro son originados en el exterior y en este caso el Art. 48° del Decreto Nº 2992/19 indica que Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, los pliegos estándar de bases y condiciones elaborados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrán permitir la aceptación de documentos sin legalización del Consulado Paraguayo o apostillado en su caso, con el compromiso por parte del Oferente de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el apostillado, de resultar adjudicados.</p> <p>Por lo manifestado, solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de presentar registro sanitario con la oferta, o en su defecto, permitir la participación con el documento de mesa de entrada del pedido de registro sanitario en la DNVS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
<p>El planteamiento solicitado significaría que la convocante adjudique un equipo o instrumental sin el registro sanitario, con el pretexto, de que existen los mecanismos para multar por el atraso de la entrega, ante una eventual demora en la obtención del mismo. Es decir, los propios representantes no saben con certeza si podrán obtener o no el Registro Sanitario en el plazo de entrega establecido, por lo que realizar una adjudicación sin este requisito sería una irresponsabilidad para esta Convocante, por lo que deberán ajustarse al requisito del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 323 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan:</p> <p>ANILLOS PARA LAPAROTOMÍA DE 3,8 CM de diámetro</p> <p>ANILLOS PARA LAPAROTOMÍA DE 5 CM de diámetro</p> <p>Solicitamos por favor aclarar si se refiere a retractor o separador, especificar nombre o tipo de instrumental con longitudes correspondientes.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
<p>Se refiere a separador, tal como se menciona en la Especificaciones Técnicas.</p>		

Consulta 324 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: PINZAS FOERSTER RECTA SERRADA DE 35,7 CM		
Solicitamos amablemente a la convocante considerar que que 35,7 cm es una longitud extensa para una caja abdominal tratándose de un hospital pediátrico. Las pinzas foerster son de 18 a 24,5 cm o con máximo de 32 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 04.		

Consulta 325 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: VASOS PARA SOLUCIONES DE 34 CM X 12 CM, como mínimo.		
Solicitamos por favor ampliar rango de tolerancia en litros de 2 a 2,5 litros ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 326 - Especificaciones Técnicas del ítem 15 Caja de instrumental para Cirugía General.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 15 solicitan: VASOS PARA SOLUCIONES DE 34 CM X 12 CM, como mínimo.		
Solicitamos por favor ampliar rango de tolerancia en litros de 2 a 2,5 litros ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 327 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: SEPARADORES MALEABLES RIBBON, 76MM X 330MM		
Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia en el ancho de (+/-30mm) y poder cotizar separador maleable de ribbon 50x330mm, ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 328 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: CADRES DE ESTERILIZACIÓN, BUNT, 12CM		
Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 3 cm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 329 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: CADRES DE ESTERILIZACIÓN, BUNT, 12CM		
Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 3 cm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 330 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: MICRO PORTA AGUJAS, RECTO, CON SEGURO, AMNGO PLANO, 16CM, RECUBIERTO		
Solicitamos por favor poder cotizar porta aguja de titanio mango redondo con seguro de 18.5 cm, para mayor participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 331 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PINZA CLAMP CASTAÑEDA, ANGULADO DE 50º, 13CM. PESO: HASTA 12 GRAMOS (TITANIO)		
Solicitamos por favor poder cotizar clamp vascular de bakey de titanio, longitud de 11 cm y 45º y ampliar rango de tolerancia de (+/-2 cm) para mayor participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 332 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PINZA CLAMP CASTAÑEDA, CURVO, 12CM. PESO: HASTA 12 GRAMOS (TITANIO)		
Solicitamos por favor poder cotizar clamp vascular de bakey curva de titanio, longitud de 10,5 cm, ampliar rango de tolerancia de (+/-2 cm) para mayor participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 333 - Item 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Item 4 Electrobisturí		
En la última versión del pliego (la número 4) se eliminó una característica técnica muy importante, la Función para bebés. Considerando que este equipo es para utilizarse en un Hospital especializado en Niños, no tiene justificativo la eliminación de esta función. Se corre el riesgo de adquirir equipos que no contemplan su uso en pacientes pediátricos. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la convocante incorporar nuevamente esta función en las especificaciones técnicas:		
Función para bebés		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 334 - Item 4 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Item 4 Electrobisturí		
En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 400 W (o mayor). En todos los equipos el corte mezcla es de potencia inferior al corte puro. En el presente pliego es lo contrario, es decir el corte mezcla es de potencia superior al corte puro.		
Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Dirigirse a la Adenda N° 04.		

Consulta 335 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>Item 4 Electrobiturí</p> <p>En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 150 W (o mayor). Solicitamos una mínima reducción de 30 W en este punto, reducción que en absoluto va a disminuir la prestación del equipo, puesto que por lo general en los procedimientos quirúrgicos no se supera los 100 W de potencia de salida para este tipo de corte.</p> <p>Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: Corte bipolar puro, ajustable de 1 a 120 W (o mayor).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 336 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>Item 4 Electrobiturí</p> <p>En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte bipolar mezclado, ajustable de 1 a 150 W (o mayor). Generalmente los equipos con corte bipolar mezclado son de potencia inferior al corte bipolar puro.</p> <p>Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos permitir la cotización de: Corte bipolar mezclado, ajustable de 1 a 100 W (o mayor).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.		

Consulta 337 - Item 4 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>Item 4 Electrobiturí</p> <p>En una parte de las especificaciones técnicas dice: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 400 W (o mayor). En consultas anteriores, hemos solicitado permitir la cotización de: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor). En dichas ocasiones, hemos recibido la negativa por parte de la Convocante, pero sin recibir un justificativo técnico que respalde dicha negativa.</p> <p>Por lo expuesto, de manera respetuosa solicitamos nuevamente permitir la cotización de: Corte mezcla, ajustable de 5 (o menor) a 250 W (o mayor).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
La justificación técnica es que solicita un equipo con mayores prestaciones, y con su consulta, pretende que aceptemos equipos de menor prestación. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 338 - Especificaciones Técnicas- Ítem 02.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Características del Sistema.

Solicitan lo siguiente:

Presión de oclusión de 6 niveles o mayor.

Solicitamos amablemente a la convocante amplíen este requerimiento de la siguiente manera:

Presión de oclusión de la menos 15 niveles. A modo de poder contar con equipos más completos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.

Consulta 339 - Especificaciones técnicas. Ítem 02.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Características Generales.

Presión de oclusión de 6 niveles o mayor.

Solicitamos amablemente a la convocante amplíen este requerimiento de la siguiente manera:

Presión de oclusión de al menos 15 niveles. A modo de poder contar con equipos más completos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.

Consulta 340 - ítem 6 Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

La característica incentivo para pacientes pediátricos no es una característica única que ofrece el software para PC WinspiroPRO solo disponible para los espirometros y oxímetros de la marca MIR?

Es una característica técnica indispensable para participar?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2021
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Adenda N° 04.

Consulta 341 - Especificaciones técnicas. Ítem 02.

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
----------	-------------------	------------

Alarmas.

Solicitan lo siguiente.

Sonido de alarma Audible.

Solicitamos amablemente a la convocante pueda modificar este requerimiento de la siguiente manera:

Sonido de alarma audiovisual, esto a modo de contar con equipos más completos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 342 - Item 6. Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Item 6. Espirometro En una parte de las especificaciones técnicas dice: Espirómetro diagnóstico con oximetría (opcional) Respetuosamente solicitamos a la convocante aclarar el alcance del término Opcional En el caso de que una empresa no cotice con oximetría ¿será aceptada como válida su oferta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2021
Sí, será valida su oferta.		

Consulta 343 - Normas de calidad específicas: FDA y/o CE al menos alguna de ellas

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Necesitamos que ampliean las certificaciones requeridas para este punto, a la vez de aceptar NORMAS emitidas para el mercado comun del sur. (como lo hacen con normas para el mercado europeo y normas para el mercado de USA) Respetamos los criterios establecidos, pero para aquellos equipos que cuentan con CE, CON NORMA ISO:13485, CON NORMAS DE SEGURIDAD DEL MERCOSUR, CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR EL ORGANISMOS REGULADOR EN PARAGUAY y aun asi, verse imposibilitado de participar por no contar con FDA consideramos que es una restriccion importante a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2021
Se aclara que y/o se refiere a las dos o una de ellas, por lo que si el equipo tiene CE, no es necesario que tenga FDA.		

Consulta 344 - Item 05 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Volvemos a consultar este punto debido a la peligrosidad para el paciente de contar con un desfibrilador bifásico que tenga descarga de 360 J como máximo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 345 - Item 05 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
Volvemos a consultar este punto debido a la peligrosidad para el paciente de contar con un desfibrilador bifásico que tenga descarga de 360 J como máximo. En las especificaciones técnicas solicitadas requieren que el desfibrilador cuente Forma de onda exponencial truncada bifásica para la terapia de desfibrilación y además solicitan límite superior: 360 J. Esta carga es un contrasentido en referencia al tecnología bifásica, ya que sería una carga excesiva para el corazón 360 J en dos direcciones. Por lo tanto se solicita que sea modificado a Límite superior: 200 J.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 346 - Item 9 Caja de instrumental para Hernias (Neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>De acuerdo a la Adenda 03 la variación permitida es de 1 + cm, por lo que de manera a dar participación a un mayor número de oferentes insistimos con nuestra consulta que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2021
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 347 - Item 13 Caja de instrumental para Cirugía Oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>Insistimos con nuestra consulta de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes, que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 3 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes así como lo establece en su Art.4 Principios Generales en su Inciso b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Por lo expresado solicitamos que se modifique las medidas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2021
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 348 - Item 14 Caja de instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>Insistimos con nuestra consulta de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y atenta con el Art 4 de la Ley de Contrataciones en su Inciso b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. por lo expresado solicitamos reaalizar las modificaciones pertinentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2021
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 349 - Item 15 Caja de instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>Insistimos con nuestra consulta para dar oportunidad a un mayor número de oferentes que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Para este ítem destacamos que han incluido medidas que no existen en la práctica, con números decimales, o pertenecen a una sola marca del mercado. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes. Este punto modificado en el Adenda 02 otorgó posibilidad de variación de 1 + cm, y al mantenerse los decimales en algunos ítems, esta variación no es suficiente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2021
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 350 - Item 16 Caja de instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>Insistimos con nuestra consulta para dar oportunidad a un mayor número de oferentes que para los instrumentales contenidos en este ítem, solicitamos se acepten con variación en las medidas de + 2 cm, siempre y cuando sean coincidentes entre si y no afecten las funciones. Este pedido obedece a que las medidas son una variación común para distinguirse entre marcas y de no permitirse esta variación podría participar solo una marca de instrumentales. Esta variación de ninguna manera afectaría al uso de los instrumentales y si brindaría igualdad de participación a varios oferentes. Este punto modificado en el Adenda 02 otorgó posibilidad de variación de algunos instrumentales en 0,5 mm por lo que esta variación no es suficiente para tener igualdad de participación para todos los posibles oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2021
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 351 - Especificaciones Técnicas-Item 03

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2021
<p>Solicitan lo siguiente: Pantalla LCD de al menos 5,7 pulgadas.</p> <p>Solicitamos amablemente modificar dicho requerimiento por lo siguiente: Pantalla mínima 7 pulgadas.</p> <p>CO2 Rango: 0,5 a 99 mmHg o mejor rango.</p> <p>Solicitamos modificar por Rango de 0 a 150mmHg. A fin de contar con mejores equipos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2021
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 352 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2021
<p>En el apartado Especificaciones Técnicas, dentro de las especificaciones para el ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Selección de volumen 0,1ml a 1000ml o mejor, con incrementos de 0,1ml a 1ml o mejor.</p> <p>Se pide a la convocante poder modificar este punto a un incremento mejor que el solicitado. Para el caso de bombas a jeringa, la resolución máxima admisible de un incremento sería a partir de 0,1ml. El hecho de solicitar incrementos de 1ml permite que la bomba de infusión no tenga precisión al momento de infundir la droga por medio de la jeringa, por tanto, se sugiere a la convocante colocar este punto como sigue:</p> <p>Selección de volumen 0,1ml a 1000ml o mejor, con incrementos de 0,1ml o mejor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
<p>No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.</p>		

Consulta 353 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2021
<p>ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Administración de bolo: Volumen mínimo de bolo de 25ml o mejor, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen dosis, bolo por tiempo.</p> <p>Se pide a la convocante que puedan participar ofertas con diferente administración de bolo que las solicitadas, ya que bolo a demanda así como bolo por tiempo es una característica de una sola marca del mercado y se entendería que se está direccionando el llamado.</p> <p>Se pide que puedan modificar el punto a lo siguiente, para que más marcas puedan competir:</p> <p>Administración de bolo: volumen de bolo al menos de 25ml o mejor, bolo por volumen, bolo por flujo, o mejores opciones</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
<p>No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.</p>		

Consulta 354 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2021
<p>ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Presión de oclusión de 6 niveles o mayor.</p> <p>Se pide a la convocante permitir la participación de bombas a jeringa con 3 niveles de oclusión y no limitar la participación, ya que por normativa se requiere como mínimo 3 niveles, es decir, no es necesario establecer un parámetro tan grande como de 9 niveles ante una presión de oclusión; en todo caso, se pide modificar este punto a:</p> <p>Presión de oclusión de 3 niveles o mayor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
<p>No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.</p>		

Consulta 355 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2021
<p>ítem 2 - Bomba de Infusión a Jeringa, solicitan lo siguiente: Jeringa casi vacía y vacía. Se pide a la convocante permitir la participación de bombas a jeringa que tengan otro tipo de descripción de alarma del caso de la jeringa casi vacía y vacía, ya que la descripción solicitada por la convocante solamente limita la participación de más oferentes. Se pide modificar este punto a: Pre alarma de fin de infusión, puesto a que solicitar jeringa vacía sería lo mismo que indicar fin de infusión como se pide en el siguiente punto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 356 - Ítems 8 al 16

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
<p>TAPA DE ALUMINIO DE 2MM QUE POSEA FILTRO PERMANENTE VALIDADO PARA 5000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.</p> <p>¿Se podría cotizar cada caja con filtros de papel de un sólo uso, cantidad suficiente que cubra los ciclos de esterilización requerida (1000 o 5000), según el ítem?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 357 - Ítems 13

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
<p>Solicitamos a la convocante aclarar el criterio técnico, médico y/o científico en el cual se basa para no permitir cotizar instrumentos con una variación mínima de +/-2cm en las medidas, teniendo en cuenta que esto no afecta al uso ni mucho menos a la efectividad de los instrumentos solicitados, si no por el contrario, alentaría la libre competencia y dotaría a la Convocante de ofertas de otras marcas de renombre mundial, para comparar los precios y las especificaciones. Es más, la misma Convocante, en su Dictamen Nº 11/2021, al realizar el análisis para la estimación de costos reconoce, entre otras cosas que las cajas de instrumentos no son genéricas, sino contienen instrumentales distintos, con medidas distintas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
<p>Lo indicado en el Dictamen se refiere a que no todas las cajas de cirugía tienen los mismos componentes, en referencia a que cada una de ellas se establece en base a las características de cada cirugía, y al tipo de pacientes de cada Hospital.</p> <p>No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.</p>		

Consulta 358 - Ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
<p>Solicitamos a la convocante aclarar el criterio técnico, médico y/o científico en el cual se basa para no permitir cotizar instrumentos con una variación mínima de +/-2cm en las medidas, teniendo en cuenta que esto no afecta al uso ni mucho menos a la efectividad de los instrumentos solicitados, si no por el contrario, alentaría la libre competencia y dotaría a la Convocante de ofertas de otras marcas de renombre mundial, para comparar los precios y las especificaciones. Es más, la misma Convocante, en su Dictamen N° 11/2021, al realizar el análisis para la estimación de costos reconoce, entre otras cosas que las cajas de instrumentos no son genéricas, sino contienen instrumentales distintos, con medidas distintas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
<p>Lo indicado en el Dictamen se refiere a que no todas las cajas de cirugía tienen los mismos componentes, en referencia a que cada una de ellas se establece en base a las características de cada cirugía, y al tipo de pacientes de cada Hospital. No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.</p>		

Consulta 359 - Ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
<p>Solicitamos a la convocante aclarar el criterio técnico, médico y/o científico en el cual se basa para no permitir cotizar instrumentos con una variación mínima de +/-2cm en las medidas, teniendo en cuenta que esto no afecta al uso ni mucho menos a la efectividad de los instrumentos solicitados, si no por el contrario, alentaría la libre competencia y dotaría a la Convocante de ofertas de otras marcas de renombre mundial, para comparar los precios y las especificaciones. Es más, la misma Convocante, en su Dictamen N° 11/2021, al realizar el análisis para la estimación de costos reconoce, entre otras cosas que las cajas de instrumentos no son genéricas, sino contienen instrumentales distintos, con medidas distintas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
<p>Lo indicado en el Dictamen se refiere a que no todas las cajas de cirugía tienen los mismos componentes, en referencia a que cada una de ellas se establece en base a las características de cada cirugía, y al tipo de pacientes de cada Hospital. No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.</p>		

Consulta 360 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 Bomba de Infusión a Jeringa.

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 2 solicitan: Compatible con tamaños de jeringa desde 5mL. a 60mL. Sugerimos a la convocante modificar a Compatible con tamaños de jeringa desde 2ml a 60ml tal como lo requirieron en la primera versión del PBC. Al tratarse de equipos que operarán en un Hospital pediátrico es importante que los mismos funcionen con jeringas pequeñas que minimicen errores de infusión para varios medicamentos que se suministran en dosis muy pequeñas. Por otro lado, el Hospital Acosta Ñu cuenta actualmente con equipos de altas prestaciones y una precisión tal que operan con jeringas muy pequeñas; con las especificaciones actuales se degradan las características de los equipos con respecto a los ya adquiridos en procesos licitatorios anteriores.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
<p>No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.</p>		

Consulta 361 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 Bomba de Infusión a Jeringa.

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 2 solicitan: Rango de flujo de 0,01mL/h a 1000mL/h, con incrementos de 0,1mL/h. Solicitamos a la convocante modificar a Rango de flujo de 0,1 ml/h a 999,9 ml/h con incrementos de 0,01 a 0,1 ml/h. Considerando que en términos de flujo, disminuir el límite superior en 0,1 ml no afectará las prestaciones de las bombas de infusión a jeringa; por otro lado, es importante tener en cuenta que dichos equipos se utilizan en servicios como anestesia, neonatología donde la precisión de la infusión es de vital importancia por lo que se recomienda una resolución mínima de 0,01 ml/h.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 362 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: CADRES DE ESTERILIZACIÓN, BUNT, 12CM Solicitamos por favor considerar rango de tolerancia de (+/- 3 cm) ya que dicho rango no impactará en la utilización del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 363 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: MICRO PORTA AGUJAS, RECTO, CON SEGURO, AMNGO PLANO, 16CM, RECUBIERTO Solicitamos por favor poder cotizar porta aguja de titanio mango redondo con seguro de 18.5 cm, para mayor participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 364 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PINZA CLAMP CASTAÑEDA, ANGULADO DE 50º, 13CM. PESO: HASTA 12 GRAMOS (TITANIO)		
Solicitamos por favor poder cotizar clamp vascular de bakey de titanio, longitud de 11 cm y 45° y ampliar rango de tolerancia de (+/-2 cm) para mayor participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 365 - Especificaciones Técnicas del ítem 16 Caja de Cirugía Cardíaca.

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 16 solicitan: PINZA CLAMP CASTAÑEDA, CURVO, 12CM. PESO: HASTA 12 GRAMOS (TITANIO)		
Solicitamos por favor poder cotizar clamp vascular de bakey curva de titanio, longitud de 10,5 cm, ampliar rango de tolerancia de (+/-2 cm) para mayor participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 366 - Item 05 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Observamos que en las especificaciones técnicas solicitadas y en las respuestas a las consultas realizadas, requieren que el desfibrilador cuente Forma de onda exponencial truncada bifásica para la terapia de desfibrilación y además solicitan límite superior: 360 J. Solicitamos respetuosamente que este punto sea cambiado a límite superior: 200 J, que es más que suficiente para aplicar en el tipo de onda bifásica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 367 - Item 9 Caja de instrumental para Hernias (Neonato)

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos respetuosamente se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm, este pedido obedece a que cada marca cuenta con medidas propias para diferenciarse de la competencia, al restringir esta variación dejarían fuera de competencia a prestigiosas marcas europeas que cuentan con las certificaciones solicitadas por no cumplir 100% con las medidas solicitadas. No estamos solicitando cambiar el instrumental sino permitir esta apertura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 368 - Item 13 Caja de instrumental para Cirugía Oncológica

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos respetuosamente se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 3 cm, este pedido obedece a que cada marca cuenta con medidas propias para diferenciarse de la competencia, al restringir esta variación dejarían fuera de competencia a prestigiosas marcas europeas que cuentan con las certificaciones solicitadas por no cumplir 100% con las medidas solicitadas. No estamos solicitando cambiar el instrumental sino permitir esta apertura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 369 - Item 14 Caja de instrumental para Cirugía de Abdomen

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos respetuosamente se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm, este pedido obedece a que cada marca cuenta con medidas propias para diferenciarse de la competencia, al restringir esta variación dejarían fuera de competencia a prestigiosas marcas europeas que cuentan con las certificaciones solicitadas por no cumplir 100% con las medidas solicitadas. No estamos solicitando cambiar el instrumental sino permitir esta apertura		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 370 - Item 15 Caja de instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos respetuosamente se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm, este pedido obedece a que cada marca cuenta con medidas propias para diferenciarse de la competencia, al restringir esta variación dejarían fuera de competencia a prestigiosas marcas europeas que cuentan con las certificaciones solicitadas por no cumplir 100% con las medidas solicitadas. No estamos solicitando cambiar el instrumental sino permitir esta apertura		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 371 - Item 16 Caja de instrumental para Cirugía Cardíaca

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos respetuosamente se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm, este pedido obedece a que cada marca cuenta con medidas propias para diferenciarse de la competencia, al restringir esta variación dejarían fuera de competencia a prestigiosas marcas europeas que cuentan con las certificaciones solicitadas por no cumplir 100% con las medidas solicitadas. No estamos solicitando cambiar el instrumental sino permitir esta apertura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 372 - Item 15 Caja de instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos respetuosamente se puedan cotizar instrumentales con una variación de + 2 cm, este pedido obedece a que cada marca cuenta con medidas propias para diferenciarse de la competencia, al restringir esta variación dejarían fuera de competencia a prestigiosas marcas europeas que cuentan con las certificaciones solicitadas por no cumplir 100% con las medidas solicitadas. No estamos solicitando cambiar el instrumental sino permitir esta apertura		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 373 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2021
En el item 02. Donde la convocante solicita "Peso 2Kg o menor". Solicitamos nuevamente aceptar equipos con peso equipo 3Kg o menor, de esta manera ampliar la posibilidad de que mayor cantidad de oferentes que participen del llamado, si bien se justifica que por un mismo soporte se instalan varias unidades, no suelen ser mas de 4, y se deben instalar por soportes que son adecuados para estos tipos de dispositivo y no así por lo conocidos V pole o portasueros. Por lo tanto sugerimos amablemente a la convocante aceptar este requerimiento considerando que no muchas marcas cumplen con este punto de las especificaciones, de esta manera se evita la suposición o interpretación de direccionamiento hacia una marca especifica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 374 - ITEM 5 - CARDIODESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2021
Donde solicitan: Límite superior: 360 joules. Solicitamos permitan cotizar equipos con Límite superior: 200 joules como mínimo, considerando que están solicitando un equipo con tecnología del tipo bifásico, que por seguridad no permite llegar a niveles mayores de 200Joules. Solicitamos no direccionar las especificaciones a equipos con tecnologías pasadas que aún permiten o cuentan con este tipo de limites. En caso contrario, nos resta más que hacer uso de la protesta. Muchas gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2021
Si bien la desfibrilación bifásica suele iniciarse con no mas de 200 Joules, en los casos en que sea necesaria una tercera desfibrilación, la misma debe realizarse teniendo en cuenta la relación peso del paciente/Joules, por lo que solicitar un equipo con un nivel superior de 200 Joules, limitaría el uso del equipo. Existen en el mercado varios equipos bifásicos con nivel superior de 360 Joules, por lo que de ninguna forma podría existir un direccionamiento a una marca especifica.		
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		

Consulta 375 - REGISTRO SANITARIO

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2021
DONDE SOLICITAN: Registro Sanitario Vigente, solicitamos respetuosamente para dar una mayor participación, que puedan hacer lugar a Registro Sanitario en Trámite, ya que no deja de ser cierto que varios pedidos de registros en DINAVISA desde el año pasado aún no han sido procesados, este tipo de trámite como minimo lleva más de 6 meses, y con esta solicitud se está limitando la participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2021
No se realizaran mas modificaciones. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas.		