Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 402631 - LPN N° 82/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPÉ

Consulta 1 - Lote Nº 10-1 Puntas Amarillas

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
¿Podemos ofertar las puntas con volumen de 2-200 ul? La capacidad del volumen ofrecido cumple con el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021
Si, puede ofertarse.		

Consulta 2 - Lote 5-1 Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
¿Podemos ofertar con una sensibilidad de 97,4%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos en el PBC.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicitamos a la convocante desglosar del LOTE 1, según especialidades analítica, según lo que se puede observar en: HEMOGRAMA, QUIMICA, INMUNOLOGIA, GASOMETRIA Y ELECTROLITO, CRASIS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021
La modificación solicitada no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería practico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor, en razón de que representaría una mayor necesidad de logística, de tiempo y de espacio físico, que demandarían cambios considerables y costos para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. Otros puntos a tener en cuenta son: La unificación del sistema informático de Laboratorio, los reactivos e insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clínico y que aseguran la calidad del servicio. Por tanto, la convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos en el PBC.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicitamos a la Convocante reducir la sensibilidad del LOTE 5 CHAGAS TEST RAPIDO a no menor a 95%, teniendo en cuenta que sigue teniendo un alto nivel de efectividad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos en el PBC.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1 ITEM 57

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021

Podría la convocante especificar qué significan las siglas de los parámetros calculados matemáticamente, como: H+, CHCO3, BE, BEACT, BESS, BB, pHST, CHCO3ST, pAO2, NCa, sO2 (C), AaDO2, a/AO2, eAVDO2, AGOER, Hct (C), PAO2t, RItPHtPCO2t, H+t, etc., ya que las mismas en su mayoría no representan siglas universales en términos de la especialidad, para equipos de Gasómetros.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021

H+: Iones hidrógeno
CHCO3: Concentración de Carbonato
BE: Exceso de Base en Sangre
BEACT: Exceso de Base en lìquido extracelular
BESS: Exceso de base en líquido Extracelular
BB: Exceso de Base en Sangre
pHST: PH estándar
CHCO3ST:Concentración de HCO3 ST
pAO2: Presión parcial de Oxígeno
NCa: Calcio Ajustado a PH7,4
sO2: Saturación de O2 en la hemoglobina
AaDO2: Diferencia en la tensión del oxígeno alveolar-arterial
a/AO2: Relación de la tensión del oxígeno arterial - alveolar
eAVDO2: Índice de extracción a-v
Hct (C): Hematocrito (determinado de la Hemoglobina total)
PAO2t: Presión parcial de O2 corregida por temperatura
RIt: Índice Respiratorio
PHt: pH corregido por temperatura
PCO2t: presión parcial de CO2 corregida por temperatura
H+t: Iones hidrógeno corregido por temperatura

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1 ITEM 57

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021

Podría la convocante especificar qué cantidad de parámetros necesitan que el equipo detecte como mínimo, en términos de medición? Además teniendo en cuenta que a partir de éstos parámetros detectados en la medición, el equipo también calcula matemáticamente otros parámetros analíticos de diagnóstico. Favor ampliar las especificaciones técnicas en base a medición y parámetros analíticos del equipo a ser entregado

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021

En las EETT son claramente detallados los parámetros solicitados, por lo que la convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos en el PBC.

Consulta 7 - PRECIO REFERENCIAL LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial debido a que la misma se encuentra desfasado a los precios actuales en el mercado. Por tal motivo solicitamos una suba de Gs. 7.700 por determinación

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021

La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.

Consulta 8 - PRECIO REFERENCIAL LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial debido a que la misma se encuentra desfasado a los precios actuales en el mercado. Por tal motivo solicitamos una suba de Gs. 7.700 por determinación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		

Consulta 9 - PRECIO REFERENCIAL LOTE 6

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial debido a que la misma se encuentra desfasado a los precios actuales en el mercado. Por tal motivo solicitamos una suba de Gs. 7.700 por determinación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		

Consulta 10 - PRECIO REFERENCIAL LOTE 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial debido a que la misma se encuentra desfasado a los precios actuales en el mercado. Por tal motivo solicitamos una suba de Gs.1.100 por determinación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		

Consulta 11 - PRECIO REFERENCIAL LOTE 8

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial debido a que la misma se encuentra desfasado a los precios actuales en el mercado. Por tal motivo solicitamos una suba de Gs.1.980 por determinación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		

Consulta 12 - PRECIO REFERENCIAL LOTE 9

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial debido a que la misma se encuentra desfasado a los precios actuales en el mercado. Por tal motivo solicitamos una suba de Gs. 3.300 por determinación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021
La Convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC.		

Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021

Solicitamos a la convocante desglosar del LOTE 1, en Lotes independientes por metodología analítica, ya que en el mismo se aprecia las siguientes especialidades, HEMATOLOGIA (ITEM 1), QUIMICA CLINICA (ITEM 2 al 28 y ITEM 56), INMUNOLOGIA (ITEM 29 al 39 y 41 al 55), GASOMETRIA Y ELECTROLITO (ITEM 57), HEMOSTACIA (ITEM 40, 58, 59 Y 60)
Este desglose permitirá a la convocante contar con mayor cantidad de oferentes, no condicionando a oferentes interesados de contar indefectiblemente con todos los ítems no relacionados por metodología y especialidad clínica, afectando de esta forma los principios básicos de igualdad y libre competencia establecida en los principios de la ley N° 2051/03 .

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021

La modificación solicitada no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería practico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor, por grupo de Determinaciones, en razón de que representaría una mayor necesidad de logística, de tiempo y de espacio físico, que demandarían cambios considerables y costos para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación.
Otros puntos a tener en cuenta son: La unificación del sistema informático de Laboratorio, los reactivos e insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clínico y que aseguran la calidad del servicio. La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos en el PBC.

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021

Podría la convocante aclarar si los Equipo mencionados en el LOTE 1 denominado como Beckman Coulter Unicei DexH800, Colter Dx600I, Beckman Coulter Access 2, Siemens RapidPoint 500, Sysmex CA-600 series, son de propiedad de la Institución o son equipos en comodato proveídos en licitaciones pasada? La misma se debe a que la Convocante restringe la participación limitando al oferente a solo ofertar reactivos de una marca determinada, violando de esta forma los principios de libre participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021

Se recuerda que el presente llamado es para equipos ya Instalados en el Servicio; los mismos están en comodato. No consideramos Oportuno el cambio en esta oportunidad ya que pondría en riesgo la operatividad del Laboratorio debido a la cercanía de la festividad de la Virgen de Caacupé (y la afluencia de pacientes que esta acarrea) y el tiempo que demandaría el cambio de equipos, sistema informático, la adaptación del personal y la complejidad de la situación, y más importante aún el stock critico de reactivos. La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos en el PBC.