

Consultas Realizadas

Licitación 403738 - Adquisición de equipo de punto de inflamación para el INTN

Consulta 1 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 30 días hábiles, debido a que se debe importar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
La Convocante publicará una Adenda al Pliego de Bases y Condiciones a los efectos de modificar el plazo de entrega de los bienes a 30 días corridos.		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2021
Equipo de punto de inflamación: se solicita amablemente a la convocante eliminar la Marca del equipo que se menciona en las EETT, para dar mas oportunidades a oferentes de presentarse.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2021
La Convocante aclara que las especificaciones técnicas solicitadas están elaboradas conforme a los requerimientos de la Norma ASTM D93: Método de prueba estándar para determinación del punto de inflamación por medio de analizador Pensky-Martens de vaso cerrado.		

Consulta 3 - PORCENTAJE DE MULTA

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2021
Donde dice: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será: 0,50 %. Solicitamos a la convocante reducir la multa por atraso en entregas en un 0,01% por cada día de atraso en el bien en demora, previendo algún atraso y/o inconveniente de fuerza mayor que se pudiera llegar a generar a raíz de la situación actual en la que nos encontramos de la pandemia-covid19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021
La Convocante aclara que el porcentaje de multa fue establecido en base a la necesidad institucional de contar con el bien licitado, por lo que considera pertinente no hacer lugar al pedido del potencial oferente.		