

Consultas Realizadas

Licitación 404533 - Mantenimiento y Reparación del Equipo Cromatógrafo Gaseoso del Laboratorio Forense - Ad Referéndum

Consulta 1 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia:

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2022
Se solicita favor incluir en el apartado Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia, que se pueda demostrar la experiencia de la empresa con contratos y/o facturaciones de entidades públicas y/o privadas, por servicios de mantenimiento y/o reparación de equipos de laboratorio, a fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2022
Remitirse a la Versión Nº 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 2 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2022
Se solicita ampliar el plazo final de ejecución del servicio a 60 (sesenta) días corridos a partir de la entrega de la Orden de Trabajo y/o Servicio al proveedor adjudicado, a fin de dar tiempo a que lleguen los consumibles (importados del fabricante Agilent) necesarios para la ejecución de los servicios y a poder realizar los servicios propiamente dichos, considerando que el horario de trabajo definido por la institución es muy reducido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2022
Remitirse a la Versión Nº 3 del Pliego de Bases y Condiciones		