

Consultas Realizadas

Licitación 405062 - LPN - SBE N° 120/21 - ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS UTILIZADAS EN LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS

Consulta 1 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2022
En la Sección MUESTRAS, el PBC estipula que la comisión evaluadora se reserva el derecho de solicitar más muestras de aquellos ítems que sean necesarios para realizar pruebas de calidad e investigación en cualquier institución que la convocante considere pertinente. Respecto al citado punto, solicitamos a la convocante incluir un listado de cuales ítems y en qué cantidad se estaría solicitando para control de calidad, esto es a modo de prever de ante mano esta posible solicitud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
La Convocante, aclara que conforme atribuciones de la Comisión Evaluadora, se podrá solicitar cualquier ítems que considere pertinente para evaluar una oferta presentada.		

Consulta 2 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2022
En la sección de Requisito Documental para Evaluar la capacidad técnica en el Punto B. Establece lo siguiente: Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada Consultamos a la Convocante si dicho apartado no debería de pertenecer a Autorizaciones del Fabricante, esto es a modo de evitar confusión en la interpretación de los requisitos solicitados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Se realizaron las modificaciones correspondientes.		

Consulta 3 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	01-04-2022
Solicitamos a la convocante incluir dentro de sus requisitos documentales el siguiente punto: Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente tales como la FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea o como INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros, que cuente con ISO 13.485.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor ajustarse por lo solicitado por la Convocante en el PbyC, se aclara tales requisitos son solicitados por Dinavisa para la obtención del Registro Sanitario.		

Consulta 4 - Especificaciones de los ítems: 1,2,3,4,5 y 6 Hilo para sutura poliamida.

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2022
Sugerimos a la convocante agregar especificaciones que aseguren la calidad del material tales como Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Esto asegurará a la convocante de recibir un material de alto estándar de calidad conforme a la Farmacopea Americana.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor ajustarse a lo ya solicitado por la Convocante.		

Consulta 5 - Especificaciones de los ítems 7, 8, 9, 10 y 11 Hilo para sutura ácido poliglicólico.

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2022
Sugerimos a la convocante permitir cotizar suturas de poliglactina, pues es la misma composición, sintética absorbible y estéril, cumple con de los mismos fines. Permitiendo además participar a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor considerar lo solicitado en el PbyC.		

Consulta 6 - Especificaciones de los ítems 7, 8, 9, 10 y 11 Hilo para sutura ácido poliglicólico.

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2022
Sugerimos a la convocante agregar especificaciones que aseguren la calidad del material tales como Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Esto asegurará a la convocante de recibir un material de alto estándar de calidad conforme a la Farmacopea Americana.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor considerar lo solicitado por la Convocante.		

Consulta 7 - Especificaciones de los ítems 12 y 13 Hilo para sutura polipropileno.

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2022
Sugerimos a la convocante agregar especificaciones que aseguren la calidad del material tales como Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Esto asegurará a la convocante de recibir un material de alto estándar de calidad conforme a la Farmacopea Americana.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor considerar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - Especificaciones de los ítems 21, 22, 23, y 24 Hilo para sutura poliglactina.

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2022
Sugerimos a la convocante agregar especificaciones que aseguren la calidad del material tales como Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores). Esto asegurará a la convocante de recibir un material de alto estándar de calidad conforme a la Farmacopea Americana.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor considerar lo ya establecido por la Convocante.		

Consulta 9 - Ítem 2 Hilo para sutura de poliamida

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2022
Solicitamos a la convocante poder ofertar sutura de 3-0 X 70-26MM para dar oportunidad a la participación de mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor, considerar lo establecido por la Convocante.		

Consulta 10 - ítem 11 Hilo para sutura ácido poliglicólico

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2022
Solicitamos a la convocante poder ofertar sutura N° 6-0 con aguja atraumática de acero inoxidable. 1/2 círculo 13.mm.Union aguja hilo,fuertemente adherido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor considerar las modificaciones introducidas en la ultima versión del PbyC.		

Consulta 11 - ítem 12 Hilo para sutura de polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2022
Solicitamos a la convocante poder ofertar aguja simple en lugar de aguja doble, para dar oportunidad a mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor ajustarse a la ultima versión del PbyC.		

Consulta 12 - vencimiento

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2022
donde dice VENCIMIENTO El vencimiento mínimo medicamentos no deberá ser inferior a 18 (diez y ocho) meses al momento de la entrega sugerimos a la convocante poder considerar 12 mese de vencimiento desde el momento de la entrega,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Se realizaron los cambios correspondientes a la ultima versión del PbyC.		

Consulta 13 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Donde dice: Plan de entrega de los bienes Consulta: Conciderando el alnzance de esta licitacion y por tratarse de un llamado de gran envergadura, solicitamos a la convocante considerar el plazo de 30 dias desde la emision de la orden de compra para la entrega de hasta el 20%, para dar oportunidad a la participacion de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor considerar la ultima modificación del PbyC.		

Consulta 14 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Favor permitir a la oferente presentar una sola muestra para el caso de que sea un mismo material pero diferentes medidas. Por ejemplo, Hilo para sutura de polipropileno, una sola muestra para todas las medidas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor considerar lo ya establecido por la Convocante.		

Consulta 15 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
A fin de dar oportunidad a la mayor cantidad de oferentes, favor aceptar aguja entre 19 a 40 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Se realizaron las modificaciones correspondientes.		

Consulta 16 - Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
A fin de dar oportunidad a la mayor cantidad de oferentes posibles, favor aceptar aguja de 3/8 circulo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor ajustarse a los términos ya establecidos en el PbyC.		

Consulta 17 - Item 6

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
A fin de dar oportunidad a la mayor cantidad de oferentes posibles, favor aceptar agujas de 3/8 circulo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante.		

Consulta 18 - Ítem 12

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Favor aceptar aguja con medida 22mm +-3. esto a fin de dar oportunidad a la mayor cantidad de oferentes posibles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Se realizaciones modificaciones al PbyC. favor considerar la Adenda.		

Consulta 19 - Ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
A fin de dar oportunidad a la mayor cantidad de oferentes, favor aceptar aguja comprendida entre 26 -30 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor Ajustarse a los términos ya establecidos en el PbyC.		

Consulta 20 - Ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
A fin de dar oportunidad a la mayor cantidad de oferentes, favor aceptar aguja comprendida entre 26 -30 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor ajustarse a las condiciones establecidas por la Convocante.		

Consulta 21 - Ítem 21

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
A fin de dar oportunidad a la mayor cantidad de oferentes posibles, favor aceptar aguja de 22 mm+-4 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor ajustarse a las condiciones establecidas en el PbyC.		

Consulta 22 - Ítem 22

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Favor aceptar hilo para sutura N° 4/0 a fin de dar oportunidad a la mayor cantidad de oferentes posibles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor considerar los términos ya establecidos en el PbyC.		

Consulta 23 - Ítem 23

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Favor aceptar aguja de 22mm +- 4mm, esto a fin de dar oportunidad a la mayor cantidad de oferentes posibles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor considerar la ultima versión del PbyC.		

Consulta 24 - Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Solicitamos respetuosamente a la convocante excluir que el formulario de autorización del fabricante (incluido en PBC) deba estar inscripto en el registro público, por improcedente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2022
Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante.		