

## Consultas Realizadas

# Licitación 405211 - LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".

### Consulta 1 - Lote N° 88-2

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 5-50 ul? El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 2 - Lote N° 88-3

| Consulta  | Fecha de Consulta | 01-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 20-200 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 3 - Lote N° 88-4

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 100-1.000 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 4 - Lote N° 88-11

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Lote 88-11<br>¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 5 - Lote N° 88-12

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 6 - Lote N° 88-13

| Consulta  | Fecha de Consulta | 01-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 50-1.000 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 7 - Lote N° 88-14

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 500-5.000 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 8 - Lote N° 88-15

| Consulta  | Fecha de Consulta | 01-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 0,5-20 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 9 - Lote N° 88-16

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 10 - Lote Nº 88-17

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 5-300 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 11 - Lote Nº 24-1

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar en una presentación de Caja x 24 determinaciones como mínimo? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 12 - Lote Nº 142-1

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar en una presentación de Caja x 24 determinaciones como mínimo? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 13 - Lote 194-2

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 5-50 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 14 - Lote Nº 194-3

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 20-200 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 15 - Lote Nº 194-4

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 100-1.000 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 16 - Lote Nº 194-11

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 17 - Lote Nº 194-12

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 18 - Lote Nº 194-13

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 50-1.000 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 19 - Lote Nº 194-14

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 5-300 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 20 - Lote 232-1

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar en una presentación de Caja x 24 determinaciones como mínimo?

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 21 - Lote N° 287-2

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 5-50 ul?  
El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 22 - Lote N° 287-3

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 20-200 ul?  
El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 23 - Lote N° 287-4

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 100-1.000 ul?  
El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 24 - Lote N° 287-11

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?  
El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 25 - Lote N° 287-12

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 26 - Lote N° 287-13

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 50-1.000 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 27 - Lote N° 287-14

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 0,5-20 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 28 - Lote N° 287-15

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 29 - Lote N° 287-16

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 5-300 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 30 - Lote N° 311-1

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar en una presentación de Caja x 24 determinaciones como mínimo?

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 31 - Lote N° 354-2

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 5-50 ul?  
El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 32 - Lote N° 354-3

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 20-200 ul?  
El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 33 - Lote N° 354-4

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 100-1.000 ul?  
El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 34 - Lote N° 354-11

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?  
El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 35 - Lote N° 354-12

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 36 - Lote N° 354-13

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 50-1.000 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 37 - Lote N° 354-14

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 500-5.000 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 38 - Lote N° 354-15

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 0,5-20 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 39 - Lote N° 354-16

| Consulta   | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

### Consulta 40 - Lote N° 384-1

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar en una presentación de Caja x 24 determinaciones como mínimo?

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 41 - Lote N° 426-2

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 20-200 ul?  
El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 42 - Lote N° 426-3

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 100-1.000 ul?  
El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 43 - Lote N° 426-6

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?  
El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 44 - Lote N° 426-7

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 02-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul?  
El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 45 - Lote N° 426-8

| Consulta  | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 50-1.000 ul?<br>El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 46 - Lote 2 item 18; Lote 119 item 11

| Consulta   | Fecha de Consulta | 10-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Lote 2 item 18; Lote 119 item 11 Considerando que en la prueba de Endomisio los anticuerpos anti-endomisio (AEA) del suero se unen a sus correspondientes antígenos presentes es un sustrato -ESÓFAGO DE MONO (ENDOMISIO) tercio inferior-montado en lamina para ser ensayado por inmunofluorescencia para detectar enfermedad celíaca, al notar que la convocante esta solicitando por el método de Elisa si estaría necesitando la prueba de anticuerpos anti-transglutaminasa tisular IgA, marcador utilizado en ELISA para el mismo fin. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC. SE EXCLUYE EL ITEM 18 DEL LOTE 2 Y EL ITEM 11 DEL LOTE 119 |                    |            |

## Consulta 47 - Lote 8 item 1 item 2; Lote 126 item 1, item 2; item 300; item 379

| Consulta  | Fecha de Consulta | 10-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Favor aclarar si se refiere a equipo portátil de mano |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 48 - EETT Hepatitis A

| Consulta  | Fecha de Consulta | 10-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante modificar la especificidad mínima del 98,00% ya que dicho valor no corresponde a la metodología requerida, por lo expuesto se pedimos a la convocante reducir al 96% con el propósito de dar mayor apertura a los oferentes además de ser consecuente con la metodología de las EETT. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 49 - EETT Hepatitis B

| Consulta  | Fecha de Consulta | 10-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante modificar la especificidad mínima del 98,00% ya que dicho valor no corresponde a la metodología requerida, por lo expuesto se pedimos a la convocante reducir al 96% con el propósito de dar mayor apertura a los oferentes además de ser consecuente con la metodología de las EETT. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 50 - EETT Chagas

| Consulta  | Fecha de Consulta | 10-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Para todos los lotes donde solicita Chagas, se solicita modificar la sensibilidad mínima de 98% requerida ya que dicho valor no corresponde a la metodología solicitada, en consecuencia se solicita amablemente reducir al 92% con el propósito de dar mayor participación a mas oferentes |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 51 - EETT Influenza

| Consulta   | Fecha de Consulta | 10-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Para todos los lotes donde solicita Influenza , se solicita modificar la sensibilidad mínima de la Influenza A del 97% requerida , reduciéndola al 96% con el propósito de dar mayor participación a mas oferentes |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 52 - EETT Rotavirus

| Consulta  | Fecha de Consulta | 10-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Para todos los lotes donde solicita Chagas, se solicita amablemente modificar la especificidad mínima del 99,6% requerida reduciéndola al 97% con el propósito de dar mayor participación a mas oferentes |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 53 - Item 161; Item 251 FTA ABS,

| Consulta  | Fecha de Consulta | 10-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| favor aclara si requieren IgG o IgM, Ademas favor aclarar si el servicio dispone de microscopio para inmunofluorescencia. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 54 - Lote 227 Kits Detección Virus Respiratorios.

| Consulta   | Fecha de Consulta | 10-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Permitirá la convocante ofertar un kit x 50 determinaciones de Virus Respiratorios con 7 anticuerpos monoclonales, y screening respiratorio con una Sensibilidad 95% y especificidad del 100%? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 55 - Item 377

| Consulta   | Fecha de Consulta | 10-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Item 377 Hemoglobina Glicosilada (A1C) permitirá la convocante ofertar por metodología HPLC totalmente automatizada? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL PBC ORIGINALMENTE YA QUE LO SOLICITADO CUMPLE CON LA EETT SOLICITADAS |                    |            |

## Consulta 56 - EETT equipos solicitados en comodato para Kits Solución Contador Hematologico

| Consulta   | Fecha de Consulta | 10-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Kits Solución Contador Hematologico para los Servicios de III Region Sanitaria Cordillera, IV Region Sanitaria Guaira, VRegion Sanitaria Caaguazu, VI Region Sanitaria Caazapa, X Region Sanitaria Alto Parana, permitara la convocante ofertar equipo con capacidad de lecturas de precisión laser o citometría de flujo? |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|--|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC. EN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES FIGURAN ESTAS METODOLOGÍAS. |                    |            |

## Consulta 57 - EETT equipos solicitados en comodato para Reactivos para Estudios de Crasis Sanguinea

| Consulta   | Fecha de Consulta | 10-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Reactivos para Estudios de Crasis Sanguinea para los Servicios de III Region Sanitaria Cordillera, IV Region Sanitaria Guaira, VRegion Sanitaria Caaguazu, VI Region Sanitaria Caazapa, X Region Sanitaria Alto Parana, permitara la convocante ofertar equipo totalmente automatizado ? |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|--|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC . LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS SON LAS MÍNIMAS PARA LA CANTIDAD DE DETERMINACIONES SOLICITADAS. |                    |            |

## Consulta 58 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Con respecto al Contador hematológico para las regiones de: III Cordillera, IV Guairá, V Caaguazú, VI Caazapá, X Alto Paraná, con capacidad de 80 test/hora con análisis diferenciales de 5 partes. Que solicita que el volumen de muestra sea entre 30-50 ul, sería conveniente que se pueda considerar ampliar el volumen a 20-50 ul. Lo que beneficiaria a la convocante en el caso de obtener menor volumen de muestra y de precisar repeticiones en la muestra |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 59 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Con respecto al contador hematológico para las regiones: III Cordillera, IV Guairá, V Caaguazú, VI Caazapá, X Alto Paraná, con capacidad de 50 test/hora con análisis diferencial de 3 partes. Que solicita que el volumen de muestra sea entre 30-50 ul, sería conveniente ampliar el volumen entre 20-50 ul. Lo que beneficiaría a la convocante en el caso de obtener menor volumen de muestra y de precisar repeticiones en la muestra |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 60 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Con respecto al contador hematológico para la Regional de Caacupé, Regional de Villarrica, Regional de Coronel Oviedo, Regional de Caazapá, Regional de CDE. La convocante especifica el rango de volumen mínimo y máximo de muestras que desea procesar así como tampoco la proporción de dilución de muestras automática. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC. Y SE ACLARA QUE NO SE PIDEN VOLUMEN NI DILUCION ESPECÍFICOS PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES. |                    |            |

## Consulta 61 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Lote 372 - Tira reactiva de orina con equipo en comodato para el análisis de orina, solicita que el equipo este diseñado para uso con o sin reactivos, utilizando consumibles desechable. Solicitamos a la convocante aclarar este punto ya que es imposible que el equipo automatizado procese muestra sin reactivo, con consumible desechable si, pero NO sin reactivos. Favor verificar el PBC. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 62 - CONDICIONES PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN COMODATO A CARGO DE LOS PROVEEDORES

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se podrían presentar equipos en comodato con un máximo de hasta 10 años desde la fecha de fabricación? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 63 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se puede cotizar reactivos inmunoturbidimetricos para Tn(I) y Dímero D de marca diferente a las ofertadas para las demás determinaciones que han sido previamente validados por el fabricante? |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|--|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC. SE SOLICITA LA MISMA MARCA DE REACTIVOS PARA TODO EL LOTE DE REACTIVOS. |                    |            |

## Consulta 64 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se podría presentar un equipo de soporte para Troponina y Dimero D por la metodología de quimioluminiscencia que ofrezca los resultados en 13 minutos, teniendo en cuenta la importancia en la urgencia de estos resultados. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 65 - Especificaciones Técnicas

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se puede cotizar para Crasis equipos de 4 canales de lectura con posiciones de incubación entre 8 y 10 muestras? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 66 - Requisitos documentales

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Habilitación Vigente del Servicio Técnico de Equipos Médicos emitido por el MSPBS.: Se solicita a la convocante que la habilitación del Servicio Técnico sea propia del oferente, no facilitado por terceros entendiéndose otro proveedor. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 67 - Especificaciones Técnicas - Crasis Sanguinea

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se pueden ofertar reactivos, controles y calibradores de la misma marca que sean diferentes a la marca original del equipo? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 68 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se podría presentar un equipo de soporte para Electrolitos atendiendo a que esto permitiría la continuidad de la emisión de resultados de Química Clínica sin que se vea afectada ante desperfectos del módulo de electrodos.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 69 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1 - HOSPITAL REGIONAL CAACUPE

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar un equipo para Química Clínica y un equipo para Inmunología, ambos independientes, sin ser integrados?, en caso de resultar negativa la petición, solicitamos una explicación técnica del porque no estarían aceptando.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC . NO OBSTANTE SE ACLARA DEBIDO A QUE EL EQUIPO INTEGRADO SOLICITADO EN COMODATO EMITE EN FORMA SIMULTANEA MAYOR CANTIDAD DE RESULTADOS EN MENOR TIEMPO, LO QUE AUMENTA CONSIDERABLEMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE CADA LABORATORIO. ADEMÁS DE CONCRETAR UNA MAYOR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS . LA CANTIDAD DE MUESTRA QUE SE EXTRAE AL PACIENTE ES MENOR. EL USO DEL EQUIPO INTEGRADO DISMINUYE LA PRODUCCIÓN DE DESECHOS LIQUIDOS , SOLIDOS Y LA CONTAMINACIÓN DE LA MUESTRA.

## Consulta 70 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 118: HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos respetuosamente a la Convocante la posibilidad de separar del lote 118 las pruebas de C3, C4 y Dímero D que corresponden a los ítems 28, 29 y 48,?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC. SE SOLICITA UNA CARTERA DE SERVICIOS AMPLIAS CON UN EQUIPO QUE PUEDA CUMPLIR CON LA DEMANDA DE LAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DEL LABORATORIO DEL SERVICIO AFECTADO.

## Consulta 71 - Lote N° 376-10

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

¿Podemos ofertar Fosfatasa Alcalina en una presentación máxima de 8 x 50 ml = 400 det?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 72 - Lote Nº 298-10

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 13-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Fosfatasa Alcalina en una presentación máxima de 8 x 50 ml = 400 det?

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 73 - Lote Nº 213-10

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 13-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Fosfatasa Alcalina en una presentación máxima de 8 x 50 ml = 400 det?

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 74 - Lote Nº 123-10

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 13-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Fosfatasa Alcalina en una presentación máxima de 8 x 50 ml = 400 det?

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 75 - Lote Nº 88-17

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 13-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul ó 5 - 300 ul?

Favor aclarar cuál de las 2 medidas les serviría más.

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

### Consulta 76 - Lote Nº 194-14

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 13-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul ó 5 - 300 ul?

Favor aclarar cuál de las 2 medidas les serviría más.

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 28-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 77 - Lote N° 287-16

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul ó 5 - 300 ul?<br>Favor aclarar cuál de las 2 medidas les serviría más. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 78 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 12

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Podría la convocante aclarar si para el Lote 12 - El Test Rápido de Hepatitis A, requiere kit de Antígeno o Anticuerpo? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 79 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 14

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 14 solicita Kit de Reactivo Antígeno V.D.R.L con la siguiente presentación: Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 250 determinaciones por presentación.<br>Se solicita a la convocante ampliar la Presentación de entrega de la siguiente manera: Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 300 determinaciones por presentación. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 80 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 23

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 23 solicita Test Rapido para Rotavirus Con 99,9% de sensibilidad y 99,6 % de especificidad.<br>Solicitamos a la convocante que amplie la sensibilidad de lo requerido a 99,1%. A fin de no limitar la participación a oferentes interesados. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 81 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 42

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 42 solicita Tubo con anticoagulante - EDTA, con las siguientes especificaciones: En polipropileno transparente. Tubos con tapa conteniendo anticoagulante EDTA. Volumen de muestra máximo 2,5 ml.<br>Solicitamos a la convocante ampliar el Tubo anticoagulante con capacidad de volumen máximo de 3 ml. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 82 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 43

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>La convocante en el Lote N° 43 solicita Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación, con las siguientes especificaciones: Con citrato de sódico al 3,8%. Capacidad de muestra máximo 1 ml.<br/>Solicitamos a la convocante ampliar el Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación con capacidad de volumen máximo de 1,8 ml.</p> |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 83 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 44

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>La convocante en el Lote N° 44 solicita Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación, con las siguientes especificaciones: Tubos con tapa conteniendo citrato sódico al 3,8%. Volumen de muestra máximo 2,5 ml.<br/>Solicitamos a la convocante ampliar el Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación con capacidad de volumen máximo de 2,7 ml.</p> |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 84 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 45

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>La convocante en el Lote N° 45 solicita Tubo de plástico separador de suero, con Capacidad de muestra MINIMA 1,5 a 10 ml.<br/>Solicitamos a la convocante ampliar y que la misma cuenta con una capacidad de volumen mínima de 1,5 ml a 9 ml.</p> |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 85 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 88

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Podría la convocante aclarar cuál es el volumen requerido en los ítems 11 y 12 del Lote 88, ya que en ambos las especificaciones se encuentran repetidas.</p> |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 86 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 130

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Podría la convocante aclarar si para el Lote 130 – El Test Rápido de Hepatitis A, requiere kit de Antígeno o Anticuerpo?</p> |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 87 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 132

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 132 solicita Kit de Reactivo Antígeno V.D.R.L con la siguiente presentación: Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 250 determinaciones por presentación.<br>Se solicita a la convocante ampliar la Presentación de entrega de la siguiente manera: Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 300 determinaciones por presentación. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 88 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 141

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 141 solicita Test Rapido para Rotavirus Con 99,9% de sensibilidad y 99,6 % de especificidad.<br>Solicitamos a la convocante que amplie la sensibilidad de lo requerido a 99,1%. A fin de no limitar la participación a oferentes interesados. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 89 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 157

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 157 solicita Tubo con anticoagulante – EDTA, con las siguientes especificaciones: En polipropileno transparente. Tubos con tapa conteniendo anticoagulante EDTA. Volumen de muestra máximo 2,5 ml.<br>Solicitamos a la convocante ampliar el Tubo anticoagulante con capacidad de volumen máximo de 3 ml. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 90 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 158

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 158 solicita Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación, con las siguientes especificaciones: Tubos con tapa conteniendo citrato sódico al 3,8%. Volumen de muestra máximo 2,5 ml.<br>Solicitamos a la convocante ampliar el Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación con capacidad de volumen máximo de 2,7 ml. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 91 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 159

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 159 solicita Tubo de plástico separador de suero, con Capacidad de muestra MINIMA 1,5 a 10 ml.<br>Solicitamos a la convocante ampliar y que la misma cuenta con una capacidad de volumen mínima de 1,5 ml a 9 ml. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 92 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 194

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Podría la convocante aclarar cuál es el volumen requerido en los ítems 11 y 12 del Lote 194, ya que en ambos las especificaciones se encuentran repetidas. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 93 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 219

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Podría la convocante aclarar si para el Lote 219 – El Test Rápido de Hepatitis A, requiere kit de Antígeno o el Anticuerpo? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 94 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 221

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 221 solicita Kit de Reactivo Antigeno V.D.R.L con la siguiente presentación: Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 250 determinaciones por presentación.<br>Se solicita a la convocante ampliar la Presentación de entrega de la siguiente manera: Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 300 determinaciones por presentación. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 95 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 231

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 231 solicita Test Rápido para Rotavirus Con 99,9% de sensibilidad y 99,6 % de especificidad.<br>Solicitamos a la convocante que amplie la sensibilidad de lo requerido a 99,1%. A fin de no limitar la participación a oferentes interesados. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 96 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 249

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

La convocante en el Lote N° 249, Ítem N° 1 solicita Tubo con anticoagulante – EDTA, con las siguientes especificaciones: En polipropileno transparente. Tubos con tapa conteniendo anticoagulante EDTA. Volumen de muestra máximo 2,5 ml. Solicitamos a la convocante ampliar el Tubo anticoagulante con capacidad de volumen máximo de 3 ml.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 97 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 249

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

La convocante en el Lote N° 249, Ítem N° 4 solicita Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación, con las siguientes especificaciones: Tubos con tapa conteniendo citrato sódico al 3,8%. Volumen de muestra máximo 2,5 ml. Solicitamos a la convocante ampliar el Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación con capacidad de volumen máximo de 2,7 ml

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 98 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 250

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

La convocante en el Lote N° 250 solicita Tubo de plástico separador de suero, con Capacidad de muestra MINIMA 1,5 a 10 ml. Solicitamos a la convocante ampliar y que la misma cuenta con una capacidad de volumen mínima de 1,5 ml a 9 ml.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 99 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 305

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

La convocante en el Lote N° 305 solicita Kit de Reactivo Antígeno V.D.R.L con la siguiente presentación: Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 250 determinaciones por presentación. Se solicita a la convocante ampliar la Presentación de entrega de la siguiente manera: Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 300 determinaciones por presentación.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 100 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 310

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 231 solicita Test Rápido para Rotavirus Con 99,9% de sensibilidad y 99,6 % de especificidad.<br>Solicitamos a la convocante que amplie la sensibilidad de lo requerido a 99,1%. A fin de no limitar la participación a oferentes interesados. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 101 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 324

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 324, Ítem N° 2 solicita Tubo con anticoagulante – EDTA, con las siguientes especificaciones: En polipropileno transparente. Tubos con tapa conteniendo anticoagulante EDTA. Volumen de muestra máximo 2,5 ml.<br>Solicitamos a la convocante ampliar el Tubo anticoagulante con capacidad de volumen máximo de 3 ml. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 102 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 326

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 326 solicita Tubo de plástico separador de suero, con Capacidad de muestra MINIMA 1,5 a 10 ml.<br>Solicitamos a la convocante ampliar y que la misma cuenta con una capacidad de volumen mínima de 1,5 ml a 9 ml. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC. LO SOLICITADO CUMPLE CON LAS EETT |                    |            |

## Consulta 103 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 354

| Consulta   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante aclarar cuál es el volumen de pipeta requerido, ya que generalmente las pipetas son de 5-50ul o de 2-20ul, y teniendo en cuenta que en el lote 354 ítem 1 se solicita la pipeta de 5-50ul, y en el mismo lote ítem 3 solicita pipeta de 50-200, consideramos que la necesidad mencionada en el ítem 2 del mismo lote sea de Pipetas de 2-20ul. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 104 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 380

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 380 solicita Kit de Reactivo Antígeno V.D.R.L con la siguiente presentación: Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 250 determinaciones por presentación.<br>Se solicita a la convocante ampliar la Presentación de entrega de la siguiente manera: Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 300 determinaciones por presentación. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 105 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – LOTE 383

| Consulta  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante en el Lote N° 383 solicita Test Rápido para Rotavirus Con 99,9% de sensibilidad y 99,6 % de especificidad.<br>Solicitamos a la convocante que amplie la sensibilidad de lo requerido a 99,1%. A fin de no limitar la participación a oferentes interesados. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 106 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta  | Fecha de Consulta | 14-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En los lotes 23,52,141,231, 310,383 de Test Rápido para Rotavirus Con 99,9% de sensibilidad y 99,6 % de especificidad; Solicitamos muy amablemente a la convocante ampliar el rango de sensibilidad de lo requerido a al menos 98% a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 107 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta   | Fecha de Consulta | 14-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En los lotes 12, 219 donde solicitan Test rápido de Hepatitis A. En estos lotes solicitamos a la convocante aclarar si requieren de Antígeno o Anticuerpos para su presentación. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC |                    |            |

## Consulta 108 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta  | Fecha de Consulta | 14-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante Unificar los lotes de las mismas Especificaciones Técnicas de las distintas dependencias que la solicitan y al realizar las entregas de los lotes realizar una lista de distribución de las dependencias citadas en el PBC a manera de no tener dispersas en pequeñas proporciones los lotes. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|--|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC. SE HA PRESENTADO EL PEDIDO DE ESTA FORMA DE MANERA A PODER DAR MAS OPORTUNIDAD A POTENCIALES OFERENTES. |                    |            |

## Consulta 109 - PLAN DE ENTREGA

| Consulta   | Fecha de Consulta | 14-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de la primera entrega a 30 días de plazo, debido a que los reactivos e insumos se deben importar |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|--|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC. LOS LABORATORIOS HOY DIA TIENEN STOCK CRITICO DE REACTIVOS E INSUMOS DE MANERA QUE NO SE PUEDE EXTENDER LOS PLAZOS SOLICITADOS. |                    |            |

## Consulta 110 - LOTES

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se solicita amablemente a la convocante favor separar en lotes distintos los correspondientes a contadores hematológicos, equipos de crisis, química y gasometría para dar oportunidad a la libre competencia para cada tipo de equipo requerido

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC .

## Consulta 111 - LOTES

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Con respecto a los lotes de química clínica que incluyen espectrofotómetro en cuanto al ítem de creatinina se podría ofertar un kit por colorimetría de punto final en vez de metodología cinética?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC. SE NECESITA METODOLOGIA CINETICA PARA LA DETERMINACION DE CREATINA

## Consulta 112 - LOTES

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Con respecto a los lotes de química clínica que incluyen espectrofotómetro en cuanto al ítem de creatinina se podría ofertar un kit mínimo para 150 determinaciones y máximo para 350 determinaciones?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION N° 03 DEL PBC

## Consulta 113 - Lote 15-3 Precios Referenciales

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se solicita Proteína C Reactivo (P.C.R.) con la provisión de equipo Agitador de Placas en comodato.  
- Favor aclarar si realmente necesitarán los agitadores de placas.  
- Nuestra consulta obedece a que el precio referencial del P.C.R. con provisión de equipos en comodato solicitados en este lote está MUY POR DEBAJO de los precios actuales y reales del mercado.  
- Favor tener en cuenta esta información porque a la hora de la evaluación casi siempre están declarando desierto por el elevado costo que realmente tiene.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL ANALISIS Y DICTAMEN DE PRECIOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE LA DNCP .

## Consulta 114 - Lote 133-3 Precios Referenciales

| Consulta  | Fecha de Consulta | 14-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita Proteína C Reactivo (P.C.R.) con la provisión de equipo Agitador de Placas en comodato.<br>- Favor aclarar si realmente necesitarán los agitadores de placas.<br>- Nuestra consulta obedece a que el precio referencial del P.C.R. con provisión de equipos en comodato solicitados en este lote está MUY POR DEBAJO de los precios actuales y reales del mercado.<br>- Favor tener en cuenta esta información porque a la hora de la evaluación casi siempre están declarando desierto por el elevado costo que realmente tiene. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| LA CONOVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC Y AL ANALISIS Y DICTAMEN DE PRECIOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE LA DNCP . |                    |            |

## Consulta 115 - Lote 222-3 Precios Referenciales

| Consulta  | Fecha de Consulta | 14-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita Proteína C Reactivo (P.C.R.) con la provisión de equipo Agitador de Placas en comodato.<br>- Favor aclarar si realmente necesitarán los agitadores de placas.<br>- Nuestra consulta obedece a que el precio referencial del P.C.R. con provisión de equipos en comodato solicitados en este lote está MUY POR DEBAJO de los precios actuales y reales del mercado.<br>- Favor tener en cuenta esta información porque a la hora de la evaluación casi siempre están declarando desierto por el elevado costo que realmente tiene. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| LA CONOVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC Y AL ANALISIS Y DICTAMEN DE PRECIOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE LA DNCP . |                    |            |

## Consulta 116 - Lote 306-3 Precios Referenciales

| Consulta  | Fecha de Consulta | 14-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita Proteína C Reactivo (P.C.R.) con la provisión de equipo Agitador de Placas en comodato.<br>- Favor aclarar si realmente necesitarán los agitadores de placas.<br>- Nuestra consulta obedece a que el precio referencial del P.C.R. con provisión de equipos en comodato solicitados en este lote está MUY POR DEBAJO de los precios actuales y reales del mercado.<br>- Favor tener en cuenta esta información porque a la hora de la evaluación casi siempre están declarando desierto por el elevado costo que realmente tiene. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| LA CONOVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC Y AL ANALISIS Y DICTAMEN DE PRECIOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE LA DNCP . |                    |            |

## Consulta 117 - Lote 381-3 Precios Referenciales

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se solicita Proteína C Reactivo (P.C.R.) con la provisión de equipo Agitador de Placas en comodato.

- Favor aclarar si realmente necesitarán los agitadores de placas.
- Nuestra consulta obedece a que el precio referencial del P.C.R. con provisión de equipos en comodato solicitados en este lote está MUY POR DEBAJO de los precios actuales y reales del mercado.
- Favor tener en cuenta esta información porque a la hora de la evaluación casi siempre están declarando desierto por el elevado costo que realmente tiene.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-06-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

LA CONOVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC Y AL ANALISIS Y DICTAMEN DE PRECIOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE LA DNCP .