

Consultas Realizadas

Licitación 406185 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022

Consulta 1 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2022
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la página 16, en el apartado Capacidad Técnicas, solicitan "Listado de los Productos Habilitados para importar y comercializar" Considerando que: DINAVISIA ya no expide dicho documento y que el Registro Sanitario es el documento suficiente para importar y comercializar insumos médicos Solicitamos que: La Convocante elimine dicho requisito		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2022
REMITIRSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN EL SICP, ADENDA N° 1.		

Consulta 2 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2022
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la página 16, en el apartado Capacidad Técnicas, solicitan "Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufacturas y control (BPM Y C)" Considerando que: El Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y Control es equivalente al Certificado ISO 13485, norma reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la calidad en la industria de dispositivos médicos Solicitamos a la convocante que acepte indistintamente Buenas Prácticas de Manufactura y Control o Certificado ISO 13485		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 3 - Requisito documental para evaluar la Capacidad Técnica - Consulta.

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2022
Con respecto al punto a) de la pagina 16 del PBC - El oferente deberá presentar el Listado de los Productos Habilitados para importar y comercializar, solicitamos que la misma sea excluido, ya que actualmente la DINAVISIA ya no emite dicho documento, y la misma fue subsanada con la presentación del REGISTRO SANITARIO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2022
REMITIRSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN EL SICP, ADENDA N° 1.		

Consulta 4 - Vigencia del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2022
Establece el PBC, Vigencia del Contrato: -Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento Total de las Obligaciones- Solicitamos a la convocante establecer un tiempo con fecha definida, el pedido obedece a que con ese dato es factible ofrecer mejores precios, dado que se tiene certeza del tiempo limite que tiene la convocante para requerir los bienes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2022
Remitirse a la Resolucion DNCP N° 2115/2021 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSIÓN 4 DE LOS PLIEGOS ESTÁNDARES A SER UTILIZADOS POR LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SOCIEDADES ANONIMAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO Y MUNICIPALIDAD, EN EL MARCO DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 2051/03.", PBC estandar, Seccion Modelo de Contrato, Punto N° 7, que indica "Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones. [En los casos de contrato abierto, reemplazar la frase anterior por la fecha exacta de inicio y terminación de la vigencia del contrato. Si el plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario, deberá aclararse que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03].		

Consulta 5 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2022
Con respecto a la capacidad tecnica: 2. Se requieren las siguientes Constancias Emitidas por Vigilancia Sanitaria, las cuales deberán estar vigentes y/o en caso de estar vencido se aceptará sello de mesa de entrada de la solicitud de renovación: 1) El oferente deberá presentar el Listado de los Productos Habilitados para importar y comercializar informamos que dicho documento se encuentra obsoleto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2022
REMITIRSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN EL SICP, ADENDA N° 1.		

Consulta 6 - Consulta Ítem 178

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
En el PCB se solicita el 100% entrega a los 15 días a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor. Se solicita ampliar el plazo a 90 días. Dicho plazo solicitado es debido a considerar los plazos de importación y pedidos de fabricación de los ítems solicitados debido a la pandemia de COVID 19 que hace que todos los envío se retrasen y además que la licitación no cuenta con pago de anticipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 7 - ITEM 178: TEST DE BOWIE DICK

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
En las especificaciones no se especifica que el ítem 178 debe cumplir con la normativa de clasificación de indicadores ISO 11140-4:2007 de clase 2 actualmente vigente. Se solicita que el ítem 178 cumpla con la normativa de clasificación de indicadores ISO 11140-4:2007 de clase 2. Favor aclarar si el material debe ser libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos? Esto es para seguridad del usuario durante la manipulación, para evitar intoxicaciones y por seguridad del trabajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 8 - ITEM 178: TEST DE BOWIE DICK

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el TEST DE BOWIE DICK debe contar con laminado superior e inferior. Esto es para anteponer un mayor desafío a la penetración adecuada del vapor al interior del paquete y remoción de aire, proporcionando mayor precisión e información al usuario. Favor aclarar si el TEST DE BOWIE DICK debe contar con dispositivo de apertura rápido y fácil, para evitar la rotura del propio test al abrir el paquete.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 9 - ITEM 178: TEST DE BOWIE DICK

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Se consulta si se puede cotizar un test de 10.5cm x 6.6cm x 0.5cm de tamaño, el mismo es más pequeño, cumpliendo igualmente la normativa de clasificación de indicadores ISO 11140-4:2015 de clase 2 actualmente vigente. Este margen del tamaño del test le permitiría almacenar de manera más segura y en poco espacio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 10 - ITEM 178: TEST DE BOWIE DICK

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el ejemplo de color que solicitan para el inicial y el final de ciclo del TEST DE BOWIE DICK será limitante a la hora de cotizar el mismo, ya que si la misma es limitante, disminuiría la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 11 - ITEM 62: CINTA TESTIGO PARA OXIDO DE ETILENO.

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el material debe ser libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos. Esto es para seguridad del usuario durante la manipulación, para evitar intoxicaciones y por seguridad del trabajo. En las especificaciones no se especifica que el ítem 62 deba cumplir con la normativa de clasificación EN ISO 11140-1, clase 1. Se solicita que el ítem 62 cumpla con la normativa de clasificación de Indicadores ISO 11140-1, clase 1.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 12 - ITEM 62: CINTA TESTIGO PARA OXIDO DE ETILENO.

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el ejemplo de color de la cinta antes de la exposición al ciclo de esterilización y después, que solicitan de la CINTA TESTIGO PARA ÓXIDO DE ETILENO será limitante a la hora de cotizar el mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 13 - ITEM 60: CINTA PARA AUTOCLAVE

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el material debe ser libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos. Esto es para seguridad del usuario durante la manipulación, para evitar intoxicaciones y por seguridad del trabajo. En las especificaciones no se especifica que el ítem 60 deba cumplir con la normativa de clasificación EN ISO 11140-1, clase 1. Se solicita que el ítem 60 cumpla con la normativa de clasificación de indicadores ISO 11140-1, clase 1.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 14 - ITEM 60: CINTA PARA AUTOCLAVE

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el ejemplo de color de la cinta antes de la exposición al ciclo de esterilización y después, que solicitan de la CINTA PARA AUTOCLAVE será limitante a la hora de cotizar el mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 15 - ITEM 92: INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el material debe ser libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos. Esto es para seguridad del usuario durante la manipulación, para evitar intoxicaciones y por seguridad del trabajo. En las especificaciones no se especifica que el ítem 92 deba cumplir con la normativa de clasificación EN ISO 11140-1, clase 1. Se solicita que el ítem 92 cumpla con la normativa de clasificación de indicadores ISO 11140-1, clase 1.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 16 - ITEM 92: INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el ejemplo de color de la cinta antes de la exposición al ciclo de esterilización y después, que solicitan del INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR será limitante a la hora de cotizar el mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 17 - ITEM 92: INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR debe contar con laminado superior e inferior. Esto es para anteponer un mayor desafío a la penetración adecuada del vapor al interior del paquete y remoción de aire, proporcionando mayor precisión e información al usuario, además de que la tinta de la misma no se trasfiere y permite tener una trazabilidad a largo plazo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 18 - ITEM 93: INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el material debe ser libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos. Esto es para seguridad del usuario durante la manipulación, para evitar intoxicaciones y por seguridad del trabajo. En las especificaciones no se especifica que el ítem 92 deba cumplir con la normativa de clasificación EN ISO 11140-1, clase 1. Se solicita que el ítem 92 cumpla con la normativa de clasificación de indicadores ISO 11140-1, clase 1.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 19 - ITEM 93: INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el ejemplo de color de la cinta antes de la exposición al ciclo de esterilización y después, que solicitan del INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR será limitante a la hora de cotizar el mismo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 20 - ITEM 93: INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR debe contar con laminado superior e inferior. Esto es para anteponer un mayor desafío a la penetración adecuada del vapor al interior del paquete y remoción de aire, proporcionando mayor precisión e información al usuario, además de que la tinta de la misma no se trasfiere y permite tener una trazabilidad a largo plazo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 21 - ITEM 182: TESTIGO DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE CON INDICADOR LARGO

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
En las especificaciones no se detalla si la misma es tipo 4 o tipo 5? De ser así que el ítem 182 deba cumplir con la normativa de clasificación EN ISO 11140-1, clase 1.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 22 - ITEM 182: TESTIGO DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE CON INDICADOR LARGO

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el TESTIGO DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE CON INDICADOR LARGO debe contar con laminado superior e inferior. Esto es para anteponer un mayor desafío a la penetración adecuada del vapor al interior del paquete y remoción de aire, proporcionando mayor precisión e información al usuario, además de que la tinta de la misma no se trasfiere y permite tener una trazabilidad a largo plazo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP. (No es necesario que cuente con laminado superior e inferior).		

Consulta 23 - ITEM 183: TESTIGO DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE CON INDICADOR MINI

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
En las especificaciones no se detalla si la misma es tipo 4 o tipo 5? De ser así que el ítem 183 deba cumplir con la normativa de clasificación EN ISO 11140-1, clase 1.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP. (No es necesario que cuente con laminado superior e inferior).		

Consulta 24 - ITEM 183: TESTIGO DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE CON INDICADOR MINI

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Favor aclarar si el TESTIGO DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE CON INDICADOR MINI debe contar con laminado superior e inferior. Esto es para anteponer un mayor desafío a la penetración adecuada del vapor al interior del paquete y remoción de aire, proporcionando mayor precisión e información al usuario, además de que la tinta de la misma no se trasfiere y permite tener una trazabilidad a largo plazo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP. (No es necesario que cuente con laminado superior e inferior).		

Consulta 25 - Consulta de precios y especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2022
En el ítem 65 figura colector de orina pediátrico, deseamos saber si es de 100ml unisex. Los precios estimativos están muy por debajo de los precios actuales, debido al sobre costo de las importaciones del país de origen y al mismo tiempo la bajante del río, lo cual hace imposible llegar a destino, los productos solicitados son 87,88,89,90,94,95,96,97,98 y 99 En el ítem 122 solicita colector de orina de 2.000cc deseamos saber si es de 2.000cc con urinómetro de 500ml . Del ítem 127 al 133 solicitan sonda nasogástrica de pvc, pero del ítem 130 al 133 dice siliconado 100% y no de silicona 100% deseamos saber si es de silicona 100%. Lo mismo ocurre con las sondas Foley en la cual dice siliconado y no silicona 100%. En el ítem 187 la chata plástica esta muy por debajo del precio referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
ITEM N° 65: REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP. ITEM 87,88,89,90,94,95,96,97,98 y 99: AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP. ITEM N° 122: REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP. ITEM N° 127 AL 133: AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP. ITEM N° 130 AL 133: AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP. ITEM N° 134 AL 135: REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP. ITEM N° 187: AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 26 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2022
Cabe mencionar que de acuerdo al código ECRI solicita registro sanitario para los productos de los ítem 19 y 111 lo cual consta en dicho listado, al mismo tiempo mencionamos que el ítem 68 contenedores de objetos cortantes y punzantes a la fecha el Ministerio de Salud Pública- DINAUSA, no expide registro sanitario para dicho producto, según adjudicaciones que se han realizados en el Ministerio De Salud Pública desde hace 5 a 6 años atrás.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 27 - EL ITEMS N° 169 Y 170 IONOMERO DE VIDRIO

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2022
EL ITEMS N° 169 Y 170 IONOMERO DE VIDRIO . ES PARA USO ODONTOLOGICO!!		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 28 - CONSULTA - ÍTEM 166 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2022
Favor solicitamos adecuar las EETT del ÍTEM N° 166 - Venda Semielástica, a lo siguiente: 20 cm x 1,8 metros como mínimo de largo. A modo de tener la mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 29 - CONSULTA - ÍTEM 67 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2022
Favor solicitamos adecuar las EETT del ÍTEM N° 67 - Comprensión de vientre, a lo siguiente: comprensión de vientre de (45 a 50) x (45 a 50 cm) (NO estériles) (en paquetes) con líneas radio paca. A modo de permitir la mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 30 - CONSULTA - ÍTEM 58 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2022
Favor solicitamos, considerar la EETT del ítem 58 - cinta adhesiva, a lo siguiente: cinta hipoalergica 5cm x 4,5 mts (como minimo)- adhesiva, con microporosidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 31 - CONSULTA - ÍTEM 59 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2022
Favor solicitamos adecuar las EETT del ÍTEM N° 59 - Cinta Adhesiva, a lo siguiente Cinta Adhesiva a base de látex de caucho natural (5cm de ancho como mínimo x 4,5 a metros de largo color piel en carrete.)		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 32 - CONSULTA - ÍTEM 60 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2022
Favor solicitamos adecuar las EETT del ÍTEM 60 - Cinta para autoclave, a lo siguiente, Rollos de cinta testigo para autoclave (vapor) de (18mmx30mts como mínimo) Ej: color inicial verde, color final gris. A modo de permitir la participación de mayor numero de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 33 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ITEM N° 27

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2022
En cuanto a las especificaciones técnicas del ítem N° 27 de la Bolsa de Colostomia que hace mención que el sistema de acoplamiento de la base y de la bolsa debe ser exclusivamente con un “sistema de acoplamiento guiado entre ambas partes”. Petitionamos a la Convocante que amplíe las Especificaciones técnicas debido a que en el mercado local existe otros modelos de bolsas que cumplen con la función de recolección de almacenamiento de desechos y que cuentan con un sistema de acoplamiento distinto al solicitado en vuestro pliego, tal como podría ser a “PRESIÓN o ENCASTRE”. Por dicho motivo solicitamos a la Convocante incluir esta presentación dentro de las Especificaciones Técnicas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 34 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2022
La convocante solicita en el Punto 1. Para Descartables: a) Habilitación expedida por el MSPBS, como importador/comercializador de dispositivos médicos; expedida por el MSPBS, se aceptará sello de mesa de entrada de la solicitud de renovación. Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera dicho requisito “Habilitación vigente expedida por el MSPBS, como importador/comercializador de dispositivos médicos; en el caso que se encuentre vencida se deberá acompañar Constancia emitida por la (DINAVISA) de que los mismos se encuentran en trámite de renovación. Ya que el simple sello de mesa de entrada de la solicitud de renovación no garantiza que la empresa cuente con el permiso para su funcionamiento.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 35 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA.

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2022
En el Pliego de Bases y Condiciones la convocante solicita en el Punto c. Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufacturas y control (BPM Y C) e. Certificado de Cumplimiento de Buenas Practicas de Almacenamiento. Solicitamos a la Convocante que aclare en el mismo que el Punto C. es para Fabricantes Nacionales y el Punto E. correspondería para importadores y Distribuidores. Y el oferente deberá presentar el documento que afecte a su condición indistintamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 36 - REQUISITO DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2022
En el PBC en la sección de Capacidad Técnica la convocante solicita "Copia de facturas y/o recepciones finales que avalan la experiencia requerida" Solicitamos a la convocante incluir la presentación de "Copias de Contratos" quedando de la siguiente manera "Copia de Contrato y/o Copia de facturas y/o recepciones finales que avalan la experiencia requerida" al presente requisito, atendiendo que el valor a garantizar en la presente licitación es de un monto considerable y seria de mucha facilidad con la presentación de copias de contratos que demuestren la experiencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 37 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA.

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2022
En el PBC en la sección de Capacidad Técnica la convocante solicita en el Punto 2.a "El oferente deberá presentar el Listado de los Productos Habilitados para importar y comercializar" Queremos aclarar a la Convocante que actualmente el único documento para "Dispositivos Médicos" emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria es el "Registro Sanitario", por dicho motivo solicitamos a la convocante excluir dicho requisito ya que se encuentra desfasado en cuanto a las disposiciones reglamentarias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 38 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2022
La convocante solicita en el Punto 1. Para Descartables: a) Habilidadación expedida por el MSPBS, como importador/comercializador de dispositivos médicos; se aceptará sello de mesa de entrada de la solicitud de renovación. Y en el Punto 2. Inciso B. Certificado de Habilidadación como fabricante importador o distribuidor de los productos ofertados. Solicitamos a la convocante unificar dicha solicitud debido a que se encuentra duplicada, ya que el 90% de los productos son "Dispositivos Médicos" y por ende tanto la habililitación como el Certificado de Habilidadación hacen referencia al mismo documento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 39 - MUESTRA DEL PRODUCTO

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2022
En caso de ofertarse en varios ítems de un mismo tipo de producto de la misma marca y procedencia pero de diferentes medidas, ¿Será suficiente la presentación de uno de ellos, acompañado con una declaración jurada para los demás ítems en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 40 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2022
Donde dice: Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: ITEMS: Para todos los Ítems Consulta: Solicitamos a la convocante conciderar la presentacion de muestras de la siguiente manera: En caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al lote-ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el lote-ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada, para permitir la presentacion de mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 41 - Item 58 Cinta Adhesiva

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2022
solicitamos a la convocante aceptar cinta adhesiva 10cm x 10mts.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 42 - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2022
Tratandose de productos importados solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 30 dias,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 43 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Favor considerar solicitar solo catálogos y las muestras según criterio de los evaluadores, dado que hay productos que se deben importar. y no se cuenta con unidades para entregar como muestra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 44 - Item :82

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Item :82 Consulta solicitamos a la convocante poder ofertar poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 45cm , con aguja PUNTA LANCETA de 6.5 mm 3/8 círculo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 45 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial de los ítems N° 6 y N° 7 – Aguja Intravenosa de 21 G y 23 G, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs. 185 por unidad de ambos productos, tal y como se establece en el ítems N° 6.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 46 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Consultamos a la convocante si se podrá ofertar Aguja para insulina con las siguientes características “aguja nº 27,5G 1/2 p/insulina descartable - para aplicación de insulina descartable, estéril”, en caso afirmativo solicitamos a la convocante la modificación de las Especificaciones Técnicas y de esta forma evitar la declaración desierta nuevamente de dicho ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 47 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM 24

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 24, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs. 38.500 por unidad.- Así también pedimos a la Convocante que tenga en cuenta que todos estos productos ha sufrido un incremento considerable a raíz de la pandemia del Covid-19.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 48 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM 25

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 25, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs. 38.500 por unidad.- Así también pedimos a la Convocante que tenga en cuenta que todos estos productos ha sufrido un incremento considerable a raíz de la pandemia del Covid-19.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 49 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 26, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs. 77.000 por unidad.- Así también pedimos a la Convocante que tenga en cuenta que todos estos productos ha sufrido un incremento considerable a raíz de la pandemia del Covid-19		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 50 - PRECIO REFERENCIAL – CATÉTER DE ASPIRACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial de los ítems N° 32 al 34, atendiendo que el precio fijado se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello, el precio sugerido es Gs. 1.577 por unidad para todos los ítems.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 51 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM 43

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 43 Catéter intravenoso periférico N° 20, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello, el precio sugerido es de Gs. 5.500 por unidad		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 52 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM 25

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 25, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs. 38.500 por unidad.- Así también pedimos a la Convocante que tenga en cuenta que todos estos productos ha sufrido un incremento considerable a raíz de la pandemia del Covid-19		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 53 - ESPECIFICACIONES TENICAS – ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante ampliar las especificaciones técnicas del catéter intravenoso periférico de la siguiente manera: “catéter vía central 3 lumen pediátrico 4 fr 16 (+-3) cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp” Esto a fin de brindar oportunidad de participación a otros oferentes que cuentan con dichas especificaciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 54 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM 42

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 42 Catéter intravenoso periférico N° 18, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello, el precio sugerido es de Gs. 6.600 por unidad		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 55 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM 44

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 44 Catéter intravenoso periférico N° 24, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello, el precio sugerido es de Gs. 5.500 por unidad		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 56 - ESPECIFICACIONES TENICAS – ITEM 44

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante ampliar la longitud del catéter intravenoso periférico a: 19 mm de 20 a 24 ml/min. Esto a fin de brindar oportunidad de participación a otros oferentes que cuentan con dichas especificaciones		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 57 - Precio referencial del ítem 85 “Hilo para sutura de poliglactina”.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Sugerimos a la convocante modificar aumentar el precio referencial a Gs. 21.000 como mínimo, puesto que han aumentado costos logísticos en el transcurso del año y los precios referenciales actuales limitan la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 58 - Precio referencial del ítem 90 “Hojas de Bisturí de Acero inoxidable”.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Sugerimos a la convocante modificar aumentar el precio referencial a Gs. 1.700 como mínimo, puesto que han aumentado costos logísticos en el transcurso del año y los precios referenciales actuales limitan la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 59 - Precio referencial del ítem 89 “Hojas de Bisturí de Acero inoxidable”.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Sugerimos a la convocante modificar aumentar el precio referencial a Gs. 1.700 como mínimo, puesto que han aumentado costos logísticos en el transcurso del año y los precios referenciales actuales limitan la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 60 - Precio referencial del ítem 88 “Hojas de Bisturí de Acero inoxidable”.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Sugerimos a la convocante modificar aumentar el precio referencial a Gs. 1.700 como mínimo, puesto que han aumentado costos logísticos en el transcurso del año y los precios referenciales actuales limitan la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 61 - Precio referencial del ítem 87 “Hojas de Bisturí de Acero inoxidable”.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Sugerimos a la convocante modificar aumentar el precio referencial a Gs. 1.700 como mínimo, puesto que han aumentado costos logísticos en el transcurso del año y los precios referenciales actuales limitan la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 62 - Especificaciones técnicas ítem 80.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Sugerimos a la convocante poder cotizar poliglactina, pues cumple con los mismos fines y permitirá mayor cantidad de participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 63 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 27

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Del análisis de las EETT se puede corroborar que la convocante no exige que la bolsa de colostomía tenga un sistema de acoplamiento específico, que pueda unir la pieza 1 (base) con la pieza 2 (bolsa), sino que se limitó a exigir que el sistema de acoplamiento sea solamente guiado. Solicitamos a la convocante aclarar si un oferente podrá ofertar una bolsa de 2 piezas con un sistema de acoplamiento guiado entre la bolsa y la base a presión o encastre?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 64 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N° 176

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 176 Aerocámara, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 66.000 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 65 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 45

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 45 Catéter intravenoso periférico N° 22, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello, el precio sugerido es de Gs. 5.500 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 66 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 58

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante ampliar las especificaciones técnicas de la Cinta Adhesiva de la siguiente manera: "cinta hipo alérgica 7,5 cm x 5 mts como mínimo - adhesiva, con microporosidad." Esto a fin de brindar oportunidad de participación a otros oferentes que cuentan con dichas especificaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 67 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 62

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante ampliar la especificaciones técnicas del Ítem 62 - Rollos de cinta testigo para cámara de óxido de etileno (gas) de 18(+1) mmx50mts. Ej: Color inicial azul, color final verde. A fin de brindar oportunidad de participación a otros oferentes que cuentan con dichas especificaciones.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 68 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 60

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante ampliar la especificaciones técnicas del Ítem 60 - Rollos de cinta testigo para autoclave (vapor) de 18(+1) mmx50mts. Ej: Color inicial verde, color final gris. A fin de brindar oportunidad de participación a otros oferentes que cuentan con dichas especificaciones.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 69 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 66

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos ampliar las especificaciones técnicas del producto ofertado en un rango de 80 ml a 100 ml. A fin de brindar oportunidad de participación a otros oferentes que cuentan con dichas especificaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 70 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 27

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Conforme a las Especificaciones Técnicas solicitadas por la Convocante entendemos que un oferente podrá cotizar una bolsa de dos piezas, con anillo adhesivo 100% hidrocoloide recortable y extra flexible, el cual deberá adherirse a la piel (entiéndase por la base adhesiva) y que el sistema de acoplamiento guiado entre la bolsa y la base podrá ser a presión o encastre o cualquier otro sistema. Podría la convocante aclarar si la apreciación es o no correcta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 71 - ESPECIFICACIONES TENICAS – ITEM 83

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Podría la convocante ampliar las especificaciones técnicas permitiendo ofertar el ítem N° 83 - Hilo para sutura poliamida con una "con aguja 3/8 y de 26 mm.." Esto es a fin de ampliar las especificaciones técnicas a medidas estándares del mercado que permitirán a la convocante contar con mayores ofertas susceptibles de adjudicación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 72 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM 62

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 62 Cinta testigo para Óxido de Etileno, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 33.000 por unidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 73 - ESPECIFICACIONES TENICAS – ITEM 80

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Podría la convocante ampliar las especificaciones técnicas permitiendo ofertar el ítem N° 80 Hilo para sutura ácido poliglicólico con una “aguja de 40 mm ½ circulo..” Esto es a fin de ampliar las especificaciones técnicas a medidas estándares del mercado que permitirán a la convocante contar con mayores ofertas susceptibles de adjudicación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 74 - ESPECIFICACIONES TENICAS – ITEM 84

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Podría la convocante ampliar las especificaciones técnicas permitiendo ofertar el ítem N° 84 - Hilo para sutura poliamida con una “con aguja 3/8 y de 24 mm..” Esto es a fin de ampliar las especificaciones técnicas a medidas estándares del mercado que permitirán a la convocante contar con mayores ofertas susceptibles de adjudicación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 75 - ESPECIFICACIONES TENICAS – ITEM 87 al ITEM N° 90

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial de los ítems n° 87 al 90 Hoja de Bisturi, ya que los mismos se encuentran por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 770 por unidad para cada uno de ellos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 76 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM N° 94

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 94 Jeringa desechable con aguja, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 550 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 77 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM N° 96

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 96 Jeringa desechable con aguja de 5 ml, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 770 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 78 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ITEM 86

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante ampliar la especificaciones técnicas del ítem 86 - Hilo para sutura poliglactina de la siguiente manera: hilo poliglactina para sutura 3/0 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio círculo de 26 (+2) mm longitud mínima de la hebra 70 cm. A fin de brindar oportunidad de participación a otros oferentes que cuentan con dichas especificaciones.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 79 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ITEM N° 95

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante ampliar la especificaciones técnicas del ítem 95 - Jeringa desechable con aguja de la siguiente manera: 1ml de plástico con aguja desmontable n°26 1/2 embolo de goma graduado en centésima de unidades. Esto es A fin de la declaración desierta de dicho ítems como viene ocurriendo en licitaciones pasadas y de brindar oportunidad de participación a oferentes que cuentan con dichas especificaciones.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 80 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM N° 95

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 95 Jeringa desechable con aguja de 1 ml, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 660 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 81 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM N° 97

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 96 Jeringa desechable con aguja de 10 ml, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 1100 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 82 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N° 99

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 96 Jeringa desechable con aguja de 50 ml, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 3600 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 83 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N° 105

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 105 Mascara para oxigeno pequeño, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 8400 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 84 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N° 106

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 106 Mascara para oxigeno pequeño, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 8400 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 85 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ITEM 111

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante ampliar la especificaciones técnicas del ítem 111 - Papel para esterilización de la siguiente manera: Papel para esterilización 140 cm x 140 cm (+ - 20) cm de polipropileno. A fin de brindar oportunidad de participación a otros oferentes que cuentan con dichas especificaciones.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 86 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N° 121

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 121 Set para bomba de infusión, atendiendo a la cantidad de equipos en comodato solicitado a Gs. 88.000 por unidad, ya que el establecido se encuentra muy por debajo del precio real para los proveedores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 87 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM N° 122

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Podría la convocante aclarar si lo solicitado en el Ítem N° 122 – Sistema Colector de Orina debe contar con Urinometro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 88 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM N° 101

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 101 Lancetas para dispositivo de punción, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 330 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 89 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM N° 116 y 117

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial de los ítems n° 116 y 117 Resucitador Adulto c/ Cámara y mascara, ya que los mismos se encuentran por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 550.000 por unidad para ambos ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 90 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM N° 121

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial del ítem n° 121 Set para bomba de infusión, atendiendo a la cantidad de equipos en comodato solicitado a Gs. 88.000 por unidad, ya que el establecido se encuentra muy por debajo del precio real para los proveedores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 91 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM N° 141

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 141 Traductor de presión arterial, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 220.000 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 92 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N° 167 y 168

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos a la convocante la modificación del precio referencial de los ítems n° 167 y 168 Corrugador para respirador, ya que los mismos se encuentran por debajo del precio actual del mercado. Por ello el precio sugerido es de Gs. 66.000 por unidad para ambos ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 93 - CANULA DE OXIGENO ÍTEMS 29-30

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Solicitamos la ampliación del material sobre el cual esta hecho el producto; quedando redactada las EE.TT. de la siguiente manera: ITEM 29 : "Cánula de Oxígeno pediátrica: calibre 06 fr diámetro ext.mm 2,00 estéril tamaño neonatal . siliconada 100% o PVC (plastisol que no contiene Phthalates) , envase estéril individual"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 94 - Certificado de Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2022
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. Requisito documental para evaluar la capacidad técnica (página 16 del PBC), dice: El Oferente deberá presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta y que demuestren que los bienes ofertados, cumplen con los requerimientos: d) Certificado de Registro Sanitario excepto para los ítems 19, 91 y 111 Respetuosamente solicitamos a la convocante permita la presentación de este documento de la siguiente manera: d) Certificado de Registro Sanitario En caso de que se encuentre vencido, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En caso de que se encuentre en inicio de trámite de registro, se deberá acompañar Constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en Inicio de trámites de Registro Sanitario. Excepto para los ítems 19, 91 y 111		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 95 - Item 5 Aguja de biopsia Medular. Aguja para biopsia de medula osea 16g/10cm -descartable, esteril

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Solicitamos a la convocante consultar con la medida detallada de 16 gauge ya que si es para el caso de biopsia de medula no existe en esta medida, lo mas fino (uso pediátrico) que hay seria 13 gauge en biopsia . A no ser que se trate de aguja para aspirado de medula osea que en ese caso si existe de 16 gauge , por lo que si es asi se debería de cambiar a Aguja para aspirado de medula osea. Ver el ejemplo en las EETT de la LPN ID 391512 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL DPTO. DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 96 - Ítem 10 Aguja para Biopsia Renal. aguja para biopsia n 16 automatico(renal) por punzion, de 16 G largo y 16 cm.

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que sea de Aguja para Biopsia Renal. aguja para biopsia n 16 automatico(renal) por punzion, de 16 G largo y 15 a 16 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 97 - Ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Item 11 Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que sea de Aguja para Biopsia Renal aguja para biopsia n 18 automatico(renal) por punzion; de 18 G y 15 a 16 cm de largo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 98 - Ítem 112

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
se solicita Pico de electrobisturi pico largo paraelectrobisturi con cable. solicitamos tiene ale detalle de las marca existentes de estos equipos para poder ofertar el pico de electro compatible.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 99 - Ítem 112

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Solicitan Pico de electrobisturi pico largo paraelectrobisturi con cable. Se solicita que se detallen las marcas para poder ofertar el compatible con los existentes en el hospital		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 100 - Ítem 5 Aguja de biopsia Medular. Aguja para biopsia de medula osea 16g/10cm -descartable, esteril

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Solicitamos a la convocante consultar con la medida detallada de 16 gauge ya que si es para el caso de biopsia de medula no existe en este medida, lo mas fino (uso pediátrico) que hay seria 13 gauge en biopsia . A no ser que se trate de aguja para aspirado de medula osea que en ese caso si existe de 16 gauge , por lo que si es asi se debería de cambiar a Aguja para aspirado de medula osea. Ver el ejemplo en las EETT de la LPN ID 391512 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL DPTO. DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 101 - Item 11

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que sea de Aguja para Biopsia Renal aguja para biopsia n 18 automatico(renal) por punzion; de 18 G y 15 a 16 cm de largo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 102 - Item 10 Aguja para Biopsia Renal. aguja para biopsia n 16 automatico(renal) por punzion, de 16 G largo y 16 cm.

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que sea de Aguja para Biopsia Renal. aguja para biopsia n 16 automatico(renal) por punzion, de 16 G largo y 15 a 16 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 103 - Suministros Requeridos Items No 87 al 90 Hojas de Bisturi No 11,15,20 y 24. Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Suministros Requeridos Items No 87 y 90 Hojas de Bisturi No 11,15,20 y 24, precio referencial, favor modificar y actualizar el precio de dichos Items al costo real del mercado, los precios referenciales de los mismos deben ser aumentados en un 100% con relacion a lo que figura en el ID del web site de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 104 - Suministros Requeridos Items No 32 al 36 Cateter de Aspiracion No 6,8,10,12 y 14. Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Suministros Requeridos Items No 32 y 36 Cateter de Aspiracion No 6,8,10,12 y 14, precio referencial, favor modificar y actualizar el precio de dichos Items al costo real del mercado, los precios referenciales de los mismos deben ser aumentados en un 60% con relacion a lo que figura en el ID del web site de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 105 - Capacidad Tecnica, punto 2.b. Certificado de Cumplimiento de Buenas Practicas de Manufacturas y Control (BPMYC)

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Requisito Documental para Evaluar Capacidad Tecnica, punto 2.b. Certificado de Cumplimiento de Buenas Practicas de Manufacturas y Control (BPMYC), este documento corresponde solicitar unicamente a los fabricantes de insumos de fabricacion nacional, ya que lo que corresponde para los importadores de dispositivos medicos es salvado en el punto d. (Certificado de Cumplimiento de Buenas Practicas y Almacenamiento). Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 106 - Suministros Requeridos Items No 22 y 23 Punch p/iopsia No 3 y 4. Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Suministros Requeridos Items No 22 y 23 Punch p/iopsia No 3 y 4, precio referencial, favor modificar y actualizar el precio de dichos Items al costo real del mercado, los precios referenciales de los mismos deben ser aumentados en un 60% con relacion a lo que figura en el ID del website de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 107 - Suministros Requeridos Item No 72 Equipo Extensor de 2 lumen. Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Suministros Requeridos Item No 72 Equipo Extensor de 2 lumen, precio referencial, favor modificar y actualizar el precio de dicho Item al costo real del mercado, el precio referencial del mismo debe ser aumentado en un 60% con relacion a lo que figura en el ID del web site de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 108 - Suministros Requeridos Item No 103 Mascar de CPAP. Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Suministros Requeridos Item No 103 Mascar de CPAP, precio referencial, favor modificar y actualizar el precio de dicho Item al costo real del mercado, el precio referencial del mismo debe ser aumentado en un 60% con relacion a lo que figura en el ID del web site de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 109 - Suministros Requeridos Item No 188 Bolsa Presurizadora. Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Suministros Requeridos Item No 188 Bolsa Presurizadora, precio referencial, favor modificar y actualizar el precio de dicho Item al costo real del mercado, el precio referencial del mismo debe ser aumentado en un 60% con relacion a lo que figura en el ID del web site de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 110 - Muestra similar Item No 106

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Muestras, se podria presentar la muestra del Item No 105 y ser valido tambien para el Item No 106?, la consulta se debe a que en estos momentos no tenemos en stock de dicho insumo y el mismo es similar al Item No 105 con la diferencia que el Item No 106 es pediátrico. Favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 111 - Muestra similar Item No 108

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Muestras, se podria presentar la muestra del Item No 107 y ser valido tambien para el Item No 108?, la consulta se debe a que en estos momentos no tenemos en stock de dicho insumo y el mismo es similar al Item No 107 con la diferencia que el Item No 108 es pediátrico. Favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 112 - Item 75 Equipo para drenaje pleural

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Se solicita a la convocante se pueda cotizar kit para drenaje aspiratorio 14Fr de 600cc c/ conector		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 113 - Item 80 Hilo para sutura de acido poliglicolico

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Se solicita a la convocante se pueda cotizar Composición química del material 100% acido poliglicolico 2/0 recubierto, absorbible, esteril, longitud minima de la hebra 70cm, con aguja de 26mm 1/2 circulo cuerpo redondo aguja de acero inoxidable serie siliconada presentacion de doble empaque		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 114 - Item 76 Equipo para drenaje pleural

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Se solicita a la Convocante se pueda cotizar Kit para drenaje aspiratorio 18Fr de 600cc c/ conector		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 115 - Item 81 Hilo para sutura colageno absorbible cromado

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Se solicita a la convocante se pueda cotizar colageno absorbible cromado 0. Con aguja de 70cm de largo (+-5cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 116 - Item 28 Campo adhesivo quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Se solicita a la convocante a ampliar el rango de medida a +-5cm a fin de dar oportunidad a mayor nro de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 117 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Con respecto a los requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica, se solicita amablemente a la convocante en donde dice: Certificado de Registro Sanitario excepto para los Ítems 19, 91 y 111, presentar registro vigente y en caso de modificación de registro, mesa de entrada de la solicitud de modificación en DNVS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 118 - Ítem N° 28: Campo adhesivo quirúrgico.-

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 28: Campo adhesivo quirúrgico.- En las Especificaciones Técnicas dice: "campo adhesivo estéril 60x45" Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar variación +/- 10x25 en el campo de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Campo adhesivo estéril 70x70cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 119 - Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.- En las Especificaciones Técnicas dice: "hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 45cm, con aguja de 12mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque" Solicitamos amablemente al Convocante aplicar un rango de variación de +/- 6 mm para la aguja; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 30cm, con aguja de 6mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 120 - Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.- En las Especificaciones Técnicas dice: "hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 45cm, con aguja de 12mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque" Solicitamos amablemente al Convocante aplicar un rango de variación de +/- 15 cm para la hebra del hilo; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 30cm, con aguja de 12mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 121 - Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.- En las Especificaciones Técnicas dice: "hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 45cm, con aguja de 12mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque" Solicitamos amablemente al Convocante aplicar un rango de variación de +/- 15 cm para la hebra del hilo; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 30cm, con aguja de 12mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 122 - Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.- En las Especificaciones Técnicas dice: "hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 45cm, con aguja de 12mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque" Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar circulo cuerpo espátula; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 30cm, con aguja de 7mm 3/8 circulo cuerpo espátula aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 123 - Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.- En las Especificaciones Técnicas dice: "hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 45cm, con aguja de 12mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque" Solicitamos amablemente al Convocante aplicar un rango de variación de +/- 6 mm para la aguja; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 30cm, con aguja de 6mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 124 - Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.- En las Especificaciones Técnicas dice: "hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 45cm, con aguja de 12mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque" Solicitamos amablemente al Convocante aplicar un rango de variación de ½ de circulo; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 30cm, con aguja de 6mm 1/2 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 125 - Ítem N° 83: Hilo para sutura poliamida.

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 83: Hilo para sutura poliamida.- En las Especificaciones Técnicas dice: " n° 2/0, con aguja 3/8 y de 45 cm. " Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar longitud del hilo hasta 75cm; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: N° 2/0, con aguja 3/8 y de 75 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 126 - Ítem N° 91: Humidificador

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 91: Humidificador.- En las Especificaciones Técnicas dice: "humidificador de o2 A coneccion a rosca de metal" Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar conexión a rosca de metal o plástico; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Humidificador de O2, a conexión a rosca de metal o plástico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 127 - Ítem N° 109: Papel para electrocardiografia.

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 109: Papel para electrocardiografia.- En las Especificaciones Técnicas dice: "Papel para electrocardiografia compatible con equipo Electro ARI, 215MM X 20M EN ROLLO" Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar 214MM o 215MM X 20M EN ROLLO; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Papel para electrocardiografía compatible con equipo Electro ARI, 214MM o 215MM X 20M EN ROLLO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 128 - Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 82: Hilo para sutura poliamida.- En las Especificaciones Técnicas dice: "hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 45cm, con aguja de 12mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque" Solicitamos amablemente al Convocante aplicar un rango de variación de ½ de circulo; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 30cm, con aguja de 6mm 1/2 circulo cuerpo espátula aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 129 - Ítem N° 84: Hilo para sutura poliamida.

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 84: Hilo para sutura poliamida.- En las Especificaciones Técnicas dice: " n° 3/0, con aguja 3/8 y de 45 cm. " Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar longitud del hilo hasta 75cm; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: N° 3/0, con aguja 3/8 y de 75 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 130 - Ítem N° 113: Placa para electrobisturi con cable

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 113: Placa para electrobisturi con cable.- En las Especificaciones Técnicas dice: "placa para electrobisturí con cable" Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar con cable o sin cable; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Placa para electrobisturí con cable o sin cable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 131 - Embalaje

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Existen productos en bolsa selladas y no encajan como solicitan, los productos vienen de origen en bolsas y no en cajas como se solicita en el PBC. Los rótulos podrían ser adheridos en las bolsas según requisito de vuestra institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 132 - Ítem N° 140: Termómetro axilar

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Ítem N° 140: Termómetro axilar.- En las Especificaciones Técnicas dice: "termómetro axilar de mercurio" Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar de mercurio o digital; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Termómetro axilar de mercurio o digital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 133 - CONSULTA - ÍTEM 14 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Favor solicitamos considerar las EETT del ÍTEM N° 14 - Aguja Raquidea, a lo siguiente aguja raquidea infantil N° 25 X (55mm a 90mm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN EL SICP.		

Consulta 134 - CONSULTA - ÍTEM 73 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Favor solicitamos considerar las EETT del ÍTEM N° 73 Equipo Macrogotero, a lo siguiente.: con conexión a rosca y a presión ,filtro de aire, puerto de (inyección con aguja) ,sin superficie fotosensible, rodillo con protector de seguridad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 135 - CONSULTA - ÍTEM 41 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Favor solicitamos considerar las EETT del ÍTEM 41 Catéter intravenosa vía central adulto, a lo siguiente.: catéter vía central 3 lumen adulto 7 fr x 8 (240 mm) , aguja introductora de 18 G x2 ½, guia de alambre, dilatador bisturí jeringa 5 ml y extensor con clamp ESTERIL RADIOPACO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		

Consulta 136 - CONSULTA - ÍTEM 39 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Favor solicitamos considerar las EETT del ÍTEM 39 - Catéter intravenosa vía central pediátrico, a lo siguiente, catéter vía central 3 lumen pediátrico 4 fr (20cm de largo) ,con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2022
REMITIRSE A LA ADENDA N° 4, EN EL SICP.		