

Consultas Realizadas

Licitación 407129 - LPN SBE 17-22 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Consulta 1 - Lote 5 Monitor Cardiac

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
Donde dice: Medición de agentes anestésicos con identificación Solicitamos a la convocante excluir este punto de las especificaciones técnicas, el precio de referencia no se adecua con esta solicitud, el costo es muy alto y en la parte de accesorios no solicitan accesorios AG. Solicitamos se excluya este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Lote 5 Monitor Cardiac

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
Donde dice: Posibilidad de análisis de 12 derivaciones: 208 resultados de referencia diagnóstica Consulta: Solicitamos a la convocante excluir de las especificaciones técnicas, este punto solo cumple la Serie N de Mindray.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Lote 5 Monitor Cardiac

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
Donde dice: Velocidad de barrido: 6.25; 12.5; 25 y 50 mm/s Consulta: Para dar oportunidad a la participación a más oferentes solicitamos a la convocante dejar como opcional la velocidad de barrido 50mm/s.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Lote 5 Monitor Cardíaco

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
Donde dice: Repetición del modo automático: 1 - 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos Se puede ofertar con repetición del modo automático: 1min, 2min, 2.5min, 3min, 4min, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 90min, 120min, 240min, 480min, 720min Para dar oportunidad a más oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - lote 1 Craneótomo y drill gastador específico para Cirugías de Cráneo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Donde dice: Brocas del Microdrill para gastar hueso de diamante de 2.0 +/- 0,1 mm de diámetro. Sugerimos a la convocante aumentar +/-3mm de variación. Esto no afectará su correcta utilización y cumplimiento de sus fines técnicos y a su vez permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - lote 1 Craneótomo y drill gastador específico para Cirugías de Cráneo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Donde dice: Brocas del Microdrill para gastar hueso de 2.0 +/- 0,1 mm de diámetro. Sugerimos a la convocante aumentar +/-3mm de variación. Esto no afectará su correcta utilización y cumplimiento de sus fines técnicos y a su vez permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - lote 1 Craneótomo y drill gastador específico para Cirugías de Cráneo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Donde dice: Cable para piezas de mano reutilizable, de una longitud aproximada de 4 +/- 0,5 metros. Peso: 370 g El cable es reutilizable y autolavable, por lo cual recomendamos a la convocante solicitar hasta 3 unidades de cables, creemos que 20 unidades es una cantidad muy alta y que aumenta los costos. Además, con el transcurrir de tiempo los mismos se pueden deteriorar al no tener uso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

Consulta 8 - lote 1 Craneótomo y drill gastador específico para Cirugías de Cráneo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Donde dice: Cable para piezas de mano reutilizable, de una longitud aproximada de 4 +/- ,5 metros. Peso: 370 g Solicitamos a la convocante aclarar el rango de variación de la medida, la cual debe ser 0,5 metros y figura ,5 metros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones UltimaVersión.		

Consulta 9 - lote 1 Craneótomo y drill gastador específico para Cirugías de Cráneo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Donde dice: Cable de alimentación tipo grado médico de una longitud aproximada de 5 +/- 0,5 m de longitud. El cable es reutilizable y autolavable, por lo cual recomendamos a la convocante solicitar hasta 3 unidades de cables, creemos que 20 unidades es una cantidad muy alta y que aumenta los costos. Además, con el transcurrir de tiempo los mismos se pueden deteriorar al no tener uso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		

Consulta 10 - lote 1 Craneótomo y drill gastador específico para Cirugías de Cráneo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Donde dice: Sondas de irrigación Solicitamos a la convocante aclarar si precisan 2 unidades o 2 paquetes de sondas. Sugerimos que se soliciten al menos 2 paquetes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		

Consulta 11 - lote 1 Craneótomo y drill gastador específico para Cirugías de Cráneo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Donde dice: Contenedor para esterilización de piezas de mano 2 (dos) Sugerimos a la convocante solicitar contenedor de aluminio anodizado resistente, autolavable con filtro reutilizable hasta 5000 ciclos con etiqueta de identificación. Esto permitirá optimizar los procesos de esterilización, su fácil identificación para utilización y almacenamiento, así como la preservación de piezas e instrumentales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - lote 1 Craneótomo y drill gastador específico para Cirugías de Cráneo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Donde dice: Contenedor para esterilización de piezas de mano Sugerimos a la convocante solicitar que cada contenedor contenga cestas ideales para esterilización con soportes de seguridad para cada componente. Esto asegura la correcta organización, transporte y almacenamiento para un adecuado reprocesamiento y esterilización a vapor de todos los equipos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - lote 1 Craneótomo y drill gastador específico para Cirugías de Cráneo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Sugerimos amablemente a la convocante que todas las piezas de mano deben ser sumergibles para asegurar su correcta utilización. Esto no afecta sus fines técnicos y de utilización, y garantiza la longevidad en la utilización de las piezas de mano.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - lote 1 Craneótomo y drill gastador específico para Cirugías de Cráneo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Sugerimos amablemente a la convocante que se incluya dispositivo para lavado manual y mecánico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - lote 1 Craneótomo y drill gastador específico para Cirugías de Cráneo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Sugerimos amablemente a la convocante que el craneótomo tenga sistema de protección contra activación accidental. Esto garantiza la seguridad en la utilización de este y de los profesionales que lo manipulan		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - lote 1 Craneótomo y drill gastador específico para Cirugías de Cráneo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Considerando los aumentos a nivel mundial de costos logísticos e insumos, todos estos exponencialmente luego de la pandemia de la COVID-19, sugerimos amablemente a la convocante aumentar el precio referencial entre 15-20%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - Lote 2 Ítem 1 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
El Convocante solicita en el punto 1.4.2 : Puertos de salida: Dos salidas monopolares y una salida para bipolar convencional. Solicitamos respetuosamente a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Puertos de salida: Dos salidas monopolares y una (o mayor) salida para bipolar convencional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 18 - Lote 2 Ítem 1 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
El Convocante solicita en el punto 4.3: Rangos de ajuste de potencia con parámetros muy cerrados, que solo puede cumplir una marca en particular, solicitamos respetuosamente al Convocante modificar dicho punto a: Modo Corte Monopolar: Puro 300 W (o mayor), Blend 200 W (o mayor) Modo Coagulación Monopolar: Suave 120 W, Fulguración 120 W, Fulguración Compartida 120 W, Spray 120 W, Spray Compartido 120 W, o una cantidad mínima de 5 (cinco) tipos de Coagulación monopolar con nombres propios de cada fabricante. Modo Bipolar Predeterminado: Preciso 70 W, Estándar 70 W, Macro 70 W, o una cantidad mínima de 3 (tres) tipos de Modos Bipolar con nombres propios de cada fabricante. Modo Bipolar Opcional: Bajo 15 W, Medio 16-40 W, Alto 45-95W.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 19 - Lote 2 Ítem 1 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
El Convocante solicita en el punto 4.3: Modo Combinado Corte y Coagulación Monopolar: 60 W. Solicitamos eliminar esta parte mencionada ya que en líneas arriba se solicita la función Blend, que es la misma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Se aclara que se refiere a la coagulación compartida de modo a emplear dos monopolares al mismo tiempo. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 20 - Lote 2 Ítem 1 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
El Convocante solicita en el punto 4.5: Memoria Interna: 8G capacidad de almacenamiento. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de equipos con: Memoria Interna: 8G capacidad de almacenamiento o como mínimo 45 (cuarenta y cinco) programas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 21 - Lote 2 Ítem 1 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
El Convocante solicita en el punto 4.7: Transporte y conservación: Intervalo de temperatura ambiente: -10 a +60 °C. Estas especificaciones técnicas son muy cerradas lo cual impedirá la participación de muchos oferentes, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Transporte y conservación: Intervalo de temperatura ambiente: -10 a +60 °C o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones ÚltimaVersión.		

Consulta 22 - Lote 2 Ítem 1 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
El Convocante solicita en el punto 4.9: Transporte y conservación: Humedad relativa: de 15 % a 90 % sin condensación. Estas especificaciones técnicas son muy cerradas lo cual impedirá la participación de muchos oferentes, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Transporte y conservación: Humedad relativa: de 15 % a 90 % (o mayor) sin condensación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones ÚltimaVersión.		

Consulta 23 - Lote 2 Ítem 1 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
El Convocante solicita en el punto 4.10: En funcionamiento: Humedad relativa: de 15 % a 85 % sin condensación. Estas especificaciones técnicas son muy cerradas lo cual impedirá la participación de muchos oferentes, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: En funcionamiento: Humedad relativa: de 30 % a 75 % (o mejor) sin condensación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 24 - Lote 2 Ítem 1 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
El Convocante solicita en el punto 4.11: Dimensiones: Altura: 14 cm + - 2 cm, Anchura: 33 cm + - 2cm, Longitud: 43 cm + - 2 cm. Peso: 9 kg + - 2 kg. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Dimensiones: Altura: 14 cm (+ /- 5 cm), Anchura: 33 cm (+ /- 5 cm), Longitud: 43 cm (+ /- 5 cm) Peso: 9 kg + - 2 kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - Lote 2 Ítem 1 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
El Convocante solicita en los puntos 5.2: Pedal Monopolar y 5.3 Pedal Bipolar. La gran mayoría de los equipos traer un pedal doble para a función monopolar y bipolar. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: 01 (un) Pedal doble para función Monopolar y Bipolar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 26 - Lote 2 Ítem 1 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
El Convocante solicita en 5.5: 2 pinzas bipolar de 1.5 mm. Solicitamos al Convocante aclarar este punto, si necesita una pinza recta o bayoneta, desechable o reutilizable y la longitud de dicha pinza.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Se aclara que lo solicitado es una pinza bayoneta. El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 27 - IOTE 1 CRANEOTOMO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE VERIFICAR Y ACLARAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN LAS EETT, TENIENDO EN CUENTA QUE SOLICITAN 3 UNIDADES DE CRANEOTOMO EN LA PLANILLA DE PRECIOS, Y EN LAS EETT FIGURAN 2 UNIDADES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.		

Consulta 28 - Lote N° 1, Ítem N° 1 Craneotomo eléctrico

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Lote N° 1, Ítem N° 1 Craneotomo eléctrico, En la planilla Excel con el nombre de Items Solicitados (que se descarga de web de la DNCP) se describen 3 unidades en la columna cantidad. En las especificaciones técnicas, numeral 4.1 describe una cantidad de 2 (dos) unidades. Consultamos ¿en total serían 6 unidades? Resultado de la multiplicación de 3 (cantidad que figura en Items solicitados) por la 2 (cantidad que figura en el numeral 4.1)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente debera remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		

Consulta 29 - Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo eléctrico"

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo eléctrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.4-Pieza de mano para MicroDrill gastador de 7 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 80,000 rpm. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos con: 1.4.4 Pieza de mano para MicroDrill gastador de 7 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 60,000 rpm. o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 30 - Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo eléctrico"

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo eléctrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.5-Pieza de mano para MicroDrill gastador de 10 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 80,000 rpm. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos con: 1.4.5- Pieza de mano para MicroDrill gastador de 10 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 60,000 rpm o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 31 - Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo eléctrico"

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo eléctrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.6-Pieza de mano para MicroDrill gastador de 13 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 80,000 rpm. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos con: 1.4.6-Pieza de mano para MicroDrill gastador de 13 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 60,000 rpm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 32 - Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo eléctrico"

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo eléctrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.7-Pieza de mano para MicroDrill gastador de 22 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 80,000 rpm. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos con: 1.4.7-Pieza de mano para MicroDrill gastador de 20 +/- 2 cm de longitud. Velocidad variable 60,000 rpm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 33 - Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo electrico"

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo electrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.16-Brocas del Microdrill para gastar hueso de diamante de 2.0 +/- 0,1 mm de diámetro. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos con: 1.4.16-Brocas del Microdrill para gastar hueso de diamante de 2.0 +/- 0,3 mm de diámetro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 34 - Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo electrico"

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo electrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.20-Brocas del Microdrill para gastar hueso de 2.0 +/- 0,1 mm de diámetro. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos con: 1.4.20-Brocas del Microdrill para gastar hueso de 2.0 +/- 0,3 mm de diámetro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 35 - Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo electrico"

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo electrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.21 - Cable para piezas de mano reutilizable, de una longitud aproximada de 4 +/- ,5 metros. Peso: 370 g. Cantidad: 20 (veinte) Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos con: 1.4.21 - Cable para piezas de mano reutilizable, de una longitud aproximada de 4 +/- ,5 metros. Peso: 370 g. Cantidad: 2 (dos) uno por pieza de mano.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 36 - Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo electrico"

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo electrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.22 - Cable de alimentación tipo grado médico de una longitud aproximada de 5 +/- 0,5 m de longitud. Cantidad 20 (veinte) Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos con: 1.4.22 - Cable de alimentación tipo grado médico de una longitud aproximada de 5 +/- 0,5 m de longitud. Cantidad 2 (dos) uno por cada consola de mando		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		

Consulta 37 - Lote N° 2 Unidad electroquirúrgica de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
4.3 Rangos de ajuste de potencia. Consultamos si estos rangos son los mínimo requeridos y solicitamos que la descripción sea de la siguiente manera 4.3 Rangos de ajuste de potencia mínima:		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Se aclara que en las Especificaciones Técnicas, siempre que no se indique lo contrario, se refieren a los valores mínimos recomendados. El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 38 - Lote N° 2 Unidad electroquirúrgica de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
4.5 Memoria Interna: 8G capacidad de almacenamiento Consultamos si se podría cotizar con memoria interna de 8G de capacidad de almacenamiento o 100 eventos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 39 - Lote N° 2 Unidad electroquirúrgica de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
4.11 Dimensiones. Solicitamos que las dimensiones descriptas sean de carácter OPCIONAL considerando que varían de un fabricante a otro y no hacen a la prestación del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 40 - Lote N° 2 Unidad electroquirúrgica de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
4.11 Peso: 9kg+-2kg Solicitamos otorgar un margen de +/-5kg, considerando que varían de un fabricante a otro y no interfieren en las prestaciones del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 41 - Lote Nº 2 Unidad electroquirúrgica de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
5.5 2 pinzas bipolares de 1.5mm ¿Se podría otorgar un rango de +/-0.5mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 42 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Experiencia requerida, dice: Demostrar la experiencia en provisión de equipos biomédicos e insumos y accesorios con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación. Solicitamos respetuosamente a la Convocante que este documento sea posible presentar de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en provisión de equipos biomédicos o insumos y/o accesorios con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 43 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
SUMINISTROS REQUERIDOS. Plan de entrega de los bienes, dice: PLAZO PARA ENTREGA A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO: 60 días Solicitamos a la convocante extienda el plazo de entrega de los bienes a suministrar a por lo menos 30 días más, quedando el plan de entregas de la siguiente manera: Plan de entrega de los bienes, dice: PLAZO PARA ENTREGA A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO: 90 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 44 - LOTE 5 MONITOR CARDIACO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Considerando que en el punto 4.5 solicitan: Medición de agentes anestésicos con identificación, sugerimos puedan elevar el precio referencial puesto que este módulo es bastante costoso en la mayoría de los monitores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 45 - LOTE 5 MONITOR CARDIACO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
En el punto 4.6 Dice: Conformidad con la Norma: FDA, esto contradice al punto 3.1 donde se admiten otras Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas, solicitamos respetuosamente se elimine el punto 4.6 para dar participación a un mayor número de oferentes y no limitarse a monitores que se puedan comercializar en USA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 46 - LOTE 5 MONITOR CARDIACO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Donde solicitan 4.18 Visualización de parámetros con cuadro de tendencias dinámicas simultáneamente, por favor considerar este punto como opcional considerando que se trata de una especificación de una marca en particular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 47 - LOTE 5 MONITOR CARDIACO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
En el punto 5.2.7 Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico de tortas y tendencia, solicitamos se considere este punto como opcional debido a que se trata de una especificación de una marca en particular		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 48 - LOTE 5 MONITOR CARDIACO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Punto 5.2.11 Posibilidad de análisis de 12 derivaciones: 208 resultados de referencia diagnóstica, solicitamos que este punto sea considerado opcional debido a que 208 resultados de referencia diagnóstica es una especificación de una marca de monitores en particular y limita la libre competencia amparada por la ley de contrataciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 49 - LOTE 5 MONITOR CARDIACO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
En el punto 5.3.5 Donde dice: Velocidad de barrido: 6.25; 12.5; 25 y 50 mm/s, solicitamos se puedan cotizar monitores con velocidad de barrido de respiración: 6.25; 12.5 y 25 mm/s, para este parámetro esa amplitud ya es suficiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 50 - LOTE 5 MONITOR CARDIACO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
En el punto 5.4.4 solicitan: Frecuencia de pulso de 25 a 300 lpm, solicitamos se puedan ofertar monitores con frecuencia de pulso 20 a 250 lpm, en la SpO2, el monitor solicitado ya cuenta con mayor rango en el ECG.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 51 - LOTE 5 MONITOR CARDIACO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
En el punto 5.5.5: Repetición del modo automático: 1 - 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos, solicitamos se permitan cotizar monitores con repetición en modo automático con otros valores, siempre y cuando cuente con un amplio rango de intervalos de tiempo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 52 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
En el apartado donde dice, Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada; Solicitamos a la convocante que la certificación emitida sea de copia simple y no apostillada y legalizada en el país de origen debido al tiempo que conlleva tener el apostillado es de un proceso aproximado de 60 a 90 días o en todo caso presentar con la firma de contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Se aclara que se podrá presentar en copia simple para la presentación de las ofertas y para la firma del Contrato con el apostillado y legalizado en el país de origen. El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 53 - LOTE 2 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD PUNTO 4.3

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
SOLICITAMOS AMPLIAR LOS RANGOS PARA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES Y EVITAR POSIBLES PROTESTAS Y QUE DICHOS RANGOS SEAN: Modo Corte Monopolar: Puro 300 W como minimo , Blend 200 W como minimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Se aclara que en las especificaciones técnicas, siempre que no indique lo contrario, se refieren a los valores mínimos recomendados. El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 54 - LOTE 2 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD PUNTO 4.3

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
SOLICITAMOS AMPLIAR LOS RANGOS PARA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES Y EVITAR POSIBLES PROTESTAS Y QUE DICHOS RANGOS SEAN: Modo Combinado Corte y Coagulación Monopolar: 60 W como Minimo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Se aclara que en las especificaciones tecnicas,siempre que no indique lo contrario, se refieren a los valores mínimos recomendados. El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 55 - LOTE 2 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD PUNTO 4.3

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
SOLICITAMOS AMPLIAR LOS RANGOS PARA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES Y EVITAR POSIBLES PROTESTAS Y QUE DICHOS RANGOS Y MODOS SEAN (TENER EN CUENTA QUE CIERTAS MARCAS TIENEN SU PROPIO NOMBRE DE MODOS): Modo Coagulación Monopolar: Suave 120 W como minimo , Fulguración o similar acorde a la marca 120 W como minimo , Fulguración Compartida o similar acorde a la marca 120 W como minimo , Spray 120 W o similar acorde a la marca 120 W como minimo, Spray Compartido 120 W o similar acorde a la marca 120 W como minimo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Se aclara que en las especificaciones técnicas,siempre que no indique lo contrario, se refieren a los valores mínimos recomendados. El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 56 - LOTE 2 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD PUNTO 4.3

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
SOLICITAMOS AMPLIAR LOS RANGOS PARA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES Y EVITAR POSIBLES PROTESTAS Y QUE DICHOS RANGOS Y MODOS SEAN (TENER EN CUENTA QUE CIERTAS MARCAS TIENEN SU PROPIO NOMBRE DE MODOS): Modo Bipolar Predeterminado o Bipolar: Preciso o similar a la marca 70 W como minimo, Estándar o silimar a la marca 70 W como minimo , Macro o similar a la marca 70 W como minimo .		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Se aclara que en las especificaciones técnicas,siempre que no indique lo contrario, se refieren a los valores mínimos recomendados. El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 57 - LOTE 2 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD PUNTO 4.5

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
Algunas marcas no miden su memoria por los G sino por memoria en programas por lo que solicitamos ampliar los rangos para mayor participacion de oferetes y que sea : Memoria Interna: 8G capacidad de almacenamiento o memoria para 10 programas como mínimo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 58 - LOTE 4 CARRO DE PARO DESFIBRILADOR CON MONITOR P/RCP

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
En el punto 4.1 Monitor desfibrilador ECG, DEA, SpO2, PANI, Impresora. Accesorio para Resucitación Cardiopulmonar (RCP), se podrán ofertar equipos que cuenten con instrucciones par RCP en el modo DEA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 59 - LOTE 4 CARRO DE PARO DESFIBRILADOR CON MONITOR P/RCP

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
En el punto 4.2 donde dice: Pantalla color 8", solicitamos se pueda cotizar desfibrilador con pantalla color de 6,5 o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 60 - LOTE 4 CARRO DE PARO DESFIBRILADOR CON MONITOR P/RCP

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
Donde dice: 4.4.10 -Función RCP, solicitamos se acepte con instrucciones de voz y texto para RCP en el modo DEA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 61 - LOTE 4 CARRO DE PARO DESFIBRILADOR CON MONITOR P/RCP

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
En el punto 4.5 Pantalla LCD a colores de 8" o mayor solicitamos se pueda cotizar desfibrilador con pantalla color de 6,5 o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 62 - LOTE 4 CARRO DE PARO DESFIBRILADOR CON MONITOR P/RCP

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
Donde solicitan: 4.12 Memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 150 pacientes, solicitamos nos permitan ofertar memoria con capacidad de almacenar 50 resúmenes de eventos con una duración de unos 30 minutos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 63 - LOTE 4 CARRO DE PARO DESFIBRILADOR CON MONITOR P/RCP

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
En el punto 5.1.3.2 Límite superior: 360 Joules, sin embargo solicitan Forma de onda exponencial troncada bifásica para la terapia de desfibrilación, para los equipos con forma de onda bifásica, el límite superior es de 200 Joules, una carga bifásica de 360 Joules podría ser dañina para el paciente y potencialmente mortal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 64 - LOTE 4 CARRO DE PARO DESFIBRILADOR CON MONITOR P/RCP

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
En el punto: 5.3.1 Capacidad para uso con latiguillos 3, 5 o 10 vías, los monitores/desfibriladores se utilizan por poco tiempo por lo que solicitamos que el cable con latiguillos de 10 vías se considere opcional por tratarse de un cable que se utiliza en monitores que cuenten con SW de diagnóstico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 65 - LOTE 4 CARRO DE PARO DESFIBRILADOR CON MONITOR P/RCP

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
En el punto 5.8 RCP - 5.8.1 Para la resucitación cardiopulmonar solicitamos se acepte con instrucciones de voz y texto para RCP en el modo DEA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 66 - LOTE 4 CARRO DE PARO DESFIBRILADOR CON MONITOR P/RCP

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2022
Con respecto a la duración de la batería 5.10.3 180 minutos de monitoreo continuo, solicitamos se puedan ofertar baterías con tiempo de duración de 150 minutos de monitoreo continuo de todos los parámetros, seguido de 20 choques a máxima carga.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		