

Consultas Realizadas

Licitación 408035 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Consulta 1 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
El PBC solicita Catálogo de cada bien requerido en español, se debe Indicar exactamente la marca, característica del producto y/o la página Web a fin de cotejar las especificaciones del mismo. Solicitamos a la Convocante aceptar traducción al español de los catálogos en el idioma original del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 2 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si la entrega de los bienes seria el 100% en una sola entrega ya que hay algunos lotes con cantidades mínima y máxima y otros lotes con solo cantidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE HA ADOPTADO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION COMBINADA EN ATENCION A QUE EXISTEN ITEMS DONDE SE HA PREVISTO LA ADQUISICION DE UNA SOLA UNIDAD DEL INSUMO Y EN OTROS SE APLICA LA ADQUISICION POR CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS. EN AMBOS CASOS LAS SOLICITUDES DE PROVISION SERAN CONFORME A LA NECESIDAD DE LA CONVOCANTE.		

Consulta 3 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Se solicita amablemente a la convocante aclarar cual seria el porcentaje de la mínima para la primera entrega ya que las cantidades son mínima y máxima.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE HA ADOPTADO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION COMBINADA EN ATENCION A QUE EXISTEN ITEMS DONDE SE HA PREVISTO LA ADQUISICION DE UNA SOLA UNIDAD DEL INSUMO Y EN OTROS SE APLICA LA ADQUISICION POR CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS. EN AMBOS CASOS LAS SOLICITUDES DE PROVISION SERAN CONFORME A LA NECESIDAD DE LA CONVOCANTE.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 10

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consultamos a la Convocante si se podrá presentar un kit que se utilice para la extracción de ADN/ARN viral de muestras libres de células como suero, plasma, fluidos corporales y el sobrenadante de cultivos celulares infectados por virus? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
Se ajusta a lo establecido específicamente de acuerdo a lo establecido en el pliego de base y condiciones.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 9

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
¿El tinte ofertado debe ser de tinte azul o naranja? ¿O debe ser un kit que contenga ambos tintes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
Indistintamente podría ser		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 32

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
AGAR SIMONS CITRATO. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 33

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
AGAR TSI. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 34

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
AGAR LISINA DESCARBOXILASA. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 34

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
AGAR LISINA DESCARBOXILASA. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 35

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
MEDIO SIM. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 36

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
AGAR CHRISTENSEN. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 56

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
AGAR SABOURAUD CICLOHEXIMIDA. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 57

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
AGAR SABOURAUD. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 59

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
AGAR XDL. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 15 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 60

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
CALDO BASE TETRATIONATO. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 62

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
SOLUCION BUFFER DE PH. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 17 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 63

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
AGUA DE PEPTONA TAMPONADA. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 64

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
AGUA DE PEPTONA. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 65

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Medio de transporte Stuart. Se solicita a la convocante los datos de cantidad mínima, cantidad máxima y precio referencial debido a que no figuran en el pliego y tampoco en el portal de la DNCP		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE VERIFICA EN EL SICP QUE YA PUEDE SER OBSERVADO LOS DATOS RESPECTIVOS (CANTIDAD / PRECIO REFERENCIAL). EN EL PBC SI SE ENCUENTRAN DETALLADOS LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. FAVOR VERIFICAR LO INDICADO.		

Consulta 20 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Lote 15. Ítem 1. Micropipeta. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica "Exactitud +/- 0,6 %. Repetibilidad < 0,2%". Se sugiere "Inexactitud +/- 2,5/1%. Imprecisión 1,2/0,3%" ya que la especificación solicitada da a entender que debe contar solamente con un % bajo de exactitud y repetibilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 16

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Lote 16. Ítem 1. Micropipeta. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica "Exactitud +/- 0,6 %. Repetibilidad < 0,2%". Se sugiere "Inexactitud +/- 2,5/0,6%. Imprecisión 0,7/0,2%" ya que la especificación solicitada da a entender que debe contar solamente con un % bajo de exactitud y repetibilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 22 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 17

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Lote 17. Ítem 1. Micropipeta. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica "Exactitud +/- 0,6 %. Repetibilidad < 0,2%". Se sugiere "Inexactitud +/- 2/0,8%. Imprecisión 0,6/0,2%" ya que la especificación solicitada da a entender que debe contar solamente con un % bajo de exactitud y repetibilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 23 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 18

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Lote 18. Ítem 1. Micropipeta. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante aclarar la cantidad de canales que debe contar la micropipeta multicanal. Se sugiere "Micropipetas multicanal de 8 canales automáticas de 20 a 200µl".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 18

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Lote 18. Ítem 1. Micropipeta. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante aclarar el porcentaje de inexactitud aceptado. Se sugiere "Inexactitud %: 1.80 /1.20".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 25 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 18

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Lote 18. Ítem 1. Micropipeta. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante aclarar el porcentaje de inexactitud aceptado. Se sugiere "Imprecisión %: 0.80 /0.40".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 26 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 19

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Lote 19. Ítem 1. Micropipeta. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante aclarar la cantidad de canales que debe contar la micropipeta multicanal. Se sugiere "Micropipetas multicanal de 8 canales automáticas de 5 a 50µl".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 27 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 19

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Lote 19. Ítem 1. Micropipeta. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante aclarar el porcentaje de inexactitud aceptado. Se sugiere "Inexactitud %: 5.00 /2.00".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 28 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 19

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Lote 19. Ítem 1. Micropipeta. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante aclarar el porcentaje de imprecisión aceptado. Se sugiere "Imprecisión %: 3.60 /1.00".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 29 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 20

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Lote 20. Ítem 1. Microtubo. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "Presentación: bolsa de 1000 unidades.". Se sugiere "Presentación: bolsa de 500 unidades como mínimo" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 30 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 21

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Lote 21. Ítem 1. Microtubo. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante aclarar el volumen de microtubo solicitado ya que en las especificaciones menciona "Microtubos de 0,5 ml * 1000 unidades" y luego "Microtubos de microcentrifuga, capacidad 1,5 ml".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 31 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 21

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Lote 21. Ítem 1. Microtubo. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "Presentación: bolsa de 1000 unidades.". Se sugiere "Presentación: bolsa de 500 unidades como mínimo" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
SE EMITE LA ADENDA RESPECTIVA		

Consulta 32 - muestra

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
Favor tener en cuenta que muchos de los productos cotizados normalmente no se tiene en stock en el caso de solicitar muestra tener en cuenta este punto y ampliar el plazo a 15 días hábiles como mínimo para presentar la muestra solicitada. esto limita a que solo los oferentes que cuenten con stock puedan participar de este llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Al respecto cabe indicar que para evaluar las especificaciones tecnicas se ha establecido en el apartado de "OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA" la solicitud de presentacion del Catálogo de cada bien requerido en español o traducido del idioma original del fabricante al español, se debe Indicar exactamente la marca, característica del producto y/o la página Web a fin de cotejar las especificaciones del mismo y, por otro lado en el caso que el Comité de Evaluación si fuere necesario solicitara muestras de los Ítems, mediante nota cursada a la empresa cuya oferta sea considerada la más baja en precio. Ante lo expuesto, deben de tener en cuenta que la solicitud de una muestra es una herramienta mas con que cuenta la Convocante para verificar el cumplimiento de los productos ofertados con el de las especificaciones tecnicas por ello el plazo solicitado no puede ser otorgado ya que prolongaria excesivamente una evaluacion.		

Consulta 33 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 15

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Lote 15. Ítem 1. Micropipeta. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante omitir la especificación técnica "Exactitud +/- 0,6 %. Repetibilidad < 0,2%". Se sugiere "Inexactitud +/- 2,5/1%. Imprecisión 1,2/0,3%" considerando que la especificación solicitada hace referencia a que el ítem debe de contar con el % de exactitud y repetibilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 34 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 16

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Lote 16. Ítem 1. Micropipeta. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante omitir la especificación técnica "Exactitud +/- 0,6 %. Repetibilidad < 0,2%". Se sugiere "Inexactitud +/- 2,5/0,6%. Imprecisión 0,7/0,2%" considerando que la especificación solicitada hace referencia a que el ítem debe de contar con el % de exactitud y repetibilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 35 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 17

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Lote 17. Ítem 1. Micropipeta. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante omitir la especificación técnica "Exactitud +/- 0,6 %. Repetibilidad < 0,2%". Se sugiere "Inexactitud +/- 2/0,8%. Imprecisión 0,6/0,2%" considerando que la especificación solicitada hace referencia a que el ítem debe de contar con el % de exactitud y repetibilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 36 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 32

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Lote 32. Ítem 1. Agar Simons Citrato. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante omitir la especificación "Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 37 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 31

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Lote 31. Ítem 1. Agar Macconkey. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante omitir la especificación "Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 38 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 33

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Lote 33. Ítem 1. Agar TSI. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante omitir la especificación "Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 39 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 34

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Lote 34. Ítem 1. Agar Lisina Descarboxilasa. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante omitir la especificación "Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 40 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 36

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Lote 36. Ítem 1. Agar Christensen. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante omitir la especificación "Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 41 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 32

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Lote 32. Ítem 1. Agar Simons Citrato. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante omitir la especificación "Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		