Consultas Realizadas

Licitación 408084 - LPN SBE 05-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MAMOGRAFÍAS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS

Consulta 1 - PBC Suministros requeridos - Especificaciones técnicas 20/44 21/44

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2022

Como es de conocimiento de la convocante, el fabricante General Electric informó oportunamente el fin del ciclo de vida de su modelo Alpha RT, cuyo mantenimiento es objeto de la licitación. Esto implica que, a partir de la fecha informada, el fabricante no puede asumir obligaciones de disponibilidad de las partes, salvo determinadas excepciones.

Considerando lo anterior, entendemos que debe preverse en el pliego de bases y condiciones esta situación como una excepción a la obligación de proveer los repuestos que sean requeridos para los servicios de mantenimiento, sin responsabilidad para el proveedor.

Por tanto, solicitamos que el pliego de bases y condiciones se incluya la siguiente previsión:

La empresa adjudicada deberá prever en el precio de cotización los repuestos a ser proveídos en el lugar donde se encuentra el equipo, traslado del personal, reparación del equipo y pruebas correspondientes a fin de garantizar que el equipo queda operativo.

En caso de que no haya disponibilidad de los repuestos requeridos, en atención al fin del fin del ciclo de vida del modelo Alpha RT informado por el fabricante, la empresa adjudicada así lo informará a la convocante, quedando, en tal caso, exonerada de la obligación de proveer los repuestos y de llevar a cabo los servicios de mantenimiento vinculados a los mismos, sin responsabilidad de ningún tipo y sin que ello se considere un incumplimiento del contrato.

Salvo lo previsto en el párrafo anterior respecto de la no disponibilidad de los repuestos, a partir de la recepción por parte del Contratista de la Orden de Entrega de Repuestos, la misma dispone de un plazo de 30 (treinta) días calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepción del repuesto posee 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. En caso de necesitar prórroga, el Contratista deberá solicitarla por medio de una nota.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-08-2022

El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.