

Consultas Realizadas

Licitación 410561 - Adquisición de Equipo de Salud Ecógrafo

Consulta 1 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "monitor LCD de 21,5 medida mín" solicitamos a la convocante modificar a "monitor LED de 21,5 pulgadas medida mín" debido a que los monitores LED crean una mejor calidad de imagen que los monitores LCD por utilizar diodos emisores de luz en vez de lámparas fluorescentes. Además la tecnología LED constituye la última generación de monitores disponibles en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 2 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "Disco duro de 1Tb" solicitamos a la convocante modificar a "Disco duro de 500 GB o mejor" debido a que es un valor general para la mayoría de los equipos de ecografía y es una característica que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 3 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "canales digitales: 2.950.000" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con tecnología de canales digitales de procesamiento de al menos 170.000 o superior, debido a que cada casa comercial calcula los canales de procesamiento digitales mediante una fórmula matemática propia, que no se ha estandarizado en el mercado, lo cual hace que los números de canales digitales no sean comparables entre una marca y otra. Así mismo, dicho parámetro no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 4 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "2 puertos USB 3.0" solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que es una característica que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 5 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "1 Transductor Convex C5-2D" solicitamos amablemente a la convocante eliminar el modelo C5-2D del transductor, ya que el mismo pertenece a la marca EDAN, lo cual impide innecesariamente la participación de otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 6 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "1 Transductor Convex C5-2D" solicitamos amablemente a la convocante modificar a " 1 Transductor Convex con Rango inferior igual o menor a 1,5 MHz y Rango superior igual o mayor a 5 MHz"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 7 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "1 Transductor - Lineal L12-5D" solicitamos amablemente a la convocante eliminar el modelo L12-5D del transductor, ya que el mismo pertenece a la marca EDAN, lo cual impide innecesariamente la participación de otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 8 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "1 Transductor - Lineal L12-5D" solicitamos amablemente a la convocante modificar a " 1 Transductor lineal con Rango inferior igual o menor a 3 MHz y Rango superior igual o mayor a 11,5 MHz"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 9 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "1 Transductor Phased Array P5-1Q" solicitamos amablemente a la convocante eliminar el modelo P5-1Q del transductor, ya que el mismo pertenece a la marca EDAN, lo cual impide innecesariamente la participación de otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 10 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "1 Transductor Phased Array P5-1Q" solicitamos amablemente a la convocante eliminar el modelo P5-1Q del transductor, ya que el mismo pertenece a la marca EDAN, lo cual impide innecesariamente la participación de otros oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 11 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "1 Transductor Phased Array P5-1Q" solicitamos amablemente a la convocante modificar a " 1 Transductor Phased Array con Rango inferior igual o menor a 1,5 MHz y Rango superior igual o mayor a 4 MHz"

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 12 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "1 Transductor Transvaginal" solicitamos amablemente a la convocante modificar a " 1 Transductor Transvaginal con Rango inferior igual o menor a 3,5 MHz y Rango superior igual o mayor a 10 MHz"

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 13 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "1 Modulo de ECG (SOFTWARE)" Solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional con posibilidad de agregar la funcionalidad a futuro, debido a que esta característica incrementa considerablemente el precio del equipo, haciendo que el mismo sea superior al precio referencial.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 14 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice" Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: 10 (DIAS) POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO", Solicitamos que el plazo de entrega del equipo sea al menos "60 días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor". Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 15 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "Plazo de reposición de bienes (CINCO) DIAS CALENDARIO" solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Plazo de reposición de bienes (QUINCE) DIAS CALENDARIO" teniendo en consideración los plazos de Importación de los Bienes, el tiempo en tránsito y los procesos aduaneros realizados por terceros.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 16 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice " Periodo de validez de la Garantía de los bienes: VALIDEZ DE LA GARANTIA DEL BIEN DE 1 (UN) AÑO" solicitamos a la convocante:

- 1) Aclarar si la garantía debe incluir mantenimientos preventivos y correctivos y reemplazo de piezas.
- 2) Considerar que los transductores son considerados como material de desgaste y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante, por lo que solicitamos excluir los mismos de las condiciones de garantía establecidas en el PBC.
- 3) Aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 17 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "Tiempo de Funcionamiento de los bienes: MINIMO DE 1 (UN) AÑO" solicitamos a la convocante modificar a "Tiempo de Funcionamiento de los bienes:MINIMO DE 10 (DIEZ) AÑOS" garantizando de esta manera que el equipo a ser adquirido será nuevo, sin uso, ni reacondicionado. Lo cual deberá ser comprobado mediante una carta emitida por el Fabricante por la cual se Garantiza que el Equipo ofertado sea NUEVO, SIN USO, NI REACONDICIONADO. Declarando el año de fabricación del Ecografo

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 18 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Deseamos hacer notar que el equipo Sonoline G40 cotizado por el Grupo BL-Air como antecedente de estimación de costos es un equipo que se ha dejado de contar con soporte del fabricante el 31 de Diciembre de 2016. Este modelo de equipo fue fabricado por la empresa Siemens, cuya representación en Paraguay es exclusiva de una empresa. Sugerimos a la Convocante revisar sus procesos de estimación de costos y realizar los pedidos de presupuestos a empresas con trayectoria en el rubro. Existe un antecedente de direccionamiento hacia el modelo mencionado, en un llamado anterior, el ID 390.932, el cual fue cancelado luego de notorias irregularidades.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 19 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Para la elaboración de los antecedentes de estimación de costos deberían ser considerados equipos de tecnologías más actuales, debido a que los equipos considerados en los antecedentes de estimación de costos de esta licitación son de tecnología obsoleta, por lo que el precio referencial de los mismos no se condicen con los equipos de ecografía existentes actualmente en el mercado nacional y regional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda N° 6 del llamado.-		

Consulta 20 - Capacidad financiera:

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Se solicita a la Convocante requerir los Últimos 3 años (2019, 2020, 2021) para acreditar la capacidad financiera.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda N° 6 del llamado.-		

Consulta 21 - Experiencia requerida:

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
El PBC establece: "Demostrar experiencia en provisión de equipos médicos con contratos y/o facturaciones de venta de entes publicos y/o privados, acompañadas de constancia de cumplimiento contractual y/o las recepciones finales correspondientes por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado, por cada año 2020, 2021 y 2022."		
Se solicita a la Convocante que los equipos médicos para acreditar la capacidad técnica sea específica en la provisión de Equipos de Ecografía que es la naturaleza del Equipo Médico a ser ofertado..-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda N° 6 del llamado.-		

Consulta 22 - Capacidad técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
El PBC establece: " Presentar AUTORIZACION DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL EQUIPO MEDICO"		
Se solicita a la Convocante establecer que la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado del equipo médico ofertado esté debidamente consularizado, legalizado y/o apostillado e inscripto en el registro público.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda N° 6 del llamado.-		

Consulta 23 - Capacidad técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante establecer entre los documentos para acreditar la capacidad técnica:
Carta emitida por el Fabricante por la cual se Garantiza que el Equipo ofertado sea NUEVO, SIN USO, NI REACONDICIONADO. Declarando el año de fabricación del bien ofertado.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 24 - Tiempo de funcionamiento de los bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

El PBC establece: " El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: MINIMO DE 1 (UN) AÑO"
Si el equipo es nuevo, sin uso conforme lo solicita el PBC el tiempo estimado de funcionamiento de los bienes es de 10 años para los efectos de repuestos.
En ese sentido se solicita a la Convocante establecer dicho plazo caso contrario se estaría dando apertura a la presentación de equipos viejos sin soporte del fabricante, como podría ser el caso de uno de los equipos cotizados en el marco del pedido de precios referenciales (Sonoline G40) el cual ya se encuentra fuera de soporte.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 25 - Adecuaciones Eléctricas:

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante determinar el responsable de las adecuaciones eléctricas que puedan ser necesarias para la instalación del equipo como ser una toma eléctrica con sistema de puesta a tierra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 26 - Lugar de instalación:

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta los requisitos de Plan de entrega de bienes, Pag 23 y la inspección y prueba Pag 24 ítem 2.-
Se solicita a la Convocante designar el sitio final de instalación del equipo, y que la inspección y pruebas sea realizada directamente en dicho sitio, de manera a evitar daños del equipo durante el traslado.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 27 - Plazo para emisión del Acta de Recepción:

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Tras la inspección y prueba se sugiere a la Convocante que la emisión del Acta de Recepción sea inmediatamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 28 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
<p>Teniendo en cuenta la naturaleza del bien licitado, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:</p> <p>Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:</p> $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ <p>Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de Remisión y/o Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 29 - Formas y Condiciones de pago

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Solicitamos a la convocante aclarar a quien o quienes debe ir dirigida la Nota de solicitud de pago y en donde se debe presentar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 30 - Anticipo:

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Se solicita contemplar el pago de anticipo de 20% del valor del contrato.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 31 - Resolución de Conflictos a través del Arbitraje:

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
<p>El PBC establece: "Las partes se someterán a Arbitraje: Si"</p> <p>Se solicita a la Convocante no aplicar la cláusula de arbitraje debido a los costos que podría implicar el sometimiento de una cuestión controvertida al mismo. Y en sustitución a este, se aplique directamente los medios de solución de controversia establecidos en la Ley 2051/03 y las de aplicación supletoria.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 32 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Disco duro de 1Tb con capacidad de al menos 500GB para mayor participación de los oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 33 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Canales físicos: 128, favor aclarar a que se refiere este punto

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 34 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: 1 Transductor Convex C5-2D, solicitamos modificar este punto incluyendo las frecuencias de trabajo requerida. Recomendamos diga Transductor convexo con frecuencia de trabajo de 1 a 5 Mhz

Donde dice: 1 Transductor - Lineal L12-5D, solicitamos modificar este punto incluyendo las frecuencias de trabajo requerida. Recomendamos diga Transductor Lineal con frecuencia de trabajo de 5 a 12 Mhz

Donde dice 1 Transductor Phased Array P5-1Q, solicitamos modificar este punto incluyendo las frecuencias de trabajo requerida. Recomendamos diga Transductor Phased Array con frecuencia de trabajo de 1 a 5 Mhz

Donde dice 1 Transductor Transvaginal, recomendamos solicitar 1 Transductor Transvaginal con frecuencia de trabajo de 3 a 9 MHz

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 35 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan: Medición de intima media. Elastografía (opcional Avanzadas opciones de procesamiento de la imagen, favor aclarar estas funciones de Medición de intima media y Elastografía deben estar incluidas en el equipo o debe permitir agregarlas en el futuro

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 36 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: frame rate 2.400, solicitamos diga frame rate 2000 o mayor;

Donde dice: cuadros cine 400.000, solicitamos diga cuadros cine de 1000 cuadros o mejor permitiendo de esta manera dar mayor participación a los oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 37 - Item 1.

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice: 1 Modulo de ECG (SOFTWARE), recomendamos que el Modulo de ECG (SOFTWARE) sea integrado y recomendamos solicitar se incluya al menos un cable ECG de al menos 3 derivaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 38 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "frame rate 2,400" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "frame rate 1,157 " debido a que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 39 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "cuadros cine 400.000" solicitamos amablemente a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a la cantidad de cuadros que puede almacenar el equipo o se refiere a la memoria cine, debido a que una memoria cine de 400.000 cuadros implica tener más de 6.000 minutos de cine en el equipo, lo cual no es posible en un ecógrafo de ninguna marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 40 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "Doppler Tisular" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Doppler Tisular color y espectral" considerando que el equipo debe ser utilizado para varias aplicaciones (abdominal, obstétrico, ginecológico, vascular, cardiológico, urológico, pequeñas partes y 3D/4D) ,donde es fundamental la utilización de dichos modos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 41 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2022
Donde dice "Lectgrabadora de DVD incorporada" solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional teniendo en cuenta que la mayoría de los estudios realizados son almacenados en un disco de backup o memorias extraíbles. Asimismo, solicitamos que esta característica sea opcional debido a que afecta al precio del equipo, haciendo que el mismo sea superior al precio referencial, limitando así una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 42 - EETT_ Capacitación

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2022
Se sugiere a la convocante establecer la cantidad de horas necesarias para el entrenamiento de los usuarios que estarán operando y dando uso al sistema de ecografía. Para cumplir con dicho punto se observa en la práctica diaria que una cantidad de 20 horas de capacitación es más que suficiente para una óptima utilización del sistema por parte de los operarios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 43 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2022
Donde dice "2 puertos USB 3.0 , 4 puertos USB 2.0. Total 6 puertos". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con 4 puertos USB 3.0. Sugerimos 2 puertos USB3.0, y 2 puertos USB.2.0 o 4 puertos USB 3.0. Considerando que los puertos USB de 3.0 son de mayor velocidad y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 44 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2022
Donde dice "Medición de íntima media. Elastografía (opcional Avanzadas opciones de procesamiento de la imagen). Solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional este requerimiento. Sugerimos Medición de íntima media. Elastografía (OPCIONAL). De esta manera aclarar el requerimiento y dar posibilidad de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 45 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2022
Donde dice "1 Modulo de ECG (SOFTWARE)". Solicitamos amablemente a la convocante agregar como OPCIONAL al requerimiento considerando que la solicitud obedece a un modulo de electrocardiografía el cual requiere de hardware y además no forma parte de los accesorios, el requerimiento como está genera confusión a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 46 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2022
Rango dinámico de 0-264 db, solicitamos amablemente a la convocante, ajustar de 0 -240 db, a fin de dar lugar a la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 47 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Donde dice: 1 Modulo de ECG (SOFTWARE), recomendamos que el Modulo de ECG (SOFTWARE) sea integrado y recomendamos solicitar se incluya al menos un cable ECG de al menos 3 derivaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 48 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Donde dice 1 Transductor Transvaginal, recomendamos solicitar 1 Transductor Transvaginal con frecuencia de trabajo de 3 a 9 MHz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 49 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Donde dice 1 Transductor Phased Array P5-1Q, solicitamos modificar este punto incluyendo las frecuencias de trabajo requerida. Recomendamos diga Transductor Phased Array con frecuencia de trabajo de 1 a 5 Mhz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 50 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Donde dice: 1 Transductor - Lineal L12-5D, solicitamos modificar este punto incluyendo las frecuencias de trabajo requerida. Recomendamos diga Transductor Lineal con frecuencia de trabajo de 5 a 12 Mhz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 51 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Donde dice: 1 Transductor Convex C5-2D, solicitamos modificar este punto incluyendo las frecuencias de trabajo requerida. Recomendamos diga Transductor convexo con frecuencia de trabajo de 1 a 5 Mhz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 52 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Donde dice: Medición de intima media. Elastografía (opcional Avanzadas opciones de procesamiento de la imagen, favor aclarar si la : las funciones de Medición de intima media y Elastografía deben estar incluidas en el equipo o debe permitir agregar en el futuro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 53 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Donde dice: cuadros cine 400.000, solicitamos diga cuadros cine de 1000 cuadros o mejor para dar mayor participación a los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 54 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Solicitan Canales físicos: 128; canales digitales 2.950.000, solicitamos diga: Solicitan Canales digitales 2.950.000 o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 55 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Donde dice: cuadros cine 400.000, solicitamos diga cuadros cine de 1000 cuadros o mejor para dar mayor participación a los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 56 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Donde dice: frame rate 2.400, solicitamos diga frame rate 2000 o mayor;		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 57 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Canales físicos: 128, favor aclarar a que se refiere este punto

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 58 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Disco duro de 1Tb con capacidad de al menos 500GB para mayor participación de los oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 59 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "monitor LCD de 21,5 medida mín" solicitamos a la convocante modificar a "monitor LED de 21,5 pulgadas medida mín" debido a que los monitores LED crean una mejor calidad de imagen que los monitores LCD por utilizar diodos emisores de luz en vez de lámparas fluorescentes. Además la tecnología LED constituye la última generación de monitores disponibles en el mercado. (Reiteramos la consulta a raíz de que hasta la fecha la misma no ha sido contestada)

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 60 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "Disco duro de 1Tb" solicitamos a la convocante modificar a "Disco duro de 500 GB o mejor" debido a que es un valor general para la mayoría de los equipos de ecografía y es una característica que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que limita innecesariamente la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 61 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "canales digitales: 2.950.000" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con tecnología de canales digitales de procesamiento de al menos 170.000 o superior, debido a que cada casa comercial calcula los canales de procesamiento digitales mediante una fórmula matemática propia, que no se ha estandarizado en el mercado, lo cual hace que los números de canales digitales no sean comparables entre una marca y otra. Así mismo, dicho parámetro no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-

Consulta 62 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
Donde dice "frame rate 2,400" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "frame rate 1,100 " debido a que este parámetro es el estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de diferentes Centros a nivel regional. Además esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 63 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
Donde dice "cuadros cine 400.000" solicitamos amablemente a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a la cantidad de cuadros que puede almacenar el equipo o se refiere a la memoria cine, debido a que una memoria cine de 400.000 cuadros implica tener más de 6.000 minutos de cine en el equipo, lo cual no es posible en un ecógrafo de ninguna marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 64 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
Donde dice "cuadros cine 400.000" solicitamos a la convocante poder ofertas equipos con "cuadros cine 2.700 o mejor" debido a que lo solicitado es más que suficiente para realizar la revisión de imágenes. Además el valor que solicitamos es el estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de diferentes Centros a nivel regional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 65 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
Donde dice "Lectograbadora de DVD incorporada" solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional teniendo en cuenta que la mayoría de los estudios realizados en equipos de comprobada calidad son almacenados en un disco de backup o memorias extraíbles. Asimismo, solicitamos que esta característica sea opcional debido a que afecta al precio del equipo, haciendo que el mismo sea superior al precio referencial, limitando así una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 66 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
<p>Donde dice "2 puertos USB 3.0, 4 puertos USB 2.0. Total 6 puertos." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "4 puertos USB 2.0. o 3.0.Total 4 puertos" Lo solicitado se debe a que la mayoría de los equipos disponibles en el mercado dispone de puertos USB 2.0. La cantidad de puertos sugerida (4 puertos) es suficiente para un buen flujo de trabajo. El requerimiento original de la Convocante limita la participación de equipos de comprobado buen desempeño en el mercado local e internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
<p>Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-</p>		

Consulta 67 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
<p>Donde dice "1 Transductor Convex C5-2D" solicitamos eliminar el modelo C5-2D del transductor y modificar a " 1 Transductor Convex con Rango inferior igual o menor a 1,5 MHz y Rango superior igual o mayor a 5 MHz" El modelo C5-2D limita nuestra participación y la de otros equipos, ya que se encuentra presente solo en la marca EDAN. Los valores sugeridos de ancho de banda son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de diferentes Centros a nivel local regional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
<p>Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-</p>		

Consulta 68 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
<p>Donde dice "1 Transductor - Lineal L12-5D " solicitamos eliminar el modelo L12-5D del transductor y modificar a " 1 Transductor lineal con Rango inferior igual o menor a 3 MHz y Rango superior igual o mayor a 11,5 MHz " El modelo L12-5D limita nuestra participación y la de otros equipos, ya que se encuentra presente solo en la marca EDAN. Los valores sugeridos de ancho de banda son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de diferentes Centros a nivel local regional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
<p>Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-</p>		

Consulta 69 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
<p>Donde dice "1 Transductor Phased Array P5-1Q " solicitamos eliminar el modelo P5-1Q del transductor y modificar a "1 Transductor Phased Array con Rango inferior igual o menor a 1,5 MHz y Rango superior igual o mayor a 4 MHz" El modelo P5-1Q limita nuestra participación y la de otros equipos, ya que se encuentra presente solo en la marca EDAN. Los valores sugeridos de ancho de banda son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de diferentes Centros a nivel local regional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
<p>Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-</p>		

Consulta 70 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
<p>Donde dice" Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: 10 (DIAS) POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO", Solicitamos que el plazo de entrega del equipo sea al menos "60 días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor".</p> <p>El objeto del llamado, es un equipo de alta complejidad, cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística.-</p> <p>El plazo que establece la Convocante es irracional y de cumplimiento prácticamente imposible, salvo que como una sola marca podría cumplir las características técnicas en conjunto, esta ya tenga en stock el equipo a entregar.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 71 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
<p>Donde dice "Plazo de reposición de bienes (CINCO) DIAS CALENDARIO" solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Plazo de reposición de bienes (QUINCE) DIAS CALENDARIO" Lo solicitado se debe a que en el plazo de reposición de bienes se deben considerar: los plazos de Importación de los Bienes, el tiempo en tránsito y los procesos aduaneros realizados por terceros.</p> <p>El plazo que establece la Convocante es irracional y de cumplimiento prácticamente imposible, salvo que como una sola marca podría cumplir las características técnicas en conjunto, esta ya tenga en stock el equipo a entregar.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 72 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
<p>Donde dice " Periodo de validez de la Garantía de los bienes: VALIDEZ DE LA GARANTIA DEL BIEN DE 1 (UN) AÑO" solicitamos a la convocante:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Aclarar si la garantía debe incluir mantenimientos preventivos y correctivos y reemplazo de piezas.2) Considerar que los transductores son considerados como material de desgaste y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante, por lo que solicitamos excluir los mismos de las condiciones de garantía establecidas en el PBC.3) Aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales. <p>Lo solicitado se debe a que quede en claro a que lo solicitado se encuentra expresado en forma muy ambigua y muy sujeta a interpretación, no aclarando:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Si la misma debe incluir mantenimientos preventivos y correctivos y reemplazo de piezas.2) Que los transductores deben ser excluidos por ser considerados como material de desgaste.3) Que los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales quedan excluidos de la garantía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 73 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
<p>Donde dice "Tiempo de Funcionamiento de los bienes: MINIMO DE 1 (UN) AÑO" solicitamos a la convocante modificar a "Tiempo de Funcionamiento de los bienes: MINIMO DE 10 (DIEZ) AÑOS" Lo cual deberá ser comprobado mediante una carta emitida por el Fabricante por la cual se Garantiza que el Equipo ofertado sea NUEVO, SIN USO, NI REACONDICIONADO. Declarando el año de fabricación del Ecógrafo. Lo solicitado se debe a la importancia de garantizar que el equipo a ser adquirido será nuevo, sin uso, ni reacondicionado.</p> <p>Más aún teniendo en cuenta que en uno de los presupuestos tomados para la obtención del precio de referencia se observa un equipo que a la fecha se encuentra fuera de soporte de fábrica y que fue cotizado por una empresa que no cuenta con representación de la marca en el país.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda N° 6 del llamado.-		

Consulta 74 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
<p>Para la elaboración de los antecedentes de estimación de costos solicitamos a la convocante considerar equipos con tecnologías más actuales, debido a que los equipos considerados en los antecedentes de estimación de costos de esta licitación son de tecnología obsoleta, por lo que el precio referencial de los mismos no se condicen con los equipos de ecografía existentes actualmente en el mercado nacional y regional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda N° 6 del llamado.-		

Consulta 75 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
<p>Donde dice Transductor Phased Array P5-1Q, solicitamos permita ofertar Transductor Phased Array con frecuencia de 2 a 5 Mhz</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda N° 6 del llamado.-		

Consulta 76 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
<p>Donde dice "monitor LCD de 21,5 medida mín" solicitamos a la convocante modificar a "monitor LED de 21,5 pulgadas medida mín" debido a que los monitores LED crean una mejor calidad de imagen que los monitores LCD por utilizar diodos emisores de luz en vez de lámparas fluorescentes. Además la tecnología LED constituye la última generación de monitores disponibles en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda N° 6 del llamado.-		

Consulta 77 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "Disco duro de 1Tb" solicitamos a la convocante modificar a "Disco duro de 500 GB o mejor" debido a que es un valor general para la mayoría de los equipos de ecografía y es una característica que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda N° 6 del llamado.-

Consulta 78 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "canales digitales: 2.950.000" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con tecnología de canales digitales de procesamiento de al menos 170.000 o superior, debido a que cada casa comercial calcula los canales de procesamiento digitales mediante una fórmula matemática propia, que no se ha estandarizado en el mercado, lo cual hace que los números de canales digitales no sean comparables entre una marca y otra. Así mismo, dicho parámetro no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda N° 6 del llamado.-

Consulta 79 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "frame rate 2,400" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "frame rate 1,157 " debido a que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda N° 6 del llamado.-

Consulta 80 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "cuadros cine 400.000" solicitamos amablemente a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a la cantidad de cuadros que puede almacenar el equipo o se refiere a la memoria cine, debido a que una memoria cine de 400.000 cuadros implica tener más de 6.000 minutos de cine en el equipo, lo cual no es posible en un ecógrafo de ninguna marca.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda N° 6 del llamado.-

Consulta 81 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
Donde dice "cuadros cine 400.000" solicitamos a la convocante poder ofertas equipos con "cuadros cine 2.700 o mejor" debido a que lo solicitado es más que suficiente para realizar la revisión de imágenes. Además el valor que solicitamos es el estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de diferentes Centros a nivel regional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 82 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
Donde dice "Doppler Tisular" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Doppler Tisular color y espectral" considerando que el equipo debe ser utilizado para varias aplicaciones (abdominal, obstétrico, ginecológico, vascular, cardiológico, urológico, pequeñas partes y 3D/4D) ,donde es fundamental la utilización de dichos modos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 83 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
Donde dice "Lectgrabadora de DVD incorporada" solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional teniendo en cuenta que la mayoría de los estudios realizados en equipos de comprobada calidad son almacenados en un disco de backup o memorias extraíbles. Asimismo, solicitamos que esta característica sea opcional debido a que afecta al precio del equipo, haciendo que el mismo sea superior al precio referencial, limitando así una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 84 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
Donde dice "2 puertos USB 3.0" solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que es una característica que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 85 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
Donde dice "1 Transductor Convex C5-2D" solicitamos amablemente a la convocante eliminar el modelo C5-2D del transductor, ya que el mismo pertenece a la marca EDAN, lo cual impide innecesariamente la participación de otros oferentes. Asimismo solicitamos modificar este punto a " 1 Transductor Convex con Rango inferior igual o menor a 1,5 MHz y Rango superior igual o mayor a 5 MHz"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 86 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
Donde dice "1 Transductor - Lineal L12-5D" solicitamos amablemente a la convocante eliminar el modelo L12-5D del transductor, ya que el mismo pertenece a la marca EDAN, lo cual impide innecesariamente la participación de otros oferentes. Asimismo, solicitamos amablemente a la convocante modificar a " 1 Transductor lineal con Rango inferior igual o menor a 3 MHz y Rango superior igual o mayor a 11,5 MH"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 87 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
Donde dice "1 Transductor Phased Array P5-1Q" solicitamos amablemente a la convocante eliminar el modelo P5-1Q del transductor, ya que el mismo pertenece a la marca EDAN, lo cual impide innecesariamente la participación de otros oferentes. Asimismo solicitamos amablemente a la convocante modificar a " 1 Transductor Phased Array con Rango inferior igual o menor a 1,5 MHz y Rango superior igual o mayor a 4 MHz"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 88 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
Donde dice "1 Transductor Transvaginal" solicitamos amablemente a la convocante modificar a " 1 Transductor Transvaginal con Rango inferior igual o menor a 3,5 MHz y Rango superior igual o mayor a 10 MHz"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 89 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
Donde dice "1 Modulo de ECG (SOFTWARE)" Solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional con posibilidad de agregar la funcionalidad a futuro, debido a que esta característica incrementa considerablemente el precio del equipo, haciendo que el mismo sea superior al precio referencial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 90 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
<p>"Donde dice"" Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: 10 (DIAS) POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO", Solicitamos que el plazo de entrega del equipo sea al menos "60 días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor". Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística.-"</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 91 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
<p>Donde dice "Plazo de reposición de bienes (CINCO) DIAS CALENDARIO" solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Plazo de reposición de bienes (QUINCE) DIAS CALENDARIO" teniendo en consideración los plazos de Importación de los Bienes, el tiempo en tránsito y los procesos aduaneros realizados por terceros.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 92 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
<p>"Donde dice "" Periodo de validez de la Garantía de los bienes: VALIDEZ DE LA GARANTIA DEL BIEN DE 1 (UN) AÑO"" solicitamos a la convocante:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Aclarar si la garantía debe incluir mantenimientos preventivos y correctivos y reemplazo de piezas.2) Considerar que los transductores son considerados como material de desgaste y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante, por lo que solicitamos excluir los mismos de las condiciones de garantía establecidas en el PBC.3) Aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 93 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
<p>Donde dice "Tiempo de Funcionamiento de los bienes: MINIMO DE 1 (UN) AÑO" solicitamos a la convocante modificar a "Tiempo de Funcionamiento de los bienes:MINIMO DE 10 (DIEZ) AÑOS" garantizando de esta manera que el equipo a ser adquirido será nuevo, sin uso, ni reacondicionado. Lo cual deberá ser comprobado mediante una carta emitida por el Fabricante por la cual se Garantiza que el Equipo ofertado sea NUEVO, SIN USO, NI REACONDICIONADO. Declarando el año de fabricación del Ecografo</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 94 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
Para la elaboración de los antecedentes de estimación de costos deberían ser considerados equipos de tecnologías más actuales, debido a que los equipos considerados en los antecedentes de estimación de costos de esta licitación son de tecnología obsoleta, por lo que el precio referencial de los mismos no se condicen con los equipos de ecografía existentes actualmente en el mercado nacional y regional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		

Consulta 95 - Ecógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
Deseamos hacer notar que el equipo Sonoline G40 cotizado por el Grupo BL-Air como antecedente de estimación de costos es un equipo que se ha dejado de contar con soporte del fabricante el 31 de Diciembre de 2016. Este modelo de equipo fue fabricado por la empresa Siemens, cuya representación en Paraguay es exclusiva de una empresa. Sugerimos a la Convocante revisar sus procesos de estimación de costos y realizar los pedidos de presupuestos a empresas con trayectoria en el rubro. Existe un antecedente de direccionamiento hacia el modelo mencionado, en un llamado anterior, el ID 390.932, el cual fue cancelado luego de notorias irregularidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
Favor remitirse a la Adenda Nº 6 del llamado.-		