Consultas Realizadas

Licitación 410902 - LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS

Consulta 1 - EETT Ítem N° 56 SUTURA MECÁNICA.

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2022
Solicitamos amablemente aclarar el siguiente punto donde dice Por cada 10 cartuchos debe incluir 1 dispositivo. Los cartuchos deben ser estériles, descartables, para tejidos normales y gruesos. Con bisturí en las cargas o en el dispositivo. Las grapas de titanio. El dispositivo debe ser reesterilizable. Presentación Kit, es incorrecto decir que el dispositivo es reesterilizable, ya que todas las marcas son de un solo uso, pero pueden accionar o disparar varios cartuchos en el mismo procedimiento quirúrgico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.		

Consulta 2 - Ítem N° 56 SUTURA MECÁNICA.

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2022
Solicitamos amablemente a la convocante actualizar el precio referencial ya que los antecedentes de costos utilizados para esta ocasión son licitaciones de varios años atrás, lo que ya no se adecua a los precios actuales del mercado debido a las inflaciones internacionales tanto de la materia prima como de los costos de fletes. Favor utilizar antecedentes más recientes como por ejemplo las ID 385.973 y 402.571 que son licitaciones más ajustadas al valor del mercado actual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 3 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2022
Item 10 CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO: CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO NIÑOS, podrian indicarnos en que tejido solicitan dicho item.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 4 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2022
Item 11 CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO: CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO P/ ADULTOS, podrian indicarnos en que tejido solicitan dicho item.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 5 - Precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Referente al Items N° 51 PACKS QUIRURGICO:PAQUETE P/CESÁREA ESTÉRIL, DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO Solicitamos amablemente a la convocante actualizar el precio referencial ya que los antecedentes de costos utilizados para esta ocasión son licitaciones de varios años atrás, lo que ya no se adecua a los precios actuales del mercado debido a las inflaciones internacionales tanto de la materia prima como de los costos de fletes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 6 - Precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Referente al Items N° 52 PACKS QUIRURGICO:PAQUETE P/CIRUGÍA ESTÉRIL DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO Solicitamos amablemente a la convocante actualizar el precio referencial ya que los antecedentes de costos utilizados para esta ocasión son licitaciones de varios años atrás, lo que ya no se adecua a los precios actuales del mercado debido a las inflaciones internacionales tanto de la materia prima como de los costos de fletes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 7 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de la primera entrega a los 30 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra, ya que los insumos son importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 8 - Especificaciones Técnicas del ítem 18 CATÉTER PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 18 solicitan:
Estéril, Descartable, con set de 6 agujas. El kit debe contener: Portal (homopolímero de acetal y silicona): - Catéter de poliuretano radiopaco; Conectores de Slidelock; - 1 Aguja para portal; - 1 Aguja despuntada de 1,3 mm; - Selector de vena; - 1 Aguja tipo Juber; - 1 Aguja de 90º; - Aguja introductora de pared extrafina; - Introductor 2,0 mm; - Alambre guía "J "; - 2 Jeringas de 10/12 cc.; - Instrumento de tunelización; - 3 Dispositivos de seguridad para aguja; - Manual con información sobre el producto.

Solicitamos a la convocante aclarar si el set de 6 agujas corresponden a agujas para punciones posteriores de los reservorios implantables de acceso o si se trata de las agujas que se mencionan en la descripción del producto ya que como se puede notar, las que se mencionan totalizan 5 unidades y son para la instalación del puerto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, en el apartado: Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, dado que las Especificaciones Técnicas se encuentran establecidas de acuerdo al Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente aprobado por la Máxima Autoridad de la Institución.
Se aclara que: Las agujas que se describen corresponden a la descripción del producto que se utilizan en el implante del catéter en el acceso.

Consulta 9 - EETT ítem 9 BOLSA PARA COLOSTOMIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

Se consulta respecto a las EETT del ítem 9, donde solicitan especificaciones técnicas direccionadas a un único proveedor.
Sugerimos a la convocante la ampliación de las especificaciones técnicas a lo siguiente:
Bolsa de colostomía con anillo de karaya o 100% hidrocoloide. Drenable, con filtro para olores y gases. Adaptable a medida de 38 mm (+- 1)
Solicitamos a la convocante amplie las especificaciones técnicas a modo de fomentar la participación de otros oferentes y la posibilidad de ofrecer a los pacientes un insumo que se adapte a su necesidad. Es sabido que el anillo de karaya produce reacciones alérgicas en algunos pacientes, lo cual imposibilita el uso de bolsas para colostomía con dicho anillo.
Además, se debe tener en cuenta que este llamado corresponde a un llamado con abastecimiento simultaneo y, con estas especificaciones técnicas, no existe forma que más que un proveedor sea adjudicado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 10 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

Favor aclarar si las muestras presentadas para inspección contaran como parte de la entrega o si serán devueltas al oferente adjudicado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 11 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Item 10 Campo adhesivo quirurgico: Se solicita a la convocante adecuar el precio de referencia a Gs. 25.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 12 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Item 11 Campo adhesivo quirurgico: Se solicita a la convocante adecuar el precio de referencia a Gs.60.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 13 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Item 13 Canula de traqueostomia: Se solicita a la convocante adecuar el precio de referencia a Gs.300.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 14 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Item 18 Cateter para infusion de quimioterapia: Se solicita a la convocante adecuar el precio de referencia a G.1.500.000, ya que el precio actual es de la licitacion LPN 122/17		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 15 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Item 19 Cateter para infusion de quimioterapia: Se solicita a la convocante adecuar el precio de referencia a Gs. 1.500.000, ya que el precio actual corresponde a la LPN 122/17		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 16 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Item 25 Electrodo de marcapaso temporario: Se solicita a la convocante adecuar el precio de referencia a gs. 90.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 17 - requsitos de calificacion y criterios de evaluacion

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

Copia Autenticada de la Resolución de Apertura Vigente para fabricar, comercializar y/o importar Medicamentos,expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
solicitamos a la convocante modificar este punto a :
Para el Oferente: Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Ultima Versión.

Consulta 18 - Presentacion entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

Item 28 Hilo sutura de acero: Se solicita a la convocante modificar la PRESENTACION DE ENTREGA a caja x 6 MINIMO, debido a que las suturas se cotizan por unidad y la cantidad de unidades por caja varían de acuerdo a la marca, al modelo, etc

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

Consulta 19 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

CONSULTA Nº1:
MUETRAS
Los oferentes deberán presentar muestras de cada ítem ofertado en las mismas condiciones en que el producto será entregado en caso de ser adjudicado.
Solicitamos a la convocante que en caso de ofertar en varios ítems el mismo tipo de insumo pero de diferentes medidas, sea suficiente la presentación de una de ellas debiendo ajustarse el ítem a las EETT para el cual se entrega la muestra, acompañado de una declaración jurada en que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a entregar el producto conforme a la EETT requeridas y de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 20 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

CONSULTA Nº2:
CAPACIDAD TECNICA
C. Resolución de Apertura: la convocante solicita:
A) Para el oferente: Copia autenticada de la resolución de apertura vigente para fabricar, comercializar y/o importar Medicamentos, expedida por la dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
B) En caso de que el oferente, distribuidora que representa a otras empresas (importadoras o de productos nacionales), deberá presentar copia autenticada de la resolución de apertura vigente del fabricante y del distribuidor o importador, expedidas por la Dirección Nacional de vigilancia sanitaria (DNVS) del Ministerio de salud Pública y Bienestar Social, para fabricar comercializar y/o importar Medicamentos según corresponda.
C) En el caso de que el oferente no sea fabricante del Producto (nacional), deberán presentar ambas empresas (oferente y fabricante). Copia autenticada de la resolución de apertura vigente, expedida por la dirección nacional de la vigilancia sanitaria (DNVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para fabricar comercializar y/o importar Medicamentos, según corresponda.
Al respecto, solicitamos tener en cuenta que el llamado hace referencia a la adquisición de Dispositivos Médicos, por lo que la resolución de apertura del fabricante y del distribuidor o importador, expedidas por la Dirección Nacional de vigilancia sanitaria (DNVS) del Ministerio de salud Pública y Bienestar Social, para fabricar comercializar y/o importar debe ser para Dispositivos Médicos,. Favor corregir.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

Consulta 21 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

CONSULTA Nº3:CAPACIDAD TECNICA
Certificado de buenas prácticas. La convocante solicita:
b) En el caso de que el oferente no sea el fabricante del producto ofertado, deberá presentar: certificado de buenas prácticas de almacenamiento, expedido por la dirección de vigilancia sanitaria (DNVS) del ministerio de salud pública y bienestar social, ADEMÁS DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO OFERTADO, del representante y/ o distribuidor según corresponda los cuales deberán mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.
Sobre el Certificado de Buenas Prácticas del Fabricante del producto ofertado, , aclaramos que los fabricantes extranjeros no están obligados a contar con Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación ya que la fabricación de dispositivos médicos se encuentran regulados por otras certificaciones internacionales de calidad tales como ISO/CE/FDA/TUV, etc.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

Consulta 22 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

CONSULTA Nº4:
El PBc, en su Punto M solicita: Informes anteriores registrados durante la utilización de los insumos, debidamente justificados y respaldados con documentaciones, debido a que varios insumos cumplen con las Especificaciones técnicas pero presentan inconvenientes durante el uso.
Favor aclarar cómo se evaluara este criterio, o caso contrario si es aceptable la presentación de una declaración jurada donde el oferente avale que cumple con las especificaciones técnicas y que no presenta inconveniente durante su uso o bien que dicho requisito será debidamente justificado únicamente por la convocante

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

Consulta 23 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

CONSULTA Nº5:ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM: 9 Bolsa para colostomía c/ anillo de tipo KARAYA de 38mm (+-1).
Solicitamos a la convocante aceptar oferta de bolsas de colostomía con anillo de tipo Karaya o hidrocoloide, esta última tiene un beneficio adicional para el paciente ya que evita irritaciones a la piel y actúa como curativo del estoma.
La ampliación de la EE.TT permitirá a convocante poder contar con un producto de mejor calidad y a su vez contar con más oferentes, lo que le redundara en mejores ofertas. Que de mantenerse las EETT actuales se podría entender que la compra se encuentra direccionada ya que un solo proveedor cuenta con este tipo de producto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM: 9 Bolsa para colostomía c/ anillo de tipo KARAYA de 38mm (+-1).
Entendemos que la convocante establece las EETT de sus llamados conforme a su cuadro básico de dispositivos médicos, por lo cual solicitamos amablemente que aclare si se podrá cotizar bolsa de colostomía con apósito hidrocoloide y si ésta será tenida en cuenta al momento de la evaluación a fin de ser susceptible de adjudicación. De Agregarse dicha observación al PBC redundaría en beneficios a la convocante, tales como mayor cantidad de oferentes y por ende precios altamente competitivos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico

Consulta 25 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

ITEM 8: BOLSA MIXTA PLEGABLE :BOLSAS MIXTAS PLEG. C/ AUTOADHES. S/ FUELLE Solicitamos amablemente la modificación de los precios referenciales de los ítems que se detallan más abajo, ya que los mismos se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:

ITEM 7 BOLSA DE PAPEL C/INDICADOR QUÍMICO:BOLSA MIXTA PLEGABLE C/FUELLE, C/INDICADOR QUÍMICO. 40X58X8 CM. PARA ÓXIDO DE ETILENO A GS. 4,400

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 26 - Informes de inconvenientes durante el uso

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

En el PBC en la sección Capacidad Técnica: m. Informe anteriores de inconvenientes registrados durante la utilización de los insumos, debidamente justificados y respaldados con documentaciones, debido a que varios insumos cumplen las especificaciones técnicas pero presentan inconvenientes durante el uso.
Se realiza muy respetuosamente la siguiente consulta a la Convocante:
*Quien va a emitir el mencionado Informe de Inconvenientes durante el USO?, es una Entidad del Estado (INTN?? DINAVISA?? MSPBS??) la que emite dicho informe? ¿Es el propio particular que emite el informe?; Es una Contratante (entidad) donde el oferente haya sido adjudicado y es esa entidad que emite el Informe de cumplimiento de Contrato? Se realiza estas consultas, en razón que es la primera vez que aparece en el PBC un requisito documental con esta descripción, siendo que el mismo es a todas luces sumamente subjetivo, ya que Consultando con las entidades INTN, o DINAVISA, o MSPBS, todas ellas desconocen el organismo (entidad estatal) encargado de realizar dicho informe, es más, no existe ninguna normativa vigente que reglamente y exija la presentación de dicho documento. Sobre el punto, mencionamos que recabando información en las entidades sanitarias que normalmente realizan llamados de Insumos Médicos, ninguna de ellas adelantaron que emitirían un Informe de Inconvenientes durante el USO, (ya sea por el cumple o no cumple). Entendemos que este texto esta sumamente dirigido a una o dos empresas que anticipadamente ya realizaron las gestiones con la convocante y que por lo tanto ya cuentan con dicho documento. En repetidas ocasiones la DNCP se manifestó en contra de PBC de Convocantes que exigen requisitos prácticamente incumplibles, restringiendo la libre competencia y en contra de la trasparencia en los procesos licitatorios, y creando una suerte de oligopolio de empresas (siempre las 2 o 3 mega empresas) que condicionan a su medida los requisitos del PBC. Así las cosas, se solicita, se elimine este requisito del PBC.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Ultima Versión.

Consulta 27 - Para que ITEMS el Informe de Inconvenientes durante el uso

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

En el PBC en la sección Capacidad Técnica: m. Informe anteriores de inconvenientes registrados durante la utilización de los insumos, debidamente justificados y respaldados con documentaciones, debido a que varios insumos cumplen las especificaciones técnicas pero presentan inconvenientes durante el uso. Se consulta para que ítems se exigirá este requisito?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.

Consulta 28 - Certificado de aprobación y habilitación

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

El PBC solicita Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente tales como la FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea o como INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros, que cuenten con ISO 13.485. Solicitamos a la Convocante aclarar y mencionar a que item y/o items corresponde la solicitud de dicho documento?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 29 - Certificado INTN

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

El PBC solicita Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente tales como la FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea o como INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros, que cuenten con ISO 13.485. Solicitamos a la Convocante aclarar si dicho documento aplica solo para productos importados, y para los productos de origen nacional que documento se estaria presentando, el Certificado de INTN??

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

Consulta 30 - Item 51 52 EETT-Documentacion

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

En el Item 51 y el Ítem 52 las especificaciones tecnicas solicitan "resistente a fluídos corporales, repelencia a alcohol de 70%, con la más alta barrera bacteriana". Solicitamos a la Convocante aclarar con que documento se demostrara tal condiciones, tanto para productos importados como para productos de origen nacional.??

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 31 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 7 BOLSA DE PAPEL C/INDICADOR QUÍMICO:BOLSA MIXTA PLEGABLE C/FUELLE, C/INDICADOR QUÍMICO. 40X58X8 CM. PARA ÓXIDO DE ETILENO A GS. 4,400

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 32 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos: ITEM 8 BOLSA MIXTA PLEGABLE :BOLSAS MIXTAS PLEG. C/ AUTOADHES. S/ FUELLE 30 X 45CM A GS 3.300		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 33 - Item 58 EETT incompleto

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
En el Item 58 se observa tanto en el sistema de la DNCP como el archivo descargado como pliego de bases y condiciones, que las especificaciones tecnicas no estan completas, debiendo a algun error humano, no se muestran todas las especificaciones, por tanto solicitamos a la Convocante corregir el mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.		

Consulta 34 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos: ITEM 12: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA C/ BALÓN:CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 8 C/ BALÓNA A GS. 275.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 35 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos: ITEM 16: CATÉTER DE ASPIRACIÓN:CATÉTER DE SUCCIÓN C/CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 6ª A GS. 132.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 36 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos: ITEM 17 CATETER INTRAVENOSO VÌA CENTRAL ADULTO :CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 2 LÚMEN 7 FR A GS. 165.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 37 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:

ITEM 26: ELECTRODO DESCARTABLE NEONATAL A GS 1.100

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 38 - Item 51 -52 EETT medidas

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

En el Item 51 y el Ítem 52 las especificaciones técnicas solicitan Longitud de las batas: de 120 a 135 cm., solicitamos a la Convocante que dichas medidas sean mínimas, siendo que el mismo valor están establecidas para las medidas solicitadas en cada item.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 39 - Item 48 -49 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

Para el Ítem 48 y el Ítem 49 Solicitamos respetuosamente a la Convocante que los mismos sean libre de látex y libre de DEHP, y aclarar que sean de punta excéntrica, a fin de poder cotizar el producto correcto de acuerdo a la necesidad real de la Institución.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 40 - item 48 49 -Precios Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022

Solicitamos a la Convocante que para el ítem 48 y el Ítem 49 sean analizados de vuelta los precios referenciales establecidos, teniendo en cuenta que los mismos sufrieron una gran variación con todas las restricciones causadas por el COVID-19, tanto los importados como los de origen nacional. Prueba de ello basta con consultar el precio actual del mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 41 - item 51 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Para el Ítem 51, las especificaciones técnicas solicita cobertor de mesa con medidas muy rígidas de 1,30 x 1.8, por lo que solicitamos a la Convocante establecer un margen de +- 0,5 metros, ya que existen variaciones muy pequeñas entre todos los fabricantes, y nuestra solicitud no afecta a la utilidad final del producto, o en todo caso brindar una respuesta técnica de la rigidez de la medida solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 42 - Informe utilización Insumo

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
El PBC solicita Informe anteriores de inconvenientes registrados durante la utilización de los insumos, debidamente justificados y respaldados con documentaciones, debido a que varios insumos cumplen las especificaciones técnicas pero presentan inconvenientes durante el uso. Solicitamos a la Convocante aclarar que tipo de informe esta necesitando para dar como cumplido el requerimiento, si el mismo es de un órgano como el INTN y/o DINAVISA o se refiere a clientes que hayan adquirido los productos que se están ofertando en la presente licitación? Favor aclarar lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.		

Consulta 43 - Plazo Cronograma Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Cronograma de Entrega - El PBC solicita un plazo de 8 días corridos para la entrega del 20% de la cantidad mínima. Solicitamos a la Convocante ampliar dicho plazo, teniendo en cuenta el tiempo de producción y/o importación de los productos. Solo cumpliria dicho plazo establecida una y/o varias empresas que ya cuenten en stock listo para entrega los productos solicitados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 44 - Cantidad de Muestras solicitadas

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Solicitamos a la Convocante aclarar la cantidad de muestra solicitada para la presentacion y evaluacion de las ofertas, o se debe entregar 1 muestra para la evaluación y 5 muestras para el Control de Calidad? Solicitamos dejar asentada dicha aclaración		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
Se aclara que la en la Pág. 11 del Pliego Electrónico se requieren las cantidades de muestras para el Comité Evaluador y la Cantidad de muestras Solicitadas en la Pag. 40 en adelante son las cantidades de muestras a ser requeridas para el peritaje analítico a ser realizado por el Departamento de Control de Calidad.		

Consulta 45 - Aclarar USP vigente-BP vigente

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Solicitamos a la Convocante aclarar la definición de USP Vigente, BP Vigente y Metodología del Fabricante para el Control de Calidad, en caso de resultar adjudicado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
Farmacopea de Estados Unidos (en inglés United States Pharmacopeia, USP) es la farmacopea oficial de los Estados Unidos, publicada junto con el National Formulary (formulario nacional de medicamentos) como la USP-NF. La United States Pharmacoial Convention (también llamada comúnmente USP), se tiene como vigente la ultima version oficial emitida por la farmacopea americana/ o la farmacopea Britanica (BP) o la Farmacopea Europea(EP). También pueden ser incluidos ensayos desarrollados por los fabricantes o (Metodologias Propias), siempre que se incluyan los limites de ensayos correspondientes y la informacion acerca de dicha metodología. En el caso que se utilice una norma internacional tipo ISO, DIN, ASTM, etc., deberán incluirse una copia de dicha normativa.		

Consulta 46 - requsitos de calificacion y criterios de evaluacion

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
El pbc menciona en varios apartados la posibilidad de ofertar productos de origen nacional, pero en el requisito de certificaciones, solicitan Certificaciones que se aplican para productos importados (FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea o como INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros, que cuenten con ISO 13.485.), por ello solicitamos amablemente a la convocante modificar dicho requisito en cuanto a la efectividad y calidad de los tejidos que hacen a los insumos en cuanto a Batas, Packs quirúrgicos y mamelucos, de manera a dar mayor oportunidad a posibles oferentes y a su vez apoyar la producción nacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.		

Consulta 47 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo a: Cantidades mínimas: 20 % hasta los 20 (veinte) días habiles para la entrega de productos adjudicados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor, con entregas que podrán ser fraccionadas dentro del mencionado plazo. Saldo dentro de los 30(treinta) días habiles, a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor, según necesidad del servicio con entregas que podrán ser fraccionadas dentro del plazo establecido, Cantidades máximas: una vez emitidas la totalidad de las cantidades mínimas, el plazo será de hasta 30 (treinta) días habiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Entrega por parte del Proveedor. Las órdenes de entrega serán emitidas según necesidad del servicio, las mismas podrán ser fraccionadas, dentro del mismo plazo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 48 - Porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
Solicitamos a la convocante reducir el porcentajes de multas en caso de atraso de entrega de los bienes a 0.01% para equiparar el porcentaje con la tasa de interes por mora en caso de retraso con el pago.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 49 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

CONSULTA Nº1:
MUETRAS
Los oferentes deberán presentar muestras de cada ítem ofertado en las mismas condiciones en que el producto será entregado en caso de ser adjudicado.
Solicitamos a la convocante que en caso de ofertar en varios ítems el mismo tipo de insumo pero de diferentes medidas, sea suficiente la presentación de una de ellas debiendo ajustarse el ítem a las EETT para el cual se entrega la muestra, acompañado de una declaración jurada en que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a entregar el producto conforme a la EETT requeridas y de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 50 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

CAPACIDAD TECNICA
C. Resolución de Apertura: la convocante solicita:
A) Para el oferente: Copia autenticada de la resolución de apertura vigente para fabricar, comercializar y/o importar Medicamentos, expedida por la dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
B) En caso de que el oferente, distribuidora que representa a otras empresas (importadoras o de productos nacionales), deberá presentar copia autenticada de la resolución de apertura vigente del fabricante y del distribuidor o importador, expedidas por la Dirección Nacional de vigilancia sanitaria (DNVS) del Ministerio de salud Pública y Bienestar Social, para fabricar comercializar y/o importar Medicamentos según corresponda.
C) En el caso de que el oferente no sea fabricante del Producto (nacional), deberán presentar ambas empresas (oferente y fabricante). Copia autenticada de la resolución de apertura vigente, expedida por la dirección nacional de la vigilancia sanitaria (DNVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para fabricar comercializar y/o importar Medicamentos, según corresponda.
Al respecto, solicitamos tener en cuenta que el llamado hace referencia a la adquisición de Dispositivos Médicos, por lo que la resolución de apertura del fabricante y del distribuidor o importador, expedidas por la Dirección Nacional de vigilancia sanitaria (DNVS) del Ministerio de salud Pública y Bienestar Social, para fabricar comercializar y/o importar debe ser para Dispositivos Médicos,. Favor corregir.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

Consulta 51 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Certificado de buenas prácticas. La convocante solicita:
b) En el caso de que el oferente no sea el fabricante del producto ofertado, deberá presentar: certificado de buenas prácticas de almacenamiento, expedido por la dirección de vigilancia sanitaria (DNVS) del ministerio de salud pública y bienestar social, aDEMÁS DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO OFERTADO, del representante y/ o distribuidor según corresponda los cuales deberán mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.
Sobre el Certificado de Buenas Prácticas del Fabricante del producto ofertado, , aclaramos que los fabricantes extranjeros no están obligados a contar con Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación ya que la fabricación de dispositivos médicos se encuentran regulados por otras certificaciones internacionales de calidad tales como ISO/CE/FDA/TUV, etc.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

Consulta 52 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

El PBc, en su Punto M solicita: Informes anteriores registrados durante la utilización de los insumos, debidamente justificados y respaldados con documentaciones, debido a que varios insumos cumplen con las Especificaciones técnicas pero presentan inconvenientes durante el uso.
Favor aclarar cómo se evaluara este criterio, o caso contrario si es aceptable la presentación de una declaración jurada donde el oferente avale que cumple con las especificaciones técnicas y que no presenta inconvenient durante su uso o bien que dicho requisito será debidamente justificado únicamente por la convocante

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.

Consulta 53 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 7 BOLSA DE PAPEL C/INDICADOR QUÍMICO:BOLSA MIXTA PLEGABLE C/FUELLE, C/INDICADOR QUÍMICO. 40X58X8 CM. PARA ÓXIDO DE ETILENO A GS. 4,400

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 54 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 29: HILO PARA SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO:SUTURA QUIRÚRGICA DE ÁCIDO POLIGLICOLICO N°1 C/AGUJA DE 4 CM. VARIANTE +-0, 2 CM. A GS. 16.500.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 55 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 32: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/AGUJA DE 2 CM. VARIACIÓN: + - 2 MM. A GS. 10.703, IGUALAR AL PRECIO REFERENCIAL DEL ITEM: 31

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 56 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 33: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/AGUJA 2 CM . VARIACIÓN: + - 2 MM. GS. 10.703, IGUALAR AL PRECIO REFERENCIAL DEL ITEM: 31

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 57 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 36 SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 2/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN +- 2 MM, A GS 16.500, IGUALAR AL PRECIO REFERENCIA DEL ITEM 38

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 58 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:

ITEM 39 HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM A GS: 66.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 59 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 40: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 10 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM. A GS 66.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 60 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 41: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM. A GS 66.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 61 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 42 : HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM A GS 66.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 62 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 43: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM A GS 66.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 63 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 44 HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO Nº 8/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM. A GS 66.000.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 64 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 45 HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA.VARIACIÓN + - 0,2 MM. A GS 66.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 65 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 45 HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA.VARIACIÓN + - 0,2 MM. A GS 66.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 66 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 47 INFUSOR PORTÁTIL PARA QUIMIOTERAPIA:INFUSOR PORTÁTIL. A GS 440.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 67 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 48: JERINGA DESCARTABLE CONO CATÉTER: JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC, CONO CATÉTER SIN AGUJA A GS 4.400

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 68 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:

ITEM 49 JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 ½ A GS 1.100

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 69 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 51 PACKS QUIRURGICO:PAQUETE P/CESÁREA ESTÉRIL, DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO A GS 385.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 70 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 52 PACKS QUIRURGICO:PAQUETE P/CESÁREA ESTÉRIL, DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO A GS 385.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 71 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022

Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos:
ITEM 54 SONDA PARA SUCCIÓN TRAQUEAL: CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 14 A GS 132.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.

Consulta 72 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos: ITEM 55 SONDA VESICAL:SONDA FOLEY Nº 12 C/ BALÓN 5 CC A GS. 9900.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 73 - Item 6 BOLSA DE ANESTESIA :BOLSA RESPIRATORIA 1 LITRO

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
En el ítem 6 Bolsas de Anestesia observamos que el precio estimado de referencia esta por debajo del precio real del mercado, solicitamos poder ampliar el precio normal de 180.000gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 74 - item 12 CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA C/ BALÓN:CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 8 C/ BALÓN

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
En el ítem 12 cánula de traqueostomía con Balón observamos que el precio estimado de referencia esta por debajo del precio real del mercado, solicitamos a la convocante poder ampliar el precio normal del mercado de 350.000gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 75 - Item 16 CATÉTER DE ASPIRACIÓN:CATÉTER DE SUCCIÓN C/CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 6

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
En el item 16 Cateter de aspiración observamos que el precio estimado de referencia esta por debajo del precio real del mercado, solicitamos a la convocante poder ampliar el precio normal del mercado de 150.000gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 76 - item 17 CATETER INTRAVENOSO VÌA CENTRAL ADULTO :CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 2 LÚMEN 7 FR

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
En el item 17 Cateter intravenoso via central adulto observamos que el precio estimado de referencia esta por debajo del precio real del mercado, solicitamos a la convocante poder ampliar el precio normal del mercado de 350.000gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 77 - Item 54 SONDA PARA SUCCIÓN TRAQUEAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
En el item 54 Cateter de aspiración observamos que el precio estimado de referencia esta por debajo del precio real del mercado, solicitamos a la convocante poder ampliar el precio normal del mercado de 150.000gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo cargado en el SICP.		

Consulta 78 - ITEM 12 CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA C/ BALÓN:CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 8 C/ BALÓN

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
En el item 12 Canula de traqueostomía solicitan en las EETT Con balón, con mandril, con collar, 100% silicona, estéril, solicitamos a la convocante poder cotizar con material termosensible con dos canulas internas, cepillo para la limpieza y línea de aspiración subglótica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 79 - ITEM 3 BATA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
Donde solicitan: Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SSMMS, solicitamos se puedan cotizar bata quirúrgica Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SMMS, considerando que el TNT tipo SMMS cuenta con protección de nivel 4 y daría lugar a un mayor número de oferentes donde el Instituto de Previsión Social saldría beneficiado al poder adquirir los productos al mejor precio posible		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 80 - ITEM 4 BATA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
Donde solicitan: Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SSMMS, solicitamos se puedan cotizar bata quirúrgica Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SMMS, considerando que el TNT tipo SMMS cuenta con protección de nivel 4 y daría lugar a un mayor número de oferentes donde el Instituto de Previsión Social saldría beneficiado al poder adquirir los productos al mejor precio posible		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 81 - ITEM 51 PACK QUIRÚRGICO

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
Donde solicitan: Con 4 chalecos o batas quirúrgicas, confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SSMMS, compresas de campo 1,20 mts x 1,20 mts (+ - 0,3 mts) de tela tejida, tipo SSMMS, solicitamos se puedan cotizar bata quirúrgica Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SMMS, considerando que el TNT tipo SMMS cuenta con protección de nivel 4 y daría lugar a un mayor número de oferentes donde el Instituto de Previsión Social saldría beneficiado al poder adquirir los productos al mejor precio posible		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 82 - ITEM 52 PACK QUIRÚRGICO

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
Donde solicitan: Con 4 chalecos o batas quirúrgicas, confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SSMMS, compresas de campo 1,20 mts x 1,20 mts (+ - 0,3 mts) de tela tejida, tipo SSMMS, solicitamos se puedan cotizar bata quirúrgica Confeccionada en tela no tejida, TNT (polipropileno) tipo SMMS, considerando que el TNT tipo SMMS cuenta con protección de nivel 4 y daría lugar a un mayor número de oferentes donde el Instituto de Previsión Social saldría beneficiado al poder adquirir los productos al mejor precio posible		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 83 - Plan de entrega de los bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
Considerando que los inconvenientes logísticos y la disponibilidad de materia primera a nivel global aún no se han estabilizado luego de la pandemia, solicitamos que el plazo de entrega pueda ser ampliado a 120 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 84 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2022
En el Apartado donde solicitan Registro Sanitario emitido por DNVS, Solicitamos a la comvocante tambien soliciten Constancia en Tramite de Registro debido a la burocracia actual para registrar los productos esto permitira mayor participacion de oferentes potenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.		

Consulta 85 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2022

Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente tales como la FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea o como INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros, que cuenten con ISO 13.485

Solicitamos amablemente a la convocante modificar este apartado de modo a poder ofertar batas, packs quirúrgicos y mamelucos de origen nacional, solicitando lo siguiente:
INTN, para certificar la repelencia al alcohol, y además certificaciones internacionales de la tela en cuanto a la barrera bacteriana que no deberá ser inferior al 94% para ello solicitamos se acepten Certificados Internacionales, debidamente consularizada y que avalen la calificación del tejido , cumplir con Normas, EN13795, ASTM F1670 o ASTM F2101, EN14126, ISO 16603:2004, ISO 13485, ISO 13938, al menos una de ellas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.