

Consultas Realizadas

Licitación 415812 - Adquisición de Ecógrafo para la Facultad de Medicina de la U.N.C. Plurianual Años 2022 y 2023

Consulta 1 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 12-07-2022

Donde dice: Características: Main Unit. DC30 con Monitor LED Full HD de 21.5, solicitamos a la convocante rectificar las especificaciones técnicas, pues las características solicitados corresponden literalmente al ecografo DC 30 de la marca MINDRAY, cuyas características se encuentran en la misma página de la DNCP en esta misma licitación cuando se ha calculado el precio de referencia y se ha tomado una única oferta de la cual fueron copiadas las característics requeridas.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-07-2022

REMITIMOS A LA UNIDAD AFECTADA DICHA CONSULTA, Y LA MISMA MODIFICAREMOS A TRAVÉS DE UNA ADENDA

Consulta 2 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Item 1

Ecografo

Donde dice "Smart OB (automatic calculation for BPD, FL, HC, AC and OFD)" solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional esta funcion considerando que es unico de una marca especifica de esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca

Respuesta Fecha de Respuesta 18-07-2022

REMITIMOS A LA UNIDAD AFECTADA DICHA CONSULTA, SE ESTARÁ GENERANDO UNA ADENDA CON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES

Consulta 3 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Item 1

Ecografo

Donde dice "iScanHelper" Solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional o eliminar este requerimiento de manera a evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca y evitar que se eleve protestas por las especificaciones tecnicas

Respuesta Fecha de Respuesta 18-07-2022

BUENOS DÍAS

LA CONVOCANTE EMITIRA UNA ADENDA CON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES

20/08/25 17:19



Consulta 4 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Item 1

Ecografo

Donde dice "Bateria de respaldo " solicitamos amablemente eliminar o agregar como opcional esta funcion considerando que son equipos modulares y que el punto siguiente solicita UPS. Además sugerimos que se solicite UPS online del tipo senoidal pura

Respuesta Fecha de Respuesta 18-07-2022

SE EMITIRÁ UNA ADENDA CON LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES

Consulta 5 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Las eett solicitadas solo podrían ser cumplidas por una sola marca y único oferente, lo cual se puede verificar en los antecedentes de estimación de costos realizado por la Convocante.-

Respuesta Fecha de Respuesta 18-07-2022

SE EMITIRÁ UNA ADENDA CON LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES

Consulta 6 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice "PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging)" solicitamos a la convocante poder eliminar dicha característica ya que la misma corresponde al modelo DC-30 de la marca Mindray, lo cual puede significar que las características están direccionadas a dicho equipo, limitando la participación de otros oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-07-2022

SE EMITIRÁ UNA ADENDA CON LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES

Consulta 7 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice "Características: Main Unit. DC30 con Monitor LED Full HD de 21.5. " solicitamos a la convocante poder eliminar la frase DC30 ya que el mismo corresponde al modelo DC-30 de la marca Mindray, lo cual puede significar que las características están direccionadas a dicho equipo, limitando la participación de otros oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-07-2022

SE EMITIRÁ UNA ADENDA CON LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES

Consulta 8 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice " iClear™ (Speckle Suppression Imaging)" solicitamos a la convocante poder eliminar dicha característica ya que la misma corresponde al modelo DC-30 de la marca Mindray, lo cual puede significar que las características están direccionadas a dicho equipo, limitando así la participación de otros oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-07-2022

SE EMITIRÁ UNA ADENDA CON LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES

20/08/25 17:19



Consulta 9 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice "iBeam™ (Spatial Compounding Imaging)" solicitamos a la convocante poder eliminar dicha característica ya que la misma corresponde al modelo DC-30 de la marca Mindray, lo cual puede significar que las características están direccionadas a dicho equipo, limitando así la participación de otros oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-07-2022

SE EMITIRA UNA ADENDA CON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES

Consulta 10 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice iTouch™ (Optimización automática de la imagen con un solo click en modos B y PW). Solicitamos a la convocante modificar a "Optimización automática de la imagen con un solo click en modos B ó PW" a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-07-2022

SE EMITIRÁ UNA ADENDA CON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES

Consulta 11 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: iZoom™ (Modo de pantalla completa) Solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional

Respuesta Fecha de Respuesta 18-07-2022

SE EMITIRÁ UNA ADENDA

Consulta 12 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: iZoom™ (Modo de pantalla completa) Solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

BUENOS DÍAS

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 13 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Disco duro de 1TB con sistema iStation" solicitamos a la convocante eliminar la frase iStation y modificar a "Disco duro de 500GB, el cual permite una gestión eficaz de la información del paciente" a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

20/08/25 17:19 3/21



Consulta 14 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: iScanHelper (Software Tutorial integrado), solicitamos amablemente a la convocante que este punto sea opcional debido a que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 15 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: MedSight™ (App para compartir imágenes o cine al smartphone), solicitamos amablemente a la convocante que este punto sea opcional debido a que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 16 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Módulo 4 D" Solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional y modificar a "Capacidad de incorporar a futuro el Módulo 4D" debido a que la tecnología solicitada en este ítem hará superar el precio referencial de esta Licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 17 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice "Panel de control con a ajuste de altura" Solicitamos a la convocante que dicha característica sea opcional, teniendo en cuenta que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 18 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice "Smart 3D (3D de manos libres)" Solicitamos a la convocante que dicha característica sea opcional, teniendo en cuenta que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

20/08/25 17:19 4/21



Consulta 19 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Smart OB™ (mediciones automáticas para BPD, FL, HC, AC and OFD)" solicitamos amablemente a la convocante que las mediciones automáticas para OFD sea opcional, teniendo en cuenta que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 20 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Smart NT (Cálculo automático de la translusencia nucal)" Solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional, debido a que esta característica es una copia fiel de la marca Mindray modelo DC-30

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 21 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Smart NT (Cálculo automático de la translusencia nucal)" Solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional, debido a que esta característica es una copia fiel de la marca Mindray modelo DC-30

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 22 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "UWN Contrast Imaging™ (Imagen contrastada no lineal)" solicitamos a la convocante que aclare si dicho punto se refiere a software de mejoramiento de bordes

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 23 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "iScape™ View (Vista panorámica en tiempo real)" Solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional, debido a que esta característica es una copia fiel de la marca Mindray modelo DC-30

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

20/08/25 17:19 5/21



Consulta 24 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Elastografia Natural de Toque" solicitamos amablemente a la convocante que este punto sea opcional debido a que la tecnología solicitada en este ítem se encuentra presente unicamente en equipos de gama alta, con precio muy superior al establecido como precio referencial en esta Licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 25 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Auto IMT Package (Medición automática del grosor de la Intima-Media). " Solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional o se elimine, debido a que esta característica es una copia fiel de la marca Mindray modelo DC-30

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 26 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Free Xros M™ (Modo M Anatomico)" Solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional o se elimine, debido a que esta característica es una copia fiel de la marca Mindray modelo DC-30

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 27 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "TDI (Tissue Doppler Imaging, incluye TVI, TEI,TVD and TVM)." Solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional o se elimine, debido a que esta característica es una copia fiel de la marca Mindray modelo DC-30

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 28 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Transductor Convexo C6-2P" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Convexo con Rango inferior a 1,5 MHz y Rango superior igual o mayor a 5 MHz"

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

20/08/25 17:19 6/21



Consulta 29 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Transductor Lineal, 7L4P" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal con Rango inferior a 4 MHz y Rango superior igual o mayor a 12 MHz"

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 30 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Transductor Volumétrico" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Volumétrico con Rango inferior a 2 MHz y Rango superior igual o mayor a 7 MHz"

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 31 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Transductor Endocavitario, 6CV1P" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Endocavitario con Rango inferior a 4 MHz y Rango superior igual o mayor a 10 MHz"

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 32 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemte a la convocante agregar la característica de: Rango Dinámico de 260 dB

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 33 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Donde dice: "Transductor Volumétrico"Solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional y modificar a "Capacidad de incorporar a futuro Transductor Volumétrico" debido a que la tecnología solicitada en este ítem hará superar el precio referencial de esta Licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

20/08/25 17:19 7/21



Consulta 34 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemte a la convocante agregar la característica de: Canales de procesamiento 170,000 o mejor

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 35 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemte a la convocante agregar la característica de: Frame Rate 490

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 36 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemte a la convocante agregar la característica de: Disco Duro de estado sólido

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 37 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemente a la convocante agregar la característica de: Opción a DICOM reporte estructurado

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 38 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemente a la convocante agregar la característica de: Captura de clips de 120 segundos o más

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 39 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemente a la convocante agregar la característica de: Modo doppler spectral

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

20/08/25 17:19 8/21



Consulta 40 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemente a la convocante agregar la característica de: Modo de visualización 4B

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 41 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemente a la convocante agregar la característica de: Disco Duro de estado sólido

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 42 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemente a la convocante agregar la característica de: Zoom de al menos 10x

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 43 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemente a la convocante agregar la característica de: Frame Rate 490

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 44 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemente a la convocante agregar la característica de: Canales de procesamiento 170,000 o mejor

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

Consulta 45 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos amablemente a la convocante agregar la característica de: Rango Dinámico de 260 dB

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

20/08/25 17:19 9/21



Consulta 46 - Capacidad Técnica

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Se solicita a la Convocante incluir entre las documentaciones para acreditar capacidad técnica el Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16.-

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2022

LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO

Consulta 47 - Capacidad Técnica

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

El PBC establece: "1. Copia de la Habilitación como fabricante, importador, distribuidor y comercializador de equipos médicos.."

Se solicita modificar lo requerido estableciéndose de la siguiente manera: " Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos."

Ello obedece a que esa es la denominación correcta del documento solicitado, y de no modificarse podría acarrear confusión a los posibles oferentes.-

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2022

LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO

Consulta 48 - Plazo de reposición de bienes

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

"Plazo de Reposición de Bienes", Página Número 13, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: "El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 3 (tres) días hábiles.

Solicitamos amablemente considerar 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de importación de piezas, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-07-2022

SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA

20/08/25 17:19 10/21



Consulta 49 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

El PBC en su Página Número 13, indica: "El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: Mínimo de 1 (un) año.

Solicitamos a la convocante:

Aclarar si los transductores también deberán tener una garantía de 1 año. Los mismos son considerados como materiales de desgastes y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante.

Aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2022

LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO

Consulta 50 - EETT Adecuaciones eléctricas

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Se solicita a la convocante determinar el responsable de las adecuaciones eléctricas que puedan ser necesarias para la instalación del equipo como ser una toma eléctrica con sistema de puesta a tierra.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2022

SE HA EMITIDO UNA ADENDA CON LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES

Consulta 51 - Reajuste

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Teniendo en cuenta la naturaleza del bien licitado, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:

Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

 $P = (Po \times 0.8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0.2 \times (Soe / Sao))$

Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta

Po= Precio Original de la Oferta

Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de Remisión y/o Acta de Recepción Definitiva.

Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas.

Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva.

Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.-

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2022

LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO

20/08/25 17:19 11/21



Consulta 52 - Formas y Condiciones de pago

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Solicitamos a la convocante aclarar a quien o quienes debe ir dirigida la Nota de solicitud de pago y en donde se debe presentar.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2022

DEBE IR DIRIGIDO AL RECTOR EL DR. CLARITO ROJAS MARIN Y DAR MESA DE ENTRADA EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Consulta 53 - Porcentaje de Multa

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

El PBC establece: "El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de 0,10%"

Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,01%.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2022

LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO

Consulta 54 - Anticipo:

Consulta Fecha de Consulta 18-07-2022

Se solicita contemplar el pago de anticipo de 20% del valor del contrato, más aún teniendo en cuenta que al ser el llamado plurianual, el pago total al proveedor recién se realizará en el 2023.-

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2022

LA CONVOCANTE NO OTORGA ANTICIPO EN NINGUNA LICITACIÓN

Consulta 55 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2022

Donde dice: "Equipo de ultrasonido digital, doppler color, portátil, para aplicaciones generales" Solicitamos a la convocante aclarar si el ecógrafo solicitado es portátil o modular, debido a que las características describen a un equipo modular más que a un equipo portátil.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

20/08/25 17:19 12/21



Consulta 56 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2022

Donde dice: "Archivo digital de imágenes en Disco duro integrado con capacidad de al menos 1TB" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Archivo digital de imágenes en Disco duro integrado con capacidad de al menos 500 GB" debido a que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 57 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2022

El Ajuste independiente de rotación e inclinación: rango ángulo de inclinación: 110 grados, rango ángulo de rotación: 180 grados es una característica constructiva de una marca determinada (MINDRAY) que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico. Por lo que solicitamos modificar el presente punto a: "Ajuste independiente de rotación e inclinación: rango ángulo de inclinación: 90 grados o mejor, rango ángulo de rotación: 160 grados o mejor," de modo a permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 58 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2022

Donde dice: "Transductor Lineal con un ancho de banda de 3.5 a 12.5 Mhz" solicitamos a la convocante modificar a: "Transductor Lineal con un ancho de banda de 5 Mhz (o menor) a 12 Mhz (o mayor)."

Dichos valores de ancho de banda son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de los diferentes Centros a nivel regional.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 59 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2022

Donde dice: "Transductor Convexo con ancho de banda de 1.8 - 6.0MHz" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Convexo con ancho de banda de 2 - 5 MHz." Dichos valores de ancho de banda solicitados son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de los diferentes Centros a nivel regional. Por lo que lo solicitado permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes con equipos de comprobada alta calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

20/08/25 17:19 13/21



Consulta 60 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2022

Donde dice: "Transductor Lineal con un ancho de banda de 3.5 a 12.5 Mhz" solicitamos a la convocante modificar a: "Transductor Lineal con un ancho de banda de 5 Mhz (o menor) a 12 Mhz (o mayor)."

Dichos valores de ancho de banda solicitados son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de los diferentes Centros a nivel regional. Por lo que lo solicitado permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes con equipos de comprobada alta calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 61 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2022

Donde dice: "Transductor Convexo con ancho de banda de 1.8 - 6.0MHz" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Convexo con ancho de banda de 2 - 5 MHz." Dichos valores de ancho de banda solicitados son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de los diferentes Centros a nivel regional. Por lo que lo solicitado permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes con equipos de comprobada alta calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 62 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2022

Donde dice: "Transductor de Endocavitario con ancho de banda de 3.5-12 MHz" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor de Endocavitario con ancho de banda de 3,5MHz (o menor) - 10 MHz (o mayor)." Dichos valores de ancho de banda solicitados son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de los diferentes Centros a nivel regional. Por lo que lo solicitado permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes con equipos de comprobada alta calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 63 - Ecógrafo

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2022

Donde dice: "Transductor Volumetrico con ancho de banda de 1.8-5.5 MHz" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Volumetrico con ancho de banda de 2MHz (o menor) - 7 MHz (o mayor)." Dichos valores de ancho de banda solicitados son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de los diferentes Centros a nivel regional. Por lo que lo solicitado permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes con equipos de comprobada alta calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

20/08/25 17:19 14/21



Consulta 64 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

Donde dice "Modo imágenes armonicas y PSH", solicitamos amablemente a la convocante aclara las sigras PSH considerando que dichas siglas no son parte de descripciones o especificaciones de ecógrafos, salvo que sea de una marca en específica. De otra manera solicitamos que el requerimiento sea opcional. De esta manera aclarar y dar participación a mayor cantidad de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 65 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

Donde dice "Transductor Lineal con un ancho de banda de 3.5 a 12.5 Mhz" Solicitamos amablemente a la convocante incluir rango en las frecuencias mínimas o máxima. Sugerimos Transductor Lineal con un ancho de banda de 6.0 o menor a 10 o mayor Mhz. De esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 66 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

Donde dice "Transductor Convexo con ancho de banda de 1.8 - 6.0MHz." Solicitamos amablemente a la convocante incluir rango en las frecuencias mínimas o máxima. Sugerimos Traductor convexo con ancho de banda de 2.5 o menor a 5.0 o mayor Mhz. De esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 67 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

Donde dice "Transductor de Endocavitario con ancho de banda de 3.5-12 " Solicitamos amablemente a la convocante incluir rango en las frecuencias mínimas o máxima. Sugerimos Transductor de Endocavitario con ancho de banda de 4.0 o menor a 8.0 o mayor Mhz. De esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

20/08/25 17:19 15/21



Consulta 68 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

Donde dice "Transductor Volumétrico con ancho de banda de 1.8-5.5 MHz", Solicitamos amablemente a la convocante agregar rangos a las frecuencias mínimas y máximas. De esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca. Sugerimos Transductor Volumetrico con ancho de banda de 2.0 Mhz o menor -5. MHz o mayor

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 69 - Plazo de reposición de bienes

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

1. Plazo de reposición de bienes:

"Plazo de Reposición de Bienes", Página Número 13, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: "El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 3 (tres) días hábiles.

Solicitamos amablemente considerar 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de importación de piezas, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante.

Esta consulta ya se había remitido (N° 48) en su V1, siendo la respuesta: "SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES MEDIANTE UNA ADENDA", no obstante no se ha modificado dicho plazo.-

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 70 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: Mínimo de 1 (un) año

Se solicita a la Convocante establecer que se exceptúan los transductores, pues los mismos son considerados como materiales de desgastes y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante.

Aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural.

Es importante aclarar estos puntos pues repercuten en la cotización del bien, por lo que la falta de información clara y completa genera una incertidumbre al oferente. en cuanto a las condiciones del llamado-

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

20/08/25 17:19 16/21



Consulta 71 - EETT Adecuaciones eléctricas

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

En la v1 se ha solicita a la convocante determinar el responsable de las adecuaciones eléctricas que puedan ser necesarias para la instalación del equipo como ser una toma eléctrica con sistema de puesta a tierra.

Fecha de Respuesta: 20-07-2022

Respuesta:

SE HA EMITIDO UNA ADENDA CON LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES

No obstante, en la última versión no se encuentra la modificación por lo que se reitera la consulta.-

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 72 - Reajuste

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

Teniendo en cuenta la naturaleza del bien licitado, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:

Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

 $P = (Po \times 0.8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0.2 \times (Soe / Sao))$

Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta

Po= Precio Original de la Oferta

Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de Remisión y/o Acta de Recepción Definitiva.

Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas.

Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva.

Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.-

Se reitera la consulta teniendo en cuenta que la formula de reajuste contenida en el PBC actualmente NO condice con la naturaleza del objeto del llamado.-

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

20/08/25 17:19 17/21



Consulta 73 - Capacidad Técnica

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

El PBC establece: "1. Copia de la Habilitación como fabricante, importador, distribuidor y comercializador de equipos médicos.."

Se solicita modificar lo requerido estableciéndose de la siguiente manera: " Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos."

Se reitera la consulta pues de no modificarse podría acarrear confusión a los posibles oferentes.-

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 74 - Experiencia Requerida

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

Se solicita a la Convocante que los equipos médicos para acreditar la capacidad técnica sean en la modalidad ofertada, de modo a brindar mayores garantías a la Convocante de la experiencia del oferente de acuerdo a la complejidad del producto ofertado.-

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 75 - Capacidad Técnica

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

Se solicita a la Convocante incluir entre las documentaciones para acreditar capacidad técnica el Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16. Caso de no solicitarlo sería un incumplimiento legal.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 76 - Porcentaje de Multa:

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

El PBC establece: "El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de 0,10%"

Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,01% en equidad al porcentaje de mora.-

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

20/08/25 17:19 18/21



Consulta 77 - Plan de entrega de bienes

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

Donde dice: "Fecha de entrega del bien En un plazo no mayor a 60 (sesenta) días corridos", Solicitamos que el plazo de entrega del equipo sea al menos "75 días hábiles contados a partir de la

recepción de la orden de compra por parte del proveedor". Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística.-

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 78 - Plazo de reposición de bienes

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

El PBC establece: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 3 días hábiles.

Solicitamos amablemente a la Convocante considerar el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción del reclamo, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de reposición, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante. Más aún teniendo en cuenta la industria de la salud, como muchas otras, que se ve muy afectada por los desafíos en cadena de suministro global (escasez de chips, problemas logísticos, que también afectan los viajes de vacaciones) y agregando a esos problemas que tuvimos recientemente, el cierre en China, y los problemas causados por la inflación y la crisis energética y un conflicto en Europa. Esos han impactado áreas con nuestro Ecosistema de Cadena de Suministro, y trae incertidumbres en la producción de equipos y la planificación de la entrega a corto, mediano y largo plazo.-

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 79 - Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

El PBC establece: "5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)" Se sugiere a la Convocante suprimir este requisito en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 6919/22, para la cual los oferentes y proveedores ya no se encuentran obligados a la presentación de la Constancia que acredita la presentación de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos en los procedimientos de contrataciones públicas

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

20/08/25 17:19



Consulta 80 - Experiencia Requerida

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Se sugiere amablemente a la Convocante que la capacidad requerida sea de equipos médicos como mínimo de la modalidad ofertada.-

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La institución se mantendrá con las especificaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y con la ADENDA

Consulta 81 - Item 1.

Consulta Fecha de Consulta 16-08-2022

Donde dice: 4(Cuatro) botones programables, funciones disponibles para aquellos definidos por usuario, solicitamos que este punto sea opcional para dar mayor participación a los oferentes o en su defecto diga: 4(Cuatro) botones programables, funciones disponibles para aquellos definidos por usuario o Botones pre programados para activar las modalidades principales: Modo B, Modo M, 3D/4D, CFM, PW, CW, considerando que la función de los botones programables es conseguir activar las funciones directamente

Respuesta Fecha de Respuesta 17-08-2022

LA CONVOCANTE SE MANTIENE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO Y EN LA ADENDA

Consulta 82 - ECOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 16-08-2022

Donde dice: Archivo digital de imágenes en Disco duro integrado con capacidad de al menos 1TB, solicitamos diga Archivo digital de imágenes en Disco duro integrado con capacidad de al menos 500GB para mayor participación de los oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 17-08-2022

LA CONVOCANTE SE MANTIENE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO Y EN LA ADENDA

Consulta 83 - ECOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 16-08-2022

Donde dice: Modo imágenes armonicas y PSH, solicitamos diga Modo imágenes armonicas y PSH o función similar ya que PSH es una marca registrada que corresponde a una función exclusiva de Mindray

Respuesta Fecha de Respuesta 17-08-2022

LA CONVOCANTE SE MANTIENE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO Y EN LA ADENDA

Consulta 84 - ECOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 16-08-2022

Donde dice: Modo B panorámico, por desplazamiento lateral del transductor de 90 cm o más, solicitamos diga: Modo B panorámico, por desplazamiento lateral del transductor de 60 cm o más, para dar mayor participación de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 17-08-2022

LA CONVOCANTE SE MANTIENE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO Y EN LA ADENDA

20/08/25 17:19 20/21



Consulta 85 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 1

Consulta Fecha de Consulta 16-08-2022

Donde dice: Transductor de Endocavitario con ancho de banda de 3.5-12 MHz, solicitamos diga Transductor de Endocavitario con ancho de banda de 3.5-10 MHz o mayor

Respuesta Fecha de Respuesta 17-08-2022

LA CONVOCANTE SE MANTIENE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO Y EN LA ADENDA

Consulta 86 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 1

Consulta Fecha de Consulta 16-08-2022

Recomendamos incluir Carro de transporte de fábrica

Respuesta Fecha de Respuesta 17-08-2022

LA CONVOCANTE SE MANTIENE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO Y EN LA ADENDA

20/08/25 17:19 21/21