

# **Consultas Realizadas**

# Licitación 415949 - LPN N° 01/2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL PROYECTO RESPUESTA DE EMERGENCIA AL COVID 19 (BIRF 9089-19) - MSPYBS

## Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 28-07-2022

Item 1 Monitor multiparamétrico

Donde dice Rango dinâmico de ECG: 1 a 10mV o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar acotar el requerimiento de la siguiente manera. Rango dinámico de ECG: 1 o menor a 8mV o mayor, la solicitud obedece que el rango sugerido es suficiente para aplicación en todos los tipos de paciente y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.

## Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 28-07-2022

Item 1 Monitor Multiparamétrico

Donde dice Modo de detección de marcapasos, Sugerimos amablemente a la convocante solicitar este requerimiento de la siguiente manera, Modo de detección o función de Marcapasos considerando que el requerimiento hace referencia a la misma función con distinta nominación. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas

# Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 28-07-2022

Item 1 Monitor Multiparamétrico

Donde dice El oferente deberá cotizar equipos con rango de medición de NIBP de 20mmHg o menos a 250mmHg o mayor para el caso de adulto/pediátrico. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar este punto considerando que el rango de medición de NIBP para paciente adultos corresponde a lo requerido; Sin embargo, el rango de medición de NIBP para pacientes pediátricos 250mmHg es muy elevado, generalmente 200mmHg es un rango muy considerable para estos tipos de pacientes. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

# Consulta 4 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 28-07-2022

Item 2 Cardiodesfibrilador

Donde dice Se debe incluir software para PC (al menos una licencia por equipo) que permita la visualización de datos/eventos grabados por el desfibrilador y cualquier accesorio necesario para la transferencia de datos del equipo a la PC. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a esta función como opcional, considerando que la mayoría de los equipos cuentan con memoria interna para almacenar datos, además cuenta con pantallas para visualizar cualquier evento o tendencia y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.

16/11/25 15:41 1/10



# Consulta 5 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 28-07-2022

Item 2 Cardiodesfibrilador

Donde dice Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frecuencia de marcapasos de 140 o mayor. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

# Consulta 6 - Precio Referencial Item 2 y 3

Consulta Fecha de Consulta 28-07-2022

Favor verificar precio referencial del Item 2 y 3, ya que los mismos salen de los parametros normales de precios

#### Consulta 7 - Ítem Nº 2 Carro desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 01-08-2022

6.3 Despliegue en pantalla:

- -Frecuencia cardiaca.
- -Un trazo de ECG como mínimo a seleccionar por lo menos de entre las derivaciones 1, 11, 111 y palas.

Creemos que la descripción correcta deve ser I, II, III, favor verificar.

# Consulta 8 - Ítem Nº 3 Carro de paro

Consulta Fecha de Consulta 01-08-2022

2.12

¿Se podría cotizar con ancho mínimo de 0.62m y profundidad de 0.49m?

# Consulta 9 - Plan de entrega de los bienes

Consulta Fecha de Consulta 01-08-2022

¿Se podría ampliar el plan de entregas a por lo menos 45 días corridos posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor?

# Consulta 10 - 7. Inspecciones y pruebas

Consulta Fecha de Consulta 01-08-2022

En el párrafo 2 establece que los equipos seran instalados en las instituciones señaladas por el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular procederá a elaborar el Acta de Recepción de Bienes de conformidad con el Administrador del Contrato.

Favor indicar los lugares donde deben ser instalados los equipos, considerando que en el Plan de Entregas dice que el lugar será el Parque Central del MSP y BS.

# Consulta 11 - Precios Referenciales -item 2 y 3

Consulta Fecha de Consulta 01-08-2022

Favor vrificar los precios referenciales de estos ítems, al parecer fueron invertidos.

# Consulta 12 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Donde dice: Rango de impedancia: 100 Ω-1500Ω

Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar rango de 500Ω-2000Ω.

16/11/25 15:41 2/10



# Consulta 13 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Donde dice: Detector de sensibilidad: 0,5 ohm min.

Consulta: Solicitamos a la convocante aclarar a que sensibilidad se refiere? Indicar si es resolución de medición o

precisión de medición.

Favor aclarar

# Consulta 14 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Donde dice: 4 (cuatro) sensores SpO2 reutilizables para pacientes pediátricos y neonatales. De la misma marca del equipo. Consulta: Favor aclarar sin son 4 SpO2 pediatricos y 4 SpO2 Neonatales o son 2 de cada uno

# Consulta 15 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Donde dice: 4 (cuatro) brazales para presión no invasiva, de la misma marca del equipo. Para circunferencias de brazo dentro del rango de: 3,1 cm +/-1 cm y 5,7 cm+/- 1 cm.

Solicitamos a la convocante poder ofertar brazales dentro del rango 3-5.5 cm

#### Consulta 16 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Donde dice: 4 (cuatro) brazales para presión no invasiva, de la misma marca del equipo. circunferencias de brazo dentro del rango de: 4,3 cm+/- cm y 8 cm+/- 1 cm

Consulta: Solicitamos a la convocante poder ofertar brazales dentro del rango de 4-8cm.

## Consulta 17 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Donde dice: 4 (cuatro) brazales para . presión no invasiva, de la misma marca del equipo. Para circunferencias de brazo dentro del rango de: 5,8 cm +/-10,9 cm+/- 1cm.

Consulta: Solicitamos a la convocante poder ofertar brazales dentro del rango de 6cm-11cm.

# Consulta 18 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Donde dice: 4 (cuatro) brazales para presión no invasiva, de la misma marca del equipo. circunferencias de brazo dentro del rango de: 7,1 cm +/-1 cm y 13,1 cm +/-1 cm.

Consulta: Solicitamos a la convocante poder ofertar brazales dentro del rango de 7-13cm.

# Consulta 19 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Donde dice: 4 (cuatro) brazales para presión no invasiva, de la misma marca del equipo. Para circunferencias de brazo dentro del rango de: 12 cm +/-1 cm y 19 cm +/-1 cm.

Consulta: Solicitamos a la convocante poder ofertar brazales dentro del rango 14-20cm.

16/11/25 15:41 3/10



## Consulta 20 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Donde dice: 4 (cuatro) brazales para presión no invasiva, de la misma marca del equipo. Para circunferencias de brazo dentro del rango de: 17 cm +/-1 cm y 25 cm +/-1 cm.

Consulta: Solicitamos a la convocante poder ofertar brazales dentro del rango de 18-26cm.

#### Consulta 21 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Solicitamos a la convocante una variacion de (+-2cm) en las medidas solicitadas de los brazales, para dar oportunidad a la participacion de mas oferentes.

#### Consulta 22 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Donde dice: Toma tipo Schuko o con adaptador para el mismo con cable de al menos 2 metros Solicitamos poder ofertar cable de 1.8 metros.

#### Consulta 23 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Donde dice: Rango de medición 15 a 300 1pm

Solicitamos a la convocante aclarar si es para ECG o SpO2

#### Consulta 24 - Plazo de entrega

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Dada la envergadura del llamado y considerando que es necesario contar con mayor tiempo para la entrega de los Bienes a ser importados, solicitamos extender el plazo de entrega a 90 dias desde la recepcion de le orden de compra.

# Consulta 25 - Item 1 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Tratandose de equipos importados solicitamos a la convocante anticipo finaciero del 40% para cubrir algunos gastos de la importacion.

#### Consulta 26 - ITEM 2 CARDIODESFIBRILADOR:

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

#### DONDE SOLICITAN:

7 SPO2

7.1 Despliegue en pantalla: - Porcentaje numérico de SPO2 Curva de Pletismógrafo + Frecuencia de Pulso.

7.2 Alarma visibles y audibles, seleccionabas por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SPO2 Solicitamos que los puntos mencionados sean considerados como OPCIONAL, atendiendo que las misma dentro de lo habitual son parámetros medidos en los monitores multiparamétricos, y no se precisan en los Cardiodesfibriladores que siempre se encuentran en un ambiente donde también están los monitores. Con esto solo se intenta dirigir y en consecuencia elevar el precio innecesariamente, saliéndose por lejos del precio referencial establecido.

16/11/25 15:41 4/10



#### Consulta 27 - PRECIOS REFERENCIALES:

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Favor notar que los precios referenciales publicados en el portal no condicen con los equipos solicitados para cada ítem. Creemos que existe un error, que el precio referencial unitario publicado para el ítem 2 para 30 unidades de Cardiodesfibriladores de Gs. 17.966.600, corresponderían al Item 3 Carro de paro de 30 unidades que están fijados en Gs. 53.353.890.

Estimamos que están invertidos estos precios, favor corregir y actualizar los precios.

#### Consulta 28 - ITEM 2 CARDIODESFIBRILADOR:

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

DONDE SOLICITAN:

7 SPO2

- 7.1 Despliegue en pantalla: Porcentaje numérico de SPO2 Curva de Pletismógrafo + Frecuencia de Pulso.
- 7.2 Alarma visibles y audibles, seleccionabas por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SPO2

Solicitamos que los puntos mencionados sean considerados como OPCIONAL, atendiendo que las misma dentro de lo habitual son parámetros medidos en los monitores multiparamétricos, y no se precisan en los Cardiodesfibriladores que siempre se encuentran en un ambiente donde también están los monitores. Con esto solo se intenta dirigir y en consecuencia elevar el precio innecesariamente, saliéndose por lejos del precio referencial establecido.

# Consulta 29 - DONDE SE SOLICITAN: 9.1 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO:

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

En el punto 2. Donde solicitan Certificado de Registro Sanitario del dispositivo médico, no comprendemos porque indican o constancia de inicio de tramite cuando que en todas los demás llamados se solicitan que este vigentes, esto es una forma de beneficiar a empresas de matetin, que inician las incripciones, proveen los equipos importados ilegalmente y luego desaparecen. Porque permiten este tipo de acciones, con esta posición no se da una igualdad de competencia, ya que habilitan a empresas que con solo meter un pequeño expediente de registro ya pueden participar solicitando la constancia habilitada. Dejen de tratar de dar beneficios a empresas inescrupulosas, y colaboren para que seamos un país más serios y menos corruptos.

Por todo lo expuesto solicitamos, que el requisito documental se establezca como sigue,

Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente del dispositivo médico cotizado, emitido por D.N.V.S. M.S.P. Y B.S. en concordancia con la primera documentación solicitada, donde ahí no habilitan la presentación de una constancia de estar en trámite. En caso contrario nos veremos en la necesidad de hacer uso del derecho a protestar contra el pliego de bases y condiciones.

## Consulta 30 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta Pecha de Consulta 02-08-2022

Demostrar experiencia en PROVISION de Equipos/ DISPOSITIVOS MEDICOS con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto ofertado en la presente Licitación, en cualquiera de los siguientes años 2019-202-2021. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera Demostrar experiencia en PROVISION de Equipos/ DISPOSITIVOS MEDICOS con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado en la presente Licitación, en cualquiera de los siguientes años 2019-202-2021

#### Consulta 31 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Solicitamos a la convocante que sean 70 dias una vez emitida la orden de compra y recepcionada por el proveedor.

16/11/25 15:41 5/10



## Consulta 32 - carro de paro

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

donde dice Paragolpes de Goma envolviendo todo el carro

Solicitamos se acepten equipos cuyas superficies son de ABS integral, debido a que con esto aseguramos que todo el equipo en ta protegido contra impactos fuertes. cabe mencionar que actualmente los paragolpes recubiertos con goma ya son un tipo de proteccion obsoleta y lo cual ya no es utilizado debido a que no asegura la durabilidad del carro de paro. Como es sabido en los hospitales publicos las exigencias de uso son mayores, los paragolpes recubiertos de goma se siguen utilizando en pequeñas clinicas donde el uso de los mismo no es exigente.

# Consulta 33 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 2

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Consultamos respetuosamente que revean el precio referencial fijado para ése item, debido a que por el DEA y el Cardiodesfibrilador están con el mismo código de catálgo en la página de contrataciones. Creemos que en éste caso hubo un error involuntario debido a que asignaron un precio referencial de DEA de aprox. 17 millones a un cardiodesfibrilador que esta a un precio muy superior.

Para explicar de otra manera, un cardiodesfibrilador es un monitor multiparamétrico más un desfibrilador incorporado, en el item 1 el monitor multiparamétrico tiene un precio muy superior (y que corresponde) a lo que están estimando en el ítem 2.

Solicitamos rever el precio referencial para no declarar desierto el ítem

# Consulta 34 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 1

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

En la sección de accesorios se encuentra extremadamente detallado los accesorios, lo cual, normalmente se acostumbra a solicitar un tipo y tamaño específico, dependiendo para el tipo de paciente que se utilizará. Solicitamos no direccionar el item 1 a traves de los accesorios solicitados en la parte descriptiva

# Consulta 35 - Plan de Entrega de Bienes

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Teniendo en cuenta las cantidades solicitadas, Solicitamos que el plazo de entrega sea al menos de 90 días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor

#### Consulta 36 - Precio Referencial

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Favor tener en cuenta que el precio Referencial del ítem 2 Cardiodesfibrilador se encuentra muy por debajo del precio real de mercado. Se puede suponer que hay un error de orden y que el precio referencial del item 1 Monitor corresponde al precio de referencia del ítem 2 y viceversa

16/11/25 15:41 6/10



#### Consulta 37 - PARA TODOS LOS ITEMS

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

CONSULTA: Considerando que el Paraguay ya no registra nuevas muertes por COVID, se solicita que el plazo de entrega sea de 120 días como mínimo. La justificativa a esta solicitud sería los atrasos en la fabricación y entrega de equipos médicos por falta de chips y componentes electrónicos, atribuídos principalmente a dos factores principalmente, según los expertos: Las causas comúnmente citadas de la escasez incluyen la pandemia de COVID-19 en CHINA, y la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

 $https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220312/8119652/entrega-chips-aumenta-escasez-semiconductores-pmv.html \\ https://www.bbc.com/mundo/noticias-55955119$ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez\_global\_de\_chips\_(2020-presente)

https://www.youtube.com/watch?v=rwwLtiNxPzM

https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/paraguay

# Consulta 38 - Consulta para los items 1,2,3

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

No se justifica un plazo de entrega tan corto siendo que la pandemia del COVID 19 y no registra muertes en nuestra país. De forma a no dirigir la licitación a un oferente, se solicita que el plazo de entrega de los equipos sea de mínimo 90 días.

# Consulta 39 - Ítem Nº 2 Carro desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

6.3 Un trazo de ECG como mínimo a seleccionar por lo menos de entre las derivaciones 1, 11, 111 y palas ¿No debería decir I, II, III y palas?

# Consulta 40 - Precios Referenciales -item 2 y 3

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Solicitamos verificar los precios referenciales de los ítems 2 y 3, aparentemente fueron invertidos en orden

#### Consulta 41 - item 2 Cardio desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Consulta Se consulta si se puede cotizar equipo con pantalla touchscreen color de 7 pulgadas o mayor.

## Consulta 42 - Plan de entrega de los bienes

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Solicitamos ampliar el plan de entrega a por lo menos 45 días desde posteriores a la recepción de la orden de compra por parte del proveedor

#### Consulta 43 - item 2 Cardio desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

CONSULTA Favor aclarar si en la pantalla del monitor se debe visualizar la energía seleccionada y la energía aplicada al paciente.

16/11/25 15:41 7/10



## Consulta 44 - 7. Inspecciones y pruebas

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

En el segundo párrafo dice entre otras cosas que los equipos deberan ser instalados en las instituciones señaladas por el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular

Solicitamos indicar los lugares donde deberán ser instalados los equipos, considerando que en el Plan de Entregas se establece el Parque Central del MSP y BS

#### Consulta 45 - item 2 Cardio desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

CONSULTA Favor aclarar si la velocidad de barrido de las curvas debe ser: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, seleccionable por el usuario.

#### Consulta 46 - item 2 Cardio desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

CONSULTA Se consulta si el equipo debe detectar y monitorizar la profundidad de las compresiones en una RCP.

# Consulta 47 - Ítem Nº 1 Monitor Multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022	
---------------------------------------	--

¿Se podría considerar el Trend Memory como opcional?

# Consulta 48 - Ítem Nº 1 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2022
¿Se podría cotizar con peso mínimo de 6kg?		

#### Consulta 49 - item 2 Cardio desfibrilador

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

CONSULTA Favor aclarar si en la pantalla del monitor se debe visualizar la energía seleccionada y la energía aplicada al paciente.

# Consulta 50 - Ítem Nº 1 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2022	
¿ Se podría cotizar con Frecuencia respiratoria de 0 a 150 rpm?			

# Consulta 51 - Ítem Nº 1 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2022
¿Se podría cotizar con rango de impedancia: 200 a 2500 o menor?		

# Consulta 52 - item 1 monitor multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2022

CONSULTA En las especificaciones se solicitan display de 10 pulgadas y 6 ondas gráficas para signos vitales. Consideramos que una pantalla de 10 pulg. es muy pequeña. Se recomienda una pantalla de 12 pulgadas mínimo para visualizar 6 ondas. Favor verificar y corregir.

16/11/25 15:41 8/10



# Consulta 53 - Ítem Nº 1 Monitor Multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

¿Se podría cotizar con detector de sensibilidad: 0.5ohm min o menor?

# Consulta 54 - Ítem Nº 1 Monitor Multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

¿Se podría cotizar con rango de medición NIBP de 40mmHg o menos a 200mmHg o más?

# Consulta 55 - Ítem Nº 1 Monitor Multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

¿Se podrían cotizar monitores totalmente modulares o preconfigurados?

¿La tecnología Plug and Play podría ser considerado opcional, teniendo en cuenta que limita la participación de otras marcas?

# Consulta 56 - Ítem Nº 1 Monitor Multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

¿Es necesario que los monitores también cuenten con IBP?

#### Consulta 57 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Donde dice: Dimensiones: 200 a 370 x 200 a 350 x 145 a 200 mm, solicitamos que se indiquen que estas medidas son referenciales, puesto que no interfieren en las funciones del monitor

#### Consulta 58 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Donde solicitan: Detección de contracciones ventriculares prematuras con display indicador, solicitamos que este punto sea considerado opcional para no limitar la participación.

#### Consulta 59 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

En las especificaciones técnicas, luego de los accesorios se encuentran repetidos y con otros valores especificaciones técnicas de temperatura, respiración, etc, solicitamos que estas especificaciones sean eliminadas.

#### Consulta 60 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

En las especificaciones técnicas, luego de los accesorios se encuentran otras especificaciones en las que se solicita presión invasiva con sus cables, considerando que en la primera porción no se solicita, por favor aclarar si este parámetro es requerido o no

#### Consulta 61 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

En las especificaciones técnicas se indica: Los monitores deben ser totalmente modulares con tecnología Plug & Play para crecimiento futuro, como el monitor es de porte pequeño y con bajas prestaciones, solicitamos se puedan cotizar monitores preconfigurados.

16/11/25 15:41 9/10



#### Consulta 62 - ITEM 2 CARDIODESFIBRILADOR

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Solicitamos que el precio referencial sea elevado o que las especificaciones sean revisadas, las especificaciones técnicas corresponden a un desfibrilador/monitor con marcapaso externo y el precio referencial corresponde a un desfibrilador del tipo DEA.

#### Consulta 63 - ITEM 2 CARDIODESFIBRILADOR:

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

DONDE SOLICITAN:

7 SPO2

- 7.1 Despliegue en pantalla: Porcentaje numérico de SPO2 Curva de Pletismógrafo + Frecuencia de Pulso.
- 7.2 Alarma visibles y audibles, seleccionabas por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SPO2

Solicitamos que los puntos mencionados sean considerados como OPCIONAL, atendiendo que las misma dentro de lo habitual son parámetros medidos en los monitores multiparamétricos, y no se precisan en los Cardiodesfibriladores que siempre se encuentran en un ambiente donde también están los monitores. Con esto solo se intenta dirigir y en consecuencia elevar el precio innecesariamente, saliéndose por lejos del precio referencial establecido.

#### Consulta 64 - PRECIOS REFERENCIALES:

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Favor notar que los precios referenciales publicados en el portal no condicen con los equipos solicitados para cada ítem. Creemos que existe un error, que el precio referencial unitario publicado para el ítem 2 para 30 unidades de Cardiodesfibriladores de Gs. 17.966.600, corresponderían al Item 3 Carro de paro de 30 unidades que están fijados en Gs. 53.353.890. Estimamos que están invertidos estos precios, favor corregir y actualizar los precios.

# Consulta 65 - DONDE SE SOLICITAN: 9.1 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO:

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

En el punto 2. Donde solicitan Certificado de Registro Sanitario del dispositivo médico, no comprendemos porque indican o constancia de inicio de tramite cuando que en todas los demás llamados se solicitan que este vigentes, esto es una forma de beneficiar a empresas de matetin, que inician las incripciones, proveen los equipos importados ilegalmente y luego desaparecen. Porque permiten este tipo de acciones, con esta posición no se da una igualdad de competencia, ya que habilitan a empresas que con solo meter un pequeño expediente de registro ya pueden participar solicitando la constancia habilitada. Dejen de tratar de dar beneficios a empresas inescrupulosas, y colaboren para que seamos un país más serios y menos corruptos.

Por todo lo expuesto solicitamos, que el requisito documental se establezca como sigue,

Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente del dispositivo médico cotizado, emitido por D.N.V.S. M.S.P. Y B.S. en concordancia con la primera documentación solicitada, donde ahí no habilitan la presentación de una constancia de estar en trámite. En caso contrario nos veremos en la necesidad de hacer uso del derecho a protestar contra el pliego de bases y condiciones.

#### Consulta 66 - ITEM 1 - MOBNITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

Donde solicitan: Rango de impedancia: 100 a 1500 Ω, solicitamos se puedan ofertar monitores con rango de impedancias de 200 a 2500 Ω

16/11/25 15:41 10/10