

Consultas Realizadas

Licitación 416817 - LPN № 68/2022 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL DE VILLA ELISA - MSPYBS"

Consulta 1 - Ítem 06 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2022
Normas de calidad: CE.		
¿Se podría cotizar CE y/o FDA?		

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 2 - Ítem 06 Monitor Multiparamétrico

C	onsulta	Fecha de Consulta	04-08-2022
¿Se podría cotizar resolución de al menos 1024x760 pixeles o mejor?			

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Se requieren de equipos con una resolución de al menos 1360 x 760 pixeles como mínimo para una mejor visualización de los parámetros por el operador y para evitar que se oferten equipos de trasporte. Ajustarse a la primera versión del PBC.-

Consulta 3 - Ítem 06 Monitor Multiparamétrico

	Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2022
¿Se podría cotizar con almacenamiento de tendencias de al menos 120 horas o mayor?		ayor?	

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022
Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 4 - Ítem 06 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2022
¿Se podría cotizar con capacidad de almacenamiento de hasta 60 eventos o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2022
Aiustarse a la última versión	del PBC	

Consulta 5 - Ítem 06 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2022
¿Se podría cotizar con batería de al menos 3 horas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2022
Ajustarse a la última versión del PBC		



Consulta 6 - Ítem 06 Monitor Multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Los monitores deben contar con la posibilidad de instalar a futuro RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software. ¿Podría ser considerado Opcional para los casos en que se cotice monitores preconfigurados?

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 7 - Ítem 06 Monitor Multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Respiración:

¿Se podría cotizar rango de medición de 3 o menor a 150RPM?

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 8 - Ítem 06 Monitor Multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Temperatura

¿Se podría cotizar de 25 a 45º o mejora rango?

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 9 - Ítem 06 Monitor Multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Presión Invasiva

¿Se podría cotizar rango de medición de -40 a 300mmHg o mejor rango?

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 10 - Ítem 07 Carro de Paro

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

¿Se podría cotizar de acero de alta resistencia acabado en frio o acero al carbono?

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Estas especificaciones técnicas consideran requisitos mínimos, por lo que si se ofertan equipos con mejores características, estos se tendrán en cuenta. Ajustarse a la primera versión del PBC.-



Consulta 11 - Ítem 07 Carro de Paro

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

¿Se podría cotizar cubierta superior en acrílico que no sea transparente?

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

El objetivo de que la cubierta Superior sea trasparente es el de mantener a la vista el contenido del compartimento y facilitar los controles del operador sin perder la capacidad de almacenamiento y resguardo de su contenido. Ajustarse a la primera versión del PBC.-

Consulta 12 - Ítem 07 Carro de Paro

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Tabla RCP en MDF

¿Podrían aclarar a que se refieren con MDF?

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

MDF significa Medium density fiber board. Son láminas de madera unidas por resina sintética y comprimidas por presión y calor, dando como resultado tableros sólidos y muy uniformes, con buen acabado y durabilidad.

Consulta 13 - Ítem 07 Carro de Paro

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

¿Se podría cotizar con ruedas plásticas o estructura en acero de 4 pulgadas o más?

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 14 - Ítem 07 Carro de Paro

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

¿Se podría considerar como opcional las medidas del plato, la tabla y las gavetas?. Para evitar dirigir las especificaciones a una marca específica.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Favor ajustarse al PBC. Las medidas consideradas son las mínimas necesarias para un correcto funcionamiento y distribución de los medicamentos dentro del carro de paro.



Consulta 15 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 1 Servocuna

Donde dice Movimiento de Trendelermburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos +/- 15°. Lámpara o elemento calefactor abatible o que permita el acceso del equipo de rayos X. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con movimiento de trendelemburg directo en inverso accionados eléctricamente, de al menos +/-12°C de inclinación. Considerado que es angulación suficiente para cualquier procedimiento médico. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 16 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 1 Servocuna

Donde dice Idioma de paneles: Español con su correspondiente pictografía. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar Idioma de paneles: Español o Ingles con su correspondiente pictografía. Considerando que esta no altera las prestaciones del equipo, además el modulo de control de la cuna de calor radiante generalmente esta compuesta de números, símbolos, y código de errores. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 17 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 1 Servocuna

Donde Dice Verificación de paciente o vigilar paciente en modo manual. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento como opcional o eliminar del requisito. Esta solicitud se debe que es una función propia de la marca medix; Además la manera mas propicia de vigilar paciente o monitorizar es con la función servo controlada con el sensor de temperatura piel, el cual la mayoría de las marcas cumplen con dicha función.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022



Consulta 18 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 1 Servocuna

Donde dice Silenciado manual de alarmas por 15 minutos. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con silenciado manual de alarmas de 12 minutos o más, el pedido obedece a que cualquier condición de alarma debe ser suprimida en el menor tiempo posible, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas. Sugerimos silenciado manual de alarmas por 15 min. +/-3min.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 19 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 1 servocuna

Donde dice Toma corriente adicional inter construido, uno como mínimo. Con enchufe tipo Schuko Solicitamos amablemente a la convocante que este requerimiento sea opcional, considerando que tomas auxiliares adheridos al equipo puede presentar un riesgo para la integridad del paciente.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 20 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 1 Servocuna

Donde dice Sistema de fallas/ Autodiagnostico. Donde dice sistema de fallas y autodiagnóstico. Solicitamos amblemente a la convocante agregar a esta función como opcional. Considerando que existen otras descripciones para la misma función como códigos de errores o indicadores de fallas. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 21 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos

Donde dice Modulo visible a distancia que permita su giro lateral y vertical para posicionarlo según la necesidad del usuario. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con modulo visible a distancia que permita y su ajuste de altura vertical para posicionarlo según necesidad de usuario. El modulo visible con giro lateral es propia de la marca medix, de esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de las especificaciones técnicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

09/11/25 13:27 5/26



Consulta 22 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos

Indicación de las alarmas en forma audiovisual, con identificación mediante una matriz de LED. Solicitamos amablemente a la convocante agregar al requerimiento o mediante Pantalla. De esta manera aceptar equipos con mejores prestaciones a lo requerido y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes sabiendo que es de público conocimiento que estas especificaciones técnicas son propias de la marca medix.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 23 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos

Donde dice El equipo deberá permitir realizar movimientos accionados electrónicamente con tecla de autocentrado Trendelemburg-Anti-Trendelemburg continuos, que permita llegar a un ángulo de +/-15°. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con posicionamiento de trendelemburg inverso y reverso en forma manual y que permita llegar a un ángulo de +/-12°. Sugerimos El equipo deberá permitir realizar movimiento de altura accionados electrónicamente; Movimiento de Trendelemburg-Anti-Trendelemburg manual, que permita llegar a un ángulo de 15° +/-3°. De esta manera permitir la participación de mayor cantidad de oferentes sabiendo que es de público conocimiento que estas especificaciones técnicas son propias de la marca medix.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 24 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos

Donde dice Deberá poseer un gabinete rodante con cuatro ruedas, de almenos tres con freno muy robusto, de máxima seguridad para el traslado dentro de terapia. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con al menos dos ruedas con frenos. Generalmente los equipos se fabrican con 2 ruedas con frenos o freno en las cuatro ruedas. Que se solicite freno en 3 ruedas es para diferenciar especificaciones técnicas y tratar de direccionar, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

09/11/25 13:27 6/26



Consulta 25 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 2 incubadora

Donde dice Temperatura de Pile T1, Rango: $10 \text{ a } 45^\circ +/-0,3^\circ \text{C}$. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar la acotación $+/-0,3^\circ \text{C}$. Sugerimos sustituir por $+/-3^\circ \text{C}$, consideramos que es un error de digito por lo que el valor solicitado es muy inferior a intensión de ampliar esta especificación.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 26 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos

Donde dice temperatura Piel T1 Control: 34-37° C con rango extendido a 38°C Solicitamos amablemente a la convocante aclarar o eliminara la descripción rango extendido a 38°C. Considerando que la descripción como tal es propia de especificaciones técnicas de la marca medix, se puede observar claramente en el manual o ficha técnica de modelo Natal Care. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 27 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos

Donde dice temperatura AireControl: 20-37° C con rango extendido a 39°C Solicitamos amablemente a la convocante aclarar o eliminar la descripción rango extendido a 39°C. Considerando que la descripción como tal es propia de especificaciones técnicas de la marca medix, se puede observar claramente en el manual o ficha técnica de modelo Natal Care.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 28 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos

Donde dice Silenciar las alarmas acústica durante 15 minituos, La aparición de una nueva condición de alarma la activa nuevamente.. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con silenciado manual de alarmas de 12 minutos o más, el pedido obedece a que cualquier condición de alarma debe ser suprimida en el menor tiempo posible, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas. Sugerimos silenciado manual de alarmas por 15 min. +/-3min.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

09/11/25 13:27 7/26



Consulta 29 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos

Donde dice Pantalla que permita ingresar peso del paciente y edad gestacional Solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional a este requerimiento o solicitar que el equipo tenga balanza incorporada, que es de mayor utilidad para obtener y agregar el dato del peso del paciente; Además esta especificación es propia de la marca Medix modelo Natal Care, se puede observar en la ficha técnica del equipo. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 30 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos

Donde dice Pantalla que permita ingresar peso del paciente y edad gestiacional. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a esta función como opcional. Considerando que esta función corresponde a las especificaciones técnicas de la marca medix modelo natal care, de esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca en las especificaciones. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 31 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos

Donde dice Pantalla de ayuda para obtener información deseada del equipo Solicitamos amablemente a la convocante agregar a esta función como opcional. Considerando que esta función corresponde a las especificaciones técnicas de la marca medix modelo natal care, se puede observar claramente en la web. De esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca en las especificaciones. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

09/11/25 13:27 8/26



Consulta 32 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 5

Cardiodesfibrilador con sincronización y monitorización

Donde dice Capacidad de cargas en 5 segundos o menos a 200 Joules. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con capacidad de cargas en 7 segundos o menos a 200 Joule. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes; Además el rango sugerido es muy cercano a lo solicitado, el cual no limita las prestaciones del equipo.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 33 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 5

Cardiodesfibrilador con sincronización y monitorización

Donde dice Paletas externas reusables para pacientes Pediatricos y Neonatales, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Paletas externas reusables para pacientes Pediátricos. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 34 - Item 6 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Donde dice: Pantalla de 15 pulgadas como minimo

Consulta: Solicitamos a la convocante poder ofertar monitor de 12.1" como minimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Se requiere de un monitor de 15 pulgadas como mínimo para poder ofrecer al operador una mejor visualización de los parámetros a la distancia y evitar el concurso de equipos portátiles o cuyo uso sea de trasporte. Ajustarse a la primera versión del PBC

Consulta 35 - Item 6 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Donde dice: Alimentación: 100V/220V / 50Hz/60Hz, con cable de alimentación según norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Con una batería de al menos 4 horas.

Solicitamos a la convovante aceptar bateria de al menos 3 hs.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La duración de la batería del equipo deberá ser de 240 minutos como mínimo, si bien la energía eléctrica de las unidades de terapia intensiva están garantizadas por un generador en casi todas ellas, este ítem se mantendrá sin modificaciones para evitar ofertas de equipos de trasporte.



Consulta 36 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 6

Monitor multiparamétrico

Donde dice Pantalla de 15 pulgadas como mínimo Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con pantalla de 12 pulgadas como mínimo, considerando tamaño suficiente y adecuado para situar en una unidad de terapia intensiva, o salas de internaciones, de esta manera aminorar el costo del producto y obtener mejores ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Se requiere de un monitor de 15 pulgadas como mínimo para poder ofrecer al operador una mejor visualización de los parámetros a la distancia y evitar el concurso de equipos portátiles o cuyo uso sea de trasporte.

Consulta 37 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 6

Monitor multiparamétrico

Donde dice Resolución de al menos 1360 x 760 pixeles como mínimo. Con Resolución de al menos 800x600 pixeles (resolución para equipos con pantalla de 12) o 1024 x 768 correspondiente a equipos con pantalla de 15. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas; Además la resolución solicitada es suficiente como para apreciar de manera correcta las curvas, valores numéricos, parámetros y alarmas típicas de monitores multiparamétrico.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Se requiere de un monitor con una resolución de 1360 x 760píxeles como mínimo para poder ofrecer al operador una mejor visualización de los parámetros a la distancia y evitar el concurso de equipos portátiles o cuyo uso sea de trasporte.

Consulta 38 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 6

Monitor multiparamétrico

Donde dice Pantalla modo noche. Solicitamos amablemente a la convocante agregar opcional a este requerimiento considerando que en una sala de internación o terapia generalmente esta encendida la luz, por lo que esta función esta demás. La función utilizan algunas marcas para diferenciar en especificaciones técnicas, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-



Consulta 39 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 6

Monitor multiparamétrico

Donde dice Los monitores deben contar con la posibilidad de instalar a futuro RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar la siguiente descripción. Los monitores deben contar con la posibilidad de instalar modulos o parámetros a futuro, considerando que en el apartado anterior solicitan monitores modular, sin especificar el tipo de modulo. Generalmente los RACKS son propias de unas pocas marcas. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 40 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 6

Monitor multiparamétrico

Donde dice Detección de marcapasos. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con función indicador de marcapasos. Sugerimos Detección o función indicador de marcapasos. Considerando que esta función varia acorde al fabricante. De esta manera aperturar las especificaciones y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

La Función es la de Detección del Marcapasos en el ECG que muestra el Monitor, si la empresa oferente cuenta con la función de Indicador de Marcapasos, pero posee la misma función, esta será tenida en cuenta al momento de evaluación de la oferta. Interpretamos la palabra indicador como sinónimo de Detección.

Consulta 41 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 6

Monitor multiparamétrico

Donde dice Rango de medición de -40 a 3600 mmHg. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango de medición de -10 a 300 mmHg, considerando que la medición de presión invasiva arterial muy raramente supera los 250mmHg y que presión arterial no se mide en rangos negativo. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas. El rango solicitado son valores que algunas marcas especifican para diferenciar en las especificaciones técnicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-



Consulta 42 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 7

Carro de Paro

Donde dice Estructura de acero de alta resistencia acabado en frio. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con fabricación en polímero de alta resistencia. El pedido viene dada que los equipos fabricado en polímero son de mayor grado higiénico que las solicitadas (pintadas). De esta manera aceptar mayor variedad de ofertas y por lo tanto mas participantes.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 43 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 7

Carro de Paro

Donde dice Cubierta superior en acrílico transparente para aislamiento de equipos. Solicitamos a la convocante eliminar la descripción Transparente considerando que los acrílicos independiente al color o si son transparente, cumple la misma función. De esta manera abrir las especificaciones técnicas para la participación de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

El objetivo de que la cubierta Superior sea trasparente es el de mantener a la vista el contenido del compartimento y facilitar los controles del operador sin perder la capacidad de almacenamiento y resguardo de su contenido

Consulta 44 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 7

Carro de Paro

Donde dice Largo: 61 cm, ancho 90 cm +/- 3 cm Solicitamos amablemente a la convocante incrementar la acotación +/-3 a +/-6 considerando que las medidas varían ampliamente acorde a la fabricación y forma del carro de paro, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 45 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 7

Carro de Paro

Donde dice Alto 102 cm +/- 3 cm. Solicitamos amablemente a la convocante incrementar la acotación +/-3 a +/-10 considerando que las medidas varían ampliamente acorde a la fabricación y forma del carro de paro, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-



Consulta 46 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 7

Carro de Paro

Donde dice

Largo: 40 cm, ancho 47 cm +/- 3 cm

Tabla RCP: Largo 40 cm, ancho 60 cm +/- 3 cm

Solicitamos amablemente a la convocante incrementar la acotación +/-3 a +/-8 considerando que las medidas varían ampliamente acorde a la fabricación y forma del carro de paro, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 47 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 7 Carro de Paro

Donde dice capacidad de Carga: 100 kg Solicitamos amablemente a la convocante acotar la solicitud de la siguiente manera capacidad de Carga: 100 kg +/- 20Kg. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 48 - ÍTEM 07 CARRO DE PARO

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

ÍTEM 07 CARRO DE PARO

Donde dice: Estructura de acero de alta resistencia acabado en frio.

Solicitamos a la convocante permita la cotización de: Estructura de acero de alta resistencia acabado en frio o polímero de alta densidad ABS

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 49 - ÍTEM 07 CARRO DE PARO

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

ÍTEM 07 CARRO DE PARO Donde dice: Tabla RCP en MDF

Solicitamos a la convocante permita la cotización de: Tabla RCP en MDF o ABS

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-



Consulta 50 - ÍTEM 07 CARRO DE PARO

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

ÍTEM 07 CARRO DE PARO

Donde dice: Manillar metálico para facilitar el transporte

Solicitamos a la convocante permita la cotización de: Manillar para facilitar el transporte, omitir el material considerando

que hay equipos que tienen en ABS

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 51 - ÍTEM 07 CARRO DE PARO

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

ÍTEM 07 CARRO DE PARO

Donde dice: Tabla RCP: Largo 40 cm, ancho 60 cm +/- 3 cm

Solicitamos a la convocante permita la cotización de: Manillar para facilitar el transporte, omitir el material considerando

que hay equipos que tienen en ABS

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 52 - Ítem 4 Laringoscopio Neonatal.-

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Ítem 4 Laringoscopio Neonatal.-

Estimados Señores, cumplimos en informar que el precio referencial está muy por debajo de los precios regulares de nuestro mercado.

Por lo expuesto, solicitamos verificar y ajustar el precio referencial a por lo menos Gs. 8.000.000 (guaraníes ocho millones).

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse al Dictamen DOC 199/2022

Consulta 53 - Plan de entrega

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Plan de entrega de los bienes, dice: Dentro de los 45días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.

Solicitamos respetuosamente a la convocante extienda el plazo para entrega de los bienes, quedando de la siguiente manera: Dentro de los 60 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

No se puede modificar el plazo de entrega, ya que se necesitan con urgencia. Ajustarse a la primera versión del PBC.-



Consulta 54 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 8

Aspirador de secresiones

Donde dice Frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 3 litros. . Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 1 litro, esta solicitud obedece a que lo requerido forma parte de aspiradores de secreciones portátil de uso en urgencias, ambulancias y lugares de transporte. El tamaño de frasco de 3 litros es muy grande e incómodo para su portabilidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Los aspiradores solicitados quedarán dentro de los servicios de terapia intensiva y deben ser portátiles para poder ser utilizados en el interior de la UTI, no para trasladar pacientes, por lo tanto, la capacidad mínima considerada es de 3 litros. Ajustarse al PBC.-

Consulta 55 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 8

Aspirador de secresiones

Donde dice Carro soporte con 4 rueditas dirigibles y con freno a pedal solicitamos amablemente a la convocante agregar opcional a este requerimiento o Solicitar de la siguiente manera. Carro soporte con 4 rueditas dirigibles y con freno a pedal o manija de transporte para su portabilidad, esta solicitud obedece a que lo requerido forma parte de aspiradores de secreciones portátil de uso en urgencias, ambulancias y lugares de transporte

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Los aspiradores solicitados no serán utilizados fuera de la terapia intensiva. Ajustarse a la primera versión del PBC.-

Consulta 56 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 8

Aspirador de secresiones

Donde dice Capacidad de succión aproximadamente de 40 a 60 litros / min como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con capacidad de succion de 28 litros o mejor. Esta solicitud obedece a que lo requerido forma parte de aspiradores de secreciones portátil de uso en urgencias, ambulancias y lugares de transporte, dicha capacidad de succión es suficiente para la aspiración de secreciones en los lugares de aplicación citado. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

la capacidad de succión está en relación directa con la capacidad del frasco, y los aspiradores requeridos en este llamado no son para transporte. Ajustarse a la primera versión del PBC.-



Consulta 57 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 8

Aspirador de secresiones

Donde dice características técnicas Frasco colector de 3 litros. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 1 litro esta solicitud obedece a que lo requerido forma parte de aspiradores de secreciones portátil de uso en urgencias, ambulancias y lugares de transporte. El tamaño de frasco de 3 litros es muy grande e incómodo para su portabilidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Los aspiradores solicitados quedarán dentro de los servicios de terapia intensiva y deben ser portátiles para poder ser utilizados en el interior de la UTI, no para trasladar pacientes, por lo tanto, la capacidad mínima considerada es de 3 litros. Ajustarse al PBC.-

Consulta 58 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 8

Aspirador de secresiones

Donde dice Accesorios 2 frascos colector de 3 litros autoclavables con su tapa. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 1 litro esta solicitud obedece a que lo requerido forma parte de aspiradores de secreciones portátil de uso en urgencias, ambulancias y lugares de transporte. El tamaño de frasco de 3 litros es muy grande e incómodo para su portabilidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Los aspiradores solicitados quedarán dentro de los servicios de terapia intensiva y deben ser portátiles para poder ser utilizados en el interior de la UTI, no para trasladar pacientes, por lo tanto, la capacidad mínima considerada es de 3 litros. Ajustarse al PBC.-

Consulta 59 - EE TT - ITEM 3 - Bomba de infusion a jeringa

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Sobre el punto "Alimentación eléctrica de 200V / 50Hz.". Se solicita a la convocante modificar el requerimiento a 220V / 50 Hz o en su defecto representarlo en un rango de valores.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-



Consulta 60 - Especificaciones Técnicas del ítem 3 Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 3 solicitan:

Mínimo tres rangos de selección de presión de oclusión.

Sugerimos a la convocante modificar a:

Presión de oclusión de 6 niveles o mayor.

Esto considerando que las características solicitadas inicialmente son muy básicas y de modelos de equipos ya obsoletos. Sugerimos a la convocante considerar requerimientos superiores considerando que con el precio referencial podrían adquirir equipos de mejores prestaciones y con tecnologías actualizadas similares a las ya adquiridas por otros Hospitales del MSPBS, como referencia mencionamos la LPN 04/21 ID 399900.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Estas especificaciones técnicas consideran requisitos mínimos, si se ofertan equipos con mejores características, estos serán tenidos en cuenta.-

Consulta 61 - Especificaciones Técnicas del ítem 3 Bomba de Infusión a Jeringa.

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 3 solicitan:

Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujo desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml/hora hasta 300 ml/hora).

Sugerimos a la convocante modificar a:

Rango de flujo de 0,1 ml/h a 999.9 ml/h o mejor, con incrementos de 0,1 ml/h o mejor.

Esto considerando que las características solicitadas inicialmente son muy básicas y el rango solicitado en realidad no es muy amplio y corresponde a modelos de equipos ya obsoletos. Sugerimos a la convocante considerar requerimientos superiores considerando que con el precio referencial podrían adquirir equipos de mejores prestaciones y con tecnologías actualizadas similares a las ya adquiridas por otros Hospitales del MSPBS, como referencia mencionamos la LPN 04/21 ID 399900.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Estas especificaciones técnicas consideran requisitos mínimos, si se ofertan equipos con mejores características, estos serán tenidos en cuenta. Ajustarse a la primera versión del PBC.-

Consulta 62 - Especificaciones Técnicas del ítem 3 Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 3 solicitan:

Alta precisión de velocidad de flujo, entre +/- 3 a 5%.

Sugerimos a la convocante modificar a:

Precisión del flujo (menor o igual al 2%).

Esto considerando que las características solicitadas inicialmente son muy básicas y la precisión es mayor cuando menor es el procentaje de variación. El valor requerido inicialmente corresponde a modelos de equipos ya obsoletos. Sugerimos a la convocante considerar requerimientos superiores considerando que con el precio referencial podrían adquirir equipos de mejores prestaciones y con tecnologías actualizadas similares a las ya adquiridas por otros Hospitales del MSPBS, como referencia mencionamos la LPN 04/21 ID 399900.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Estas especificaciones técnicas consideran requisitos mínimos, si se ofertan equipos con mejores características, estos serán tenidos en cuenta. Ajustarse a la primera versión del PBC.-



Consulta 63 - Especificaciones Técnicas del ítem 3 Bomba de Infusión a Jeringa.

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 3 solicitan:

Batería recargable para operación autónoma durante 30 minutos o mayor.

Sugerimos a la convocante modificar a:

Duración de la batería: mínimamente 5 hs. en funcionamiento.

Esto considerando que las características solicitadas inicialmente son muy básicas y 30 minutos de duración para la batería es muy baja y poco práctica para el flujo de trabajo, y corresponde a modelos de equipos ya obsoletos. Sugerimos a la convocante considerar requerimientos superiores considerando que con el precio referencial podrían adquirir equipos de mejores prestaciones y con tecnologías actualizadas similares a las ya adquiridas por otros Hospitales del MSPBS, como referencia mencionamos la LPN 04/21 ID 399900.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Estas especificaciones técnicas consideran requisitos mínimos, si se ofertan equipos con mejores características, estos serán tenidos en cuenta. Ajustarse a la primera versión del PBC.-

Consulta 64 - Especificaciones Técnicas del ítem 3 Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 3 solicitan:

Línea de extensión o prolongador esteril con fecha de vencimiento mínimo a 1 año de la fecha de entrega del producto, pag. X 50 (1).

Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad de líneas de extensión requeridas ¿Serían 50 unidades en total o por cada bomba de infusión a jeringa?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 65 - Especificaciones Técnicas del ítem 3 Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Sugerimos a la convocante incluir las siguientes características como requerimiento para el ítem 3 Bomba de Infusión a Jeringa a modo de garantizar la adquisición de equipos con tecnologías actualizadas, cuyo uso sea práctico y optimice el flujo de trabajo de los profesionales de la salud.

Peso 2Kg o menor.

Selección de volumen 0,1ml a 1.000ml o mejor, con incrementos de 0,1ml a 1 ml o mejor.

Selección de tiempo de 1 min. a 99h 59 min.

Cálculo de velocidad automático de acuerdo al tiempo o dosis.

Administración de bolo: Volumen mínimo de bolo 25 ml o mejor, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo.

Sistema de vena abierta (KVO). Programación de 0.0 (desconectado) a 10 ml/h.

Menú de tipo de drogas de 40 tipos o mayor.

Como referencia mencionamos que equipos con estas prestaciones ya fueron adquiridos por otros Hospitales del MSPBS (Ver LPN 04/21 ID 399900).

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Estas especificaciones técnicas consideran requisitos mínimos, si se ofertan equipos con mejores características, estos serán tenidos en cuenta. Ajustarse a la primera versión del PBC.-



Consulta 66 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

ITEM 3 - BOMBAS DE INFUSION A JERINGA

Donde dice Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo.

Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.

Solicitamos a la convocante modificar este punto según detalle:

Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo. Que en caso de que la convocante requiera, la empresa oferente proveerá dichos repuestos y accesorios con costo adicional.

Garantía escrita que cuenta con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución, donde ocurriere la falla de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 67 - Ítem N° 06 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Ítem N° 06 MONITOR MULTIPARAMETRICO, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Rango de medición de -40 a 3600 mmHg

Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar equipos con:

Rango de medición de -40 a 300 mmHg o mayor rango.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Aiustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 68 - Ítem N° 08 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Ítem N° 08 ASPIRADOR DE SECRECIONES, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 3 litros.

Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar equipos con:

Frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 1 litro o mayor.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Los aspiradores solicitados quedarán dentro de los servicios de terapia intensiva y deben ser portátiles para poder ser utilizados en el interior de la UTI, no para trasladar pacientes, por lo tanto, la capacidad mínima considerada es de 3 litros. Ajustarse al PBC.-



Consulta 69 - Ítem N° 08 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Ítem N° 08 ASPIRADOR DE SECRECIONES, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 frascos colector de 3 litros autoclavables con su tapa

Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar equipos con:

2 frascos colector de 1 litro o mayor autoclavables con su tapa.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Los aspiradores solicitados quedarán dentro de los servicios de terapia intensiva y deben ser portátiles para poder ser utilizados en el interior de la UTI, no para trasladar pacientes, por lo tanto, la capacidad mínima considerada es de 3 litros. Ajustarse al PBC.-

Consulta 70 - EE TT - ITEM 4 - DESFRIBILADOR

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

"Teckla SYC en el panel frontal". Consulta: Aclarar siglas SYC.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 71 - ITEM 3 - BOMBAS DE INFUSION A JERINGA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

ITEM 3 - BOMBAS DE INFUSION A JERINGA

Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo.

Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.

Respecto a este punto solicitamos a la Entidad que dicho requisito sea unificado de la siguiente manera:

Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. donde ocurriere la falla de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 72 - EE TT - ITEM 6 - Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

"Monitor preconfigurado con opción de agregar módulos" y "Los monitores deben contar con la posibilidad de instalar a futuro RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software." Se solicita a la convocante admitir equipos preconfigurados sin rack para módulos, modificando tales puntos a OPCIONAL. En licitaciones anteriores se han solicitado este tipo de equipos, que posteriormente no pudieron ser dotados de módulos por cuestiones ajenas al servicio.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-



Consulta 73 - Ítem N° 08 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Ítem N° 08 ASPIRADOR DE SECRECIONES, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 frascos colector de 3 litros autoclavables con su tapa

Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar equipos con:

2 frascos colector de 1 litro o mayor autoclavables con su tapa.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Los aspiradores solicitados quedarán dentro de los servicios de terapia intensiva y deben ser portátiles para poder ser utilizados en el interior de la UTI, no para trasladar pacientes, por lo tanto, la capacidad mínima considerada es de 3 litros. Ajustarse al PBC.

Consulta 74 - EE TT - ITEM 6 - Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

"Pantalla de 15 pulgadas como mínimo" Se solicita a la convocante admitir equipos con 12" o más. Permitiendo la presentación de más oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se requiere de un monitor de 15 pulgadas como mínimo para poder ofrecer al operador una mejor visualización de los parámetros a la distancia y evitar el concurso de equipos portátiles o cuyo uso sea de trasporte. Ajustarse a la primera versión del PBC

Consulta 75 - EE TT - ITEM 6 - Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

"Resolución de al menos 1360 x 760 pixeles como minimo" Se solicita a la convocante admitir equipos con resolucion de 1280x800.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Se requieren de equipos con una resolución de al menos 1360 x 760 pixeles como mínimo para una mejor visualización de los parámetros por el operador y para evitar que se oferten equipos de trasporte. Ajustarse a la primera versión del PBC.-

Consulta 76 - Ítem N° 06 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Ítem N° 06 MONITOR MULTIPARAMETRICO. -

Estimados Señores, cumplimos en informar que el precio referencial está muy por debajo de los precios regulares de nuestro mercado, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas solicitadas

Por lo expuesto, solicitamos verificar y ajustar el precio referencial a por lo menos Gs. 50.000.000 (guaraníes Cincuenta millones).

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse al Dictamen DOC 199/2022



Consulta 77 - EE TT - ITEM 6 - Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

"Rango de medición de -40 a 3600 mmHg". Se solicita a la convocante la verificación de el rango de medición de este parámetro. Surgerencia: -40 o menos a 360 mmHg.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 78 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 3

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 3: En donde dice: Linea de extensión o prolongador esteril con fecha de vencimiento mínimo a 1 año de la fecha de entrega del producto, paq. X 50 (1) Favor se solicita amablemente a la convocante aclarar si lo que se solicita es que con cada bomba solicitan 50 sets

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 79 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Se solicita amablemente a la convocante aclarar si la entrega va a ser el 100% en una sola entrega, sobre todo para el item 3

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 80 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Se solicita amablemente a la convocante si se puede extender el plazo de entrega a 75 días corridos desde la orden, ya que los equipos son importados

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

No se puede modificar el plazo de entrega, ya que se necesitan con urgencia. Ajustarse a la primera versión del PBC.-

Consulta 81 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 3

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Item 3: en donde dice: Mínimo tres rangos de selección de presión de oclusión, se podría especificar a que se refiere?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-



Consulta 82 - Item 5

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Solicitan Capacidad de cargas en 5 segundos o menos a 200Joules, solicitamos diga Capacidad de cargas en 6 segundos o menos a 200 Joules

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 83 - Item 5

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Solicitan Paletas externas reusables para pacientes Pediatricos y Neonatales, solicitamos diga Paletas externas reusables para pacientes Pediatricos y Adultos

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 84 - ITEM 5 CARDIODESFIBRILADOR CON SINCRONIZACIÓN Y MONITORIZACION

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Donde dice: Capacidad de cargas en 5 segundos o menos a 200 Joules, solicitamos se modifique a: Capacidad de carga en 5 segundos hasta 150J (energía recomendada para adultos)

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

La capacidad de descarga debe ser de 200 Joules que es lo recomendado para arritmias malignas en el adulto, Ajustarse a la primera versión del PBC.-

Consulta 85 - ITEM 5 CARDIODESFIBRILADOR CON SINCRONIZACIÓN Y MONITORIZACION

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Donde solicitan: Paletas externas reusables para pacientes pediátricos y Neonatales, solicitamos la reconsideración de este punto, considerando que las paletas reusables no se encuentran en tamaño neonatal, debido a que los pacientes neonatales no se desfibrilan, algunos fabricantes cuentan con paletas descartables tamaño pediátrico/infantil

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 86 - ITEM 5 CARDIODESFIBRILADOR CON SINCRONIZACIÓN Y MONITORIZACION

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En los accesorios solicitan: Palas externas para pacientes Pediátricos y Neonatales (par): solicitamos la reconsideración de este punto, considerando que las paletas reusables no se encuentran en tamaño neonatal, debido a que los pacientes neonatales no se desfibrilan, algunos fabricantes cuentan con paletas descartables tamaño pediátrico/infantil

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-



Consulta 87 - item 6 Monitor Multiparametrico

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Donde dice: Rango de medición de -40 a 3600 mmHg, entendemos que se ha deslizado un error y debería ser Rango de medición de -40 a 360 mmHg

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 88 - Item 2 Incubadora Cerrada

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En el item 2 Incubadora cerrada de cuidados intensivos solicitan certificado de calidad CE, FDA, ISO y / o TUV Al menos dos de ellas como mínimo.

Solicitamos que además de las certificaciones FDA, CE y TUV se permita además la habilitación del Ministerio de Salud del país de origen a través de una Institución Técnica de países miembros del MERCOSUR tales como la ANMAT y solicitamos también que se requiera al menos solo una de ellas. Justificamos este pedido en base al principio de igualdad para poder participar en las ofertas teniendo como sustento el Art. 4° de la Ley N° 4659/12 reza que: Se consideraran que los dispositivos médicos son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones: Obtener el Registro Sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria complementado por lo reglamentado en el Art. 4° de la Resolución S.G. N° 669/2016 que regula cuanto sigue: Disponer que para la obtención de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos el interesado deberá presentar b) Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria de origen o Certificado ISO/CE/UL/FDA/TUVF otorgado por la entidad certificadora de origen; por lo cual las Certificaciones emitidas en el seno MERCOSUR (ANMAT-ANVISA) son equivalentes a las emitidas por la FDA y la CE y esa equivalencia implica efectivamente que los procesos de producción cumplen con estándares de calidad. Las certificaciones FDA/CE/MERCOSUR demuestran el cumplimiento de altos estándares de calidad en los procesos de producción, sin reconocer ni desconocer ventaja adicional, ya que su fin es el testimonio efectivo y fehaciente que los patrones modelos y esquemas de la calidad son desarrollados por quienes están certificados con dicha documentación. No caben dudas entonces que la Dirección de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como autoridad competente en la materia objeto de estudio, ha sentado postura sobre la equivalencia entre los certificados emitidos por la FDA o CE y las provenientes de países miembros del MERCOSUR, así como también ha hecho hincapié en la validez de dichas documentaciones para acreditar la calidad de los procesos de producción de los bienes certificados. Por lo tanto a nuestro parecer las certificaciones emitidas por las instituciones del MERCOSUR, otorgan idénticos niveles de garantía que las solicitadas inicialmente en el PBC.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 89 - item 1 Equipo de Servocuna con Luminoterapia

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En el item 1 EQUIPO DE SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA Solicitan control manual de la potencia del calefactor de 0 100% solicitamos que se pueda cotizar potencia del calefactor de 4 pasos

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-



Consulta 90 - item 1 Equipo de Servocuna con Luminoterapia

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En el item 1 En el item 1 EQUIPO DE SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA Solicitan Resucitador manual neonatal reusable con mascarilla, bolsa reservorio y extensión para oxigeno. Solicitamos a la convocante poder cotizar resucitador descartable

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 91 - Item 7 Carro de paro

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En el item 7 Carro de paro solicitan Cubierta superior en acilico transparente para aislamiento de equipos, creemos que es un error de tipeo y tendría que ser acrilico, podrían confirmar las eett

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 92 - Item 7 Carro de paro

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En el item 7 Carro de paro solicitan Ruedas plasticas de cinco pulgadas p ,as cpm bloque individual libres de mantenimiento, solicitamos aclarar las eett ya que se tuvo un error de tipeo p ,as cpm

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 93 - Plan de entregas de Bienes

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En el apartado de Plan de entrega de los bienes solicitan 45 dias corridos posterior a la fecha de recepción de la orden de compra por parte del proveedor, solicitamos a la convocante un tiempo prudente de 90 dias para las importaciones que en este momento hay escases de contenedores para que se pueda importar los equipamientos.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

No se puede modificar el plazo de entrega, ya que se necesitan con urgencia. Ajustarse a la primera versión del PBC.-

Consulta 94 - item 5

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

Solicitan Palas externas para Pacientes pediatricos y neonatales, solicitamos permita ofertar palas internas para uso en pacientes neonatales

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-



Consulta 95 - Item 3 Bombas de Infusion

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2022

En el item 03 bombas de infusion a jeringa solicitan Adaptable a jeringas de 5-10- 20 -50 y/0 60cc, de cuallquier marca, solicitamos a la convocante poder cotizar jeringas desde 3 cc a 60 cc

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2022

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 96 - Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

Consulta Fecha de Consulta 05-08-2022

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)

Favor excluir el requisito teniendo en cuenta la Ley N° 6919/22 Que modifica varios artículos de la Ley N° 5033/2013 Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos y deroga la Ley N° 6355/2019.

RespuestaFecha de Respuesta16-08-2022Ajustarse a la última versión del PBC.-

09/11/25 13:27 26/26