

Consultas Realizadas

Licitación 417099 - LPN N° 10/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA IMT, MODELO BELLA VISTA 1000-SBEAD REFERENDUM-PLURIANUAL

Consulta 1 - TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2023

En el ítem TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, dice: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: La garantía permanecerá vigente durante 06 (seis) meses posteriores al Acta de Recepción Definitiva de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días hábiles y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 06 (seis) meses de garantía técnica.

Solicitamos amablemente a la convocante la modificación del plazo a 3 (tres) meses a partir de la instalación de las piezas por el equipo sobre cualquier falla de fábrica ya que es tiempo que el fabricante nos otorga de garantía por la pieza cambiada

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta 2 - PLAZO DE REPOSICION DE BIENES

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2023

En el ítem PLAZO DE REPOSICION DE BIENES, dice: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 15 (quince) días corridos, después de recibir la notificación por escrito.

Solicitamos amablemente a la convocante modificar el siguiente punto a 20 días hábiles, ya que la provisión de los repuestos que se detallan en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 30 a 45 días en algunos casos el tiempo entre tránsito, despacho e instalación de las piezas, por lo que requerimos mayor plazo en la entrega, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato comunicar mediante nota solicitando prorroga

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION

16/11/25 19:00 1/2



Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2023

En el ítem MANTENIMINETO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA dice: El plazo de entrega de los repuestos y/o accesorios, en el departamento de ingeniería clínica dependiente de la Dirección Biomédica para su verificación técnica correspondiente, será de 20 (veinte) días corridos, a partir de la recepción por parte del proveedor de la correspondiente orden de servicio emitida por el administrador del contrato"

Solicitamos amablemente a la convocante modificar el siguiente punto a 20 días hábiles, ya que la provisión de los repuestos que se detallan en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 30 a 45 días en algunos casos el tiempo entre tránsito, despacho e instalación de las piezas, por lo que requerimos mayor plazo en la entrega, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato comunicar mediante nota solicitando prorroga

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 4 - GARANTIA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2023

En el ítem GARANTIA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS dice: La garantía permanecerá vigente durante 6 (seis) meses posteriores al Acta de recepción del repuesto y/o accesorios correspondientes

Solicitamos amablemente a la convocante la modificación del plazo a 3 (tres) meses a partir de la instalación de las piezas por el equipo sobre cualquier falla de fábrica ya que es tiempo que el fabricante nos otorga de garantía por la pieza cambiada

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

ADECUARSE A LA ADENDA Y LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 5 - Descripcion del portal

Consulta Fecha de Consulta 04-01-2023

En el portal, en la pestaña de ítems solicitados no está la descripción de los artículos, para poder corroborar el precio unitario estimado si es igual a la oferta entregada.

Solicitamos amablemente a la convocante detallar la descripción de cada Numero de ítem para corroborar si los precios son correctos

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL SICP Y EL PBC . NO OBSTANTE SE ACLARA QUE LA DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRA EN EL PBC, DONDE SE DETALLA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA ÍTEM, POR TANTO, CORRESPONDE A CADA ÍTEM EL COSTO REFERENCIAL VERIFICADO EN EL SICP, DESCRIPTO POR EL CÓDIGO DE CATALOGO QUE LE CORRESPONDE A CADA UNO-

16/11/25 19:00