

Consultas Realizadas

Licitación 417988 - LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"

Consulta 1 - ITEM 123 - CAJA DE INSTRUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
DONDE DICE: Caja metálica Acero Inoxidable para instrumental . Medidas: Largo: 25 a 28cm, ancho: 12 a 14 cm, altura: 6 a 9 cm. CONSULTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR MEDIDAS DE 26,0x15,0x5,0 CM. O AMPLIAR EL RANGO DE VARIACION.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 2 - ITEM 131 Pinzas Backhaus

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
DONDE DICE: Pinzas Backhaus: Tipo Backhaus de 15 cm. CONSULTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE UNA VARIACION DE +/- 2 CM DE LONGITUD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 3 - ITEM 1 - ARCO EN C.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.3.2 donde dice "Al menos dos campos de entrada" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipo con al menos un campo de entrada, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 4 - ITEM 1 - ARCO EN C.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.4.8 donde dice "Dispositivo de grabación en CD y DVD" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar como opción de dispositivo de grabación en formato USB, considerando que la utilización de CD y DVD actualmente no es común y prácticamente el 100% de las computadoras actuales ya no cuenta con estos dispositivos como CD o DVD. Por lo señalado solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: "Dispositivo de grabación en CD y DVD, ó en USB"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 5 - ITEM 1 – ARCO EN C.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.5.3 donde dice “Rango de kV para Radiografía: de 40 kV o menos a 120 kV o más. Sensibilidad de 1kV o menor (menor se refiere a la parte numérica)” solicitamos amablemente a la convocante que el rango de kV para radiografía sea de 40 kV o menos a 110 kV o más, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 6 - ITEM 1 – ARCO EN C.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.5.4 donde dice “Rango de kV para Fluoroscopia: de 40 kV o menos a 120 kV o más. Sensibilidad de 1kV o menor (menor se refiere a la parte numérica)” solicitamos amablemente a la convocante que el rango de kV para fluoroscopia sea de 40 kV o menos a 110 kV o más, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 7 - ITEM 1 – ARCO EN C.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.5.5 donde dice “Tiempo de exposición: de 0,003 s o menos a 4 s o más” solicitamos amablemente a la convocante que este parámetro y rango sea opcional, puesto que es un parámetro que se encuentra indirectamente dado por los valores de mAs y mA, y los fabricantes al tener como variable o parámetro de control mAs y mA no requiere ajuste o fijación de un valor de tiempo de exposición. Por este motivo solicitamos que este ítem sea opcional y así también dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 8 - ITEM 1 – ARCO EN C.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el ítem 4.5.6 donde dice “Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 200 mAs o mayor” solicitamos amablemente a la convocante que el rango de mAs sea de 0.5 mAs o menos a 100 mAs o mayor, así ampliar el espectro de utilización del rango de mAs a los valores que son mas utilizados en la práctica médica, y además en dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 9 - ITEM 1 – ARCO EN C.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el ítem 4.5.7 donde dice “Potencia mínima nominal del generador 12.5kW” solicitamos amablemente a la convocante que permita cotizar equipos con potencia mínima nominal del generador de al menos 2 kW, considerando que con esta potencia se logra cumplir sin ningún inconveniente con todos los rangos de mA, mAs y kV solicitada en los diversos ítems de estas especificaciones técnicas, y además no afecta ni disminuye las prestaciones final que se le dará al equipo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 10 - ITEM 1 – ARCO EN C.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.6.2 donde dice “Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 250.000 HU ó mayor” solicitamos amablemente que permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de al menos 40.000 HU, considerando que la manera como se disipa el calor en este tipo de equipos avanza de manera considerable en la última década que permite la utilización continua del equipo mediante el uso de circulación de aceite y sistemas de ventilación óptimos que mantienen frío el ánodo y en condiciones óptimas de funcionamiento, y que cada fabricante cuenta con su manera de desarrollar e implementar este tipo de ventajas de diseño y por ende se puede utilizar con total seguridad ánodos con capacidad térmica del orden de los 40 kHU sin ningún inconveniente. Por todo lo mencionado y para dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: “Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 40.000 HU ó mayor”.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 11 - ITEM 1 – ARCO EN C.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el ítem 4.6.3 donde dice “Uno o dos focos entre 0,3 o menor y 1,5 mm” solicitamos amablemente que permitan cotizar equipos con dos focos entre 0.6 o menor y 1.5 mm, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes, quedando el ítem de la siguiente manera: “Uno o dos focos entre 0,6 o menor y 1,5 mm”.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 12 - Ítem 11 – Desfibrilador con carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 3.2: Los certificados ISO 13485 se emiten por fábrica y solo se menciona genéricamente los equipos que están autorizados a fabricar, solicitamos se modifique esta especificación de la siguiente manera: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 13 - Ítem 11 - Desfibrilador con carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 5.5: Electrodo autoadheribles descartables para marcapaso, 12 (doce) pares (o kits) por equipo. Por favor aclarar que esto se refiere a parches o paletas multifunción para marcapaso y no electrodos comunes para ECG.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 14 - Ítem 13 - Detector fetal

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Puntos 2.4 y 3.4: Solicitamos que la fuente de alimentación externa sea considerada opcional, por la característica del detector fetal es un equipo totalmente portátil que no se utiliza conectado a la corriente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 15 - Ítem 14 - Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 3.2 Los certificados ISO 13485 se emiten por fábrica y solo se menciona genéricamente los equipos que están autorizados a fabricar, solicitamos se modifique esta especificación de la siguiente manera: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 16 - Ítem 30 - Monitor fetal

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.1, por favor aclarar si a dos pacientes se refiere a la madre y al feto?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 17 - Ítem 30 - Monitor fetal

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.8 - Solicitamos se puedan ofertar monitores fetales con Rango FHR: 50-210 bpm o mayor rango, considerando que este rango no afectaría la performance del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 18 - Ítem 31 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 3.2: Los certificados ISO 13485 se emiten por fábrica y solo se menciona genéricamente los equipos que están autorizados a fabricar, solicitamos se modifique esta especificación de la siguiente manera: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 19 - Ítem 28 – Máquina de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 3.2: Los certificados ISO 13485 se emiten por fábrica y solo se menciona genéricamente los equipos que están autorizados a fabricar, solicitamos se modifique esta especificación de la siguiente manera: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 20 - Ítem 31 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.15 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica, solicitamos que este punto sea considerado opcional o actualización a futuro con la conexión a una central de monitoreo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 21 - Ítem 32 – Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 1.1 Descripción general: Instrumento médico que sirve para visualizar y examinar el conducto auditivo externo y el tímpano, solicitamos por favor corregir esta descripción general		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 22 - Ítem 32 – Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 3.2: Los certificados ISO 13485 se emiten por fábrica y solo se menciona genéricamente los equipos que están autorizados a fabricar, solicitamos se modifique esta especificación de la siguiente manera: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 23 - Ítem 32 – Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.4 Despliegue en pantalla LCD de ondas plestismográficas, solicitamos se puedan cotizar equipos con despliegue en pantalla TFT como opción		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 24 - Ítem 37 – Sierra cortadora de yeso con aspirador

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 3.2: Los certificados ISO 13485 se emiten por fábrica y solo se menciona genéricamente los equipos que están autorizados a fabricar, solicitamos se modifique esta especificación de la siguiente manera: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 25 - Ítem 37 – Sierra cortadora de yeso con aspirador

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 5.1 – Donde solicitan: Potencia regulable mínima 1000 W, solicitamos se puedan cotizar aspirador con potencia de continua: 400 a 750 vatios y potencia máxima de 900 vatios, considerando que no es un aspirador quirúrgico o de secreciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
SE ACLARA QUE DICHA CONSULTA NO CORRESPONDE AL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 26 - Número de ítem PBC y Planilla de precios

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Favor corregir según corresponda. Número de ítem de PBC no coincide con planilla de precios. Ej. IODOFORMO PBC: ÍTEM 135 PLANILLA DE PRECIO: ÍTEM 124		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 27 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2022
Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS e INSTRUMENTALES según lo cotizado, con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019 - 2010 - 2021. Solicitamos a la convocante muy amablemente puedan ser considerar los años 2017 -2018-2019-2020 y 2021 de manera a permitir mayor participación a los oferentes considerando que el monto total del llamado es significativamente alto y diversificado en 234 ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 28 - Instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2022
CONSULTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE UNA VARIACION DE +/- 2 CM DE LONGITUD EN MEDIDAS DE TODOS LOS INSTRUMENTALES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 29 - ITEM 121 y 122 ESPEJO BUCAL

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2022
DONDE DICE; 121-Espejo Bucal N° 5, con mango Metálico de Acero Inoxidable estriado con espejo desmontable. 122-Espejo Bucal N° 5, con punta enroscable para colocar en el mango. CONSULTA: Favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 30 - ITEM 85 Alicata Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2022
DONDE DICE; Alicata 139 Angle CONSULTA: Favor aclarar si corresponde el 13,9 a una medida o marca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 31 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
Para los Items N° 31 y 32 Bata Quirúrgica, solicitamos a la convocante aclarar el gramaje del tejido solicitado, tambien consultamos si deben de ser esteriles o no esteriles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 32 - ítem 32 Bata Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Favor confirmar si con la característica "con 3 cierres a lazo" se refiere al modelo comunmente donominado "Bata Paciente" que consta de 3 tiras para sujetar el cuello, la cintura y posterior a la cintura. adjuntamos link para ver modelo https://www.siegen.com.py/producto/105/		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 33 - ítem 33 Bata Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Favor confirmar si con la característica "con 3 cierres a lazo" se refiere al modelo comunmente donominado "Bata Paciente" que consta de 3 tiras para sujetar el cuello, la cintura y posterior a la cintura. adjuntamos link para ver modelo https://www.siegen.com.py/producto/105/		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 34 - EETT ITEM 84 "Alicate Odontológico"

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
DONDE DICE: Alicates de puntas planas-cilíndricas, Love Young CONSULTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE ACEPTAR SOLO YOUNG		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 35 - CONSULTA SOBRE ITEM 213

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
En cuanto a las especificaciones técnicas correspondiente al ítem 213, el elástico solo se limita al que va atrás de las orejas por una cuestión de gusto o comodidad, puede ser también el que se sujeta por detrás de la cabeza? nos resulta excluyente para algunos oferentes que contamos con este modelo que no está especificado en el PBC actual. Podrían aclarar ese punto teniendo en cuenta que están solicitando con la certificación n95?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 36 - EETT - ITEM 167 Kit de Fórceps

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
DONDE DICE: Kit de Fórceps x 10 piezas. CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA ACLARACIÓN DE MEDIDAS O MODELOS DE PINZAS PARA EL KIT		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 37 - ETT - ITEM 170 Kit de Fórceps - Kit de fórceps pediátricos x 6 piezas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
DONDE DICE: 170 Kit de Fórceps - Kit de fórceps pediátricos x 6 piezas CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA ACLARACIÓN DE MEDIDAS O MODELOS DE PINZAS PARA EL KIT		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 38 - SISTEMA DE ADJUDICACIÓN.

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Solicitamos a la convocante aplicar el sistema de adjudicación por abastecimiento simultaneo con el fin de dar mayor participación a posibles oferentes y así también salvaguardar la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 39 - Modalidad de adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Para dar mayor participación a posibles oferentes, solicitamos amablemente a la convocante, modificar el sistema de adjudicación a Abastecimiento Simultaneo. debido a la envergadura del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 40 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
ítem N° 32 y 33 Batas quirúrgicas, En cuanto al requerimiento "resistente a fluidos corporales" solicitamos lo siguiente: certificaciones internacionales de la tela en cuanto a la barrera bacteriana que no deberá ser inferior al 94% para ello solicitamos se acepten Certificados Internacionales, debidamente consularizada y que avalen la calificación del tejido , cumplir con Normas, EN13795, ASTM F1670 o ASTM F2101, EN14126, ISO 16603:2004, ISO 13485, ISO 13938, al menos una de ellas, y que en dicho certificado se mencionen que cumple con algunas de las normas antes citadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 41 - Buenas Practicas de Fabricacion

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
En la Parte de Requisito Documental capacidad Técnica Inc. F. Piden Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Queremos aclarar que las vigencias lo ponen la gente del Ministerio en este caso Vigilancia Sanitaria y si ellos solo dan 1 año de vigencia y tu contrato dice 2, no se podrá cumplir con este requisito que sale de nuestras manos como oferentes, lo ideal sería presentar tus Buenas prácticas con una carta de compromiso de renovación. Por favor dar una opción razonable a esta cuestión.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 42 - Representantes

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica. Inc i dice Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero, presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente, legalizado y consularizado o apostillado. Este inciso no afecta a las empresas que son representantes de las Marcas y que solo comercializa el producto acabado, si nos pueden aclarar eso por favor.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
SE ACLARA QUE DICHO REQUISITO APLICA PARA LA EMPRESA QUE ELABORA UN PRODUCTO CON SU MARCA EN EL EXTRANJERO. NO AFECTA A EMPRESAS QUE SON REPRESENTANTES DE MARCAS.		

Consulta 43 - Items 1 Aguja Odontologica

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Dice : 30 Gx1 corta periodontal atraumática de 25 mm para jeringa carpule Estéril con triple bisel y cánula siliconada, La especificación triple bisel es exclusivo de una marca y no deja que sea una competencia libre para los oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 44 - Items 1 Aguja Odontologica

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
30 Gx1 corta periodontal atraumática de 25 mm para jeringa carpule Estéril con triple bisel y cánula siliconada. La característica especial del triple bisel no condice con el precio referencial ya que este tipo de aguja es mucho más elevado su costo en el mercado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 45 - Forma de Adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Pedimos a la convocantes en cambiar en el modo de Abastecimiento Simultaneo debido a la gran cantidad que estan solicitando para que de mayor participacion a los oferentes y se pueda cotizar todos los Items.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 46 - Items 3 Aceite Lubricante

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Piden Lubricante para alta rotación, spray. No menciona por ningun de cuantos ml necesitan.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 47 - Items 16 Ionometro de Vidrio

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
En ningun lado mencionan las medidas tanto del polvo como del liquido , si podrian verificar eso .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 48 - items 13-14-15 Resinas Fotopolimerizables

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Piden Para obturación fotopolimerizable, color A1. Radioopaco, composición de dimetacrilato (22% en peso). Incluye vidrio de bario, trifluoruro de iterbio, dióxido de silicio y óxidos mixtos. Tubo de 3,5 gr como mínimo. Incluye instrucciones de uso en español. Estan solicitando exclusivamente la composicion de una Marca especifica en estos Items, pedimos sea mas universal para poder dar una mayor participacion de oferentes y no este dirigido solo a una Marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 49 - Items 28

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Piden De fraguado rápido y consistencia media , de propiedades físicas y características tixotrópicas, de 410 gramos como mínimo. El precio referencial es un poco bajo para este tipo de Alginato. No se tuvo en cuenta eso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 50 - ítems 34 Acido Ortofosforico

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Piden Kit conteniendo 3 jeringas de 2,5 ml como mínimo de ácido ortofosfórico al 37% de uso odontológico. Deberían pedir por Unidad la jeringa ya que solo una Marca específica tiene en Kit de 3 unidades y así dar mayor participación de oferentes y dar mayor competitividad, además que no tiene sentido que sean en kit siendo que es el mismo producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 51 - Ítems 36-37-38-39 Acrilicos

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
En ningún lado figura las medidas que necesitan.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 52 - Ítems 70

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Piden Yeso para Moldeado de Prótesis Dentales Polvo. Tipo III. Porcentaje de expansión 0,15%. Paquetes de 1,5 kg de polvo como mínimo. El precio referencial está por debajo a lo que sería este tipo de Yeso, el precio concuerda con el Yeso Piedra de color Verde que siempre compro la convocante. O sea sería el yeso verde piedra normal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 53 - Ítems 94 Sobre para esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Piden Papel y plástico con adhesivo auto sellante de 190mm (± 5mm) x 370mm (± 5mm) como mínimo. Con o sin fuelles. Se podría Cotizar de 190 mm X 330 mm teniendo en cuenta que es muy poco la diferencia en milímetros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 54 - Ítems 105 Papel Articular

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Piden Indicadores de presión dental. Block de 12 Láminas como mínimo. La gran mayoría de las marcas vienen con 10 unidades, se podría cotizar de 10 unidades para dar una mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 55 - Items Punta de aspirador

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Piden Aspirador metálico quirúrgico. A que se refiere exactamente este instrumento porque podría interpretarse como aspirador de saliva también, se podría dar más detalles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 56 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Solicitamos a la convocante ampliar el plan de entrega: - 1era entrega: 20 días corridos - 2da entrega y saldo: 30 días corridos. Teniendo en cuenta que, en el caso de producto nacional, el plazo de fabricación para la cantidad requerida lleva un tiempo prudencial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 57 - 7 Hilo para Sutura Poliamida

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Aguja para sutura con hilo de POLIAMIDA 3.0 círculo 17mm. 75 cm de largo como mínimo. Estéril. Solicitamos amablemente que permitan cotizar Hilo para sutura Nylon o Poliamida, para poder dar mayor participación a los oferentes, el hilo poliamida y nylon son similar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 58 - 8 Hilo para Sutura Poliamida

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Aguja para sutura con hilo de POLIAMIDA 6.0 círculo 17mm. 75 cm de largo como mínimo. Estéril. Solicitamos amablemente que permitan cotizar Hilo para sutura Nylon o Poliamida, para poder dar mayor participación a los oferentes, el hilo poliamida y nylon son similar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 59 - 9 Hilo para Sutura Poliamida

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Aguja para sutura con hilo de POLIAMIDA 4.0 círculo 17mm. 75 cm de largo como mínimo. Estéril. Solicitamos amablemente que permitan cotizar Hilo para sutura Nylon o Poliamida para poder dar mayor participación a los oferentes, el hilo poliamida y nylon son similar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 60 - 16 Ionómero de vidrio

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Tipo I para base y cementación. Kit conteniendo polvo y líquido. Solicitamos amablemente que permitan cotizar, Polvo de 10 gramos y Líquido de 8 ml, para poder dar mayor participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 61 - 17 Ionómero de vidrio restaurador. Reforzado c/ aleación de plata.

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Ionómero de vidrio restaurador. Reforzado con aleación de plata. Para restauración de clase I y II, autoadhesivo. Para Técnica PRAT con liberación de flúor, tiempo de fraguado rápido, no mayor de 4 minutos y medio y tiempo de mezcla de no mayor de 30 segundos. Kit conteniendo polvo y líquido. Solicitamos amablemente que permitan cotizar, Kit Polvo de 32 gramos y Líquido de 8.9 ml, para poder dar mayor participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 62 - 18 Ionómero de Vidrio restaurador.

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Ionómero de vidrio restaurador. Auto curado. Alta Radiopacidad. color A2 para restauraciones posteriores. Para restauración de clase I, temporarios clase I y II, base cavitaria y rellenos en restauraciones. Excelente sustituto de dentina en cavidades grandes. Continua y alta liberación de flúor. Tiempo de mezcla de 50 -60seg. Tiempo de Trabajo 2-3 min. Tiempo de fraguado 4-5m. Solicitamos amablemente que permitan cotizar, Color A2 o A3 Kit Polvo de 10 gramos y Líquido de 8 ml, para poder dar mayor participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 63 - Item 32 - Bata quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Donde dice: longitud mínima de la bata 120cm. Ancho de la bata: 135cm, solicitamos se permita una variación de + 10 cm, considerando que no todos los fabricantes cuentan con la misma medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 64 - Ítem 33 – Bata quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Donde dice: longitud mínima de la bata 120cm. Ancho de la bata: 142cm, solicitamos se permita una variación de + 10 cm, considerando que no todos los fabricantes cuentan con la misma medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 65 - Plazo de entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Solicitamos que los plazos de entrega sean ampliados a 60 días como mínimo, considerando que las cantidades solicitadas deben ser importadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 66 - CONSULTA SOBRE LICITACION ID 417988

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
ITEMS 13,14,15 : SOLICITAN : "Para obturación fotopolimerizable, color (A1, A2,A3). (Radioopaco, composición de dimetacrilato (22% en peso). Incluye vidrio de bario, trifluoruro de iterbio, dióxido de silicio y óxidos mixtos. Tubo de 3,5 gr como mínimo. Incluye instrucciones de uso en español. Están solicitando exclusivamente la composición de una Marca específica en estos Items, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA MODIFICACION DE LOS SIGUIENTES ITEMS , DE MANERA A AMPLIAR LA PARTICIPACION DE POTENCIALES OFERENTES, VIRTUD A LOS PRINCIPIOS GENERALES CONSAGRADOS EN LA LEY 2051.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 67 - Consulta ID:417988 - Ítem 17

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Ítem 17 - Ionómero de vidrio restaurador. "Reforzado con aleación de plata. Para restauración de clase I y II, autoadhesivo. Para Técnica PRAT con liberación de fluor, tiempo de fraguado rápido, no mayor de 4 minutos y medio y tiempo de mezcla de no mayor de 30 segundos. Kit conteniendo polvo y líquido." Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar el ionómero de vidrio restaurador sin ser reforzado con aleación de plata para las mismas funciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 68 - Consulta ID:417988 - Item 20

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Item 20 - LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA - SOLUCION "Clorhidrato de Lidocaína al 2 % + Epinefrina de 1: 100,000. Tubo de vidrio, émbolo siliconado. para carpule" Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar clorhidrato de Lidocaína al 3% con epinefrina. Tubo de plástico, embolo siliconado para carpule.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 69 - Consulta ID:417988 - Item 26

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Item 27 - Hidróxido de calcio "Hidróxido de calcio puro. PA. Polvo, frasco de 20 gr. como mínimo" Solicitamos a la convocante la posibilidad de la presentación de oferta y entrega de 2 frascos de 10 gramos para completar la cantidad minima solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 70 - Consulta ID:417988 - Item 47

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Item 47 -Espátula metálica "Espátula para resina Politetrafluoroetileno (PTFE). Esterilizable" Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar espátulas para resina a base de nitrato de titanio, ya que la misma corresponde a una calidad superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 71 - Consulta ID:417988 - Item 124

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Item 124 - Pinza Hemostática "Recta 11 a 13 cm, instrumental para tejido blando" Solicitamos a la convocante la posibilidad de surtir este pedido, en vez de ser solo recta, también ofertar curva, ya que ambas tienen el mismo costo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 72 - Items 18 Ionometro de Vidrio REstaurador

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
En ningun lado mencionan la medida tanto del polvo como del liquido		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 73 - Pagos a proveedores

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Tenemso una consulta por el tema de pagos a oferentes , resulta que existe un llamado anterior a este la de Buco Dental especificamente el ID 364981 que fue en el año 2019 , resulta que los productos fueron entregados entre finales del 2020 y comienzos del 2021 y resulta ser que hasta el dia de hoy octubre 2022 los pagos siguen pendientes con la excusa que no tienen recursos . Estan adeudando el 100 % del llamado anterior, si no pueden pagar un llamado que representa el 1 % de este nuevo como van a pagar este que es 100 veces mayor. Que seguridad podemos tener los ofertenos para esto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2022
LA CONSULTA CORRESPONDE A OTRA DIRECCION DEPENDIENTE DEL MSPYBS		

Consulta 74 - Consulta ID:417988 - Item 133, 134

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Item 133, 134 Cubeta de impresión Solicitamos a la convocante poder ofertar juego de cubetas con 6 cantidades, y no solo de 4.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 75 - Consulta ID:417988 - Item 143,144,145

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Item 143,144,145 - "Fresa para Turbina Tronco Cónica Diamantada Fg. N° (858 0.10), (858 1.14), (858 0.16) Pequeño, mediano, grande. Fresa para alta rotación." Dichos Items corresponden a una marca en específica. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA MODIFICACION DE LOS SIGUIENTES ITEMS, DE MANERA A AMPLIAR LA PARTICIPACION DE POTENCIALES OFERENTES, VIRTUD A LOS PRINCIPIOS GENERALES CONSAGRADOS EN LA LEY 2051.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
LA CONVOCANTE ACLARA QUE SON MEDIDAS ILUSTRATIVAS, NO LIMITATIVAS, PUEDEN OFERTARSE DE OTRAS MARCAS EN ESTE TAMAÑO.		

Consulta 76 - Items 17 Ionometro de vidrio restaurador reforzado con aleacion de plata

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Piden con aleacion de plata que es un componente que ya no se usa a nivel mundial y que solo ya lo tiene una marca especifica, se deberia de cambiar eso y colocar otros componente que si se usa para dar mayor participacion de oferentes. Se corre el riesgo que nadie se presente en este items y se declare desierto y le perjudique al Ministerio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 77 - Consulta ID:417988 - Item 159

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Item 159 - Esponja de Gelatina Absorbente "Esponja hemostática absorbente. Estéril. Tamaño de 1cm x 0,5 cm como mínimo. Con plata coloidal. Sobre con 1 unidad." Solicitamos a la convocante aceptar otras presentaciones que no sean con solo 1 unidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 78 - Consulta ID:417988 - Item 172

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Item 172 - Cemento Endodóntico "Cemento endodóntico. Kit juego con frasco de Polvo de 15 gr y líquido de 7 ml como mínimo. Kit-juego" Solicitamos al convocante ampliar la presentación, polvo de 12 gr. y liquido de 10ml por ser una presentación mas universal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 79 - Consulta ID:417988 - Item 181

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Item 181 - Abre Boca "Abre boca metalico. Arco Articulado para goma dique, en material esterilizable de acero para aislamiento dentario." Solicitamos a la convocante aclarar el pedido, ya que la descripción de su especificación técnica corresponde a 2 productos diferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 80 - Consulta ID:417988 - Items 197,198

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Items 197,198 -Espaciadores dentales N° 25 y N° 30 Solicitamos a la convocante especificar si los items solicitados corresponden a espaciadores manuales o digitales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 81 - Consulta ID:417988 - Item 218

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Item 218 - Piedra Pómez "Polvo de piedra pómez para realización de pulidos de prótesis y otros, 1kg" Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar y entregar en presentación de 100 gramos hasta completar la cantidad requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 82 - ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Favor especificar la composicion del Kit, si el mandril es ovalado, cilindro o redondo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 83 - Consulta ID:417988 - Item 233

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Item 233 - Abrebocas "Abrebocas mediano" Solicitamos a la convocante la aclaración a que tipo de abrebocas se refiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 84 - ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Favor especificar la composicion del Kit, tipo de mandril		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 85 - ítem 93

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Cepillo para profilaxis, describe en las Especificaciones Técnica : CEPILLITO ROBINSON PARA CONTRA ANGULO....no especifica si es BLANCO o NEGRO, no especifica si es CONICO o RECTO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 86 - ITEM 221

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
PULIDOR DENTAL, describe en la Especificación Técnica : CEPILLO DE CERDA NEGRO NUMERO 4 PARA PULIR, no especifica si es RECTO o CONICO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 87 - ITEM 29,30,31

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
En los Guantes de Procedimiento, en la especificación técnica pide caño largo y no especifica largo mínimo y rango.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 88 - ítem 221

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
PULIDOR DENTAL, describe en la Especificación Técnica : CEPILLO DE CERDA NEGRO NUMERO 4 PARA PULIR, no especifica si es RECTO o CONICO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 89 - ITEM 4,5,6

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
En cuanto a las Gomas para pulir resina, favor especificar la composicion del Kit y tipo de mandril, ovalado, cilindrico o redondo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 90 - Consulta Tiempo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Solicitamos a la convocante que los plazos de entrega sean ampliados a 90 días como mínimo, para poder cumplir con los requerimientos de las cantidades solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 91 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
En el PBC en el punto donde dice con el objetivo de calificar la experiencia requerida se consideraran los siguientes índices: Demostrar la experiencia en la provisión de Medicamentos, insumos e Instrumentales (según lo cotizado) a través de copias de contratos y/o facturaciones de ventas por un 25% (veinte y cinco) por ciento de lo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020,2021,. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueran necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Al respecto se solicita la convocante que en este punto se pueda demostrar la experiencia en la provisión de Medicamentos e Insumos y/o Dispositivos Médicos a través de copias de contratos y/o facturaciones de ventas por un 25% (veinte y cinco) por ciento de lo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020,2021,. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueran necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Ya que los productos solicitados en el presente llamado son clasificados por el ente regulador como Dispositivos médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 92 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detalla más abajo, ya que el mismo se encuentra desactualizado en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos: ITEM 211: GORRO DESECHABLE G. 35.000.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2022
SERAN CONSIDERADOS EN LA ETAPA DE LA EVALUACION		

Consulta 93 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detalla más abajo, ya que el mismo se encuentra desactualizado en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos: ITEM 2: AGUJA ODONTOLÓGICA G. 880.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2022
SERAN CONSIDERADOS EN LA ETAPA DE LA EVALUACION		

Consulta 94 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detalla más abajo, ya que el mismo se encuentra desactualizado en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos: ITEM 1: 1 AGUJA ODONTOLÓGICA G. 880.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2022
SERAN CONSIDERADOS EN LA ETAPA DE LA EVALUACION		

Consulta 95 - ABASTECIMIENTO SIMULTANEO

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
Solicitamos a la convocante que para el presente llamado se incluya la modalidad de ADJUDICACIÓN EN ABASTECIMIENTO SIMULTANEO, específicamente para los ítems Nº 1, 2, 29, 30, 31 y 212, todo esto teniendo en cuenta el gran volumen solicitado en cada uno de ellos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 96 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
En el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas la convocante solicita: ITEM 213 TAPA BOCAS: Mascarilla Quirúrgica N95. Tapa Boca Desechable con filtro con sujeción en la oreja con elástico. Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para con dicho ítem, por lo tanto sugerimos que quede de la siguiente manera: Mascarilla Quirúrgica KN95. Tapa Boca Desechable con filtro con sujeción en la oreja con elástico, esta modificación permitirá que la convocante cuente con una mayor participación de potenciales oferentes y por ende mejores precios, todo esto dando cumplimiento al Artículo 20° de la LEY 2051/03		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 97 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
En el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas la convocante solicita: ITEM 33 BATA QUIRURGICA: Bata Quirúrgica, tamaño grande, elaborado de tela no tejida tipo SMMS o de superior calidad, descartable con 3 cierres a lazo. Resistente a fluidos corporales. Mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm de ancho, longitud mínima de la bata 120cm. Ancho de la bata: 142cm Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para con el ítem 33 quedando de la siguiente manera: Bata Quirúrgica, tamaño grande, elaborado de tela no tejida tipo SMMS o de superior calidad, descartable con cierres a lazo o tipo velcro. Resistente a fluidos corporales. Mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm de ancho, longitud mínima de la bata 120cm. Ancho de la bata: 142cm, esta modificación permitirá que la convocante cuente con una mayor participación de potenciales oferentes y por ende mejores precios, todo esto dando cumplimiento al Artículo 20° de la LEY 2051/03		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 98 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
En el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas la convocante solicita: ITEM 32 BATA QUIRURGICA: Bata Quirúrgica, tamaño mediano, elaborado de tela no tejida tipo SMMS o de superior calidad, descartable con 3 cierres a lazo. Resistente a fluidos corporales. Mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm de ancho, longitud mínima de la bata 120cm. Ancho de la bata: 135cm Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para con el ítem según se detalla: Bata Quirúrgica, tamaño mediano, elaborado de tela no tejida tipo SMMS o de superior calidad, descartable con cierre a lazo o tipo velcro. Resistente a fluidos corporales. Mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm de ancho, longitud mínima de la bata 120cm. Ancho de la bata: 135 cm, esta modificación permitirá que la convocante cuente con una mayor participación de potenciales oferentes y por ende mejores precios, todo esto dando cumplimiento al Artículo 20° de la LEY 2051/03		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 99 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
En el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas la convocante solicita: ITEM 2 AGUJA ODONTOLOGICA: 27 Gx1 periodontal atraumática de 32 mm, para jeringa carpule Estéril con triple bisel y cánula siliconada. Muy amablemente solicitamos a la convocante ampliar las EETT en el Item 2 Aguja Odontológica según se detalla: con aguja de 27 Gx1 periodontal atraumática de 22 a 25 mm, para jeringa carpule Estéril con triple bisel y cánula siliconada.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 100 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
En el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas la convocante solicita: ITEM 1 AGUJA ODONTOLOGICA: 30 Gx1 corta periodontal atraumática de 25 mm para jeringa carpule Estéril con triple bisel y cánula siliconada. Muy amablemente solicitamos a la convocante ampliar las EETT del Ítem 1 Aguja Odontológica, según se detalla: 30 Gx1 corta periodontal atraumática de 22 a 25 mm para jeringa carpule Estéril con triple bisel y cánula siliconada.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 101 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
1- El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) solicita como requisito para EXPERIENCIA REQUERIDA: Demostrar la experiencia en provisión de MEDICAMENTOS , INSUMOS E INSTRUMENTALES (SEGÚN LO COTIZADO) a través de copias de Contratos y/o Facturaciones de Ventas por un 25 % (VEINTE Y CINCO) por ciento de lo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019,2020,2021. Por la envergadura del llamado, y el contexto de la PANDEMIA que afectó el movimiento comercial en todos los ámbitos y no nos permitió una facturación mayor en los años afectados por el mismo, solicito cuanto sigue: a- Tomar los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, para demostrar la experiencia requerida del 25% (veinte y cinco) por ciento en Facturaciones y/o Ventas. b- Tomar el total de ítems facturados en los años solicitados en el punto anterior (a) para demostrar la Experiencia Requerida, y no solamente en productos similares a lo cotizado, ya que se trata de "Dispositivos Médicos".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 102 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem 214 (PAPAINA GEL). El precio referencial que debe ser tomado es el que fue adjudicado en el llamado ID 416020 LCO N° 21/2022, el cual ya fue adjudicado y en proceso de Ejecución del Contrato. Solicito que sea tomado como precio referencial (420.000 GS.) como fue adjudicado en el llamado mencionado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2022
SERAN CONSIDERADOS EN LA ETAPA DE LA EVALUACION		

Consulta 103 - Items 2 Aguja Odontologicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2022
Solicitan 27 G x 1 de 32 mm. , se podria cotizar de 30 mm. para dar una mayor participacion de oferentes y teniendo en cuenta es minima la diferencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 104 - Items 96 Baberos Desechables

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2022
Piden de 33 X 48 cm, se podria cotizar de +- 2 cm ya que no incide esa minima diferencia para su uso y para dar mayor participacion de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 105 - items 20 Lidocaina Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2022
El Precio REferencial esta muy por debajo del precio del mercado , se tomo como promedio licitaciones muy viejas y este items por ser medicamento tiene variaciones de precio cada año, favor tener en cuenta el precio promedio de este items es de 4.800 gs cada ampolla. si se mantiene ese precio referencial se podria dar que nadie cotize y quede desierto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2022
SERAN CONSIDERADOS EN LA ETAPA DE LA EVALUACION		

Consulta 106 - Items 28 Alginato Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2022
El precio referencial esta muy por debajo de lo que esta en el mercado este tipo de Alginato , se tomo en cuenta el precio de un alginato de otro tipo de especificacion , favor de cambiar eso para no que no quede desierto este items teniendo en cuenta que es muy dificil de cotizar a ese precio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2022
SERAN CONSIDERADOS EN LA ETAPA DE LA EVALUACION		

Consulta 107 - Cantidades minimas y Cantidades máximas

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2022
Se solicita respuestuosamente a la convocante la verficiación de cantidades minimas y máximas solicitadas en todos los ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 108 - Item 35

Consulta	Fecha de Consulta	24-11-2022
En el Item 35, Adhesivo Dental, " solicitan presentacion de frasco de 5 ml como minimo". Solicitamos a la convocante ampliar la presentacion a partir de 4 ml cada Frasco, asi tendrian oportunidad mayor cantidad de participantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 109 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2022
Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS e INSTRUMENTALES según lo cotizado, con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2018 - 2019 - 2010 - 2021. Solicitamos a la convocante muy amablemente puedan ser considerar los años 2017 -2018-2019-2020 y 2021 de manera a permitir mayor participación a los oferentes considerando que el monto total del llamado es significativamente alto y diversificado en 234 ítems. En la Pandemia Covid 19 en los años 2020 y 2021 las licitaciones son ínfima del Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social de los productos odontológico, además algunos servicios solo funcionaban de urgencia odontológica según Resolución N° 05/2020 de la Dirección de Salud Buco Dental – M.S.P. y B.S., Si la convocante puede comprender esta situación en especial.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 110 - requisito documental

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2022
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero , presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente, legalizado y consularizado o apostillado. A que se refiere tercerizado , las fabricas son las encargadas de fabricar sus productos y los oferentes tienen una carta de representacion de los mismos y los registros sanitarios de los mismos, con eso ya es suficiente para poder importar y comercializar los productos , a eso se refiere este punto , si pueden aclarar por favor ese tema.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
Dicho requisito aplica para las empresas que son titulares del registro sanitario pero su producto es elaborado en el extranjero con su propia marca, NO SON REPRESENTANTES DEL PRODUCTO, POR LO TANTO NO APLICA PARA EMPRESAS REPRESENTANTES.		

Consulta 111 - requisitos documentales

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2022
j- Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. Las fabricas otorgan la carta de representacion y los docuemntos para el registro sanitario de sus productos , contratos no emiten casi en ningun caso , tampoco para importar piden contrato , solo es exigencia la carta de representacion y el registro sanitario vigente , favor de obviar este pedido que lo unico que hara es que nadie pueda cumplir con ese requisito y se declarara desierto el llamado. Es la primera vez que piden esto en un PBC		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
Dicho requisito aplica para las empresas que son titulares del registro sanitario, es decir son dueñas de su propia marca pero el mismo es elaborado a travez de otra empresa en el ambito loca. NO SON REPRESENTANTES DEL PRODUCTO, POR LO TANTO NO APLICA PARA EMPRESAS REPRESENTANTES.		

Consulta 112 - 16 Ionómero de vidrio

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2022
Tipo I para base y cementación. Kit conteniendo polvo y líquido. Solicitamos amablemente que permitan cotizar, Polvo de 10 gramos y Líquido de 8 ml, para poder dar mayor participación a los oferentes porque la presentación del Ionómero de polvo de 15 gramos no es proporcional con 8 ml de líquido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 113 - Items 18 Ionómero de Vidrio REstaurador

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2022
Tiempo de mezcla pide de 50 seg a 60 seg.. como minimo , se podria cotizar uno de 30 seg. a 60 seg. ya no altera al producto que la mezcla sea rapida al contrario le resulta mayor comodidad al Dr.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 114 - Items 13-14-15-16 Resinas Fotopolimerizables

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2022
En la especificación técnica actual agregaron (Incluye vidrio de bario, trifluoruro de iterbio) este componente es exclusivo de una marca específica favor cambiar esta especificación para dar mayor participación a los oferentes y no este dirigido a una marca o Oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 115 - items 1 Aguja Odontologica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2022
Piden con triple bisel, esa es especificación es una marca exclusiva, favor cambiar o sacar esta especificación técnica para dar mayor participación de oferentes o de lo contrario se podría dar la posibilidad de declarar desierto este ítem, considerando que este tipo de agujas también su precio es mucho más elevado y el precio referencial está muy por debajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 116 - Items 96 Baberos Desechables

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2022
Piden de 33 X 48 cm, se podría cotizar de +- 2 cm ya que no incide esa mínima diferencia para su uso y para dar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 117 - SOLICITUD DE AMPLIACION DE AÑOS DE EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2022
EN RELACION A LA EXPERIENCIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR RANGO DE AÑOS DE EXPERIENCIA DEBIDO A LA CANTIDAD DE INSUMOS E INSTRUMENTALES SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, PONIENDO A CONSIDERACIÓN AÑOS, 2017-2018-2019-2020-2021 EN LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES DANDO POSIBILIDAD DE COMPETENCIA A OTROS POTENCIALES OFERENTES.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 118 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 207 GASA DE ALGODON X 40 METROS

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2022
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AJUSTAR EL PRECIO REFERENCIAL YA QUE LOS REFERENCIALES PUBLICADOS NO REFLEJA LOS COSTOS ACTUALES DE ESTE PRODUCTO EL COSTO ACTUAL DE ESTE PRODUCTO ES DE 92.000 GUARANIES EL PAQUETE		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-12-2022
SERAN CONSIDERADOS EN LA ETAPA DE EVALUACION		

Consulta 119 - ITEM 13 , 14, 15 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2022
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER COTIZAR RESINAS NANO-HIBRIDAS CUYOS COMPONENTES SON LAS SIGUIENTES, RESINA NANO-HIBRIDA CON MATRIZ DE MONOMEROS METACRILICOS, CARGAS INORGANICAS, INICIADORES, ESTABILIZANTES, CONSERVANTES Y PIGMENTOS PARA DAR MAYOR COMPETITIVIDAD CON POTENCIALES OFERENTES..		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 120 - ITEM 16 IONOMERO DE VIDRIO TIPO 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
IONOMERO DE VIDRIO TIPO 1 PARA BASE Y CEMENTACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN, PARA PODER COTIZAR POLVO 10 GR. COMO MINIMO Y LIQUIDO 8 ML. PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES, LOS KIT NO SON COMPATIBLES EN ESA PRESENTACIÓN.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 121 - items 2 Aguja Odontologica

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
piden 27 G de 32 mm.. se podri dar un amrgen de +-2 mm. para dar una mayor participacion de oferentes , ademas que la medida 32 mm. no existe en ninguna Marca conocida.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 122 - items 2 Aguja Odontologica

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
Piden TRi bisel , esa descripcion solo la tiene una marca Conocida , se podria modificar estaq especificacion para dar mayor participacion de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 123 - items 13-14-15 Resinas Fotopolimerizables

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2022
Pedimos a las convocante se pueda cotizar resinas Nano Hibridas, las especificaciones que estan solicitando es totalmente dirigido a una marca , pedimos se pueda ver esto y de colocar las Nano Hibridas que si puedan tener todos los potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 124 - Requisitos Documentales

Consulta	Fecha de Consulta	06-12-2022
En apartado F piden Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente,fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Este certificado lo entrega el propio Ministerio de Salud y son los encargados de dar la vigencia de tal certificado , la convocante pide que este vigente durante el contrato y el certificado tiene un vencimiento que escapa a nosotros los oferentes , pedimos que sea con el certificado vigente para la apertura y con DDJJ en donde nos comprometemos a renovar cuando llegue el vencimiento con la gente del Ministerio de Salud , de lo contrario nadie podra cumplir este requisito se va a declarar desierto esta Licitacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 125 - Requisitos Documentales

Consulta	Fecha de Consulta	06-12-2022
Requisitos Documentales inciso i. piden Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero , presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente, legalizado y consularizada o apostillado. Los fabricantes otorgan Cartas de Representacion y todos los documentos para el registro sanitario de los productos , no otorgan Contrato porque las cartas de representacion obligan a poder importar de ellos y eso es lo que solitan para la importacion aparte del registro sanitario , el tema del contrato esta demas y no esta en ninguna legislacion en poseer ese documento , se deberia de obviar o colocar como opcional ya que es dificil de cumplir este documento para los oferentes. Se podria dar el caso de declarar desierto algunos items.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
La carta de representacion aplica para REPRESENTANTES de productos, este requisito NO APLICA PARA REPRESENTANTES. Tal cual como dice en el requisito aplica para EMPRESAS que SON DUEÑAS de UNA MARCA (NO SON REPRESENTANTES) fabrican su producto en el extranjero como su PROPIA MARCA, debido a eso se solicita contrato o acuerdo de fabricacion ya que NO SE TRATA DE UNA REPRESENTACION.		

Consulta 126 - Capacidad Técnica Ítem 32 y 33 (Batas Quirúrgicas)

Consulta	Fecha de Consulta	06-12-2022
Solicitamos a la Convocante que para los productos nacionales, sobre la presentación de certificados internacionales de la tela que respalden la barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94% se pueda incluir la norma internacional ABNT NBR 15052:2004 RDC ANVISA Nº 356 / RDC ANVISA Nº 379, emitido por una Certificadora Nacional o Internacional, debidamente apostillada, con incluir esta norma no perjudica a otras ofertas, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-12-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		