

Consultas Realizadas

Licitación 418015 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 404-756 - PLURIANUAL"

Consulta 1 - Item 3 Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
Dice PBC: MICROCATER PERIFERICO DE 0,027", CON GUÍA DE 0,014" X 250 CM. EN KIT Favor ampliar MICROCATER PERIFERICO DE 0,027", CON GUÍA DE 0,014" a 0,021 EN KIT	12-10-2022	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme pedido de la Unidad Requirente.	14-10-2022	

Consulta 2 - Item 4 Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
Dice PBC: MICROCATER PERIFERICO DE 0,014" , CON ALAMBRE GUIA HIDROFILICA 0,014". ESTERIL. DESCARTABLE. Favor ampliar MICROCATER PERIFERICO DE 0,014" Fr 1,18 Fr. , CON ALAMBRE GUIA HIDROFILICA 0,014". ESTERIL. DESCARTABLE. Teniendo en cuenta que los productos vienen en Kit, y la unidad de medida que se presenta es en Fr., de tal forma que permita tener más oferentes.	12-10-2022	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme pedido de la Unidad Requirente.	14-10-2022	

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
En las Especificaciones Técnicas del PBC, para el ÍTEM N° 18 la convocante solicita Stent periférica autoexpandible de alambre de nitidol con marcas radiopacas. De 6 a 10 mm de diámetro y de 20 a 80 mm de largo. Descartable con sistema de liberación de 125 cm de largo (+-5 cm). Compatible con guías de 0.018 o 0.035. Al respecto, se solicita a la convocante aclarar si el Stent requerido para el ítem 18 debe ser Stent periférico autoexpandible cubierto con PTFE	12-10-2022	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme pedido de la Unidad Requirente. El Servicio de Hemodinamia requiere el stent desnudo sin cobertura PTFE.	14-10-2022	

Consulta 4 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
La convocante solicita: Demostrar la experiencia en copias de contratos ejecutados de provisión de bienes en insumos ENDOVASCULARES con facturaciones de ventas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en los 3 últimos años 2019, 2020, 2021.		
Seguidamente, menciona que los requisitos documentales que deberán ser presentados para validar la experiencia indicada en el párrafo anterior deberán ser: Copias de Contratos, facturaciones, que avalen la experiencia requerida de Insumos Médicos y/o Dispositivos Médicos de los Ejercicios Fiscales en los años 2019, 2020, 2021 .		
Al respecto se solicita a la convocante unificar dichos criterios, quedando de la siguiente manera:		
Demostrar la experiencia en copias de contratos ejecutados de provisión de bienes INSUMOS MÉDICOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICOS con facturaciones de ventas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en los 3 últimos años 2019, 2020, 2021.		
Ya que los productos solicitados en el presente llamado son clasificados por el ente regulador como dispositivos médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al Pliego de Bases y Condiciones.		