

Consultas Realizadas

Licitación 418410 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL IICS UNA

Consulta 1 - ITEM 72. HDL Colesterol.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2022
Se puede ofertar una presentación con las sgtes. composiciones y concentraciones:		
Reactivo A: solución de colesterol oxidasa (< 3000 U/l), peroxidasa (< 5000 U/l) y N-etil-N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3-toluidina disódica (TOOS) (< 1 mM), en buffer de Good, con estabilizante y conservante apropiados.		
Reactivo B: solución de detergente (< 2%), colesterol esterasa (< 3000 U/l) y 4-aminoantipirina (4-AAP) (< 1 mM), en buffer de Good, conservantes y estabilizante apropiado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2022
Serán tenidas en cuenta ofertas con estas características, siempre y cuando el producto ofertado sea compatible con el autoanalizador químico CB 350I		

Consulta 2 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Se solicita amablemente a la convocante extender el plan de entregas a 60 (sesenta) días posteriores a la recepción de la orden de compra debido a que los reactivos son importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Ajustarse al plazo establecido en el PBC, teniendo en cuenta que el presente llamado no es plurianual, y tiene que ejecutarse en el presente ejercicio. por tratarse de fuente de financiamiento 10 "Recursos del Tesoro".		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 80

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Ítem 80: Se solicita amablemente a la convocante aclarar si lo solicitado son solo los medios de transporte o los test como tal		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-09-2022
Corresponde a medios para toma de muestra y conservación compatibles para detección de los tipos de HPV indicados en las especificaciones técnicas.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 92

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Ítem 92: Se solicita amablemente considerar kits de mínimo 50 determinaciones, llegando de igual forma a la cantidad de determinaciones requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-09-2022
Serán tenidas en cuenta ofertas con esa presentación siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas, el precio unitario cotizado corresponda a la presentación solicitada en el PBC y se llegue a la cantidad total solicitada.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 79

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Consultamos a la Convocante si se podrán presentar 2 kits que en conjunto cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y que pueden ser analizadas en una misma corrida? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
Serán tenidas en cuenta ofertas con esa presentación siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas, el precio unitario cotizado corresponda a la presentación solicitada en el PBC y se llegue a la cantidad total solicitada.		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 92

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Consultamos a la Convocante si se podrán presentar 3 cajas que en conjunto sumen 300 reacciones de extracción tal como se solicita? a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
Serán tenidas en cuenta ofertas con esa presentación siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas, el precio unitario cotizado corresponda a la presentación solicitada en el PBC y se llegue a la cantidad total solicitada.		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 107

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Consultamos a la Convocante si se podrá presentar un kit de enzima Taq Polimerasa que incluye 3 tubos de 200 unidades cada uno? a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
Serán tenidas en cuenta ofertas con esa presentación siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas, el precio unitario cotizado corresponda a la presentación solicitada en el PBC y se llegue a la cantidad total solicitada.		