

## Consultas Realizadas

# Licitación 419576 - ADQUISICION DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

### Consulta 1 - Embalajes y documentos

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
Donde dice: cada equipo y/o accesorio deberá tener grabado a láser USO EXCLUSIVO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.		
Considerando que los instrumentales y accesorios que componen la torre tienen un tamaño pequeño y la mayoría son instrumentos aislados, muy delicados, resultaría imposible agregar esta marcación a todos ellos, por lo que solicitamos la exclusión de este requisito ya que incluso podría afectar al instrumento.		
En todo caso, consultamos la posibilidad que en reemplazo del grabado a láser se pudieran agregar placas con la descripción solicitada a los equipos y el carro de transporte, excluyendo los instrumentales y accesorios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

### Consulta 2 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
<input type="checkbox"/> En el apartado 2.2.5 donde menciona: Esterilizable por gas, plasma o autoclave, solicitamos considerar la utilización del cabezal de cámara con forro estéril para cámara para mayor vida útil del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Los requerimientos solicitados, son los mínimos. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 3 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
<input type="checkbox"/> En el punto 2.2.7 donde menciona: Peso no mayor a 300gr favor ampliar rango de 280 a 380 gr.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

### Consulta 4 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
<input type="checkbox"/> 2.7.4 Trocar con válvula multifuncional, tamaño 11 mm, aceptar de 10 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

### Consulta 5 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
----------	-------------------	------------

☐ 2.7.4.4 Válvula multifuncional, tamaño 11 mm (+/- 1cm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

### Consulta 6 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
----------	-------------------	------------

☐ 2.7.5 Trocar con válvula multifuncional, tamaño 6 mm, aceptar de 5 mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

### Consulta 7 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
----------	-------------------	------------

☐ 2.7.6 Trocar HASSAN, tamaño 11 mm, aceptar de 10 mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

### Consulta 8 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
----------	-------------------	------------

☐ 2.7.6.2 Longitud útil 13 cm (+/- 1cm). Solicitamos ampliar a ( +/-2 cm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

### Consulta 9 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
----------	-------------------	------------

☐ 2.7.7 Cánula para neumoperitoneo de VERRES, 2.7.7.1 Con cánula interior roma de resorte, LUER-Lock, 2.7.7.2 Longitud 13 cm (+/- 1cm). Solicitamos ampliar a (+/-2 cm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

### Consulta 10 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
----------	-------------------	------------

☐ 2.7.8 Tubo de aspiración e irrigación, 2.7.8.2 Longitud 36 cm (+/- 2cm), con aberturas laterales. Solicitamos ampliar a (+/-3 cm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

### Consulta 11 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
<input type="checkbox"/> 2.7.9 Electrodo de coagulación y disección, Forma de L, 2.7.9.1Tamaño 5 mm, aislado, con conexión para coagulación unipolar, 2.7.9.2Longitud 36 cm (+/- 2cm). Solicitamos ampliar a (+/-3 cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

### Consulta 12 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
<input type="checkbox"/> Desde el punto 2.7.11 al punto 2.7.23, donde describe las especificaciones de todas las pinzas para video cirugía, solicitamos a la convocante ampliar rango de tolerancia de 31 cm a 36 cm de longitud de trabajo, ya que 36 cm es exclusivo de una sola marca y limita a los oferentes participar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Se solicitan instrumentos que pueden ser utilizados en pacientes adultos, incluyendo pacientes obesos. Los instrumentos de 31 cm no son aptos para los mismos, ya que son para pacientes pediátricos. En el mercado existen mas de 3 marcas que cumplen con este requisito por lo cual debera ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 13 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
<input type="checkbox"/> 2.7.21 Aplicador de clips, 2.7.21.1 Desmontable, giratorio para clips de ligadura médium/large; después de conectar el clip, el mecanismo de bloqueo del mango fija la mandíbula, 2.7.21.2 Tamaño 10 mm de diámetro, 2.7.21.3 Longitud 36 cm (+/- 2cm), 2.7.21.4 Rotativa, con bloqueo para las mordazas. Desmontable en tres partes, 2.7.21.5 Se compone de: 2.7.21.6 Mango de metal, con bloqueo; 2.7.21.7 Vaina metálica exterior; 2.7.21.8 Elemento de trabajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 14 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
<input type="checkbox"/> 2.7.22 Vainas metálicas para aplicadores de clips, tamaño 5mm, longitud 36cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 15 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
<input type="checkbox"/> 2.7.23 Aguja para inyección, 2.7.23.1 Diámetro 1.2 mm, tamaño 5 mm, longitud 36 cm (+/- 2cm). Favor ampliar rango de tolerancia (+/-3 cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

## Consulta 16 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
□ 2.7.24 01 (un) Macro porta aguja, 2.7.24.1 Con inserto de carburo de tungsteno, mango ergonómico, recta, con bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la derecha, mandíbulas curvadas a la izquierda, 2.7.24.2 Tamaño 5 mm, (+/- 1mm), 2.7.24.3 Longitud 33 cm (+/- 2cm), Solicitamos a la convocante aceptar porta aguja recto, con eje tubular, mango axial de peek, de simple acción, más ergonómico y amigable para el usuario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

## Consulta 17 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
□ 2.7.26 Camisas aisladas para pinzas laparoscópicas, 5mm, 36cmlongitud. Favor ampliar rango de tolerancia (+/-3 cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

## Consulta 18 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
□ 2.7.28 Retractor de abanico, desmontable, extensible, 2.7.28.1 Diámetro 5mm, 2.7.28.2 Longitud 36cm (+/-2cm). Solicitamos a la convocante aceptar retractor de 10mm de 36 a 40 cm de de longitud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 19 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
□ 2.7.29 Aplicador de clips, de polímero, 2.7.29.1 Giratorio para clips de ligadura tamaño large y extralarge; 2.7.29.2 Tamaño 10 mm de diámetro, 2.7.29.3 Longitud 31 cm (+/- 2cm), 2.7.29.4 Rotativa, 2.7.29.5 Un aplicador para cada tamaño o con insertos intercambiables. Solicitamos a la convocante aceptar clipadora de 10 mm, para clips de titanio doble, con el pestillo en la punta, de esta manera se asegura el tejido a ser ligado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 20 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
□ 2.7.30 Anudador extracorpóreo, tamaño 5mm, longitud 36cm (+/-2cm). . Favor ampliar rango de tolerancia (+/-3 cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		