

Consultas Realizadas

Licitación 421989 - LCO SBE 04-23 ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPATIBLES CON MESAS QUIRURGICAS DE LA MARCA SCHMITZ DEL IPS

Consulta 1 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
Se solicita a la convocante la posibilidad de extender el plazo de entrega de los bienes como mínimo 60 días calendario posterior a la firma del contrato, ya que el tiempo de producción de accesorios, sumado el tiempo de envío de los mismos y los procesos de importación demoran más de 45 días calendarios una vez que sean confirmados los pedidos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.		

Consulta 2 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
En el pliego de bases y condiciones en el punto donde dice: 2. Anclaje para equipo de extensiones: para anclar el equipo de extensiones a la mesa de cirugía marca Schmitz modelo Diamond. Se solicita a la convocante establecer el ítem como OPCIONAL, ya que en la nueva actualización del equipo de extensiones a partir del 2023 se ha hecho un cambio en la forma de encajar el equipo a la mesa de cirugía en el cual ya no se requiere el anclaje por separado. El mismo ya viene integrado a la placa de asiento para encajar con el equipo de tracción. El punto quedaría de la siguiente forma: 2. Anclaje para equipo de extensiones: para anclar el equipo de extensiones a la mesa de cirugía marca Schmitz modelo Diamond. OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.		

Consulta 3 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
En el ítem 3 Mandril de fijación: para montaje del equipo de extensión juntamente con el anclaje a la mesa de cirugía, para mesas con desplazamiento longitudinal, compatible con la mesa de cirugía marca Schmitz modelo Diamond. Se solicita amablemente a la convocante poder colocar este ítem como OPCIONAL, ya que en la nueva actualización del equipo de extensiones a partir del 2023 se ha hecho un cambio en la forma de encajar el equipo a la mesa de cirugía en el cual ya no se requiere el anclaje ni tampoco el mandril. El mismo ya viene integrado a la placa de asiento para encajar con el equipo de tracción. El punto quedaría de la siguiente forma: Mandril de fijación: para montaje del equipo de extensión juntamente con el anclaje a la mesa de cirugía, para mesas con desplazamiento longitudinal, compatible con la mesa de cirugía marca Schmitz modelo Diamond. OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.		

Consulta 4 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
<p>En el punto donde dice: 5.1 Anclaje para equipo de extensiones, para anclar el equipo de extensiones a la mesa de cirugía. Cantidad: 6 (seis) unidades.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante poder colocar este ítem como OPCIONAL, ya que en la nueva actualización del equipo de extensiones a partir del 2023 se ha hecho un cambio en la forma de encajar el equipo a la mesa de cirugía en el cual ya no se requiere el anclaje por separado. El mismo ya viene integrado a la placa de asiento para encajar con el equipo de tracción.</p> <p>El punto quedaría de la siguiente forma:</p> <p>5.1 Anclaje para equipo de extensiones, para anclar el equipo de extensiones a la mesa de cirugía. Cantidad: 6 (seis) unidades. OPCIONAL.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.</p>		

Consulta 5 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
<p>En el punto donde dice: 5.2 Mandril de fijación, para montaje del equipo de tracción en combinación con el anclaje para equipo de extensiones a la mesa de cirugía. Debe ser compatible con la mesa de cirugía con desplazamiento horizontal o longitudinal. Cantidad: 6 (seis) unidades.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante poder establecer este ítem como OPCIONAL, ya que en la nueva actualización del equipo de extensiones a partir del 2023 se ha hecho un cambio en la forma de encajar el equipo a la mesa de cirugía en el cual ya no se requiere el anclaje ni tampoco el mandril. El mismo ya viene integrado a la placa de asiento para encajar con el equipo de tracción.</p> <p>El punto quedaría de la siguiente forma:</p> <p>5.2 Mandril de fijación, para montaje del equipo de tracción en combinación con el anclaje para equipo de extensiones a la mesa de cirugía. Debe ser compatible con la mesa de cirugía con desplazamiento horizontal o longitudinal. Cantidad: 6 (seis) unidades. OPCIONAL</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.</p>		

Consulta 6 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
<p>En el punto donde dice: 5.3 Placa de asiento para posición supina para equipo de extensión, compatible con la mesa de cirugía. Cantidad: 3 (tres) unidades.</p> <p>Se solicita a la convocante modificar este ítem, debido a que en la nueva versión del equipo de extensiones la placa de asiento ya viene incorporada en el equipamiento de serie juntamente con el anclaje a la mesa de cirugía, de forma a que el punto quede de la siguiente manera:</p> <p>5.3 Placa de asiento para posición supina para equipo de extensión con sistema de anclaje incorporado, compatible con la mesa de cirugía. Cantidad: 3 (tres) unidades.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.</p>		

Consulta 7 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
<p>En el ítem 4 Placa de asiento: para posición supina, para equipo de extensión, compatible con la mesa de cirugía marca Schmitz modelo Diamond.</p> <p>Se solicita a la convocante la posibilidad de modificar este ítem, debido a que en la nueva versión del equipo de extensiones la placa de asiento ya viene incorporada en el equipamiento de serie juntamente con el anclaje a la mesa de cirugía, de forma a que el punto quede de la siguiente manera:</p> <p>Placa de asiento para posición supina, para equipo de extensión, con sistema de anclaje incorporado, compatible con la mesa de cirugía marca Schmitz modelo Diamond.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.</p>		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
<p>Se solicita a la convocante considerar establecer como un requisito la presentación de un CERTIFICADO QUE DEMUESTRE LA COMPATIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS PRESENTADOS CON LAS MESAS QUIRÚRGICAS MARCA SCHMITZ MODELO DIAMOND pertenecientes al IPS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última Versión.</p>		