

Consultas Realizadas

Licitación 427373 - ADQUISICION DE DEFIBRILADOR Y OTROS - 2DO. LLAMADO

Consulta 1 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
El sistema de adjudicación es por el total Se solicita a la contratante si podría ser por lote así dar mas oportunidad a otros oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Se mantiene lo establecido en el PBC, teniendo en cuenta que los bienes solicitados son de la misma naturaleza y existen empresa en el mercado que pueden ofertar todos los bienes solicitados. Remitirse al Acta de Apertura de la primera convocatoria.		

Consulta 2 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Se solicita modificar el sistema de adjudicación a "por ítem" o "por lote" de modo separar el ítem 1, desfibrilador de los demás ítems requeridos, debido a que se trata de un equipo de alta complejidad, y un oferente del desfibrilador probablemente no se dedique a la venta de los otros productos solicitados, corriendo el riesgo de quedar nuevamente desierto el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Se mantiene lo establecido en el PBC, teniendo en cuenta que los bienes solicitados son de la misma naturaleza y existen empresa en el mercado que pueden ofertar todos los bienes solicitados. Remitirse al Acta de Apertura de la primera convocatoria.		

Consulta 3 - Lugar de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
Se solicita a la Convocante aclarar el lugar de entrega del ítem 1.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Se aclara que el lugar de entrega de los bienes es: Prof. Dr. Vittorio Curiel y Dr. Oscar Paciello, Palacio de Justicia de San Lorenzo, Seccion Recursos Humanos.		

Consulta 4 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
<p>El PBC establece en su página 18, sección CAPACIDAD TÉCNICA: "El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica y Requisito documental para evaluar la capacidad técnica: No aplica"</p> <p>Al tratarse de adquisición de Dispositivos Médicos, solicitamos a la Convocante exigir que los Oferentes presenten: Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Importadora de Dispositivos médicos, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección Individual (Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV) emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación, conforme lo establece la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
<p>Se mantiene lo establecido en la Carta de Invitación.</p>		

Consulta 5 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
<p>Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Certificado de Registro Sanitario vigente. Este documento garantiza que el producto cumple con todas las garantías de seguridad eficacia y eficiencia de fabricación. El certificado de Registro Sanitario es emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS, conforme lo establece la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
<p>Se mantiene lo establecido en la Carta de Invitación.</p>		

Consulta 6 - Capacidad financiera

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
<p>Se solicita a la Convocante establecer requisitos para la evaluación de la capacidad financiera de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
<p>Se mantiene lo establecido en la Carta de Invitación.</p>		

Consulta 7 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
<p>Solicitamos a la Convocante exigir a los potenciales oferentes a presentar la siguiente habilitación de servicio técnico a fin de garantizar la provisión de asistencia técnica durante el periodo de garantía de los dispositivos médicos ofertados. Debe decir: Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación, conforme lo establece la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
<p>Se mantiene lo establecido en la Carta de Invitación.</p>		

Consulta 8 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
Se solicitar amablemente a la Convocante establecer el sistema de adjudicación sea por ítem, de modo a permitir mayor cantidad de oferentes.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Se mantiene lo establecido en la Carta de Invitación, ya que son bienes de la misma naturaleza y existen empresas en el mercado nacional que ofrecen todos los productos solicitados.		

Consulta 9 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes a ser proveídos se solicita a la Convocante establecer la siguiente fórmula de reajuste: $V1 = P * \{(Cmc/Co) 1\}$; P= Precio de los bienes Cmc= Tipo del cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní / Dólar Americano, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura. Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní/Dólar Americano, del día de la Apertura de Ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Se mantiene lo establecido en la Carta de Invitación.		

Consulta 10 - Item 1 Desfribilador (DEA)

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Item 1 Desfribilador (DEA) En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Tiempo de análisis: 8 segundos como máximo Solicitamos permita la cotización de: Tiempo de análisis: 10 segundos como máximo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la Adenda N° 3		

Consulta 11 - Item 1 Desfribilador (DEA)

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Item 1 Desfribilador (DEA) En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Peso aprox (con batería y almohadilla): 2.3 kg. Como máximo Solicitamos permita la cotización de: Peso aprox (con batería y almohadilla): 2.4 kg. Como máximo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la Adenda N° 3		

Consulta 12 - Item 1 Desfribilador (DEA)

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Item 1 Desfribilador (DEA) En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Tiempo encendido: 15 segundo como máximo Solicitamos permita la cotización de: Tiempo encendido: 25 segundos como máximo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la Adenda N° 3		

Consulta 13 - Item 1 Desfribilador (DEA)

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Garantía escrita mínima de 3 años contra cualquier desperfecto de fábrica. Solicitamos permita la cotización de: Garantía escrita mínima de 2 años contra cualquier desperfecto de fábrica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la Adenda N° 3		

Consulta 14 - Item 2 TENSIOMETRO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición: Presión: 0 a 300 mmHg Pulsos: 40 a 199 pulsos/min Solicitamos permita la cotización de: Rango de medición: Presión: 0 a 299 mmHg Pulsos: 40 a 180 pulsos/min		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la Adenda N° 3		

Consulta 15 - Item 2 TENSIOMETRO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Cantidad de memorias: 99 mediciones como mínimo Solicitamos permita la cotización de: Cantidad de memorias: 30 mediciones como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la Adenda N° 3		

Consulta 16 - Item 4 Oxímetro de Pulso

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de Medición: 25 BPM-250BPM Solicitamos a la convocante permitir cotización de; Rango de Medición: 25 BPM-250BPM con una variación de (+-10)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la Adenda N° 3		

Consulta 17 - Item 4 Oxímetro de Pulso

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Item 4 Oxímetro de Pulso En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Precisión: +- 3 BPM Solicitamos a la convocante permitir cotización de; Precisión: +- 2 BPM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la Adenda N° 3		

Consulta 18 - Item 6 Balanza Digital

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Item 6 Balanza Digital En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Capacidad de carga hasta 200 Kg como mínimo Solicitamos a la convocante permitir cotización de; Capacidad de carga hasta 180 Kg como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

Consulta 19 - Multa

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Porcentaje de Multa: En la Página 33 del PBC dice: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,50 %. Solicitamos a la convocante aclarar si el porcentaje por día de atraso es de 0,50 % o 0,05 %.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Se mantiene lo establecido en el PBC		

Consulta 20 - Porcentaje de Multa

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Porcentaje de Multa: En la Página 33 del PBC dice: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,50 %. Solicitamos a la convocante que el porcentaje de multa se reduzca al 0,01 % por cada día de atraso indicado en este apartado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Se mantiene lo establecido en el PBC		

Consulta 21 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Solicitan: Energía (J): Adulto: 150- 200-200 / Niño: 50-70-70 Solicitamos diga: Energía (J): Adulto: 185-200-200 / Niño:45-50-50 que son las descargas recomendadas por la AHA2015 para seguridad del paciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la Adenda N° 3		

Consulta 22 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Tiempo de análisis: 8 segundos como máximo, solicitamos permita ofertar equipos con Tiempo de análisis: 13 segundos como máximo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la Adenda N° 3		