

## Consultas Realizadas

# Licitación 428953 - ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE

### Consulta 1 - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Solicito verificar el Precio Referencial del Detergente no Ionico ya que no se ajusta con el precio del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Presupuesto 1: LASCA Presupuesto 2: Licitación ID 409106 (Gobierno Departamental de Boquerón) 2022 Presupuesto 3: Licitación ID 405534 (MSPBS) 2022		

### Consulta 2 - Especificaciones técnicas. Ítem 33

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
ITEM 33 Material de referencia certificado de Glifosato. Se solicita en el PBC 1500 mg, la presentación normal es 250 mg. Favor confirmar que precisan 1500 mg que corresponderían a 6 Fcos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Respuesta: Estimado posible oferente, las presentaciones podrían ser de 100mg, 250mg y hasta 1 g. Entonces: Para presentaciones de 100mg, serían 15 frascos de 100mg Para presentaciones de 250mg, serían 6 frascos de 250mg		

### Consulta 3 - Especificaciones técnicas. Ítem 34

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
ITEM 34 Material de referencia certificado de Imidacloprid. Solicita el PBC, en el listado de precios, 500 mg. La presentación habitual del Imidacloprid como material de referencia es 100 mg. Favor confirmar que se requiere 5 Fcos x 100 mg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Respuesta: Estimado posible oferente, las presentaciones podrían ser de 100mg y 250mg. Entonces: Para presentaciones de 100mg, serían 5 frascos de 100mg Para presentaciones de 250mg, serían 2 frascos de 250mg.		

## Consulta 4 - Especificaciones técnicas. Ítem 35

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
ÍTEM 35 Material de referencia certificado de Lufenuron, Solicita el PBC, en el listado de precios, 250 mg. La presentación habitual del Lufenuron como material de referencia es 100 mg. Favor considerar solicitar 100 mg o 200 mg o 300 mg, de modo a ofertar 1 o 2 o 3 Fcos para completar los miligramos requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Respuesta: Estimado posible oferente, favor ajustarse a las especificaciones técnicas de bases y condiciones del pliego.		

## Consulta 5 - Precio referencial ITEM 51

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2023
ÍTEM 51 PLAGUICIDA SUSTANCIA MULTIESTANDAR. Favor revisar precio de referencia, se encuentra muy por debajo del precio de venta local.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
verificar ultimo precio de charpentier aun no paso correo. El precio de referencia solo cotiza las soluciones y no así las columnas y capacitaciones		

## Consulta 6 - Item 56 - Kits Extraccion de ADN

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2023
Se podría ofertar kit de extracción mediante perlas magnéticas, con equipo automatizado en comodato?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Respuesta: Estimado posible oferente, favor ajustarse a las especificaciones técnicas de las bases y condiciones del pliego.		

## Consulta 7 - item 88- Pipeta Pasteur

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2023
Se podría aceptar pipeta pasteur con longitud de 145 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
remitirse a la adenda		

## Consulta 8 - Item 92 - Repipeteadora automática

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2023
Se podría presentar un controlador de pipeta de 1 a 100 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
si se puede presentar solo lo nombra de diferente manera, es lo mismo que se solicita.		

### Consulta 9 - Item 89 - Pipeta Pasteur

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	10-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar pipeta pasteur con longitud de 160 mm?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	24-10-2023
------------------	---------------------------	------------

remitirse a la adenda

### Consulta 10 - Item 93 - Tubo para centrifuga de polipropileno

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	10-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría presentar tubo cónico graduado para centrífuga con tapa?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	24-10-2023
------------------	---------------------------	------------

si se puede presentar.

### Consulta 11 - Item 56

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	12-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría ofertar kit de extracción mediante perlas magnéticas, con equipo automatizado en comodato?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	24-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Estimado posible oferente, favor ajustarse a las especificaciones técnicas de las bases y condiciones del pliego.

### Consulta 12 - Item 89

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	12-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar pipeta pasteur con longitud de 160 mm?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	24-10-2023
------------------	---------------------------	------------

remitirse a la adenda

### Consulta 13 - Item 88

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	12-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar pipeta pasteur con longitud de 145 mm?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	24-10-2023
------------------	---------------------------	------------

remitirse a la adenda

### Consulta 14 - Item 93

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	12-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría presentar tubo cónico graduado para centrífuga con tapa?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	24-10-2023
------------------	---------------------------	------------

si se puede presentar

## Consulta 15 - Ítem 92

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
----------	-------------------	------------

Se podría presentar un controlador de pipeta de 1 a 100 ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

si se puede presentar solo lo nombra de diferente manera, es lo mismo que se solicita.

## Consulta 16 - ITEM 74-75-76

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2023
----------	-------------------	------------

Favor considerar Jeringas desechable con agujas

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

si puede ofertar de igual modo

## Consulta 17 - Especificaciones técnicas. Ítem 61

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 61.

Solicitan: Columna para cromatografía líquida (HPLC), empaque C18 de 100 mm 2,1 mm; 3,5 um.

Sería posible ofertar una columna con las siguientes dimensiones: 2 mm y 3 um?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

Estimado posible oferente, favor ajustarse a las especificaciones técnicas de las bases y condiciones del pliego.

## Consulta 18 - Especificaciones técnicas. Ítem 72

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 72.

Solicita el PBC: Filtro para jeringa Diámetro 13 mm

Sería posible ofertar filtros con diametro15mm?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

Si, se podría aceptar hasta de 15mm de diámetro.

## Consulta 19 - Especificaciones técnicas. Ítem 71

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 71.

Solicita el PBC: Filtro para muestras, acetato de celulosa y nitrato de celulosa.

Favor definir si es acetato de celulosa O nitrato de celulosa, porque no corresponde que sea de ambos materiales al mismo tiempo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

remitirse a la adenda

## Consulta 20 - Autorizacion del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Se observa que no requiere la autorizacion del fabricante. Para algunos reactivos solicitados en el presente Llamado es necesario el servicio post-venta, por lo que solicitamos reformular el requerimiento poniendo la condicion que No aplica, sin embargo se admitira a los que acrediten representacion de la marca oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

remitirse a la adenda

## Consulta 21 - experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Se observa que la convocante requiere "experiencia en provision de insumos y accesorios de laboratorio". Solicitamos a la convocante admita experiencia en la en provision de reactivos ya que la planilla de precios incluye al menos un tercio de los items reactivos. Se sugiere reformular en los siguientes terminos "experiencia en provision de reactivos, insumos y accesorios de laboratorio"

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
-----------	--------------------	------------

remitirse a la adenda

## Consulta 22 - Periodo de validez de la Garantia de Cumplimiento de Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Se observa solicita 4 meses la validez de la garantia, favor confirmar si se entiende que en caso de adjudicacion y suscribirse el contrato, este tendra una vigencia hasta 31 de Diciembre de 2023. Pues en el resumen del Llamado se observa la vigencia del contrato: Hasta cumplimiento total de obligaciones. Condicion que en la practica no ocurre.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
-----------	--------------------	------------

remitirse a la adenda

## Consulta 23 - Plan de Entrega - Desde la emisión de la orden de compra de compra en un plazo de 45 días corridos

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita considerar aumentar el plazo de entrega de los bienes a mínimo 60 días corridos posteriores a la recepción de la orden de compra, ya que la amplia mayoría de los ítems solicitados son importados. El aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

## Consulta 24 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 72 - Filtro para jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2023
----------	-------------------	------------

Se puede ofertar filtro para jeringa de diámetro 25mm?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

favor ajustarse a las especificaciones tecnicas de bases y condiciones del pliego, ya que con el diámetro que se quiere ofertar se pierde mucha muestra

## Consulta 25 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 14 - Gradilla para Microtubos

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	20-10-2023
Favor aclarar a que se refiere con "Cotización por Kit de: Rack de trabajo + caja aislante + 2 paquetes de refrigeración" ya que la gradilla para microtubos refrigerada solicitada se entiende perfectamente, pero que son el resto de los componentes del kit? Sugerencia incluir imagen referencial.		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	24-10-2023
Favor considerar como KIT a la suma del rack de trabajo, la caja aislante que lleva dentro al rack y a los paquetes de refrigeración		