

Consultas Realizadas

Licitación 429781 - LPN SBE 35-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS, DECLARADOS DESIERTOS EN LA SBE N° 103/22 - SOLPED N° 1140000244

Consulta 1 - Ítem 12 - SET DE INYECCIÓN DE GAS OFTÁLMICO: JUEGO INYECCIÓN GAS OFTÁLMICO MODELO C3F8

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2023
Ítem 12 - SET DE INYECCIÓN DE GAS OFTÁLMICO: JUEGO INYECCIÓN GAS OFTÁLMICO MODELO C3F8 En la página 8 del presente Pliego de Bases y Condiciones, en la columna de CANTIDAD DE MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD para el ítem 12 menciona NA, es decir No Aplica la presentación de muestra para control de calidad Solicitamos al Convocante, exija la presentación de muestra para el control de calidad para este ítem 12 Set de Inyección de Gas Oftálmico; al menos 2 (dos) muestras. De esta forma, el Convocante se asegurará de contar con ofertas de productos que superen las pruebas de control de calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión. Y se aclara que con respecto a la Consulta realizada para el ítem 12, No Aplica muestras para control, por no contar con los equipos para las determinaciones correspondientes, para este tipo de Producto.		

Consulta 2 - Ítem 14 - TREPANO QUIRÚRGICO: TREPANO CORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON)

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2023
Ítem 14 - TREPANO QUIRÚRGICO: TREPANO CORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON) En la página 8 del Pliego de Bases y Condiciones, en el apartado de muestras para evaluación control de calidad describe el tamaño 7,75. La descripción completa es: TREPANO QUIRURGICO: TREPANO CORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON) 7,75 DONADOR. Sin embargo, en la página 25 del PBC, en la columna Descripción del Artículo se describe el tamaño De 6.0 A 9.5 Mm De Diámetro RECEPTOR. Por ello solicitamos amablemente al Convocante aclarar las medidas que están solicitando, como así también aclarar si están solicitando Donador o Receptor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 3 - Ítem 15- TREPANO COR. DESC. CON SIS. DE VACÍO (TIPO BARRON) P/ DONANTE + PLACA BASE ANTIDESLIZANTE

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2023
<p>Ítem 15 - TREPANO QUIRÚRGICO: TREPANO CORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON) PARA DONANTE + PLACA BASE ANTIDESLIZANTE</p> <p>En la página 8 del Pliego de Bases y Condiciones, en el apartado de muestras para evaluación control de calidad describe el tamaño 8,0. La descripción completa es: TREPANO QUIRURGICO: TREPANO CORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON) PARA DONANTE + PLACA BASE ANTIDESLIZANTE 8,0 DONANTE. Sin embargo, en la página 25 del PBC, en la columna Descripción del Artículo se describe el tamaño De 6.0 A 9.5 Mm De Diámetro DONANTE. Por expuesto, solicitamos amablemente al Convocante aclarar las medidas que están solicitando.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 4 - Ítem 14 - TREPANO QUIRÚRGICO: TREPANO CORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON)

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2023
<p>En las EETT de este ítem dice: De 6.0 A 9.5 mm de Diámetro. RECEPTOR</p> <p>Solicitamos al Convocante definir la cantidad de cada medida, sugerimos cuanto sigue:</p> <p>De 6.00 mm. Cantidad: 05 (cinco) unidades. RECEPTOR</p> <p>De 6.50 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. RECEPTOR</p> <p>De 7.00 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. RECEPTOR</p> <p>De 7.25 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. RECEPTOR</p> <p>De 7.50 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. RECEPTOR</p> <p>De 7.75 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. RECEPTOR</p> <p>De 8.00 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. RECEPTOR</p> <p>De 8.25 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. RECEPTOR</p> <p>De 8.50 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. RECEPTOR</p> <p>De 8.75 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. RECEPTOR</p> <p>De 9.00 mm. Cantidad: 05 (cinco) unidades. RECEPTOR</p> <p>Totalizando 100 unidades, tal como se estipula como cantidad máxima.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 5 - Ítem 15- TREPANO COR. DESC. CON SIS. DE VACÍO (TIPO BARRON) P/ DONANTE + PLACA BASE ANTIDESLIZANTE

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2023
En las EETT de este ítem dice: De 6.0 A 9.5 mm de Diámetro. DONANTE Solicitamos al Convocante definir la cantidad de cada medida, sugerimos cuanto sigue: De 6.50 mm. Cantidad: 05 (cinco) unidades. DONANTE De 6.75 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. DONANTE De 7.25 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. DONANTE De 7.50 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. DONANTE De 7.75 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. DONANTE De 8.00 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. DONANTE De 8.25 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. DONANTE De 8.50 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. DONANTE De 8.75 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. DONANTE De 9.00 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. DONANTE De 9.25 mm. Cantidad: 05 (cinco) unidades. DONANTE Totalizando 100 unidades, tal como se estipula como cantidad máxima.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 6 - - PLAN DE ENTREGA - CANTIDAD MINIMA

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2023
CANTIDAD MINIMA - 20%: Hasta los 8 (ocho) días calendarios. Con entregas que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo Respetuosamente solicitamos que la primera entrega sea por lo menos a 30 (treinta) días calendario, pudiendo quedar redactado como sigue: - 20%: Hasta los 30 (treinta) días calendarios. Con entregas que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		