

Consultas Realizadas

Licitación 430456 - LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"

Consulta 1 - Ítem 5 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
Donde dice Set de catéter para hemodiálisis temporal "...con conectores arteriales rojo y venoso azul...". Solicitamos aceptar conectores arteriales de color neutro, considerando que los colores no afectan la funcionalidad ni calidad del producto, además de ampliar las posibilidades de participación y obtención de ofertas mas convenientes para la institución".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La Convocante aclara que teniendo en cuenta la necesidad y experiencia en el uso de Cateteres, fueron elaboradas las EETT, por lo solicitamos considerar los términos iniciales ya establecidos anteriormente.		

Consulta 2 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
En el PBC en la pág 22, en el apartado Experiencia requerida, solicitan: Demostrar la experiencia en provisión de medicamentos e insumos (según lo cotizado) con facturaciones de ventas Solicitamos a la convocante que considere la presentación de contratos, quedando de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en provisión de medicamentos e insumos (según lo cotizado) con facturaciones de ventas y/o Contratos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 3 - Requisito Documental

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
En la pág 24, en el apartado Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, solicitan Acta de Fijación de Precios Solicitamos a la convocante que especifique que dicho requisito es solo para los ítems 27 y 31		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 4 - Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
En el PBC en la pág 25, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan Ítem 2, Aguja para fístula 17G; Aguja para hemodiálisis para fístula 17G 1 1,65mm x 25 mm.. Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas corresponden a la aguja para fístula 16 G. Solicitamos a la convocante que modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: Ítem 2, Aguja para hemodiálisis para fístula. 17 G - 1"-1,7 mmx25mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
En base a la necesidad y la experiencia de uso de agujas para fístula 17g fueron elaboradas las EETT, por lo que se solicita adherirse a lo establecido inicialmente por la Convocante.		

Consulta 5 - Ítem 5 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
Donde dice: Set de catéter para hemodiálisis temporal... con (jeringa de 10 cc con aguja)...Se solicita aceptar la jeringa a partir de 5 cc a 10 cc con aguja. Para dar mas posibilidad de participacion a mas oferente, ya que no afecta a la funcionalidad del producto al ser un accesorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 6 - Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
En el PBC en la pág 26, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 7; Filtro capilar para hemodiálisis pediátrico de polisulfona.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores . Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polisulfona o polietersulfona, 0.4 m2.(±0,1 m2) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La Convocante aclara que los filtros solicitados se utilizan en entorno pediátrico y en cantidades menores comparados con los filtros capilares para adultos, considerando la duración de sesión diaria que se somete al niño en base al peso y la gravedad de la enfermedad. Por otra parte este material solicitado ha probado poseer resistencia al calor y a los vapores superiores a la polisulfona lo cual es esencial para garantizar la eficacia y seguridad del producto en situaciones de uso intensivo. Por tanto, solicitamos favor considerar los términos iniciales ya establecidos en las EETT.		

Consulta 7 - Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
En el PBC en la pág 26, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 8; Filtro capilar para hemodiálisis pediátrico de polietersulfona 0,8 m2.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores. Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polisulfona o polietersulfona, 0.8 m2. ($\pm 0,2$ m2) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La Convocante aclara que los filtros solicitados se utilizan en entorno pediátrico y en cantidades menores comparados con los filtros capilares para adultos, considerando la duración de sesión diaria que se somete al niño en base al peso y la gravedad de la enfermedad. Por otra parte este material solicitado ha probado poseer resistencia al calor y a los vapores superiores a la polisulfona lo cual es esencial para garantizar la eficacia y seguridad del producto en situaciones de uso intensivo. Por tanto, solicitamos favor considerar los términos iniciales ya establecidos en las EETT.		

Consulta 8 - Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
En el PBC en la pág 26, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 10 Filtro capilar para hemodiálisis adulto de polietersulfona, de 1.3 m2.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores. Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polietersulfona, de 1.3 m2 (+ 0,1 m2). Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La Convocante aclara que los filtros solicitados se utilizan en entorno pediátrico y en cantidades menores comparados con los filtros capilares para adultos, considerando la duración de sesión diaria que se somete al niño en base al peso y la gravedad de la enfermedad. Por otra parte este material solicitado ha probado poseer resistencia al calor y a los vapores superiores a la polisulfona lo cual es esencial para garantizar la eficacia y seguridad del producto en situaciones de uso intensivo. Por tanto, solicitamos favor considerar los términos iniciales ya establecidos en las EETT.		

Consulta 9 - Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
En el PBC en la pág 27, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 12 Filtro capilar para hemodiálisis adulto de polisulfona, 1,8 m2. A fin de permitir la mayor participación de proveedores y teniendo en cuenta que el material polietersulfona es biocompatible con el paciente Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona o polietersulfona , 1, 8 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La Convocante aclara que los filtros solicitados se utilizan en entorno pediátrico y en cantidades menores comparados con los filtros capilares para adultos, considerando la duración de sesión diaria que se somete al niño en base al peso y la gravedad de la enfermedad. Por otra parte este material solicitado ha probado poseer resistencia al calor y a los vapores superiores a la polisulfona lo cual es esencial para garantizar la eficacia y seguridad del producto en situaciones de uso intensivo. Por tanto, solicitamos favor considerar los términos iniciales ya establecidos en las EETT.		

Consulta 10 - Ítem 6 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
Donde dice: Set de catéter para hemodiálisis temporal... con (jeringa de 10 cc con aguja)...Se solicita aceptar la jeringa a partir de 5 cc a 10 cc con aguja. Para dar mas posibilidad de participacion a mas oferente, ya que no afecta a la funcionalidad del producto al ser un accesorio		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 11 - Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
En el PBC en la pág 27, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 12 Filtro capilar para hemodiálisis adulto de polisulfona, 2,2 m2. A fin de permitir la mayor participación de proveedores y teniendo en cuenta que el material polietersulfona es biocompatible con el paciente Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona o polietersulfona , 2,2 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La Convocante aclara que los filtros solicitados se utilizan en entorno pediátrico y en cantidades menores comparados con los filtros capilares para adultos, considerando la duración de sesión diaria que se somete al niño en base al peso y la gravedad de la enfermedad. Por otra parte este material solicitado ha probado poseer resistencia al calor y a los vapores superiores a la polisulfona lo cual es esencial para garantizar la eficacia y seguridad del producto en situaciones de uso intensivo. Por otra parte con relación al rango favor considerar la ultima versión del PbyC.		

Consulta 12 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 7 es 152.863 Gs y que el precio del mercado es de 350.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 350.000 Gs		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere.		

Consulta 13 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 8 es 171.261 Gs y que el precio del mercado es de 350.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 350.000 Gs		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere.		

Consulta 14 - Suministros Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
En el PBC, en la pág 29, en el apartado Suministros Requeridos, en el ítem 28 solicitan Bicarbonato solución para hemodiálisis, presentación bidón de plástico x 5 litros Considerando que: el Bicarbonato para hemodiálisis en presentación cartucho con polvo representa un avance significativo para el tratamiento de diálisis, ya que permiten un suministro más higiénico de bicarbonato de sodio, reduciendo las inflamaciones relacionadas con los tratamientos de diálisis y a la vez contribuyen a una diálisis ultra pura; la ergonomía mejorada de los cartuchos de bicarbonato de sodio ofrece conveniencia adicional durante su uso e implica menores requisitos de espacio de almacenamiento y teniendo en cuenta que es compatible con las diferentes marcas de máquinas para hemodiálisis con la que cuentan las diferentes dependencias del MSP y BS Solicitamos a la convocante que considere la adquisición de Bicarbonato para hemodiálisis en presentación cartucho con polvo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La Convocante aclara, que las maquinas con las que cuenta el INN, son de diferentes tipos y marcas, cada maquina requiere distintas especificaciones técnicas, por esta diversidad no se solicita cartuchos en esta oportunidad.		

Consulta 15 - Ítem 6 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Donde dice: Set de Catéter para hemodiálisis temporal. 10 a 11 Fr x 15 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano..." Se consulta la posibilidad de modificar a: Set de Catéter para hemodiálisis temporal. 10 a 12 Fr x 15 a 16 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano..." La ampliación de 10 a 12 fr y aceptando hasta 16 cm de longitud, permitirá la obtención de mayor cantidad de ofertas, posibilitando obtener mejores condiciones de contratación. Además, esta modificación no incide en absoluto en la funcionalidad requerida.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La Convocante aclara que teniendo en cuenta la necesidad y experiencia en el uso de Cateteres, fueron elaboradas las EETT, por lo solicitamos considerar los términos iniciales ya establecidos anteriormente.		

Consulta 16 - ítem 1 Aguja para fistula arteriovenosa

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 2. Donde se solicita Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 30 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa , cotizar el par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,60 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada con bisel bifacetado, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 20 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa. Con indicador de bisel. Libre de Látex y DEHP. Conexión luer lock codificada por colores (azul y rojo) cotizar el par. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere, además de ser segura para los pacientes y los vasos sanguíneos. Así también, fácil de usar para el personal de enfermería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La Convocante aclara que, que por la experiencia de uso de agujas de Fistula fueron hechas las especificaciones técnicas, por tanto se solicita considerar los términos iniciales ya establecidos en las EETT.		

Consulta 17 - ítem 2 Aguja para fistula arterioveno

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 2. Donde se solicita Aguja para hemodialisis para fistula. 17 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 30 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa , cotizar el par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Aguja para hemodialisis para fistula. 17 g - 1" - 1,40 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada con bisel bifacetado, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 20 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa. Con indicador de bisel. Libre de Látex y DEHP. Conexión luer lock codificada por colores (azul y rojo) cotizar el par. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere, además de ser segura para los pacientes y los vasos sanguíneos. Así también, fácil de usar para el personal de enfermería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La Convocante aclara que, que por la experiencia de uso de agujas de Fistula fueron hechas las especificaciones técnicas, por tanto se solicita considerar los términos iniciales ya establecidos en las EETT.		

Consulta 18 - ítem 10 Filtro capilar para hemodialisis

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 10. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polietier sulfona, de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polietier sulfona, de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere. Considerando que la polisulfona y la polietersulfona corresponden al mismo grupo y ambas pueden ser utilizadas para una correcta hemodiálisis.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 19 - ítem 11 Filtro capilar para hemodialisis

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 10 y 11. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polietér sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polietér sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura respectivamente. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere. Considerando que la polisulfona y la polietersulfona corresponden al mismo grupo y ambas pueden ser utilizadas para una correcta hemodiálisis.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 20 - ítem 12 Filtro capilar para hemodialisis

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 12. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 (+1) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que es imprescindible cumplir con las especificaciones señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se indica el uso de polisulfona. Estos insumos a ser utilizados en los adultos son de alta demanda y solicitados en grandes cantidades, requieren una consideración cuidadosa de las implicaciones económicas de las elecciones de materiales. La polisulfona, ofrece una relación costo-beneficio más favorable, especialmente en consideración al volumen requerido de estos ítems. Por ello, es una opción más económica que cumple con los requerimientos necesarios.		

Consulta 21 - Precio referencial y cantidad ítems 28 y 29

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Se consulta respecto a las cantidades solicitadas y los precios referenciales de los ítems 28 y 29. Solicitamos a la convocante aclarar si los precios referenciales de ítem 28: 29.773 e ítem 29: 20.617 corresponden a los precios por litros, acorde a la unidad de medida mencionada en el llamado. Por otro lado también se consulta sobre las cantidades requeridas para este llamado. Solicitamos a la convocante aclarar si es correcto solicitar lo siguiente: ítem 28: 720.000/1.440.000 litros e ítem 29: 15.000/30.000 litros. Ya que la diferencia de litros solicitada entre ambos concentrados es muy grande.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
La Convocante aclara que las consultas realizadas están siendo analizadas y serán publicadas conforme correspondiere cada caso.		

Consulta 22 - Presentación ítem 28 y 29

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Se consulta respecto a la presentación solicitada en el PBC para los ítems 28 y 29. Donde se solicita Bidón de plástico rígido x 5 litros como mínimo. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de la presentación solicitada en el PBC como sigue Bidón de plástico rígido o semi rígido x 5 litros como mínimo. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes. Y considerando que la rigidez del plástico contenedor de los concentrados no representa ningún tipo de inconveniente para el contenido interior, ni tampoco para el correcto almacenamiento y uso de los productos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que se solicita que el material de los bidones sea rígido, resistente, firme, debido a que si así no lo fuera, se daña, hay roturas y pierde líquido, no puede sostenerse en pie. Esto lo hemos constatado en licitaciones anteriores, motivo por el cual consideramos la rigidez del material del bidón, un requisito fundamental.		

Consulta 23 - Precios referenciales ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Se consulta respecto a los precios referenciales solicitada en el llamado para los ítems 1 y 2. Pedimos a la convocante elevar los mismos. Considerando los precios actuales de los mismos. Solicitamos a la convocante pueda considerar un precio de 15.000 guaraníes por par.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere.		

Consulta 24 - Precios referenciales ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Se consulta respecto a los precios referenciales solicitada en el llamado para el ítem 5. Pedimos a la convocante elevar el mismo, considerando los precios actuales de los mismos. Solicitamos a la convocante pueda considerar un precio de 320.000 guaraníes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere.		

Consulta 25 - ítem 31 Suero Fisiológico Solución

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 31. Donde se solicita Solucion fisiológica (Cloruro de sodio) al 0,90 %. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Solucion fisiológica (Cloruro de sodio) al 0,90 %. Sistema cerrado,. Frasco Libre de látex y DEHP con doble puerto de inyección autosellable con lamina independiente en cada puerto de inyección. Esto a modo de asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere; sean seguros para el paciente y los profesionales de salud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 26 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Se consulta respecto al plan de entrega de los bienes para este llamado. El PBC menciona que La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato 1º Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. 2da Entrega. Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada: La emisión de la Orden de Compra será emitida conforme a la necesidad. El proveedor tendrá hasta los 12 (doce) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la convocante ajustar el plan de entregas del llamado a 10% y 15% respectivamente, considerando el limitado espacio que tiene el Instituto Nacional de Nefrología para almacenar. Entregando el 30% de la cantidad mínima el INN no dispondrá de espacio para la recepción de los mismos. Principalmente en el caso de los sueros fisiológicos y concentrados, cuyo volumen es mayor que el de los dispositivos médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 27 - ítem 14 Tubuladura arterio venosa para hemodialisis

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 14. Donde se solicita Linea arteriovenosa para hemodialisis. Adulto. 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extension de 25 cm minimo, camara atrapa burbujas con filtrito protector, conecciones a rosca, lineas con clamp.bureta en linea arterial flexible, macrogotero, filtrito, conteniendo tubuladuras arteriales y venosa Cotizar el Par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Linea arteriovenosa para hemodialisis. Adulto. 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extension de 25 cm minimo, camara atrapa burbujas con filtrito protector, conecciones a rosca, lineas con clamp codificado por color (rojo y azul). Bureta en linea arterial flexible, macrogotero, filtrito, conteniendo tubuladuras arteriales y venosa Cotizar el Par. Libre de DEHP. Conectores al paciente y dializador codificados por color (rojo y azul) Esto a modo de asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere; sean seguros para el paciente y los profesionales de salud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La Convocante aclara que teniendo en cuenta la necesidad y experiencia en el uso, fueron elaboradas las EETT, por lo solicitamos considerar los términos iniciales ya establecidos anteriormente.		

Consulta 28 - EETT ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 2. Donde se solicita Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 30 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa , cotizar el par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,60 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada con bisel bifacetado, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 20 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa. Con indicador de bisel. Libre de Látex y DEHP. Conexión luer lock codificada por colores (azul y rojo) cotizar el par. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere, además de ser segura para los pacientes y los vasos sanguíneos. Así también, fácil de usar para el personal de enfermería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La Convocante aclara que teniendo en cuenta la necesidad y experiencia en el uso, fueron elaboradas las EETT, por lo solicitamos considerar los términos iniciales ya establecidos anteriormente.		

Consulta 29 - EETT ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 2. Donde se solicita Aguja para hemodialisis para fistula. 17 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 30 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa , cotizar el par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Aguja para hemodialisis para fistula. 17 g - 1" - 1,40 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada con bisel bifacetado, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 20 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa. Con indicador de bisel. Libre de Látex y DEHP. Conexión luer lock codificada por colores (azul y rojo) cotizar el par. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere, además de ser segura para los pacientes y los vasos sanguíneos. Así también, fácil de usar para el personal de enfermería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La Convocante aclara que teniendo en cuenta la necesidad y experiencia en el uso, fueron elaboradas las EETT, por lo solicitamos considerar los términos iniciales ya establecidos anteriormente.		

Consulta 30 - EETT ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 10. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polietil sulfona, de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polietil sulfona, de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere. Considerando que la polisulfona y la polietersulfona corresponden al mismo grupo y ambas pueden ser utilizadas para una correcta hemodiálisis.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 31 - EETT ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 10 y 11. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polieter sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura respectivamente. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere. Considerando que la polisulfona y la polietersulfona corresponden al mismo grupo y ambas pueden ser utilizadas para una correcta hemodiálisis.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Considerar la última versión del PBC;		

Consulta 32 - EETT ítem 12

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 12. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 (+1) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que es imprescindible cumplir con las especificaciones señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se indica el uso de polisulfona. Estos insumos a ser utilizados en los adultos son de alta demanda y solicitados en grandes cantidades, requieren una consideración cuidadosa de las implicaciones económicas de las elecciones de materiales. La polisulfona, ofrece una relación costo-beneficio más favorable, especialmente en consideración al volumen requerido de estos ítems. Por ello, es una opción más económica que cumple con los requerimientos necesarios.		

Consulta 33 - Precio referencial y cantidad ítems 28 y 29

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las cantidades solicitadas y los precios referenciales de los ítems 28 y 29. Solicitamos a la convocante aclarar si los precios referenciales de ítem 28: 29.773 e ítem 29: 20.617 corresponden a los precios por litros, acorde a la unidad de medida mencionada en el llamado. Por otro lado también se consulta sobre las cantidades requeridas para este llamado. Solicitamos a la convocante aclarar si es correcto solicitar lo siguiente: ítem 28: 720.000/1.440.000 litros e ítem 29: 15.000/30.000 litros. Ya que la diferencia de litros solicitada entre ambos concentrados es muy grande.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La Convocante aclara que las consultas realizadas están siendo analizadas y serán publicadas conforme correspondiere cada caso.		

Consulta 34 - Presentación ítem 28 y 29

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a la presentación solicitada en el PBC para los ítems 28 y 29. Donde se solicita Bidón de plástico rígido x 5 litros como mínimo. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de la presentación solicitada en el PBC como sigue Bidón de plástico rígido o semi rígido x 5 litros como mínimo. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes. Y considerando que la rigidez del plástico contenedor de los concentrados no representa ningún tipo de inconveniente para el contenido interior, ni tampoco para el correcto almacenamiento y uso de los productos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que se solicita que el material de los bidones sea rígido, resistente, firme, debido a que si así no lo fuera, se daña, hay roturas y pierde líquido, no puede sostenerse en pie. Esto lo hemos constatado en licitaciones anteriores, motivo por el cual consideramos la rigidez del material del bidón, un requisito fundamental.		

Consulta 35 - Precios referenciales ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a los precios referenciales solicitada en el llamado para los ítems 1 y 2. Pedimos a la convocante elevar los mismos. Considerando los precios actuales de los mismos. Solicitamos a la convocante pueda considerar un precio de 15.000 guaraníes por par.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere.		

Consulta 36 - Precios referenciales ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a los precios referenciales solicitada en el llamado para el ítem 5. Pedimos a la convocante elevar el mismo, considerando los precios actuales de los mismos. Solicitamos a la convocante pueda considerar un precio de 320.000 guaraníes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere		

Consulta 37 - EETT ítem 31

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 31. Donde se solicita Solucion fisiológica (Cloruro de sodio) al 0,90 %. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Solucion fisiológica (Cloruro de sodio) al 0,90 %. Sistema cerrado,. Frasco Libre de látex y DEHP con doble puerto de inyección autosellable con lamina independiente en cada puerto de inyección. Esto a modo de asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere; sean seguros para el paciente y los profesionales de salud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que el producto solicitado cumple con lo necesario para su uso por lo que se solicita atenerse al pliego de bases y condiciones.		

Consulta 38 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto al plan de entrega de los bienes para este llamado. El PBC menciona que La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato 1º Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. 2da Entrega. Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada: La emisión de la Orden de Compra será emitida conforme a la necesidad. El proveedor tendrá hasta los 12 (doce) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la convocante ajustar el plan de entregas del llamado a 10% y 15% respectivamente, considerando el limitado espacio que tiene el Instituto Nacional de Nefrología para almacenar. Entregando el 30% de la cantidad mínima el INN no dispondrá de espacio para la recepción de los mismos. Principalmente en el caso de los sueros fisiológicos y concentrados, cuyo volumen es mayor que el de los dispositivos médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 39 - EETT ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 14. Donde se solicita Linea arteriovenosa para hemodialisis. Adulto. 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extension de 25 cm minimo, camara atrapa burbujas con filtrito protector, conecciones a rosca, lineas con clamp.bureta en linea arterial flexible, macrogotero, filtrito, conteniendo tubuladuras arteriales y venosa Cotizar el Par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Linea arteriovenosa para hemodialisis. Adulto. 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extension de 25 cm minimo, camara atrapa burbujas con filtrito protector, conecciones a rosca, lineas con clamp codificado por color (rojo y azul). Bureta en linea arterial flexible, macrogotero, filtrito, conteniendo tubuladuras arteriales y venosa Cotizar el Par. Libre de DEHP. Conectores al paciente y dializador codificados por color (rojo y azul) Esto a modo de asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere; sean seguros para el paciente y los profesionales de salud.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que en base a lo que se necesita y con la experiencia en el uso, fueron hechas las especificaciones técnicas enviadas por lo que se solicita atenerse al pliego de bases y condiciones		

Consulta 40 - EETT - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 2. Donde se solicita Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 30 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa , cotizar el par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,60 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada con bisel bifacetado, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 20 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa. Con indicador de bisel. Libre de Látex y DEHP. Conexión luer lock codificada por colores (azul y rojo) cotizar el par. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere, además de ser segura para los pacientes y los vasos sanguíneos. Así también, fácil de usar para el personal de enfermería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que en base a lo que se necesita y con la experiencia en el uso, fueron hechas las especificaciones técnicas enviadas por lo que se solicita atenerse al pliego de bases y condiciones		

Consulta 41 - EETT - ÍTEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 2. Donde se solicita Aguja para hemodialisis para fistula. 17 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 30 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa , cotizar el par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Aguja para hemodialisis para fistula. 17 g - 1" - 1,40 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada con bisel bifacetado, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 20 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa. Con indicador de bisel. Libre de Látex y DEHP. Conexión luer lock codificada por colores (azul y rojo) cotizar el par. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere, además de ser segura para los pacientes y los vasos sanguíneos. Así también, fácil de usar para el personal de enfermería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que en base a lo que se necesita y con la experiencia en el uso, fueron hechas las especificaciones técnicas enviadas por lo que se solicita atenerse al pliego de bases y condiciones		

Consulta 42 - EETT - ÍTEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 10. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polietter sulfona, de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polietter sulfona, de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura." Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere. Considerando que la polisulfona y la polietersulfona corresponden al mismo grupo y ambas pueden ser utilizadas para una correcta hemodiálisis.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 43 - EETT - ÍTEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 10 y 11. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polietter sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polietter sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura respectivamente. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere. Considerando que la polisulfona y la polietersulfona corresponden al mismo grupo y ambas pueden ser utilizadas para una correcta hemodiálisis.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 44 - EETT - ÍTEM 12

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 12. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 (+1) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que es imprescindible cumplir con las especificaciones señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se indica el uso de polisulfona. Estos insumos a ser utilizados en los adultos son de alta demanda y solicitados en grandes cantidades, requieren una consideración cuidadosa de las implicaciones económicas de las elecciones de materiales. La polisulfona, ofrece una relación costo-beneficio más favorable, especialmente en consideración al volumen requerido de estos ítems. Por ello, es una opción más económica que cumple con los requerimientos necesarios.		

Consulta 45 - Precio referencial y cantidad ítems 28 y 29

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las cantidades solicitadas y los precios referenciales de los ítems 28 y 29. Solicitamos a la convocante aclarar si los precios referenciales de ítem 28: 29.773 e ítem 29: 20.617 corresponden a los precios por litros, acorde a la unidad de medida mencionada en el llamado. Por otro lado también se consulta sobre las cantidades requeridas para este llamado. Solicitamos a la convocante aclarar si es correcto solicitar lo siguiente: ítem 28: 720.000/1.440.000 litros e ítem 29: 15.000/30.000 litros. Ya que la diferencia de litros solicitada entre ambos concentrados es muy grande.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La Convocante aclara que las consultas realizadas están siendo analizadas y serán publicadas conforme correspondiere cada caso.		

Consulta 46 - Presentación ítem 28 y 29

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a la presentación solicitada en el PBC para los ítems 28 y 29. Donde se solicita Bidón de plástico rígido x 5 litros como mínimo. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de la presentación solicitada en el PBC como sigue Bidón de plástico rígido o semi rígido x 5 litros como mínimo. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes. Y considerando que la rigidez del plástico contenedor de los concentrados no representa ningún tipo de inconveniente para el contenido interior, ni tampoco para el correcto almacenamiento y uso de los productos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que se solicita que el material de los bidones sea rígido, resistente, firme, debido a que si así no lo fuera, se daña, hay roturas y pierde líquido, no puede sostenerse en pie. Esto lo hemos constatado en licitaciones anteriores, motivo por el cual consideramos la rigidez del material del bidón, un requisito fundamental.		

Consulta 47 - Precios referenciales ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a los precios referenciales solicitada en el llamado para los ítems 1 y 2. Pedimos a la convocante elevar los mismos. Considerando los precios actuales de los mismos. Solicitamos a la convocante pueda considerar un precio de 15.000 guaraníes por par.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere		

Consulta 48 - Precios referenciales ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a los precios referenciales solicitada en el llamado para el ítem 5. Pedimos a la convocante elevar el mismo, considerando los precios actuales de los mismos. Solicitamos a la convocante pueda considerar un precio de 320.000 guaraníes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere		

Consulta 49 - EETT - ÍTEM 31

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 31. Donde se solicita Solucion fisiológica (Cloruro de sodio) al 0,90 %. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Solucion fisiológica (Cloruro de sodio) al 0,90 %. Sistema cerrado,. Frasco Libre de látex y DEHP con doble puerto de inyección autosellable con lamina independiente en cada puerto de inyección. Esto a modo de asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere; sean seguros para el paciente y los profesionales de salud.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 50 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto al plan de entrega de los bienes para este llamado. El PBC menciona que La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato 1º Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. 2da Entrega. Hasta el 30%de la cantidad mínima adjudicada: La emisión de la Orden de Compra será emitida conforme a la necesidad. El proveedor tendrá hasta los 12 (doce) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la convocante ajustar el plan de entregas del llamado a 10% y 15% respectivamente, considerando el limitado espacio que tiene el Instituto Nacional de Nefrología para almacenar. Entregando el 30% de la cantidad mínima el INN no dispondrá de espacio para la recepción de los mismos. Principalmente en el caso de los sueros fisiológicos y concentrados, cuyo volumen es mayor que el de los dispositivos médicos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 51 - EETT - ÍTEM 14

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se consulta respecto a las EETT del ítem 14. Donde se solicita Linea arteriovenosa para hemodialisis. Adulto. 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extension de 25 cm minimo, camara atrapa burbujas con filtrito protector, conecciones a rosca, lineas con clamp.bureta en linea arterial flexible, macrogotero, filtrito, conteniendo tubuladuras arteriales y venosa Cotizar el Par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Linea arteriovenosa para hemodialisis. Adulto. 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extension de 25 cm minimo, camara atrapa burbujas con filtrito protector, conecciones a rosca, lineas con clamp codificado por color (rojo y azul). Bureta en linea arterial flexible, macrogotero, filtrito, conteniendo tubuladuras arteriales y venosa Cotizar el Par. Libre de DEHP. Conectores al paciente y dializador codificados por color (rojo y azul). Esto a modo de asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere; sean seguros para el paciente y los profesionales de salud.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que en base a lo que se necesita y con la experiencia en el uso, fueron hechas las especificaciones técnicas enviadas por lo que se solicita atenerse al pliego de bases y condiciones		

Consulta 52 - Especificaciones Técnicas ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
ITEM 6: SET DE CATETER PARA HEMODIALISIS PEDIATRICO. Set de Catéter para hemodiálisis temporal. 10 a 11 Fr x 15 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano, doble lumen, con conectores arterial y venoso con catéter, clamp de seguridad, el kit debe tener como mínimo guía, dilatador, introductor y jeringa 10 cc con aguja. Solicitamos a la convocante: favor ampliar el rango de medida quedando de la siguiente manera: SET DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS TEMPORAL. 10 A 11,5 FR X 15 CM DE LONGITUD. PEDIÁTRICO. DE POLIURETANO, DOBLE LUMEN, CON CONECTORES ARTERIAL Y VENOSO CON CATÉTER, CLAMP DE SEGURIDAD, EL KIT DEBE TENER COMO MÍNIMO GUÍA, DILATADOR, INTRODUTOR Y JERINGA 10 CC CON AGUJA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que en base a lo que se necesita y con la experiencia en el uso, fueron hechas las especificaciones técnicas enviadas por lo que se solicita atenerse al pliego de bases y condiciones		

Consulta 53 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
El PBC solicita Aguja para hemodiálisis para fistula. 17 G - 1"-1,65mmx25mm, solicitamos a la Convocante aceptar productos con la siguiente medida 1,50 - 1,65 mm x 25mm, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes, y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 54 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
EL PBC solicita Aguja para Hemodiálisis para fistula. 17 G - 1" - 1,65mm x 25mm, solicitamos a la Convocante aceptar ampliar el rango de medida a 1,50 - 1,65mm x 25mm, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes, y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 55 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
El PBC solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de poliéster sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la Convocante aceptar productos de polisulfona, tal como se solicita en el ítem 12 y el ítem 13, a fin de brindar mayor oportunidad de participación de los oferentes, y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 56 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
ITEM 1 Aguja para fistula arteriovenosa Solicitamos a la convocante adecuar el precio referencial al llamado anterior LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA MSP Y BS ID N° 385534 a GS. 12.653 ya que el precio propuesto se encuentra desfasado a los precios del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere		

Consulta 57 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
El PBC solicita Filtro Capilar para Hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. con tapas del capilar arteriovenoso de facil apertura. Solicitamos a la Convocante aceptar productos de Polisulfona, tal como se solicita en el ítem 12 y el ítem 13, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes, y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 58 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
CONSULTA 2 ITEM 2 Aguja para fistula arteriovenosa Solicitamos a la convocante adecuar el precio referencial al llamado anterior LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA MSP Y BS ID N° 385534 a GS. 12.653 ya que el precio propuesto se encuentra desfasado a los precios del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere		

Consulta 59 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
ITEM 10 FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS Solicitamos a la convocante adecuar el precio referencial a GS. 171.261 igual al precio referencial del ítem 12 y 13 ya que el precio propuesto se encuentra desfasado a los precios del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere		

Consulta 60 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
El PBC establece 1º Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo para la entrega de los productos, a por lo menos 15 (quince) días corridos, teniendo en cuenta el proceso de fabricación y eventualmente la importación de la materia para su fabricación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 61 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
ITEM 11 FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS Solicitamos a la convocante adecuar el precio referencial a GS. 171.261 igual al precio referencial del ítem 12 y 13 ya que el precio propuesto se encuentra desfasado a los precios del mercado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere		

Consulta 62 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
EL PBC establece 2da Entrega. Hasta el 30%de la cantidad mínima adjudicada: La emisión de la Orden de Compra será emitida conforme a la necesidad. El proveedor tendrá hasta los 12 (doce) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo de entrega a por lo menos 20 (días) corridos la entrega de los productos teniendo en cuenta el proceso de fabricación de los mismos y eventualmente alguna importación de materia prima para dicha proceso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 63 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
ITEM 14 TUBULADURA ARTERIO VENOSA PARA HEMÓDIALISIS Solicitamos a la convocante adecuar el precio referencial a GS. 44.000 ya que el precio propuesto se encuentra desfasado a los precios del mercado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere		

Consulta 64 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con facturaciones de venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de años solicitado, a por lo menos los últimos cinco años 2018-2019-2020-2021-2022, teniendo en cuenta el monto de la licitación, a fin de brindar mayor oportunidad de participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 65 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
El PBC establece Copias de facturaciones. Solicitamos a la Convocante aceptar copias de contratos y/o facturaciones, ya que por el monto elevado de la licitación, sería una cantidad considerable de papeles a presentar, los cuales podrían ser reducidos por la presentación de los contratos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 66 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
ITEM 4 Set de Catéter para Hemodiálisis adulto. En el Pliego de Bases y Condiciones la convocante solicita: Set de Catéter para hemodiálisis permanente 14,5 Fr. Siliconado. 24 a 28 cm de longitud de la porción intravascular. Doble vía, con conectores Arteriales Rojo y Venoso Azul. Clamps rojo y azul con cuff, catéter, guía metálica con punta flexible, trocar introductor de la guía metálica., tunelizadores, dilatadores, introductores, jeringa de 10 cc con aguja. Solicitamos a la convocante se pueda AMPLIAR las especificaciones técnicas a Set de Catéter para hemodiálisis permanente de 14,5 a 15 Fr. Siliconado. Lo solicitado es a fin de no limitar innecesariamente la competencia y garantizar el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 67 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
ITEM 4 Set de Catéter para Hemodiálisis adulto. En el Pliego de Bases y Condiciones la convocante solicita: Set de Catéter para hemodiálisis permanente 14,5 Fr. Siliconado. 24 a 28 cm de longitud de la porción intravascular. Doble vía, con conectores Arteriales Rojo y Venoso Azul. Clamps rojo y azul con cuff, catéter guía metálica con punta flexible, trocar introductor de la guía metálica, tunelizadores, dilatadores, introductores, jeringa de 10 cc con aguja. En este punto solicitamos a la convocante EXCLUIR de las especificaciones técnicas EL COLOR PARA EL CLAMP, debido a que el distintivo de colores se aplica en los conectores tanto arterial y venoso siendo suficiente esto para ayudar a identificar las líneas arteriales y venosas. Por otra parte, recomendamos que la medida de la jeringa sea de 5 a 10 cc, conforme se solicitaba en las especificaciones técnicas requeridas en el llamado anterior LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA MSP Y BS ID N° 385534. Lo solicitado es a fin de no limitar innecesariamente la competencia y garantizar el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 68 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
ITEM 5 Set de Catéter para Hemodiálisis adulto En el Pliego de Bases y Condiciones la convocante solicita Set de catéter para hemodiálisis temporal. 12 Fr x 20 cm de longitud de la porción intravascular Adulto, poliuretano, doble Lumen, con conectores arteriales rojo y venoso azul. Clamps rojo y azul Con Catéter, guía, dilatadores introductores, con jeringa de 10 cc con aguja. En este punto solicitamos a la convocante EXCLUIR de las especificaciones técnicas EL COLOR PARA EL CLAMP, debido a que el distintivo de colores se aplica en los conectores tanto arterial y venoso siendo suficiente esto para ayudar a identificar las líneas arteriales y venosas. Por otra parte, solicitamos que la medida de la jeringa sea de 5 a 10 cc, conforme se solicitaba en las especificaciones técnicas requeridas en el llamado anterior LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA MSP Y BS ID N° 385534. Lo solicitado es a fin de no limitar innecesariamente la competencia y garantizar el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 69 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
ITEM 6 Set de Catéter para Hemodiálisis pediátrico En el Pliego de Bases y Condiciones la convocante solicita Set de Catéter para hemodiálisis temporal. 10 a 11 Fr x 15 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano, doble lumen, con conectores arterial y venoso con catéter, clamp de seguridad, el kit debe tener como mínimo guía, dilatador, introductor y jeringa 10 cc con aguja. Solicitamos a la convocante que la medida de la jeringa sea de 5 a 10 cc, conforme se solicitaba en las especificaciones técnicas requeridas en el llamado anterior LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA MSP Y BS ID N° 385534. Lo solicitado es a fin de no limitar innecesariamente la competencia y garantizar el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 70 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
ITEM 13 Filtro capilar para hemodiálisis		
En el Pliego de Bases y Condiciones la convocante solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 2,2 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la convocante AMPLIAR LA MEDIA A 2,0 A 2,2 M2 a fin de garantizar el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y permitir mayor participación a potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 71 - VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
El PBC solicita El vencimiento mínimo de los Insumos y medicamentos no deberá ser inferior a 18 (diez y ocho) meses al momento de la entrega en los parques sanitarios, si por la naturaleza del mismo o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del artículo deberá ser autorizada por la Dirección de Logística de la DGGIES y por el Instituto Nacional de Nefrología cuando corresponda. Al respecto solicitamos a la convocante reformular dicho requisito de la siguiente manera: El vencimiento mínimo de los Insumos y medicamentos no deberá ser inferior a 12 (doce) meses al momento de la entrega en los parques sanitarios, si por la naturaleza del mismo o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del artículo deberá ser autorizada por la Dirección de Logística de la DGGIES y por el Instituto Nacional de Nefrología cuando corresponda.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 72 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
El PBC en el Punto de Experiencia Requerida Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con facturaciones de venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Para el caso de que el oferente no sea el fabricante y/o el titular del registro sanitario de los medicamentos, dicha experiencia podrá estar igualmente acreditada tanto por el titular del registro sanitario y/o por el fabricante del producto que se oferta. Al respecto solicitamos a la convocante modificar dicho requisito de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en la provisión en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO) a través de COPIAS DE CONTRATOS Y/O FACTURACIONES DE VENTAS por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Para el caso de que el oferente no sea el fabricante y/o el titular del registro sanitario de los medicamentos, dicha experiencia podrá estar igualmente acreditada tanto por el titular del registro sanitario y/o por el fabricante del producto que se oferta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 73 - CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS ITEM 29

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Solicitamos a la Convocante aclarar si las cantidades solicitadas para el ITEM 29 Sal Acida para Hemodiálisis están correctas, ya que entendemos que la relación Sal Acida para Hemodiálisis y bicarbonato Solución para hemodiálisis debería ser UNO/UNO, siendo la diferencia existente entre uno y otro de 1.410.000 litros equivalentes a 282.000 bidones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La Convocante aclara que las consultas realizadas están siendo analizadas y serán publicadas conforme correspondiere cada caso.		

Consulta 74 - EETT ITEM Nº 29 SAL ACIDA PARA HEMODIÁLISIS SOLUCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Solicitamos a la Convocante la ampliación de las especificaciones técnicas de la siguiente manera: Na 138- 140 mEq/l, Ca 3,0-3,5 mEq/l, Clorato 109,5 -111,0 mEq/l, Acetato 3,0 - 4,0 mEq/l, Bicarbonato 31,0 - 32,0 mEq/l. A modo de dar mayor participación a potenciales oferentes en virtud al principio de libre competencia. De esta manera también la convocante se asegura su abastecimiento continuo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que las características mencionada no son útiles para la diálisis, ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 75 - EETT ITEM Nº 30 SOLUCION DESINCRUSTANTE PARA HEMODIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Solicitamos a la Convocante la ampliación de las especificaciones técnicas de la siguiente manera: Peróxido de Hidrogeno 26g a 28g. Ac. Peracético 3,5g- 4,0 g de Ac. acético 2,7g cada / 100mL. A modo de dar mayor participación a potenciales oferentes en virtud al principio de libre competencia. De esta manera también la convocante se asegura su abastecimiento continuo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que las características mencionada no son útiles para la diálisis, ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 76 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
LA CONVOCANTE SOLICITA LO SIGUIENTE PARA EVALUAR LA EXPERIENCIA Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con facturaciones de venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Para el caso de que el oferente no sea el fabricante y/o el titular del registro sanitario de los medicamentos, dicha experiencia podrá estar igualmente acreditada tanto por el titular del registro sanitario y/o por el fabricante del producto que se oferta. Solicitamos que dicho requisito sea modificado de la siguiente manera Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con copias de FACTURACIONES DE VENTA Y/O CONTRATOS por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Para el caso de que el oferente no sea el fabricante y/o el titular del registro sanitario de los medicamentos, dicha experiencia podrá estar igualmente acreditada tanto por el titular del registro sanitario y/o por el fabricante del producto que se oferta. En lo que respecta a la experiencia de este último (el fabricante extranjero), dicha experiencia podrá ser igualmente acreditada con una declaración jurada del titular del registro sanitario en la cual se indique claramente que el mismo cumple con dichos porcentajes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 77 - EETT 31 SUERO FISIOLÓGICO SOLUCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Solicitamos a la Convocante establecer la presentación de entrega de la siguiente manera: Envase flexible o semirrígido, sistema cerrado, con doble puerto de inyección material atóxico y transparente, libre de DEHP, plastificantes y látex presentación 1000 ml. De tal manera que se brinde mayor seguridad al paciente al momento de la administración de los medicamentos. Esta solicitud se encuentra técnicamente justificada ya que en varios países del mundo se busca que los contenedores (envases) de las especialidades farmacéuticas sean LIBRES DE DEHP, PLASTIFICANTES Y LATEX ya que estos componentes son altamente tóxicos ya que se ha demostrado que la exposición prolongada al DEHP afecta gravemente la salud de los pacientes, lo mismo ocurre con el LATEX que es un compuesto altamente alergénico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 78 - ITEM 12 Filtro Capilar para hemodialisis N° 1,8 m2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Donde solicita: Filtro Capilar para hemodialisis adulto de bajo flujo, de polisulfona 1,8 m2, solicitamos se aclare si podremos cotizar material Poli-eter-sulfona ya que los polimeros (PSU) la polietersulfona (PES) y la polifenilenosulfona (PPSU) son de la misma familia de polisulfonas utilizadas a nivel comercial. Solicitamos amablemente se expidan sobre este punto para evitar controversias posterior a la presentación de la oferta y aclarar de ante mano dicho punto, solo favorecerá a la competitividad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que es imprescindible cumplir con las especificaciones señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se indica el uso de polisulfona. Estos insumos a ser utilizados en los adultos son de alta demanda y solicitados en grandes cantidades, requieren una consideración cuidadosa de las implicaciones económicas de las elecciones de materiales. La polisulfona, ofrece una relación costo-beneficio más favorable, especialmente en consideración al volumen requerido de estos ítems. Por ello, es una opción más económica que cumple con los requerimientos necesarios.		

Consulta 79 - ítem 10 Filtro capilar para hemodialisis 1.3 m2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Favor aclarar si requieren filtros de bajo o alto flujo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 80 - ítem 11 Filtro capilar para hemodialisis 1.5 (+0,1) m2

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
favor aclarar si requieren filtros de alto o bajo flujo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 81 - ITEMS 28 Y 29

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Para los items en cuestion la Convocante establece en el PBC lo siguiente: "Bidón de plástico rígido x 5 litros como minimo". Al respecto, solicitamos eliminar la referencia a "rígido", considerando que esta característica es de analisis subjetivo, prestandose a confusiones y/o dudas por parte de potenciales oferentes y el comite de evaluación. Caso contrato, establecer claramente el tipo de material que se es requerido para el producto, considerando las presentaciones disponibles en el mercado. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a un mayor número de oferentes. Y considerando la característica establecida no representa un criterio indispensable para el correcto uso de los productos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La convocante aclara que se solicita que el material de los bidones sea rígido, resistente, firme, debido a que si así no lo fuera, se daña, hay roturas y pierde liquido, no puede sostenerse en pie. Esto lo hemos constatado en licitaciones anteriores, motivo por el cual consideramos la rigidez del material del bidón, un requisito fundamental.		

Consulta 82 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
En relación a dicho punto, solicitamos a la Convocante incluir como requisito para productos importados la presentación del certificado de buenas prácticas del fabricante del producto y/o Certificado de Libre Venta del producto emitido por países aceptados conforme a la Ley 3283/2007, esto a fin de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
El oferente deberá ajustarse al PBC , las requerimientos fueron solicitados en base a la necesidad del programa		

Consulta 83 - ITEM 27 HIERRO SACARATO

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Solicitamos aclarar en las especificaciones tecnicas que para el producto en cuestion lo que se requiere es hierro elemental en la concentración de 100mg/5mL, a fin de evitar confusiones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
La especificación esta clara por lo que solicitamos atenerse al pliego de bases y condiciones		

Consulta 84 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
El PBC Copia de Acta de fijación de precios emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria con fecha anterior a la apertura de ofertas para los ítems 27,28 y 31. Solicitamos a la Convocante eliminar el requisito para el ítem 28 ya que el Registro posee la nomenclatura DM, por lo tanto ya no requiere de acta de fijación de precios.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2023
Se realizaran las adecuaciones correspondientes en la ultima versión del PbyC.		

Consulta 85 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA.

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
Acta de Precios. Según las modificaciones introducidas en la Versión 3 del PBC la convocante solicita Copia de Acta de fijación de precios emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria con fecha anterior a la apertura de ofertas para los ítems 27,28 y 31.-. En este punto es importante aclarar a la convocante que el producto Bicarbonato - Solución para hemodiálisis (ITEM 28), es clasificado y registrado ante la DINAVISA como dispositivo médico, por lo cual se solicita excluir la obligación de presentar acta de fijación de precios para el referido ítem.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2023
Se realizaran las adecuaciones correspondientes en la ultima versión del PbyC.		

Consulta 86 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA.

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
El PBC en su Versión 3 la convocante solicita Copia de Acta de fijación de precios emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria con fecha anterior a la apertura de ofertas para los ítems 27,28 y 31.-. Al Respecto solicitamos a la convocante excluya este requisito para el (ITEM 28) Bicarbonato - Solución para hemodiálisis ya que el mismo es clasificado ante la DINAVISA como dispositivo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2023
Se realizaran las adecuaciones correspondientes en la ultima versión del PbyC.		

Consulta 87 - ITEM 7 - FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
El PBC Solicita Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polietersulfona, 0.4 m2. (+0,1 m2) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la Convocante ampliar el rango del filtro a por lo menos (+0,2 m2) a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2023
La Convocante aclara que los tamaños y/o rangos son lo necesitado por la Institución, el aumento de rangos ya dejaría este insumo muy cerca de los solicitado en otro ítems, así también es de conocimiento publico, que existen varias empresas que pueden ofertar este ítems, en libertad de competencia.		

Consulta 88 - ITEM 8 - FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
El PBC solicita Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polietersulfona. Solicitamos a la Convocante aceptar también filtros de POLISULFONA, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2023
Favor considerar los términos de la ultima versión del PbyC.		

Consulta 89 - ITEM 9 - FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
El PBC solicita Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polietersulfona. Solicitamos a la Convocante aceptar también filtros de POLISULFONA, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2023
Favor considerar los términos de la ultima versión del PbyC		

Consulta 90 - ITEM 16 - SET DE RECAMBIO PARA DIALISIS PERITONEAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
El PBC solicita Set de recambio doble bolsa para diálisis peritoneal. Set que incluye: bolsa de recambio - con solución de dextrosa para diálisis peritoneal al 1,5%, de 2litros, con líneas de PVC esterilizadas con ETO, tapón o minicap, desinfectante, cinta y barbijos. Solicitamos a la Convocante aceptar productos con esterilización con VAPOR, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 91 - ITEM 17 - SET DE RECAMBIO PARA DIALISIS PERITONEAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
El PBC solicita Set de recambio doble bolsa para diálisis peritoneal. Set que incluye: bolsa de recambio - con solución de dextrosa para dialisis peritoneal al 2.3 a 2,5%, de 2litros, con líneas de PVC esterilizadas con ETO, tapon o minicap, desinfectante, cinta y barbijos. Solicitamos a la Convocante aceptar productos con esterilización con VAPOR, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 92 - ITEM 18 - SET DE RECAMBIO PARA DIALISIS PERITONEAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
El PBC solicita Set de transferencia para diálisis peritoneal. Set que incluye: bolsa de recambio - con solución de dextrosa para diálisis peritoneal al 4,25%, de 2litros, con líneas de PVC esterilizadas con ETO, tapon o minicap, desinfectante, cinta y barbijos. Solicitamos a la Convocante aceptar productos con esterilización con VAPOR, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 93 - ITEM 21 - CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
El pbc solicita Catéter para diálisis peritoneal. Pediátrico. 100% silicona radiopaco,recto, con doble cuff multiperforado, extremo distal abierto y redondeado, long: de 37 a 38,9 cm. Compatible para técnica Tenckhoff. Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de longitud del catéter por lo menos de la siguiente manera, long: de 37 (-2cm) a 38,9 (+2cm) a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2023
Favor considerar los términos de la ultima versión del PbyC.		

Consulta 94 - ITEM 22 - CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
El PBC solicita Catéter para diálisis peritoneal NEONATAL. 100% silicona radiopaco,recto, con doble cuff multiperforado, extremo distal abierto y redondeado, long: de 31 cm. Compatible para técnica Tenckhoff. Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de longitud del catéter por lo menos de la siguiente manera, long: de 31 (-6cm) a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2023
Favor considerar los términos de la ultima versión del PbyC.		

Consulta 95 - Ítem 2: Aguja para fistula arteriovenosa

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
En el PBC en la pág 26, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan Ítem 2, Aguja para fístula 17G; Aguja para hemodiálisis para fístula 17G 1 1,65mm x 25 mm.. Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas corresponden a la aguja para fístula 16 G. Solicitamos a la convocante que modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: Ítem 2, Aguja para hemodiálisis para fistula. 17 G - 1"-1,7 mmx25mm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 96 - Ítem 7: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
En el PBC en la pág 27, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 7; Filtro capilar para hemodiálisis pediátrico de polietersulfona.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores . Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polietersulfona, 0.4 m2.(+ - 0,1 m2) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 97 - Ítem 8: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
En el PBC en la pág 27, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 8; Filtro capilar para hemodiálisis pediátrico de polietersulfona 0,8 m2.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores. Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polietersulfona, 0.6 m2. con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 98 - Ítem 10: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
En el PBC en la pág 27, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 10 Filtro capilar para hemodiálisis adulto de polietersulfona, de 1.3 m2.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 99 - Ítem 10: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
En el PBC en la pág 27, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 10 Filtro capilar para hemodiálisis adulto de polietersulfona, de 1.3 m2.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores. Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polietersulfona, de 1.3 m2 (+ 0,1 m2). Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 100 - Precio Referencial - Ítem 7: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 7 es 152.863 Gs y que el precio del mercado es de 350.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 350.000 Gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-		

Consulta 101 - Precio Referencial - Ítem 8: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 8 es 171.261 Gs y que el precio del mercado es de 350.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 350.000 Gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-		

Consulta 102 - Precio Referencial - Ítem 9: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 9 es 152.863 Gs y que el precio del mercado es de 200.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 200.000 Gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-		

Consulta 103 - Precio Referencial - Ítem 10: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 10 es 130.326 Gs y que el precio del mercado es de 200.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 200.000 Gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-		

Consulta 104 - Precio Referencial - Ítem 11: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 11 es 134.201 Gs y que el precio del mercado es de 200.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 200.000 Gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-		

Consulta 105 - Precio Referencial - Ítem 12: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 12 es 171.261 Gs y que el precio del mercado es de 200.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 200.000 Gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-		

Consulta 106 - Precio Referencial - Ítem 13: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 13 es 171.261 Gs y que el precio del mercado es de 200.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 200.000 Gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-		

Consulta 107 - ítem N5: SET DE CATETER PARA HEMODIALISIS ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
Quisiéramos solicitar la eliminación de la palabra "Con Catéter" que se encuentra luego de la palabra "Clamps" y anterior a la palabra "guía", para evitar confusiones, ya que el cateter de hemodialisis es un cateter, por tanto se estaría dando una redundancia en la especificación técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 108 - ítem N5: SET DE CATETER PARA HEMODIALISIS ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
¿Podrían aclarar a qué material exactamente se están refiriendo al incluir la palabra "con Catéter" que se encuentra luego de la palabra "Clamps" y anterior a la palabra "guía"?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 109 - EXPERIENCIA REQUERIDA:

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
Solicitamos a la convocante modificar el punto Experiencia Requerida quedando de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con facturaciones de venta y/o Contratos por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Para el caso de que el oferente no sea el fabricante y/o el titular del registro sanitario de los medicamentos, dicha experiencia podrá estar igualmente acreditada tanto por el titular del registro sanitario y/o por el fabricante del producto que se oferta. En lo que respecta a la experiencia de este último (el fabricante extranjero), dicha experiencia podrá ser igualmente acreditada con una declaración jurada del titular del registro sanitario en la cual se indique claramente que el mismo cumple con dichos porcentajes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 110 - Punto: Experiencia Requerida.

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
Solicitamos a la convocante admitir la Declaración Jurada donde conste la Experiencia del fabricante extranjero, firmado por el Titular del Registro Sanitario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 111 - VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
Para los ítems 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 31.- El vencimiento mínimo no deberá ser inferior a 18 (diez y ocho) meses al momento de la entrega en los parques sanitarios, si por la naturaleza del mismo o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del artículo deberá ser autorizada por la Dirección de Logística de la DGGIES y por el Instituto Nacional de Nefrología cuando corresponda. Para aquellos productos cuyo vencimiento sea inferior a 18 meses, además de la autorización de la Dirección de Logística de la DGGIES y por el Instituto Nacional de Nefrología cuando corresponda, se deberá presentar Póliza de Seguro por el 100% del monto del producto con identificación del número de Lote, que serán entregados un original en la Oficina de Contrato y Garantías de la DGGIES y el duplicado en el Parque Sanitario que corresponda. La validez de dicha póliza deberá ser por 3 meses posteriores a la fecha del vencimiento del artículo a entregar. Además deberán presentar Declaración Jurada por la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicados a canjear los medicamentos 3 a 6 meses antes de su vencimiento, previo informe de los responsables Dirección de Logística de la DGGIES y por el Instituto Nacional de Nefrología cuando corresponda, Se aceptarán solamente productos con vencimiento de hasta 15 meses al momento de su ingreso en los parques y hasta la cantidad que corresponda a dos meses del consumo mensual declarado por los servicios. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE FAVOR MODIFICAR A: Para los ítems 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 31.- CON VENCIMIENTOS MENOR A 15 MESES, con Autorización y carta de compromisos de canje y con vencimiento menor a 12 meses: Carta de compromiso y Póliza.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
La convocante aclara que ya se dio respuesta en la consulta 71.-		

Consulta 112 - ITEM N° 31 Suero Fisiológico Solución

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2023
Donde dice: Frasco de plástico por 1000 ml con sistema cerrado Solicitamos que la unidad de medida sea establecida en ml y la presentación sea como lo indique el registro sanitario del producto ofertado. Lo que la Convocante adquiere es el contenido (soluciones parenterales) que está dentro del envase, no el envase, lo único que exige es que sean sistema cerrado, fijar FRASCO como única presentación es contraria al principio de libre competencia establecida en el Art°4 de la Ley 2051/03 y representa una limitación para oferentes que han ofertado y han sido adjudicados en anteriores ocasiones proponiendo otro tipo de envase/contenedores/ recipientes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 113 - ITEM N° 31 Suero Fisiológico Solución

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2023
Donde dice: Frasco de plastico por 1000 ml con sistema cerrado Solicitamos reformular el PBC de la siguiente manera: Descripción del producto: Suero fisiológico solución por 1000 ml con sistema cerrado. Presentación: ml Unidad de medida: UNIDAD Establecer como única presentación FRASCO es contraria al principio de libre competencia establecida en el Art°4 de la Ley 2051/03. En caso de existir impedimentos para establecer todas las presentaciones como anteriormente se realizaba, llámese Frasco Rígido, Semirrígido o flexible / bolsa, los Ítems deben ser solicitados por ml y poder ser entregados en cualquier tipo de envase/contenedor/recipientes autorizado en el Registro Sanitario conforme ya lo observara y verificara en su momento la DNCP, siempre y cuando el envase cumpla el requisito de ser sistema cerrado, es decir envases totalmente plegables que no requieren ninguna ventilación externa para vaciar la solución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 114 - ITEM N° 31 Suero Fisiológico Solución

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2023
Donde dice: Frasco de plástico por 1000 ml con sistema cerrado Solicitamos excluir la palabra FRASCO debido a que limita la participación de potenciales oferentes que han sido adjudicados en llamados anteriores con envases/recipientes/contenedores diferentes a lo solicitado, establecer una única presentación "frasco" es contraria a los principios fundamentales de libre competencia establecida en la Ley Solicitamos reformular el PBC en cuanto a las EE.TT del ítem de la siguiente manera: Descripción del producto: Suero fisiológico solución por 1000 ml con sistema cerrado. Presentación: ml Unidad de medida: UNIDAD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 115 - ITEM N° 31 Suero Fisiológico Solución

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Lo que la Convocante adquiere es el contenido (soluciones parenterales) que está dentro del envase, no el envase, lo único que exige es que sean sistema cerrado, fijar FRASCO como única presentación es contraria al principio de libre competencia establecida en el Art°4 de la Ley 2051/03 y representa una limitación para oferentes que han ofertado y han sido adjudicados en anteriores ocasiones proponiendo otro tipo de envase/contenedores/ recipientes. Donde dice: Frasco de plástico por 1000 ml con sistema cerrado Solicitamos que la unidad de medida sea establecida en ml y la presentación sea como lo indique el registro sanitario con sistema cerrado del producto ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 116 - Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
Favor aclarar si se mantiene el requisito: a. Balance General y Estado de Resultados de los años 2019, 2020, 2021 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL. cuando corresponde 2020, 2021 y 2022.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
La convocante aclara que se ajusten a los terminos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 117 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
Ítem 29 - SAL ACIDA PARA HEMODIALISIS - SOLUCION - Concentrado para hemodiálisis. Na 138 mEq/l, K 2,0 mEq/l, Ca 3,5 mEq/l, Mg 1,0 mEq/l, Clorato 109,5 mEq/l, Acetato 3,0 mEq/l, Bicarbonato 32,0 mEq/l. Solicitamos respetuosamente a la Convocante ampliar las Especificaciones Técnicas incluyendo la formula con rangos mínimos y máximos, para que de esa manera se pueda dar oportunidad de participación a mayor cantidad de oferentes. La misma quedaría de la siguiente manera: Principio Activo Cada 1000 mL deberá contener: Cloruro de Sodio 210,7 - 214,930 g Cloruro de Potasio 2,610 - 5,222 g Cloruro de Calcio Dihidrato 7,710 - 9,000 g Cloruro de Magnesio Hexahidrato 2,667 -3558 g Ácido Acético 6,300 6,311 g Agua para inyectable c.s.p. 1000 mL, y/o su equivalente en mEq/l		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
La convocante aclara que se ajusten a los términos ya establecidos en el PBC, que las concentraciones solicitadas son con base a las necesidades del programa.-		

Consulta 118 - 11 FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
Donde solicita: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de poli sulfona , 1.5 (+ 0,1)m2. Reiteramos: Tengan a bien ampliar los alcances técnicos de las EETT establecidas, considerando que se asigna un requerimiento que limita innecesariamente la posibilidad de concurrencia a potenciales oferentes calificados, obligando a cotizar el insumo únicamente con la propiedad de Polisulfona, la cual no es una característica ligada al rendimiento del producto (coeficiente de ultra filtración) si no de la ingeniería detrás del procesamiento de los polímeros termoplásticos con los que se fabrican las membranas. Las membranas de Polisulfona y Poli-eter-sulfona ambas son sintéticas (porque son de la misma familia Sulfona) Su diferencia en todo momento radica en la estructura química del procesamiento pero en ningún caso dejan de pertenecer a la misma familia. La convocante no puede asumir que la polisulfona es mas económica que la poliestersulfona justificando así limitar la participación a otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 119 - 12 FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
Donde dice: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 Reiteramos: Tengan a bien ampliar los alcances técnicos de las EETT establecidas, considerando que se asigna un requerimiento que limita innecesariamente la posibilidad de concurrencia a potenciales oferentes calificados, obligando a cotizar el insumo únicamente con la propiedad de Polisulfona, la cual no es una característica ligada al rendimiento del producto (coeficiente de ultra filtración) si no de la ingeniería detrás del procesamiento de los polímeros termoplásticos con los que se fabrican las membranas. Las membranas de Polisulfona y Poli-eter-sulfona ambas son sintéticas (porque son de la misma familia Sulfona) Su diferencia en todo momento radica en la estructura química del procesamiento pero en ningún caso dejan de pertenecer a la misma familia. La convocante no puede asumir que la polisulfona es mas económica que la poliestersulfona justificando así limitar la participación a otros oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 120 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: AL RESPECTO DE ESTE PUNTO FAVOR ACLARAR SI SE TOMARAN LOS AÑOS 2019, 2020, 2021 o los 3 ultimos años como indica el mismo apartado; que seria 2020, 2021 y 2022.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
La convocante aclara que se ajusten a los terminos ya establecidos en el PBC.-		

Consulta 121 - ITEM 27 HIERRO SACARATO

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
Consultamos a la Convocante si lo que pretende adquirir en el ítem de referencia corresponde a 100mg/5mL. de Hierro Elemental conforme a lo declarado en las especificaciones técnicas. Esta consulta la realizamos considerando que en la columna de descripción hacen mención a hierro sacarato.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
La especificación esta clara por lo que solicitamos atenerse al pliego de bases y condiciones		