Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 431794 - Adquisición de Sillones odontológicos y otros

Consulta 1 - Sillon dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
Los equipos deberán contar con Registro Sanitario? y habilitación del servicio técnico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones .		

Consulta 2 - Sillon dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
Los equipos no necesitan ser amurados al piso, pero, deberán ser estables con niveladores ajustable?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 3 - Sillon dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
La platina o unidad de comando deberá contar con jeringa triple de acero inox con pulido sanitario? Las terminales deben ser con llaves de paso e irrigación? La unidad deberá contar con manometro indicador de presión y regulador de presión para cada turbina de forma fácil y accesible? La platina deberá contar con negatoscopio LED?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 4 - Sillon dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
La escupidera deberá ser con picos de salida de agua metálicos con tratamiento para mayor durabilidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 5 - Sillon dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
Donde Dice: ...foco 6 LED .- solicitamos cotizar con reflector LED con intensidad multivariable y una potencia de 10.000 a 30.000 Lux.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
Ajustarse al PBC. Se solicita foco de 6 leds con sensor de movimiento para activación potencia variable o ajustable con la intensidad de la luz dentro del espectro lumínico según fabricante.		

Consulta 6 - Sillon dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
Sobre el Reflector Dental. Solicitan luz fría, solicitamos incorporar tecnología de luz cálida y fría para trabajos con materiales que se activan con luz fría, además de que la luz cálida proporciona mayor comodidad para el odontólogo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
El oferente podrá ofertar lo solicitado en el PBC , son requerimientos mínimos.-		

Consulta 7 - Sillon dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
Sobre el reflector deberá ser con doble hasta de sujeción?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 8 - Sillon dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
La silla deberá contar con 2 Suctores Venturi con picos metálicos con pulido sanitario, llave de paso con regulador del flujo de succión?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 9 - Sillon dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
Deberá contar con filtros de aire y agua en la caja de conexión y manómetro indicador de presión. ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 10 - Sillon dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
Sobre la Banqueta para el profesional. Solicitamos que sean aclarado. El tipo de material, plastico o metalico, 5 ruedas de silicona, tipo de respaldo. Sugerimos: Base de Acero inox con ruedas de silicona con respaldo acolchado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
El oferente podrá ofertar lo solicitado en el PBC , son requerimientos mínimos.-		

Consulta 11 - Conpresor Dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
Sugerimos una mayor capacidad de producción de aire 153L por minuto y un mayor reservorio de tanque 38 litros. Estas prestaciones adicionales no representan un mayor costo para la convocante y si un mayor beneficio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
El oferente podrá ofertar lo solicitado en el PBC , son requerimientos mínimos.-		

Consulta 12 - compresor

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
El compresor deberá tener filtro de aire con regulador? y el kit de mangueras para instalación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 13 - Sillon dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
Sugerimos que el tiempo de garantía sea de 24 meses, ya que este factor no representa un aumento de gasto y si un beneficio a la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 14 - Sillon dental

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
La oferta debe incluir todo el kit de instalación, plomerías, electricidad, mangueras de aire? deberá ser puesta en funcionamiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 15 - Ítems 1 sillones

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023

- Se podría cotizar sillones con esta especificación: Caja de conexiones integrada.
• Brazo de soporte del paciente fijo
• Sistema de elevación electromecánico accionado por motorreductor de 24 voltios de baja tensión
• Reposacabezas anatómico, desmontable, biarticulado y regulable en altura, con movimientos anterior, posterior y longitudinal y sistema de bloqueo por palanca
• Tapizado montado sobre una estructura rígida cubierta con poliuretano inyectado de alta resistencia, recubierto con material laminado, sin costuras, no toxico y antiflama. Tapizado en Cuerina y con respaldo fácilmente desmontable(sin tornillo) para su desinfección
• Ambidiestro

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023

El oferente podrá ofertar lo solicitado en el PBC , son requerimientos mínimos.-

Consulta 16 - Ítems 1 sillones

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023

Se podría cotizar el Pedal con
• Movimientos de elevación y descenso automáticos y sincronizados
• Pedal de comando multifuncional accionando el sillón, piezas de mano y reflector
• Posiciones de trabajo personalizados
• Retorno a cero para volver directamente a la posición inicial
• Apagado automático del reflector al pulsar la tecla “retorno a cero”
• Protección del sistema eléctrico contra fluctuaciones de voltaje y corriente

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023

El oferente podrá ofertar lo solicitado en el PBC , son requerimientos mínimos.-

Consulta 17 - Ítems 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023

Se podría cotizar Unidad de agua
Unidad de agua
• Producido en ABS inyectado: brinda mayor durabilidad y resistencia a la corrosión y estabilidad de color al conjunto
• Bacha de cerámica: profunda, extraíble, con desagüe y filtro para retener sólidos y tapa para evitar salpicaduras
• Filtro de residuos
• Sistema de regulación del caudal de agua: permite una regulación fina del caudal de agua
• Depósitos translúcidos de 1000 ml para: agua de la pieza de mano, jeringa triple y sistema de lavado
• Sistema de lavado para desinfección interna de mangueras
• Unidad de agua abatible 90º
• Con sensor de proximidad exclusivo que activa automáticamente el flujo de agua en la escupidera y el portavasos
• 2 terminales Venturi

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2023

El oferente podrá ofertar lo solicitado en el PBC , son requerimientos mínimos.-