

Consultas Realizadas

Licitación 431984 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS MÉDICOS PARA LA DIVISIÓN DE ASISTENCIA MEDICA UBICADA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - AD REFERENDUM

Consulta 1 - ÍTEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2023
Solicitamos a la convocante favor aceptar cotizar para el ítem 2 donde dice ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL a ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO. De manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2023
La Convocante se mantiene en lo establecido en la carta de invitación, teniendo en consideración que el mismo es administrado en casos de que el paciente se encuentre en crisis y el comprimido sublingual es de más de rápida absorción y efecto en tiempo más corto.		

Consulta 2 - ÍTEM 21

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2023
Solicitamos a la convocante favor aceptar cotizar donde dice KETOROLAC TROMETAMINA DE 20 MG - COMPRIMIDOS SUBLINGUALES a KETOROLAC TROMETAMINA DE 20 MG - COMPRIMIDOS. De manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2023
La Convocante acepta el cambio propuesto en la consulta.		

Consulta 3 - ÍTEM 31 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2023
Solicitamos a la convocante favor modificar donde dice RIFAMICINA AL 1% - AEROSOL CON BOMBA ATOMIZADORA EN FRASCO X 50 ML COMO MÍNIMO a RIFAMICINA AL 1% - AEROSOL CON BOMBA ATOMIZADORA EN FRASCO X 30 ML COMO MÍNIMO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2023
La Convocante acepta el cambio propuesto en la consulta.		

Consulta 4 - ÍTEM 19

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2023
Solicitamos a la convocante favor aceptar cotizar para el ítem 19 donde dice FUROSEMIDA PHYSAN 20 MG/2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE a FUROSEMIDA 20 MG/2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE. De manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2023
La Convocante acepta el cambio propuesto en la consulta.		

Consulta 5 - ÍTEM 32

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2023
Solicitamos a la convocante en cuanto a las especificaciones técnicas favor aceptar cotizar para el ítem 32 donde dice SIMETICONA 15 MG/100 ML FRASCO DE 20 ML COMO MÍNIMO a SIMETICONA 15 MG/100 ML COMO MÍNIMO FRASCO DE 15 ML COMO MÍNIMO. De esta manera pueden ofertar mayor oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2023
La Convocante acepta el cambio propuesto en la consulta.		

Consulta 6 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2023
Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes a ser proveídos se solicita a la Convocante establecer la siguiente fórmula de reajuste: $V1 = P * \{(Cmc/Co) 1\}$; P= Precio de los bienes Cmc= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní / Dólar Americano, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura. Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní/Dólar Americano, del día de la Apertura de Ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2023
La Convocante se mantiene en lo establecido en la carta de invitación.		

Consulta 7 - Item 85-Desfibrilador Externo Automático

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
Donde dice "El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 3 (tres) días hábiles posteriores al reclamo por parte de la Contratante." solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar 15 (quince) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor " Lo solicitado se debe a que en el plazo de reposición de bienes se deben considerar: los plazos de Importación de los Bienes, el tiempo en tránsito y los procesos aduaneros realizados por terceros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2023
La Convocante acepta el cambio propuesto en la consulta.		

Consulta 8 - Item 85-Desfibrilador Externo Automático

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
Para el ítem 85-Desfibrilador externo automático, donde dice "Plan de entrega de los bienes: Los bienes deberán ser entregados en la totalidad 8 (ocho) días hábiles posteriores a la firma del contrato", solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Plan de entrega de los bienes: Los bienes deberán ser entregados en la totalidad 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra emitida por la convocante" Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2023
La Convocante acepta el cambio propuesto en la consulta.		

Consulta 9 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
ITEMS 60 - LUBRICANTE DE INSTRUMENTOS ROTATORIOS DONDE DICE" FRASCO POR 500 ML COMO MINIMO "SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SUSTITUIR 500 ML POR 100ML COMO MINIMO, YA QUE LA MISMA ES LA MEDIDA ESTANDAR EN EL MERCADO Y EL COSTO REFERENCIA CORRESPONDE A LA MEDIDA DE 100 ML.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN LA CARTA DE INVITACIÓN.		

Consulta 10 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
ITEMS 70 Y 71 DONDE DICE "FRESA DIAMANTADA EN FORMA DE LLAMA PARA ALTA VELOCIDAD N° 1 Y VELOCIDAD N° 2 " SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SUSTITUIR DICHAS NUMERACIONES (N°1 Y N° 2) POR PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE, YA QUE DICHAS NUMERACIONES NO CORRESPONDEN A LOS ESTANDARES DE LAS FRESAS DIAMANTADAS DE ALTA VELOCIDAD, ABRIENDO ASI LA POSIBILIDAD DE MAYORES POTENCIALES OFERENTES.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN LA CARTA DE INVITACIÓN.		

Consulta 11 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
ITEMS 81 APARATO DE LUZ HALÓGENA - DONDE DICE "RAGO DE POTENCIA DE 1 WW A 20 KW. TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO DE FILAMENTO DE TUNGSTENO APROXIMADAMENTE 3000 GRADOS. SALIDA DE LUZ DE 15 A 22 Lm/ 1w. Vida útil: entre 2000a 4000 HORAS." DICHAS CARACTERISTICAS TECNICAS NO CORRESPONDEN A UN APARATO DE LUZ HALOGENA DE USO DENTAL, CORRESPONDE A UNA LAMPARA O BULBO HALOGENO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SUSTITUIR POR "lámpara de fotocurado sin cables que facilita la movilidad del odontólogo, Dotada de tecnología LED, con luz azul, Intensidad de la luz 1000 mW/cm.como minimo,Su potencia oscila entre los 1000 mW/cm2 - 1700mW/cm2 como minimo. 4 modos de trabajo: 5, 10, 15 y 20 segundos. Resaltando que las Lamparas de Fotocurado tipo Led son la nueva tendencia en el mercado mundial aumentado el rendimiento y resultado y disminuyendo costos.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN LA CARTA DE INVITACIÓN.		

Consulta 12 - ÍTEM 39 – ELECTRODO AUTOADHESIVO PARA TENS - COTIZAR POR UNIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2023
En la Página 52 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice:		
Ítem 39 – electrodo autoadhesivo para tens - cotizar por unidad		
Formato: 3 x 5 cm (LXA). Presentación: sobre con 04 electrodos. Electrodo reutilizable. Altamente flexible, adaptándose a regiones corporales no anatómicas. Sin necesidad de gel o cinta adhesiva.		
Solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de Formato: 5 x 5 cm para las medidas del electrodo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN LA CARTA DE INVITACIÓN.		

Consulta 13 - Ítem 49 – GEL PARA ECOGRAFIA - COTIZAR POR FRASCO

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2023
En la Página 52 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice:		
Ítem 49 – GEL PARA ECOGRAFIA - COTIZAR POR FRASCO		
En una parte de las especificaciones técnicas dice: FRASCO POR 1000 GRAMOS COMO MINIMO.		
Solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de 500 gramos como mínimo, 1000 gramos como máximo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN LA CARTA DE INVITACIÓN.		