

Consultas Realizadas

Licitación 432337 - CD 009/2023 "Adquisición de Equipos de Laboratorio"

Consulta 1 - AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

Consulta Fecha de Consulta 15-06-2023

Solicitamos a la convocante donde dice: "Autorización del Representante o Distribuidor Oficial de la Marca dentro del territorio nacional. (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29)", incluir tambien los ítems 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ya que los mismos cuentan con distribuidor autorizado y subdistribuidor autorizado para ventas en licitaciones públicas en el territorio nacional, los cuales si pueden extender garantías por los repuestos ofrecidos.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-06-2023

SOLICITAMOS VERIFICAR LA CONSULTA DEBIDO A QUE EN EL LLAMADO DE REFERENCIA SOLO ESTÁN PREVISTOS 4 ÍTEMS RESPECTIVAMENTE!!!!

ID 432337 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

Consulta 2 - CAPACIDAD FINANCIERA

Consulta Fecha de Consulta 15-06-2023

Solicitamos aclarar si en el apartado: "Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera" no deberían requerir los documentos ejercicios 2020, 2021 y 2022 en vez de 2019, 2020 y 2021

Respuesta Fecha de Respuesta 15-06-2023

la convocante se mantiene que este requisito debido a que hay empresas que cierran su ejercicio fiscal en junio de cada año!!!!!

Consulta 3 - Criterios de Evaluación - Experiencia requerida - ítem 2 Desfibrilador Externo Automático (DEA),

Consulta Fecha de Consulta 15-06-2023

Con relación al siguiente requisito requerido para el ítem 2:

"Demostrar la experiencia en Provisión de Equipos de Laboratorio con facturaciones de venta..."

Se consulta si puede modificarse a:

"Demostrar la experiencia en Provisión de Equipos Médicos y/o de Laboratorio con facturaciones de venta..."

Lo solicitado, se debe a que el Desfibrilador Externo Automático (DEA) no es un equipo de laboratorio, por tanto, los posibles oferentes de este tipo de equipos no contarán con la experiencia requerida. Los DEA pertenecen a la familia de los equipos médicos, por tanto, la modificación posibilitará contar con ofertas solventes en el ítem 2 "Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Respuesta Fecha de Respuesta 15-06-2023

la convocante se mantiene con dichos criterios de evaluacion

22/10/25 09:20



Consulta 4 - Criterios de Evaluación - Experiencia Requerida

Consulta Fecha de Consulta 15-06-2023

El requisito indica que las facturaciones o recepciones finales deben ser de los últimos 3 años (2019, 2020 y 2021).

Se consulta si los 3 últimos años deberían modificarse a 2020, 2021 y 2022, o, si es posible incluir el año 2022 al requisito.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-06-2023

la convocante se mantiene con los criterios establecidos!1

Consulta 5 - Criterios de Evaluación Experiencia requerida -

Consulta Fecha de Consulta 15-06-2023

Favor aclarar si los microscopios son considerados equipos de laboratorio para validar la experiencia requerida.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-06-2023

EL EQUIPO MENCIONADO NO FUE SOLICITADO EN EL LLAMADO !! FAVOR VERIFICAR EL ID 432337

Consulta 6 - Criterios de Evaluación - Experiencia requerida - ítem 2 Desfibrilador Externo Automático (DEA),

Consulta Fecha de Consulta 19-06-2023

"Demostrar la experiencia en Provisión de Equipos de Laboratorio con facturaciones de venta y recepciones finales...".

Consultamos si para validar la experiencia se aceptarán facturaciones de venta de microscopios, que son utilizados en laboratorios. Entendemos que el llamado no requiere microscopios, pero solicitan en forma genérica "Equipos de Laboratorio", para validar experiencia para el item 2 del Desfibrilador Externo Automático (DEA), por lo cual solicitamos confirmación si considerarán facturas de microcoscopios, como equipo de laboratorio, a efectos de validar la experiencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-06-2023

Buenos dias!!

serán aceptadas facturaciones de ventas de microscopios ya que son eq. de laboratorio!!

Consulta 7 - ÍTEM 4

Consulta Fecha de Consulta 19-06-2023

Solicitamos a la convocante aclarar donde dice: "Barra de soporte, acero inoxidable 18/8, I = 1300 mm, d = 12 mm | Length: 250 mm" necesitan que la barra sea de 1300mm o de 250mm?

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

LA CONVOCANTE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA PARA LOS EXPERIMENTOS. PUEDE SER CON OTRAS DIMENSIONES QUE NO COMPROMETAN LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA MONTADO.

22/10/25 09:20 2/8



Consulta 8 - ÍTEM 4

Consulta Fecha de Consulta 19-06-2023

Solicitamos a la convocante aclarar donde dice: "Base soporte DEMO, Base trípode PHYWE" si se refieren a la misma base dos veces o cual sería la diferencia entre una y otra

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

PUEDE SER DOS BASES DIFERENTES O UNA BASE COMÚN QUE PERMITAN EL MONTAJE EXPERIMENTAL DEL SISTEMA!!!

Consulta 9 - ÍTEM 4

Consulta Fecha de Consulta 19-06-2023

Solicitamos a la convocante aclarar donde dice: "Nº de artículo, Nombre del aparato" ¿A que se refieren?

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

LA CONVOCANTE SOLICITA NO CONSIDERAR LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: № DE ARTICULO Y NOMBRE DEL APARTADO DE LAS ESPECIFICACIONES!!!

Consulta 10 - ÍTEM 4

Consulta Fecha de Consulta 19-06-2023

Solicitamos a la convocante aclarar donde dice: "Vaso de precipitación, DURAN®, forma alta, 250 ml | Volumen: 2000 ml" ¿Aceptaran vasos de precipitación en vidrio borosilicato?

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

SI SE ACEPTAN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LAS MISMAS FUNCIONES CON LAS MISMAS NORMAS DE SEGURIDAD A LA HORA DEL MONTAJE DEL EXPERIMENTO!!!

Consulta 11 - ÍTEM 4

Consulta Fecha de Consulta 19-06-2023

Solicitamos a la convocante aclarar donde dice: "Vaso de precipitación, DURAN®, forma alta, 250 ml | Volumen: 2000 ml" ¿Necesitan un vaso de 250ml o de 2000ml?

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

NECESARIO DE 2000 ml!

Consulta 12 - ÍTEM 4

Consulta Fecha de Consulta 19-06-2023

Solicitamos a la convocante aclarar donde dice: "Vaso, forma inferior, 25 ml | Volumen: 5000 ml" ¿Necesitan un vaso de 25ml o de 5000ml?

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

VASO DE 5000 ml

22/10/25 09:20 3/8



Consulta 13 - especificaciones del ítem 4

Consulta Fecha de Consulta 19-06-2023

Sugerimos no incluir en las especificaciones técnicas de su pliego marcas (tales como PHYWE, DVGW (Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches) o DURAN®), ya que esto viola el principio de igualdad de la Ley N° 2051, art. 4b y podría ser motivo de protesta.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

ACEPTADO!!

Consulta 14 - Item 2 EETT

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

Donde dice "(Compensación de impedancia)

Energía Adulto: 185 a 200j (±5%)" Solicitamos a la convocante amablemente modificar este apartado, expresandolo como "(Compensación de impedancia)

Energía Adulto: 150 a 200j" Ya que con 150j de choque ya es posible realizar la reanimación. Por lo tanto el cambio solicitado no afectará a la funcionalidad del equipo.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

la convocante se mantiene con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC!!!

Consulta 15 - Item 2 EETT

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

"Donde dice "Controles

standard Interruptor Open (Power), boton de choque,

Interruptor de modo adulto/pediátrico

Indicatores

visible ICON Indicator, Status LDC(unit status, Battery status, estado de temperatura, LED(LED de interruptor de modo adulto/pediátrico)

Audible Altavoz (indicador de voz), pitido(indicación

CPR)" Solicitamos a la convocante amablemente modificar este apartado, expresandolo como "Controles standard Interruptor Open (Power),boton de choque,

Interruptor de modo adulto/pediátrico

Indicatores

visible ICON Indicator, Status LDC(unit status, Battery status, estado de temperatura(opcional), LED(LED de interruptor de modo adulto/pediátrico)

Audible Altavoz (indicador de voz), pitido(indicación

CPR)"" El equipo no suele presentar problemas de temperatura, por lo que el cambio solicitado no afectará a la funcionalidad del mismo."

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

la convocante se mantiene con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC!!!

22/10/25 09:20 4/8



Consulta 16 - Item 2 EETT

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

"Donde dice "FISICO

Dimensiones 240x294x95 (mm)(WxHxD)" Solicitamos a la convocante amablemente que eliminar el requerimiento del tamaño del equipo, ya que se trata de una característica constructiva, la cual no guarda relación con el buen desempeño del equipo."

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

la convocante se mantiene con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC!!!

Consulta 17 - Item 2 EETT

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

"Donde dice "Auto prueba

ciclo Cada 24 horas,1semana,1 mes

Encendido en autoprueba, Autoprueba de

inserción de a batería

Resultado de la Prueba La pantalla LCD de estado

Muestra O/X" solicitamos que sea expresado de la siguiente manera Auto prueba

ciclo Cada 24 horas,1semana,1 mes

Encendido en autoprueba, Autoprueba de

inserción de a batería

Resultado de la Prueba La pantalla LCD de estado

Muestra O/X o Indicador de estado del equipo y bateria mediante señal de luz LED" ya que cada fabricante diseña sus propias formas de control del equipo."

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

la convocante se mantiene con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC!!!

Consulta 18 - Item 2 EFTT

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

"Donde dice "Copia de seguridad y comunicación de datos

Tarjeta SD estándar, puerto de comunicación IR" solicitamos a la convocante aclarar copia de seguridad de que desean adquirir ya que los desfriladores son equipos automáticos en los cuales no se introducen datos."

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

la convocante se mantiene con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC!!!

Consulta 19 - Item 2 FFTT

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

"Donde dice "Condiciones ambientales

Temperatura Funcionamiento: 0 to 43°C (32 to

109.4°F)" solicitamos a la Convocante expresarlo de la siguiente manera(Condiciones ambientales

Temperatura Funcionamiento: 0 to 40°C (32 to

104°F) , ya que estos requerimientos son constructivos y dependen del diseño de cada fabricante."

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

la convocante se mantiene con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC!!!

22/10/25 09:20 5/8



Consulta 20 - Item 2 EETT

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

Donde dice "Voltaje/ capacidad 15V, 4200 mAh" solicitamos a la convocante amablemente expresarlos de la siguiente manera Voltaje/ capacidad 12V o mayor, 4200 mAh" ya que estos requerimientos son constructivos y dependen del diseño de cada fabricante.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

la convocante se mantiene con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC!!!

Consulta 21 - Item 2 EETT

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

"Donde dice "Descarga Un mínimo de 200 choques (excepto el

periodo de RCP entre la terapia de Desfibrilación) o

10 horas de tiempo de Funcionamiento a 20°c" solicitamos a la convocante expresarlo de la siguiente manera "Descarga Un mínimo de 180 choques (excepto el

periodo de RCP entre la terapia de Desfibrilación) o

10 horas

de tiempo de Funcionamiento a 20°c", ya que la diferencia es mínima y no afectará a la funcionalidad del sistema."

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

la convocante se mantiene con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC!!!

Consulta 22 - Item 2 EETT

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

"Donde dice "Condiciones ambientales

Temperatura Operación: 0 a 43°C (32 a 109.4°F)

Almacenamiento: 0 a 43°(32 a 109.4°F)

Humedad relativa 5 a 95% RH (sin condensación)" solicitamos a la convocante expresarlo de la siguiente forma

"Condiciones ambientales

Temperatura Operación: 0 a 40°C (32 a 104°F)

Almacenamiento: 0 a 43°(32 a 109.4°F)

Humedad relativa 5 a 95% RH (sin condensación)" ya que estos requerimientos son constructivos y dependen del diseño

de cada fabricante."

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

la convocante se mantiene con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC!!!

22/10/25 09:20 6/8



Consulta 23 - Experiencia requerida

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

El PBC establece: "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en Provisión de Equipos de Laboratorio con facturaciones de venta y recepciones finales por un monto equivalente al 30 (treinta) % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 3 (tres) años. (2019, 2020 y/o 2021)."

Solicitamos a la Convocante establecer como requisito de Experiencia, que el oferente demuestre por medio de Contratos y/o Facturas la provisión de Dispositivos Médicos y/o de laboratorios de la misma naturaleza que los ítems ofertados en el proceso de licitación, a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020, 2021, 2022. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado.

Lo solicitado obedece a que no todos los ítems solicitados corresponden al caso de equipos de laboratorio, algunos como el de desfibrilador es considerado equipo médico.-

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

la convocante se mantiene con los requisitos establecidos en el PBC..

Consulta 24 - Capacidad Financiera:

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

Se solicita a la Convocante contemplar los últimos tres años (2020,2021,2022) para acreditar la capacidad financiera.-

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

La convocante se mantiene con los requisitos establecidos en el PBC

Consulta 25 - Capacidad Técnica:

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

Solicitamos a la Convocante exigir en el PBC la presentación del:

- 1. Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Fabricantes, Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por D.N.V.S. M.S.P. Y B.S., vigente, o constancia en trámite de renovación en el marco de la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016 < CONFORME LO ESTABLECE LA CIRCULAR DNCP N° 13/20
- 2. El Certificado de Apertura de Habilitación de la empresa Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por D.N.V.S. M.S.P. Y B.S., vigente en el marco de la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016 < CONFORME LO ESTABLECE LA CIRCULAR DNCP N° 13/2022.
- 3. El REGISTRO SANITARIO otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria en el marco de la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016 cualquier Dispositivo Médico, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección individual, debe contar con la concesión a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Registro Sanitario por el cual se INSCRIBE y consecuentemente se AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN de un Dispositivo Médico en el territorio del Paraguay. < CONFORME LO ESTABLECE LA CIRCULAR DNCP N° 13/2022.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

DICHA EXIGENCIA NO ES REQUERIDA POR LA CONVOCANTE!!

22/10/25 09:20 7/8



Consulta 26 - Certificado de diponibilidad presupuestaria

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

No se observa en los documentos publicados en el SICP el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para el presente llamado, conforme lo establece el Art. 14 de la Ley 2051/03.-

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

LA CONVOCANTE HA REMITIDO Y ADECUADO A TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA DNCP,,,,,,,,,,UN LLAMADO NO ES PUBLICADO SI NO SE DISPONE DEL DOCUMENTO MENCIONADO!!!!

Consulta 27 - Autorizacion del fabricante

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

Solicitamos a la convocante no exigir la documentación referida, a fin de disponer de mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL PBC!!!

Consulta 28 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2023

Favor aclarar el tipo de GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA ya que en el PBC dice POLIZA y en el portal de la DNCP DECLARACION JURADA

Respuesta Fecha de Respuesta 20-06-2023

LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA INSTRUMENTADA POR GARANTÍA BANCARIA O PÓLIZA DE SEGURO !!!

22/10/25 09:20 8/8