

Consultas Realizadas

Licitación 432638 - LPN SBE 39-23 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DEL INTERIOR DEL PAIS

Consulta 1 - Lote 5 y 7 - Ítem 1- Hemograma

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se solicita a la convocante que el ítem que solicita la detección de "análisis óptico de dos angulos para determinación de tamaño y numero de plaquetas" sea modificada, ya que los analizadores con la capacidad de procesamiento 80test/h solicitada en tal ítem, realizan la detección de este parámetro por impedancia eléctrica, obligando así a los ofertantes a cotizar equipos con capacidades superiores a las solicitadas en las EETT de este PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 2 - Lote 5 y 7 - Ítems 2 al 5 Crasis Sanguinea

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se solicita a la convocante verificar, si el Volumen de muestra solicitado 2,5 µl. como mínimo se encuentra correcto, ya que este volumen se encuentra muy por debajo de la cantidad mínima obtenida incluso para muestras pediátricas. Se sugiere a la convocante modificar este valor a volúmenes mayores, mínimamente 5µl y de corroborar con las marcas establecidas en el mercado, de tal forma a poder fomentar la libre competencia de los ofertantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 3 - Lote 5 y 7 - Ítems 2 al 5 - Crasis Sanguinea

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para crasis sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 4 - Lote 5 y 7 - Ítems 6 al 67 - Química e Inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante la aclaración de si los test realizados por inmunoensayo se pueden realizar indistintamente por Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia o por ELISA, de tal forma a poder permitir a los ofertantes cotizar equipos con igual o equivalente sensibilidad para las determinaciones solicitadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 5 - Lote 5 y 7 - Item 68 - Gasometría

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante la aclaración de los rangos de referencia presentados en las EETT, ya que se observan que los mismos no se encuentran separados por guiones, lo cual se presta a confusión para la interpretación de los mismos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 6 - Lote 5 y 7 - Item 68 - Gasometría

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante modificar la unidad de medida del parámetro "pH", ya que el potencial de hidrógeno no posee unidad de medida y en las EETT se establece mmHg que es unidad de medida de presión

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 7 - Lote 6, 8,9,10,11 - Item 1- Hemograma

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante que el ítem que solicita la detección de "análisis óptico de dos angulos para determinación de tamaño y numero de plaquetas" sea modificada, ya que los analizadores con la capacidad de procesamiento 80test/h solicitada en tal ítem, realizan la detección de este parámetro por impedancia eléctrica, obligando así a los ofertantes a cotizar equipos con capacidades superiores a las solicitadas en las EETT de este PBC.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 8 - Lote 6, 8,9,10,11 - Ítems 2 al 4 Crasis Sanguinea

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante verificar, si el Volumen de muestra solicitado 2,5 µl. como mínimo se encuentra correcto, ya que este volumen se encuentra muy por debajo de la cantidad mínima obtenida incluso para muestras pediátricas. Se sugiere a la convocante modificar este valor a volúmenes mayores, mínimamente 5µl, y de corroborar con las marcas establecidas en el mercado, de tal forma a poder fomentar la libre competencia de los ofertantes

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 9 - Lote 6, 8,9,10,11 - Ítems 2 al 4 Crisis Sanguinea

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
<p>Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para crisis sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

Consulta 10 - Lote 6, 8,9,10,11 - Ítems 5 al 29 - Química

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
<p>Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para Química sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

Consulta 11 - Lote 15 - Urianalysis

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
<p>Se solicita a la convocante aclarar el punto donde establece "volumen máximo de muestra requerido para el análisis: 15mL", por "volumen mínimo". Por tanto, se solicita establecer un volumen mínimo acorde a los parámetros a analizar y la capacidad de los analizadores, por ejemplo: 2 mL.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 12 - Lote 1 y Lote 4:

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
<p>La convocante para los Lote 1 Regional de Encarnación y Lote 4 Regional de Villarrica solicita para los Equipos de Química e Inmunología Un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología en cambio para los Lotes 2, 3, 5, 7 y 16 solicita Cantidad de Equipos Un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología O dos (02) equipos automatizados por separado, uno para bioquímica clínica y otro de inmunología. OBS: también se podrá ofertar por separado otros equipos en el caso de que un solo equipo no realice todas las determinaciones del Lote. Solicitamos a la convocante unificar los criterios para todos los Lotes debido a que no existe variación en cuanto a solicitar integrado o dos equipos por separado sino más bien limitar la participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
<p>Se aclara que se requiere de un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología para los lotes 1 y 4. Si el Equipo requerido en los Lotes 1 y 4 no realiza todas las determinaciones solicitadas, se podría ofertar otro Equipo para COMPLETAR las determinaciones solicitadas.</p>		

Consulta 13 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
<p>Solicitamos a la convocante modificar el sistema de adjudicación a Lotes por Metodología Analítica para cada Hospital, teniendo en cuenta de que se tratara de equipos independientes por cada ítems y que se especifique en los mismos a que hospital correspondería. Como ser: Lote 1: Hemograma (Hospital Regional Ciudad del Este), Lote 2: Coagulación (Hospital Regional Ciudad del Este), Lote 4: Química e Inmunología (Hospital Regional Ciudad del Este), y así sucesivamente. Teniendo en cuenta que dicha modificación no afectaría al servicio y a lo requerido, además de que el Instituto de Previsión Social siempre designo que el lote de mayor valor para el Hospital deberá de ser el proveedor del sistema del laboratorio y los demás deberán unirse al mismo por medio de una interface sin perjuicio de espacio o duplicación de equipos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
<p>"Entendemos la importancia de considerar diferentes enfoques, sin embargo, no será posible modificar el Sistema de Adjudicación por Metodología Analítica debido a las razones que se detallan a continuación:"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Especificidad por Establecimiento: Cada lote se ha diseñado para un hospital específico, lo que permite adaptar los equipos a las necesidades particulares de cada institución. Esto asegura que cada establecimiento reciba exactamente lo que requiere. 2. Organización Eficiente: Al adjudicar por lote, se simplifica la gestión del proceso. Cada hospital puede coordinar sus adquisiciones de manera más organizada, lo que facilita la logística y el seguimiento de entregas. 3. Consideración de la Distancia: La distancia entre los hospitales y la capital del país es un factor crucial. Al adjudicar por lote, podemos seleccionar proveedores que operan en la región, incluyendo aquellos con sucursales cercanas. Esto no solo reduce los tiempos de entrega y costos de transporte, sino que también asegura que cada localidad reciba la respuesta adecuada en tiempo y forma, garantizando una atención más ágil y efectiva a las necesidades de cada establecimiento. 4. Atención a Peculiaridades Locales: Cada establecimiento de salud puede tener particularidades en cuanto a infraestructura, tipo de atención y demanda. La adjudicación por lote permite atender estas diferencias, asegurando que cada hospital obtenga los equipos más adecuados para su contexto. 5. Inalterabilidad del Sistema de Adjudicación: Dado que cada lote corresponde a un establecimiento de salud específico, es importante mantener el sistema de adjudicación propuesto. Cambiarlo podría comprometer la efectividad y la adecuación de los equipos a las necesidades particulares de cada hospital. 		

Consulta 14 - Lotes N° 1 y N° 2.

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Para estos lotes, se solicita amablemente a la convocante, poder ofertar la familia de drogas de abuso y drogas terapéuticas en un equipo separado ya que muy pocas marcas poseen un menú tan completo, limitando a la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 15 - Lote N° 3, N° 4, N° 7 y N° 16.

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Se solicita a la convocante la aclaración de si los test realizados por inmunoensayo se pueden realizar indistintamente por Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia o por ELISA, de tal forma a poder permitir a los ofertantes cotizar equipos con igual o equivalente sensibilidad para las determinaciones solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 16 - Lotes N° 1, N° 2, N° 4, N° 7 y N° 16.

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Se solicita amablemente a la convocante permitir la lectura de reactivos por RFID y/o código de barras, ya que la finalidad es la misma y son solo tecnologías de lectura de datos diferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar Gasómetro con las siguientes características: pO ₂ : 10 700 mm Hg pCO ₂ : 10 200 mm Hg pH: 6,500 7,800 mm Hg Presión barométrica: 500 800 mm Hg Hemoglobina: 3,33 - 23 g/dl A fin de permitir la mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 18 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar Gasómetro con las siguientes características: pO2: 10 700 mm Hg pCO2: 10 200 mm Hg pH: 6,500 7,800 mm Hg Presión barométrica: 500 800 mm Hg Hemoglobina: 3,33 - 23 g/dl A fin de permitir la mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 19 - Lote 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar Gasómetro con las siguientes características: pO2: 10 700 mm Hg pCO2: 10 200 mm Hg pH: 6,500 7,800 mm Hg Presión barométrica: 500 800 mm Hg Hemoglobina: 3,33 - 23 g/dl A fin de permitir la mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 20 - Lote 16

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar Gasómetro con las siguientes características: pO2: 10 700 mm Hg pCO2: 10 200 mm Hg pH: 6,500 7,800 mm Hg Presión barométrica: 500 800 mm Hg Hemoglobina: 3,33 - 23 g/dl A fin de permitir la mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 21 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 μL. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 22 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 μL. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 23 - Lote 6

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 μL. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 24 - Lote 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 μL. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - Lote 8

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 μL. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 26 - Lote 9

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 μL. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 27 - Lote 10

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 μL. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 28 - Lote 11

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 μL. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 μL de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 29 - CAPACIDAD FINANCIERA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante rever el apartado, Capacidad Financiera en el punto capital operativo, donde dice; en caso de montos mínimos y máximos, deberá ser por el monto máximo del llamado, para permitir a más oferentes participar, debido a que el sistema de adjudicación es por lote. Se solicita cordialmente a la convocante que diga: El oferente deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15% del monto total de la oferta, lo cual podrá ser corroborado por medio del Balance General del último periodo (2023), pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 30 - lote 12- item 1 y2

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podrían aceptar dos tarjetas que detecten enterobacterias y otra que detecte no fermentadores? Y que no incluyan los siguientes ATB : No Incluye: Cefalotina, ertapenem, trimetoprima / sulfameto, colistina y tigeciclina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 31 - LOTE 12 - ITEM 3 Y 4

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar que en una tarjeta se haga la identificación y la detección de hongos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 32 - LOTE 12 - ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar que sean 2 tarjetas, una para detección de strepto y otra para detección de staphylo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 33 - LOTE 12 - ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar si No incluye: ciprofloxacina, oxacilina, tigeciclina?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 34 - LOTE 12 ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar si no incluye: gentamicina alta carga, tetraciclina, vancomicina, tigeciclina, linezolid Pero incluye: Penicilinas (4), Cefalosporinas (10), Aminoglucósidos (2), 4-quinolonas (2), sulfonamidas (1), Medicamento fura (1), Tetraciclina (1), Carbapenems (2), polimixinas (1), Cloromicetinas (1)

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 35 - LOTE 12 ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir si incluye: 20 ATB pero no incluye cefotaxima

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 36 - LOTE 12 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir que el equipo y los frascos no sean de la misma marca?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 37 - LOTE 12 - ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir que el equipo y los frascos no sean de la misma marca?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 38 - LOTE 12 ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir Agar Manitol Salado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 39 - LOTE 12 ITEM 73

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar discos de EDTA de 930 ug y de 750ug?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 40 - LOTE 12 ITEM 85

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar pipera graduable de 100 a 1000 ul?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 41 - LOTE 13 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podrían aceptar dos tarjetas que detecten enterobacterias y otra que detecte no fermentadores? Y que no incluyan los siguientes ATB : No Incluye: Cefalotina, ertapenem, trimetoprima / sulfameto, colistina y tigeciclina.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 42 - LOTE 13 - ITEM 3 Y 4

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar que en una tarjeta se haga la identificación y la detección de hongos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 43 - LOTE 13 ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar que sean 2 tarjetas, una para detección de strepto y otra para detección de staphylo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 44 - LOTE 13 ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar si No incluye: ciprofloxacina, oxacilina, tigeciclina?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 45 - LOTE 13 ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar si no incluye: gentamicina alta carga, tetraciclina, vancomicina, tigeciclina, linezolid Pero incluye: Penicilinas (4), Cefalosporinas (10), Aminoglucósidos (2), 4-quinolonas (2), sulfonamidas (1), Medicamento fura (1), Tetraciclina (1), Carbapenems (2), polimixinas (1), Cloromicetinas (1)

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 46 - LOTE 13 ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir si incluye: 20 ATB pero no incluye cefotaxima

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 47 - LOTE 13 ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir que el equipo y los frascos no sean de la misma marca?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 48 - LOTE 13 ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir que el equipo y los frascos no sean de la misma marca?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 49 - LOTE 13 ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir Agar Manitol Salado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 50 - LOTE 13 ITEM 73

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar discos de EDTA de 930 ug y de 750ug?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 51 - LOTE 13 ITEM 85

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar pipera graduable de 100 a 1000 ul?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 52 - LOTE 14 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podrían aceptar dos tarjetas que detecten enterobacterias y otra que detecte no fermentadores? Y que no incluyan los siguientes ATB : No Incluye: Cefalotina, ertapenem, trimetoprima / sulfameto, colistina y tigeciclina.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 53 - LOTE 14 - ITEM 3 Y 4

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar que en una tarjeta se haga la identificación y la detección de hongos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 54 - LOTE 14 ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar que sean 2 tarjetas, una para detección de strepto y otra para detección de staphylo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 55 - LOTE 14 ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar si No incluye: ciprofloxacina, oxacilina, tigeciclina?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 56 - LOTE 14 ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar si no incluye: gentamicina alta carga, tetraciclina, vancomicina, tigeciclina, linezolid Pero incluye: Penicilinas (4), Cefalosporinas (10), Aminoglucósidos (2), 4-quinolonas (2), sulfonamidas (1), Medicamento fura (1), Tetraciclina (1), Carbapenems (2), polimixinas (1), Cloromicetinas (1)

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 57 - LOTE 14 ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir si incluye: 20 ATB pero no incluye cefotaxima

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 58 - LOTE 14 ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir que el equipo y los frascos no sean de la misma marca?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 59 - LOTE 14 ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir que el equipo y los frascos no sean de la misma marca?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 60 - LOTE 14 ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir Agar Manitol Salado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 61 - LOTE 14 ITEM 73

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar discos de EDTA de 930 ug y de 750ug?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 62 - LOTE 14 ITEM 85

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar pipera graduable de 100 a 1000 ul?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 63 - Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

- Se solicita a la convocante: permitir que el rango del volumen de aspiración sea hasta 250 ul, de manera a poder ofertar equipos capaces de aspirar un volumen menor a 100 ul, siendo esta una característica mejorada y a unificar criterios en todos los lotes, ya que para los lotes 1 y 4 el rango se encuentra de 100 a 250, y en el resto de los lotes de 150 a 250 ul.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 64 - Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

- Se solicita a la convocante aclarar: con respecto al programa ILQC, si se refiere a un programa en específico o si el equipo debe contar con un programa de control de calidad interlaboratorio y cuales son las características requeridas de dicho programa, ya que este programa mencionado "ILQC" es específico de una sola marca.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara, con respecto al programa ILQC que corresponde a un programa de control de calidad interlaboratorios con gráficos de comparación de grupos pares.

Consulta 65 - Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante: permitir ofertar equipos que realicen la determinación del número plaquetas mediante impedancia, ya que el análisis óptico de dos ángulos corresponde a equipos de características superiores y mejor rendimiento a lo solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 66 - Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

- En la sección Soporte: Se puede ofertar microscopio con iluminación LED, ya que actualmente se fabrican con esta tecnología, dejando de lado la lámpara halógena, que presenta menor vida útil y mayor consumo energético

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 67 - Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 - COAGULOGRAMA:

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante: aclarar si el volumen es de 2,5 ul en adelante y hasta que volumen se podría aceptar (establecer un rango); ya que 2,5 ul es un volumen muy pequeño y resulta en una característica limitante al momento de ofertar un equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 68 - Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 - COAGULOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

En la sección soporte: Se solicita a la convocante: permitir ofertar una centrifuga con diferentes tipos de rotores para cubrir las necesidades solicitadas (tubos de 2.5 ml como máximo y 1.5 ml para pediátricos). o en todo caso aclarar Multifunción y especificar que tipo de rotores se necesitan.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 69 - Lotes: 1, 4 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante: Aceptar un equipo de química y un equipo de inmunoensayo por separado, o integrado, de manera a dar lugar a mayor cantidad de oferentes y unificar criterios con los demás lotes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

Ofrecemos una aclaración sobre los requisitos técnicos específicos para los equipos solicitados en los lotes 1 y 4. Se aclara que se requiere de un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología para los lotes 1 y 4. Sin embargo, en caso de que este equipo no pueda realizar todas las determinaciones requeridas, sería factible ofertar un equipo adicional que complemente las determinaciones solicitadas en las especificaciones técnicas. Esto aseguraría que las localidades cuenten con los recursos necesarios para brindar un servicio de calidad a la comunidad.

Consulta 70 - Lotes: 1, 4 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Aclaración, donde cita: Para Inmunología capacidad de reactivos a bordo: mínimo 20(veinte) para el módulo de Inmunología (equipo integrado) o equipo de inmunología solo si existe la posibilidad de ofertar equipo de química e inmunología por separado, ya que al comienzo de las especificaciones técnicas se solicita equipo integrado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

Se aclara que se requiere de un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología para los lotes 1 y 4. Sin embargo, en caso de que este equipo no pueda realizar todas las determinaciones requeridas, sería factible ofertar un equipo adicional que complemente las determinaciones solicitadas en las especificaciones técnicas

Consulta 71 - Lotes: 1, 4 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aclarar: el volumen mínimo de 0,4 ul es demasiado pequeño por lo cual se requiere saber si no existe error de tipeo, siendo lo correcto 0.4 ml (400 ul), o en todo caso establecer un rango mínimo aceptable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 72 - Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante: aceptar la presentación de ofertas con reactivos de marca diferente al equipo ofertado, de manera a dar lugar a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 73 - Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aclarar si las determinaciones FACTOR REUMATOIDEO; ASTO deberán ser realizadas de manera automatizada en el equipo integrado; o de manera manual, ya que así es como generalmente se procesan las mismas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que las determinaciones de Factor Reumatoideo y ASTO para los Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 se solicitan en la especificaciones técnicas que sean procesadas en un Equipo Automatizado, no de manera manual. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 74 - Lotes: 1 ,2, 4 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante: aceptar la oferta de equipo completamente automatizado con metodología por quimioluminiscencia auxiliar, en el caso de que el equipo integrado o de inmunología no realice todas las determinaciones listadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que si el Equipo Integrado o el de Inmunología no realice todas las determinaciones listadas, se puede ofertar otro equipo para completar las determinaciones solicitadas en el PBC, con un equipo automatizado con metodología por quimioluminiscencia.		

Consulta 75 - Lotes: 1 ,2, 4 -

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de un equipo de ELISA como auxiliar para realizar la determinación de anti CCP IgM, de manera a dar lugar a mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 76 - Lotes: 1 ,2, 4 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de un equipo de ELISA como auxiliar para realizar la determinación de anti CCP IgM, de manera a dar lugar a mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 77 - Lotes: 1 ,2, 4 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
- Se solicita a la convocante: aceptar la presentación de un equipo de soporte que realice las determinaciones de drogas terapéuticas, en el caso de que el equipo integrado no cumpla con el listado completo de determinaciones solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que en el caso de que el equipo integrado no cumpla con el listado completo de determinaciones solicitadas, se puede ofertar un Equipo totalmente automatizado para completar las determinaciones requeridas.		

Consulta 78 - Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Solicitamos a la convocante separar en lotes diferentes el Hospital Regional de Concepción y la Unidad Sanitaria de Puerto casado, ya que el hospital regional requiere de determinaciones más especializadas que no se listan entre las solicitadas para puerto casado, de esta manera permitir que mayor cantidad de oferentes puedan participar para ambos lugares.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 79 - Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
En la sección soporte: Para los lugares en donde se solicita: centrifuga nueva de 5.000 rpm con capacidad para 36 o más tubos; se podrían ofertar dos centrifugas para 24 tubos cada una, en el caso de no contar con una que posea la capacidad mencionada de: 36 tubos o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 80 - Lotes: 2 (unidad sanitaria de puerto casado), 6, 8, 9, 10, 11

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de equipo completamente automatizado de química clínica que no cuenta con la característica: detección de burbujas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Tener en cuenta lo establecido en el PBC. Las especificaciones técnicas están basadas en procedimientos operativos que garanticen la calidad de los Resultados, es por ello que no podemos aceptar un Equipo que no reúna el requisito de Detección de burbujas, debido fundamentalmente a que podría dar resultados erróneos en el momento del procesamiento de las muestras.		

Consulta 81 - Lotes: 1, 2, 4 - SEROLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
- Se solicita a la convocante aclarar la cantidad de equipos que pueden ser ofertados de manera a cubrir con el total de determinaciones listadas en el apartado Serología.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Tener en cuenta lo establecido en el PBC donde dice: Se requiere 1 (un) equipo en comodato por cada metodología ofrecida, el equipo debe contar con las siguientes mínimas características: De acceso aleatorio para análisis de ensayos de inmunología. Determinaciones inmunológicas por ELISA automatizado, IFI automatizado, Quimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. En ELISA, posibilidad de programar por lo menos 10 test diferentes, con procesamiento de hasta 4 determinaciones diferentes por corrida. Para IFI Capacidad de carga desde 3 diferentes test por corrida. Completamente automatizado desde el procesamiento hasta la lectura de láminas. El Microscopio de fluorescencia incorporado al equipo si la metodología fuera IFI. De acuerdo a lo mencionado la cantidad de Equipos, corresponderían a los necesarios para cubrir con las determinaciones solicitadas y teniendo en cuenta las metodologías a ser implementadas para los procesamientos de las muestras.		

Consulta 82 - Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 - GASOMETRÍA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar un equipo cuyo rango de medición de pCO2 sea: 10 - 150 mmHg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 83 - Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 - GASOMETRIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aclarar cuando menciona: Presión barométrica:500 - 800 mm Hg, si esta medición es relevante, y si es indispensable que el equipo ofertado realice el cálculo ya que la influencia de la presión barométrica tiene relevancia en poblaciones que residen en altitud, situación que no se aplica en nuestro país.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 84 - Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 - GASOMETRIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
- Se solicita a la convocante aceptar, equipo de gasometría que emita el resultado de hemoglobina de manera calculada, ya que este mismo dato puede ser obtenido mediante un contador hematológico en el hemograma		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que la Hemoglobina corresponde a un módulo de medición requerido y solicitado en las especificaciones técnicas, por lo que No podría aceptarse un equipo que calcule la Hemoglobina, la misma de ser medida por el Equipo-Gasómetro.		

Consulta 85 - Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 - GASOMETRIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
En la sección insumos para el gasómetro: Se solicita a la convocante aclarar: el volumen de las jeringas a ser requeridas, así como también las dimensiones de la aguja para la misma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 86 - Lotes: 3, 5, 7, 16 - GASOMETRIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Solicitamos a la convocante: aceptar equipo que emita los resultados de Hb, FiO2, sO2 de manera calculada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 87 - TEST DIAGNOSTICOS RAPIDOS EN LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16: Para la determinación ANTÍGENO DENGUE: Se podría aceptar test rápido con sensibilidad de 1 ng/ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Las especificaciones técnicas establecen una Sensibilidad y Especificidad mayor al 85 %, el Reactivo para la determinación de ANTÍGENO DENGUE por metodología de Test rápido, se debe expresar la Sensibilidad y Especificidad en porcentaje así como se solicita en el PBC.		

Consulta 88 - Lote 15 - ORINA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aclarar si la velocidad mencionada de 80 test/hora corresponde a la unidad de química solamente, o a ambas (química y sedimento) ya que en general los módulos de los autoanalizadores de orina difieren en sus velocidades de procesamiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que la velocidad de procesamiento de 80 test/hora, corresponde al tiempo desde la unidad de química hasta finalizar el sedimento urinario, es decir que corresponde a la velocidad de procesamiento total entre ambos módulos.		

Consulta 89 - Lote 8

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se observa que la convocante en las Especificaciones Técnicas solicita reactivos para la determinación de hemograma con análisis ópticos de dos ángulos para determinar el número y el tamaño de plaquetas, esto limita y direcciona a ciertas marcas de oferentes, pudiendo utilizarse otros mecanismos también muy confiables y utilizados ampliamente en el mercado como ser por el método de impedancia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 90 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
EN RELACION A ESTE PUNTO: Documentos que acrediten el año de fabricación del equipo en comodato conforme a las Especificaciones Técnicas, emitidas por el fabricante, que podrá entregar por lo menos a la firma del contrato en el caso de que fuera adjudicado. Consultamos si podríamos presentar una declaración jurada que en caso de resultar adjudicado entregar el documento solicitado??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 91 - requisitos documentales para evaluar la capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Solicita: Si el oferente es representante local del fabricante debera presentar la autorizacion del fabricante. Considerando que no aclara y con el proposito de evitar inconvenientes al momento de la evaluacion, se consulta si se podra presentara el documento sin consularizacion o apostillado, ni inscripto en el registro publico de comercio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 92 - capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
No se visualiza el requerimiento de la autoridad sanitaria para la comercializacion como ser: Presentación de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos de Diagnostico de Uso In Vitro otorgado por DINAVISA o por el Laboratorio Central del MSP y BS o constancia de solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 93 - capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
<p>Requiere: Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple. Favor aclara si lo solicitado no seria lo siguiente: Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. A los efectos de evitar ambigüedades que podrian causar inconvenientes al momento de la evaluacion</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 94 - capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
<p>Solo a los efectos de evitar inconvenientes al momento de la evaluación se consulta lo siguiente: Solicita: b) Certificado de venta libre del país de origen de cada determinación ofertada. Esta documentación reemplazaria al siguiente?: 3-Copia autenticada del Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por DINAVISA o por el Laboratorio Central del MSP y BS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

Consulta 95 - Lote 14

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
<p>Item 67: Penicilina, pide de 10ug, se solicita a al convocante verificar ya la carga correcta debe ser UI (unidades internacionales) o al menos su equivalente en ug que es 6ug</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

Consulta 96 - lote 12

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
<p>Item 67: Penicilina, pide de 10ug, se solicita a al convocante verificar ya la carga correcta debe ser UI (unidades internacionales) o al menos su equivalente en ug que es 6ug</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

Consulta 97 - lote 13

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Item 67: Penicilina, pide de 10ug, se solicita a la convocante verificar pues la carga correcta debe ser UI (unidades internacionales) o su equivalente en ug de 6ug		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 98 - lote 15

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
requiere: velocidad de procesamiento de 80 test/hora. Se solicita a la convocante reformular en los siguientes terminos "velocidad de procesamiento de 80 test/hora como minimo" a fin de dar mayor participacion a oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 99 - Lote 1 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que para el Lote 1 ítem 1, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.		

Consulta 100 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipo para análisis de hemostasia con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 101 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Item 6 al 84

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipos para química automatizada e inmunología (CLIA) automatizada por separado con capacidad equivalente al equipo solicitado? a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

Consulta 102 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Ítem 6 al 84

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas de reactivos de marca diferentes al equipo ofertado y listos para el uso compatibles con el equipo ofertado y recomendado por la marca, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 103 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Ítem 76 al 83

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipo para dosaje de Drogas terapéuticas y de abuso por separado, a fin de brindar mayor oportunidad de participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

Se aclara que en el caso de que el equipo integrado no cumpla con el listado completo de determinaciones solicitadas, se puede ofertar un Equipo totalmente automatizado para completar las determinaciones requeridas.

Consulta 104 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Ítem 86 y 87

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Serán aceptadas ofertas con las determinaciones Herpes 1 y 2 IgG, IgM por método Quimioluminiscencia?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 105 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Ítem 96 al 100

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipo completamente automatizado para la preparación de laminas para IFI listo para la lectura en microscopio de fluorescencia separado, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 106 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Ítem 96 al 100

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Donde se refiera a El oferente debe encargarse de la capacitación del profesional bioquímico para el manejo e interpretación de los métodos ofertados se solicita considerar suprimir el apartado interpretación de resultados de los métodos ofertados teniendo en cuenta que la interpretación está sujeta a una especialización académica o institucional del bioquímico responsable de la emisión del resultado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el oferente debe encargarse de la capacitación del o los profesionales bioquímicos para el manejo e interpretación de los resultados de los métodos ofertados en especial la metodología IFI. Esta capacitación debe ser en un Centro con Reconocida Trayectoria (Laboratorio público o privado con capacidad técnica), previa a la puesta en marcha de un equipo con nuevas metodologías, sobre todo de IFI.

Consulta 107 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Item 127 al 143

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 108 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que para el Lote 2 ítem 1, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.		

Consulta 109 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipo para análisis de hemostasia con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 110 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Ítem 76 al 83

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipo por separado para dosaje de Drogas terapéuticas y de abuso, a fin de brindar mayor oportunidad de participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
En el caso de que el equipo ofertado no cumpla con el listado completo de determinaciones solicitadas, se puede ofertar un Equipo totalmente automatizado para completar las determinaciones requeridas.		

Consulta 111 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Item 87 y 88

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas de determinaciones Herpes 1 y 2 IgG, IgM por método Quimioluminiscencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 112 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Ítem 97 al 101

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Donde se refiera a El oferente debe encargarse de la capacitación del profesional bioquímico para el manejo e interpretación de los métodos ofertados se solicita considerar suprimir el apartado interpretación de resultados de los métodos ofertados teniendo en cuenta que la interpretación está sujeta a una especialización académica o institucional del bioquímico responsable de la emisión del resultado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que el oferente debe encargarse de la capacitación del o los profesionales bioquímicos para el manejo e interpretación de los resultados de los métodos ofertados en especial la metodología IFI. Esta capacitación debe ser en un Centro con Reconocida Trayectoria (Laboratorio público o privado con capacidad técnica), previa a la puesta en marcha de un equipo con nuevas metodologías, sobre todo de IFI.		

Consulta 113 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Ítem 86 a 114

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar separar los lotes por metodología Elisa y/o Clia, IFI, considerando que se tratan de métodos diferentes con equipamiento diferente que por lo general son de marcas distintas, esto ayudaría a tener una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que pueden ofertarse Equipos con metodología ELISA AUTOMATIZADO, CLIA y/o IFI indistintamente de manera a completar las determinaciones solicitadas.		

Consulta 114 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Ítem 128 al 143

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 115 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Ítem 145

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que para el Lote 2 ítem 145, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangres basadas en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.		

Consulta 116 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Ítem 146 al 148

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 117 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Ítem 188 al 204

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 118 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 3 Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que para el Lote 3 ítem 1, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.		

Consulta 119 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 3 Ítem 2 al 5

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 120 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 3 Ítem 84 al 100

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 121 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

Se aclara que para el Lote 4 ítem 1, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.

Consulta 122 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 2 al 5

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 123 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 6 al 84

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con equipos para química automatizada e inmunología (CLIA) automatizada por separado con capacidad equivalente al equipo solicitado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

Se aclara que se requiere de un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología para el lote 4 ítem. Sin embargo, en caso de que este equipo no pueda realizar todas las determinaciones requeridas, sería factible ofertar un equipo adicional que complemente las determinaciones solicitadas en las especificaciones técnicas.

Consulta 124 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 75 y 76

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con las determinaciones Herpes 1 y 2 IgG, IgM por método Quimioluminiscencia?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 125 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 86 al 90

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con equipo completamente automatizado para la preparación de laminas para IFI listo para la lectura en microscopio de fluorescencia separado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 126 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Ítem 86 al 90

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Donde se refiera a El oferente debe encargarse de la capacitación del profesional bioquímico para el manejo e interpretación de los métodos ofertados se solicita considerar suprimir el apartado interpretación de resultados de los métodos ofertados teniendo en cuenta que la interpretación está sujeta a una especialización académica o institucional del bioquímico responsable de la emisión del resultado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que el oferente debe encargarse de la capacitación del o los profesionales bioquímicos para el manejo e interpretación de los resultados de los métodos ofertados en especial la metodología IFI. Esta capacitación debe ser en un Centro con Reconocida Trayectoria (Laboratorio público o privado con capacidad técnica), previa a la puesta en marcha de un equipo con nuevas metodologías, sobre todo de IFI.		

Consulta 127 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Ítem 75 a 103

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar separar los lotes por metodología Elisa y/o Clia, IFI, considerando que se tratan de métodos diferentes con equipamiento diferente que por lo general son de marcas distintas, esto ayudaría a tener una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que pueden ofertarse Equipos con metodología ELISA AUTOMATIZADO, CLIA y/o IFI indistintamente de manera a completar las determinaciones solicitadas.		

Consulta 128 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Ítem 117 al 133

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 129 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 5 Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que para el Lote 5 ítem 1, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.		

Consulta 130 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 5 Item 2 al 5

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 131 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 5 Item 80 al 95

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 132 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 5 Item 80 al 95

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 133 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 6 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que para el Lote 6 ítem 1, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.		

Consulta 134 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 6 Item 44 al 60

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 135 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 7 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que para el Lote 7 ítem 1, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.

Consulta 136 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 7 Item 2 al 5

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 137 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 7 Item 6 al 35

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Puede ofertarse reactivos de marca diferentes al equipo ofertado y listos para el uso compatibles con el equipo ofertado y recomendado por la marca.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 138 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 7 Item 81 al 97

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 139 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 7 Item 2 al 5

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 140 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 8 Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

Se aclara que para el Lote 8 ítem 1, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.

Consulta 141 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 8 Ítem 2 al 4

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 142 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 8 Ítem 45 al 61

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 143 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 8 Ítem 62

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
----------	-------------------	------------

Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
-----------	--------------------	------------

Se aclara que para el Lote 8 ítem 62, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.

Consulta 144 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 8 Item 63 al 65

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

Consulta 145 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 8 Item 106 al 122

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 146 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 9 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que para el Lote 9 ítem 1, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.		

Consulta 147 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 9 Item 2 al 4

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 148 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 9 Item 44 al 60

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 149 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 10 Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que para el Lote 10 ítem 1, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.		

Consulta 150 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 10 Ítem 2 al 4

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 151 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 10 Ítem 44 al 60

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 152 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 11 Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que para el Lote 11 ítem 1, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.		

Consulta 153 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 11 Ítem 2 al 4

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 154 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 11 Ítem 63 al 65

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 155 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 11 Ítem 62

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que para el Lote 11 ítem 62, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.		

Consulta 156 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 11 Ítem 63 al 65

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 157 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 11 Ítem 106 al 122

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 158 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 16 Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
Se aclara que para el Lote 16 ítem 1, sí se puede ofertar un contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos.		

Consulta 159 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 16 Ítem 2 al 5

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 160 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 16 Ítem 82 al 98

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		

Consulta 161 - Experiencia requerida:

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
<p>En el apartado de Experiencia Requerida, donde dice: Demostrar la experiencia en la provisión de suministros laboratoriales con equipos en comodato con Contratos y/o Facturas, presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2019 2020 2021 2022 - 2023) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación, solicitamos a la convocante permita demostrar experiencia en provisión de reactivos y/o equipos y/o suministros de laboratorio por un monto mínimamente equivalente al 25% del monto total ofertado en la presente licitación dentro de los últimos cinco años, dando así apertura a la mayor cantidad de oferentes posibles y que así el IPS obtenga la mayor ventaja competitiva del mercado, beneficiando de esta manera a todos los asegurados de la institución. Por lo expuesto, solicitamos que el apartado quede de la siguiente manera:</p> <p>Demostrar la experiencia en la provisión de reactivos y/o equipos y/o suministros de laboratorio con equipos en comodato con Contratos y/o Facturas, presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2019 2020 2021 2022 - 2023) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
<p>El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 162 - Detalles de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
<p>En el apartado de Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas CPS, donde dice: TEST DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS EN LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, para los lotes número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 16, solicitamos amablemente a la convocante separar dicho enunciado con sus respectivos ítems del lote completo, dado que estos ítems son test rápidos y manuales que no requieren equipos en comodato, por lo cual dará lugar a una participación mayor de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
<p>El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 163 - Detalles de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
<p>En el apartado de Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas CPS, donde dice: TEST DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS EN LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, en la descripción del CBDM: Reactivo para la detección simultánea de antígenos de SARS-CoV-2 / influenza A /influenza B y otros virus respiratorios, para los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 16, solicitamos amablemente a la convocante esclarecer a que otros tipos de virus respiratorios hace referencia y si es posible la presentación por separado de las determinaciones, la misma no afectaría a los resultados y se respetaría la cantidad solicitada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
<p>Se aclara que otros virus respiratorios hacen referencia al Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y Adenovirus. En cuanto a la presentación se solicita la detección simultánea de los virus respiratorios, No se podría aceptar por separado las determinaciones.</p>		

Consulta 164 - Detalles de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
En el apartado de Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas CPS, donde dice: DISPOSITIVOS LABORATORIALES DESCARTABLES, para los números de lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 16, solicitamos amablemente a la convocante separar dicho enunciado con sus respectivos ítems del lote completo, dado que estos ítems son insumos generales de laboratorio y no requieren equipos en comodato para cumplir una finalidad, por lo cual, dará apertura de esta manera a una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 165 - Detalles de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
En el apartado de Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas CPS, donde dice: LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA MEDIOS DE CULTIVOS, DISCOS DE ANTIBIOGRAMA, DE IDENTIFICACIÓN, COLORACIONES E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO, para los lotes número 12, 13 y 14, solicitamos amablemente a la convocante separar dicho enunciado con sus respectivos ítems del lote completo, dado que estos ítems no requieren de equipos en comodato, provocando de esta forma la apertura a una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 166 - Detalles de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
En el apartado de plan de entrega de los bienes se expresa La provisión de reactivos se debe realizar en forma continua, el oferente deberá realizar un control de stock de los mismos en forma semanal o quincenal, teniendo en cuenta el histórico del consumo según registrado en las estadísticas el Software de gestión , en caso de que se detecte un aumento del consumo por aumento en la demanda de pedidos de análisis, el regente del laboratorio realizará una solicitud por correo de la provisión de los mismos, los cuales deberán ser entregados en un plazo mínimo de 48 horas. La planilla de entrega de insumos y reactivos semanal o quincenal (hoja de remisión de reactivos) debe registrar las cantidades, la descripción del producto, la fecha de vencimiento y el control de temperatura de transporte de los reactivos a ser entregados, solicitamos amablemente a la convocante considerar un plazo mínimo de 10 días hábiles, ya que dependemos también de los tiempos de producción del fabricante, logística de importación y trámites de despacho en aduana. Por lo expuesto, solicitamos que el enunciado quede de la siguiente manera: La provisión de reactivos se debe realizar en forma continua, el oferente deberá realizar un control de stock de los mismos en forma semanal o quincenal, teniendo en cuenta el histórico del consumo según registrado en las estadísticas el Software de gestión , en caso de que se detecte un aumento del consumo por aumento en la demanda de pedidos de análisis, el regente del laboratorio realizará una solicitud por correo de la provisión de los mismos, los cuales deberán ser entregados en un plazo mínimo de 10 días hábiles. La planilla de entrega de insumos y reactivos semanal o quincenal (hoja de remisión de reactivos) debe registrar las cantidades, la descripción del producto, la fecha de vencimiento y el control de temperatura de transporte de los reactivos a ser entregados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 167 - lote 15

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Permitira la convocante oferta un equipo que realiza hasta 240 test por hora?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2024
------------------	---------------------------	------------

El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 168 - LOTE 1 - ÍTEM 1: KIT DETERMINACION PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar la unidad de medida de los parámetros de linealidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 169 - LOTE 1 - ÍTEM 47: REACTIVO PARA BHCG

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría admitir reactivo para la determinación de Beta HCG total?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 170 - LOTE 1 - ÍTEM 47: REACTIVO PARA BHCG

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría admitir reactivo para la determinación de Beta HCG total?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 171 - LOTE 1 - ÍTEM 60, 63, 64, 74, 76, 77, 79, 81, 82:

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor especificar si tanto el control como el calibrador deben venir en la misma caja del Kit?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que, tanto el control como el calibrador pueden venir en la misma caja del Kit o individualmente, es decir que pueden venir por separado.

Consulta 172 - LOTE 1 - ÍTEM 60, 63, 64, 74, 76, 77, 79, 81, 82:

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Podrán ser admitidos los controles en cajas separadas, ya que esta diferencia no afecta el procesamiento y tampoco compromete la estabilidad del reactivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 173 - LOTE 1 - ÍTEM 96, 97:

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se podría aceptar reactivo de IFI manual con un microscopio de fluorescencia en comodato; ya que solo se solicitan dos determinaciones por esta metodología y considerando que la automatización encarece la oferta y solo dos proveedores en el mercado cuentan con esta metodología automatizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 174 - LOTE 1 - ÍTEM 110 Y 111:

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se podría aceptar realizar estas determinaciones de manera manual por metodología IFI, de manera a dar lugar a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 175 - LOTE 1 - ÍTEM 114

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante aceptar como tiempo máximo 150 segundos por muestra, para evitar limitar las especificaciones técnicas a un solo oferente y dar lugar a mayor participación y fomentar la libre competencia en un proceso transparente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 176 - LOTE 1 - ÍTEM 114

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante modificar: "Valores para introducir: Temperatura del paciente:10°C -45°C" a Temperatura del paciente: 15 - 45°C, considerando que el valor "10°C" no es clínicamente significativo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 177 - EQUIPO INTEGRADO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante cambiar la capacidad de almacenamiento de reactivos a bordo "para química 70 posiciones , inmunología 40 posiciones" a 25 posiciones como mínimo para el módulo de inmunología, de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes y evitar cerrar las especificaciones técnicas a un solo oferente" Se solicita cambiar la especificación: "Con capacidad para almacenar a bordo controles y calibradores refrigerados." ya que esto también limita la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 178 - SEROLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante aceptar 2 equipos de Elisa automatizados para poder cumplir con la capacidad de carga solicitada, y con la cantidad de pruebas diferentes a ser realizadas por corrida, de manera a dar lugar a mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
Se aclara que se aceptará que el oferente presente 2 equipos de ELISA automatizados.		

Consulta 179 - LOTE 1 - ÍTEM 96, 97

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se podría aceptar reactivo de IFI manual con un microscopio de fluorescencia en comodato; ya que solo se solicitan dos determinaciones por esta metodología y considerando que la automatización encarece la oferta y solo dos proveedores en el mercado cuentan con esta metodología automatizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 180 - LOTE 1 - ÍTEM 110 Y 111

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se podría aceptar realizar estas determinaciones de manera manual por metodología IFI, de manera a dar lugar a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 181 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
CON RELACION A ESTE PUNTO SE PODRIA ENTREGAR UNA DECLARACION JURADA QUE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO PRESENTAR DICHA DOCUMENTACION?		
Documentos que acrediten el año de fabricación del equipo en comodato conforme a las Especificaciones Técnicas, emitidas por el fabricante, que podrá entregar por lo menos a la firma del contrato en el caso de que fuera adjudicado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 182 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
SE PODRIA PRESENTAR UNA DECLARACION JURADA EN ESTE PUNTO Y PARA LA FIRMA DE CONTRATO ENTREGAR DICHA DOCUMENTACION??		
Documentos que acrediten el año de fabricación del equipo en comodato conforme a las Especificaciones Técnicas, emitidas por el fabricante, que podrá entregar por lo menos a la firma del contrato en el caso de que fuera adjudicado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 183 - Lote 6

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Solicitamos amablemente a la convocante considerar la eliminación de la especificación técnica "pantalla táctil" en el equipo de crisis correspondiente al lote 6.		
Fundamentamos esta solicitud en que dicha característica no impacta ni resulta relevante para el adecuado procesamiento de muestras en el analizador solicitado, por lo que su inclusión podría limitar innecesariamente la participación de proveedores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 184 - Lote 8

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Solicitamos amablemente a la convocante considerar la eliminación de la especificación técnica "pantalla táctil" en el equipo de crisis correspondiente al lote 8.		
Fundamentamos esta solicitud en que dicha característica no impacta ni resulta relevante para el adecuado procesamiento de muestras en el analizador solicitado, por lo que su inclusión podría limitar innecesariamente la participación de proveedores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 185 - Lote 11

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Solicitamos amablemente a la convocante considerar la eliminación de la especificación técnica "pantalla táctil" en el equipo de crisis correspondiente al lote 11 Fundamentamos esta solicitud en que dicha característica no impacta ni resulta relevante para el adecuado procesamiento de muestras en el analizador solicitado, por lo que su inclusión podría limitar innecesariamente la participación de proveedores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 186 - Lote 7

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Solicitamos amablemente a la convocante considerar la aceptación de las siguientes especificaciones técnicas para los parámetros de pCO ₂ y Hemoglobina en la gasometría correspondiente al lote 7: pO ₂ : 10 - 700 mm Hg pCO ₂ : 5 - 120 mm Hg pH: 6,500 - 7,800 mm Hg Presión barométrica: 500 - 800 mm Hg Hemoglobina: 3,33 - 23 g/dl FiO ₂ : 0,21 mm Hg SO ₂ : 95 - 100 mm Hg Estas especificaciones se encuentran alineadas con las necesidades del proceso solicitado por la convocante y garantizan un adecuado cumplimiento de los requerimientos técnicos del análisis.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 187 - LOTE 1 - EQUIPO INTEGRADO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA:

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la característica "cubetas y puntas de aspiración de muestras descartables para inmunología." Debido a que dicha característica solo la cumplen dos oferentes del mercado, la misma no debería ser una limitante a la participación de los demás oferentes con capacidad de presentar equipos cuyas características se adecuan e incluso superen las solicitadas. Si bien es una característica importante para evitar la contaminación por arrastre; otras marcas cuentan con mecanismos de limpieza que aseguran la calidad y confiabilidad de los resultados emitidos, fomentando el cuidado del medio ambiente al disminuir la utilización de plásticos y generando menos residuos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 188 - LOTE 1 - EQUIPO DE HEMOSTASIA

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la característica "Chequeo preanalítico: comprobación del volumen de tubos primarios y de la cantidad de las muestras en forma específica para cada ensayo las interferencias de hemolisis, ictericia, lipemia" Debido a que dicha característica limita la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 189 - LOTE 4 VILLARRICA

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
----------	-------------------	------------

ÍTEM 1: KIT DETERMINACION PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO
Se solicita a la convocante aclarar la unidad de medida de los parámetros de linealidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

Consulta 190 - LOTE 4 - ÍTEM 45

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
----------	-------------------	------------

Favor especificar si tanto el control como el calibrador deben venir en la misma caja del Kit

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 191 - LOTE 4 - ÍTEM 45

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
----------	-------------------	------------

Podrán ser admitidos los controles y calibradores en cajas separadas, ya que esta diferencia no afecta el procesamiento y tampoco compromete la estabilidad del reactivo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 192 - LOTE 4 - ÍTEM 47: REACTIVO PARA BHCG

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
----------	-------------------	------------

¿Se podría admitir reactivo para la determinación de Beta HCG total?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 193 - LOTE 4 - ÍTEM 60

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor especificar si tanto el control como el calibrador deben venir en la misma caja del Kit

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 194 - LOTE 4 - ITEM 60

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

Podrían ser admitidos los controles y calibradores en cajas separadas, ya que esta diferencia no afecta el procesamiento y tampoco compromete la estabilidad del reactivo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 195 - LOTE 4 - ÍTEM 63, 64

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor especificar si tanto el control como el calibrador deben venir en la misma caja del Kit

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 196 - LOTE 4 - ITEM 63, 64

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

Podrían ser admitidos los controles en cajas separadas, ya que esta diferencia no afecta el procesamiento y tampoco compromete la estabilidad del reactivo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 197 - LOTE 4 - ÍTEM 86, 87

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría aceptar reactivo de IFI manual con un microscopio de fluorescencia en comodato; ya que solo se solicitan dos determinaciones por esta metodología y considerando que la automatización encarece la oferta y solo dos proveedores en el mercado cuentan con esta metodología automatizada

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 198 - LOTE 4 - ÍTEM 91 Y 92

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a Beta 2 glicoproteína IgG o IgM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 199 - LOTE 4 - ÍTEM 93 Y 94

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a Ac anti fosfolipidico IgG o IgM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 200 - LOTE 4 - ÍTEM 95 Y 96

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a Ac anti cardiolipina IgG o IgM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 201 - LOTE 4 - ÍTEM 100 Y 101

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se podría aceptar realizar estas determinaciones de manera manual por metodología IFI, de manera a dar lugar a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y		

Consulta 202 - LOTE 4 - ÍTEM 104: KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASOMETRIA

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante aceptar como tiempo máximo 150 segundos por muestra, para evitar limitar las especificaciones técnicas a un solo oferente y dar lugar a mayor participación y fomentar la libre competencia en un proceso transparente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 203 - LOTE 4 - ÍTEM 104: KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASOMETRIA

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante modificar: "Valores para introducir: Temperatura del paciente:10°C -45°C" a Temperatura del paciente: 15 - 45°C, considerando que el valor "10°C" no es clínicamente significativo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 204 - LOTE 4 - EQUIPO DE HEMOSTASIA

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la característica "Chequeo preanalítico: comprobación del volumen de tubos primarios y de la cantidad de las muestras en forma específica para cada ensayo las interferencias de hemolisis,ictericia,lipemia" Debido a que dicha característica limita la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 205 - LOTE 4 - EQUIPO INTEGRADO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA:

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante cambiar la capacidad de almacenamiento de reactivos a bordo "para química 70 posiciones , inmunología 40 posiciones" a 25 posiciones como mínimo para el módulo de inmunología, de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes y evitar cerrar las especificaciones técnicas a un solo oferente" Se solicita cambiar la especificación: "Con capacidad para almacenar a bordo controles y calibradores refrigerados." ya que esto también limita la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 206 - LOTE 4 - EQUIPO INTEGRADO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA:

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la característica "cubetas y puntas de aspiración de muestras descartables para inmunología." Debido a que dicha característica solo la cumplen DOS OFERENTES en el mercado, la misma no debería ser una limitante a la participación de los demás oferentes con capacidad de presentar equipos cuyas características se adecuan e incluso superen las solicitadas. Si bien es una característica importante para evitar la contaminación por arrastre; otras marcas cuentan con mecanismos de limpieza que aseguran la calidad y confiabilidad de los resultados emitidos, fomentando el cuidado del medio ambiente al disminuir la utilización de plásticos y generando menos residuos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 207 - LOTE 4 - SEROLOGÍA PARA LOS ÍTEMS 75 AL 103

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante aceptar 2 equipos de Elisa automatizados para poder cumplir con la capacidad de carga solicitada, y con la cantidad de pruebas diferentes a ser realizadas por corrida, de manera a dar lugar a mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
Se aclara que se aceptará que el oferente presente 2 equipos de ELISA automatizados.		

Consulta 208 - LOTE 5 - ÍTEM 1: KIT DETERMINACION PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante: permitir que el rango del volumen de aspiración sea desde 20 ul hasta 100 ul, de manera a poder ofertar equipos capaces de aspirar un volumen menor a 30 ul, siendo esta una característica mejorada y de modo a considerar a pacientes pediátricos y optimizar el uso de la muestra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 209 - LOTE 5 - ÍTEM 5: REACTIVO PARA DEGRADACIÓN DE FIBRINA DÍMERO D

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante aceptar reactivo para determinación de dímero d con VPN desde 95% en adelante; considerando que, según estudios analíticos este valor varía de acuerdo a la franja etaria; tipo de población estudiada, analizador utilizado y metodología; y considerando que la mayoría de los reactivos poseen un índice de confianza del 95% para el VPN, no es posible asegurar que el 100% solicitado sea clínicamente comprobable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 210 - LOTE 5 - ITEM 60

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Favor especificar si tanto el control como el calibrador deben venir en la misma caja del Kit		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 211 - LOTE 5 - ITEM 60

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Podrían ser admitidos los controles y calibradores en cajas separadas, ya que esta diferencia no afecta el procesamiento y tampoco compromete la estabilidad del reactivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
Se aclara que tanto el control como el calibrador pueden venir en la misma caja del Kit del Reactivo o por separado, es decir control por separado y calibrador por separado. El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 212 - LOTE 5 - ÍTEM 63, 64

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Favor especificar si tanto el control como el calibrador deben venir en la misma caja del Kit		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
Se aclara que tanto el control como el calibrador pueden venir en la misma caja del Kit del Reactivo o por separado, es decir control por separado y calibrador por separado. El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 213 - LOTE 5 - ÍTEM 63, 64

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Podrían ser admitidos los controles en cajas separadas, ya que esta diferencia no afecta el procesamiento y tampoco compromete la estabilidad del reactivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
Se aclara que tanto el control como el calibrador pueden venir en la misma caja del Kit del Reactivo o por separado, es decir control por separado y calibrador por separado. El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 214 - LOTE 5 - ÍTEM 68: KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere con almacenamiento de packs a temperatura ambiente ¿A que pack se refiere? Se podría aceptar que los calibradores sean de almacenamiento refrigerado con provisión de heladera en comodato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
Se aclara que Pack hace referencia al pack de reactivo. Por lo tanto, el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 215 - LOTE 5 - ÍTEM 68: KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se solicita a la convocante modificar: "Valores para introducir: Temperatura del paciente:10°C -45°C" a Temperatura del paciente: 15 - 45°C, considerando que el valor "10°C" no es clínicamente significativo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 216 - LOTE 5 - ÍTEM 68: KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2024
Se podría aceptar; equipo con rango de ctHb hasta 27,7 g/dL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 217 - lote 7

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
GASOMETRIA Se solicita a la convocante modificar: "Valores para introducir: Temperatura del paciente:10°C -45°C" a Temperatura del paciente: 15 - 45°C, considerando que el valor "10°C" no es clínicamente significativo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 218 - LOTE 7, 9 Y 10

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
ÍTEM 1 : KIT DETERMINACION PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
Se aclara que no se visualiza ninguna consulta sobre el Ítem 1.		

Consulta 219 - LOTE 7, 9 Y 10

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
ÍTEM 1 : KIT DETERMINACION PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO Se solicita a la convocante reducir la capacidad de procesamiento del equipo de hemograma a un mínimo de 100 muestras por hora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 220 - LOTE 7, 9 Y 10 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
Se solicita a la convocante admitir volumen de muestra de 20 ul como mínimo, teniendo en cuenta que se deben procesar muestras de pacientes pediátricos y las muestras con este tipo de pacientes son escasas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 221 - LOTE 7, 9 Y 10 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
Se solicita a la convocante admitir base de datos con capacidad mínima de 100.000 resultados incluyendo sus gráficas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 222 - LOTE 7, 9 Y 10 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
Se solicita a la convocante aclarar: con respecto al programa ILQC, si se refiere a un programa en específico o si el equipo debe contar con un programa de control de calidad interlaboratorio y cuales son las características requeridas de dicho programa, ya que este programa mencionado "ILQC" es específico de una sola marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
Se aclara, con respecto al programa ILQC que corresponde a un programa de control de calidad interlaboratorios con gráficos de comparación de grupos pares. Por lo tanto, el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 223 - LOTE 7, 9 Y 10 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
En la sección Soporte: Se puede ofertar microscopio con iluminación LED, ya que actualmente se fabrican con esta tecnología, dejando de lado la lámpara halógena, que presenta menor vida útil y mayor consumo energético.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 224 - LOTE 7, 9 Y 10 - COAGULOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
Se solicita a la convocante aceptar como volumen mínimo 1,5 ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 225 - LOTE 7, 9 Y 10 - COAGULOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aceptar equipo con lenguaje de reportes y programa multiidioma.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

Consulta 226 - LOTE 7, 9 Y 10 -COAGULOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
----------	-------------------	------------

En la sección soporte: Se solicita a la convocante: permitir ofertar una centrifuga con diferentes tipos de rotores para cubrir las necesidades solicitadas (tubos de 2.5 ml como máximo y 1.5 ml para pediátricos). o en todo caso aclarar Multifunción y especificar que tipo de rotores se necesitan

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 227 - LOTE 10 - SOPORTE DE BIOQUÍMICA CLÍNICA:

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
----------	-------------------	------------

En la sección soporte: Se solicita a la convocante: permitir ofertar una centrifuga con diferentes tipos de rotores para cubrir las necesidades solicitadas (tubos de 2.5 ml como máximo y 1.5 ml para pediátricos). o en todo caso aclarar Multifunción y especificar que tipo de rotores se necesitan.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 228 - LOTE 16

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
----------	-------------------	------------

ÍTEM 1: KIT DETERMINACION PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO

Se solicita a la convocante: permitir que el rango del volumen de aspiración sea desde 20 ul hasta 100 ul, de manera a poder ofertar equipos capaces de aspirar un volumen menor a 30 ul, siendo esta una característica mejorada y de modo a considerar a pacientes pediátricos y optimizar el uso de la muestra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 229 - LOTE 16

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
----------	-------------------	------------

ÍTEM 5: REACTIVO PARA DEGRADACIÓN DE FIBRINA DÍMERO D

Se solicita a la convocante aceptar reactivo para determinación de dímero d con VPN desde 95% en adelante; considerando que, según estudios analíticos este valor varía de acuerdo a la franja etaria; tipo de población estudiada, analizador utilizado y metodología; y considerando que la mayoría de los reactivos poseen un índice de confianza del 95% para el VPN, no es posible asegurar que el 100% solicitado sea clínicamente comprobable.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 230 - LOTE 16

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2024
Se solicita a la convocante: permitir ofertar una centrifuga con diferentes tipos de rotores para cubrir las necesidades solicitadas (tubos de 2.5 ml como máximo y 1.5 ml para pediátricos). o en todo caso aclarar Multifunción y especificar que tipo de rotores se necesitan.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		