

Consultas Realizadas

Licitación 433425 - CD 010/2023 Adquisición de Equipos de Laboratorio

Consulta 1 - ÍTEM 24

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2023
Favor aclarar si las especificaciones de este ítem son las siguientes (ya que aparentemente posee varios errores en la transcripción): • Resolución y rango de conteo: 1 cuenta por minuto (CPM) - 5000 cuentas por segundo (CPS) • Resolución y rango de radiación: resolución de 0,001 mR/h / rango de 350 mR/h (medidas imperiales); resolución de 0,01uSv/h - rango de 3,5 mSv/h (métrico) • Sensibilidad del detector: detecta partículas beta por encima de 50 Kev. Radiación de rayos X por encima de 7 KeV; radiación Gamma por encima de 7 KeV • Calibración de fábrica: calibración de fábrica utilizando una fuente de radiación rastreable NIST para asegurar mediciones precisas de radiación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-07-2023
los datos especificados en la consulta son correctos		

Consulta 2 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2023
Se solicita a la convocante aclarar si lo que se solicita es una lámpara UV o una cabina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-07-2023
Como se describe en las especificaciones técnicas !!!		

Consulta 3 - ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2023
Se podría aceptar una balanza de precisión electrónica, digital, con capacidad de 3200 g. Dimensiones del plato de pesada: 16 cm. Con ajuste interno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2023
SE ACEPTA HASTA UNA CAPACIDAD DE 1500 Gs.		

Consulta 4 - ITEM 12

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2023
Se solicita a la convocante aclarar la velocidad mínima (rpm), el tipo de rotor que se requiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2023
SOLICITA VELOCIDAD MÍNIMA DE 200 RPM Y MÁXIMA DE 4000 RPM, EL TIPO DE ROTOR DE 5 X 50 ML		

Consulta 5 - ITEM 17

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2023
Se podría aceptar un baño maría con las siguientes características: dimensión interna: 620*320*120 mm; dimensiones externas: 750*360*160. Fluctuación de temperatura: +/- 0,5°C. Capacidad: 24 L para 8 posiciones termostáticas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
Se acepta el equipo de baño maría con las características mencionadas!!		

Consulta 6 - ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2023
Se podría aceptar un refrigerador de 588 L de capacidad, 2 puertas; 10 estantes, precisión de temperatura: 0,1°C. Potencia de 560 W.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
Se acepta el refrigerador con las características mencionadas!!		

Consulta 7 - ITEM 22

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2023
Se podría aceptar una cabina de PCR con las siguientes características: dimensiones internas: 800*700*1770, internas: 700*595*560 mm. Ventana frontal y laterales de vidrio reforzado de 5mm de espesor anti UV. Lámpara UV con emisión de 253,7 nm, superficie de trabajo de acero inoxidable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2023
Se acepta la cabina de PCR con las características mencionadas!!!		

Consulta 8 - ÍTEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Solicitamos a la convocante admitir un termómetro con resolución de 0,1°C , ya que estos son termómetros que si pueden ofrecerse al precio referencial establecido y ya presentan una precisión suficiente para la mayoría de las aplicaciones de laboratorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-07-2023
Se acepta el termómetro con resolución de 0,1° C!!!		

Consulta 9 - ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
Solicitamos a la convocante admitir una heladera con las siguientes características: Exterior e interior en acero inoxidable, puerta con cierre automático y con permanencia abierta, 3 estantes ajustables, 4 ruedas con frenos, puerta con llave de seguridad, interruptor automático y control digital de temperatura configurable -5° a RT (se configurará en +1 a 8°C, según lo requerido), sistema de enfriamiento ventilado. Capacidad 580 litros, de una puerta, con luz 25w. Incluido certificación ISO17025 (perfil térmico)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-07-2023
se aceptan tales características!!		

Consulta 10 - ÍTEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
Favor aclarar si el Certificado de Calidad, es el perfil térmico ISO17025 de la heladera o a qué documentación se refieren		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-07-2023
el Certificado de Calidad corresponde a la heladera!!		

Consulta 11 - ÍTEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
Solicitamos a la convocante admitir una balanza con plato de dimensiones: 128x157mm y de acero inoxidable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2023
SE ADMITE LAS DIMENSIONES SOLICITADAS Y PUEDE SER CIRCULAR O CUADRADO		