

Consultas Realizadas

Licitación 433998 - CD N° 05/2023 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

Consulta 1 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2023
Por un lado solicitan: Copias de Contratos ejecutados con sus correspondientes Certificados de Cumplimiento Satisfactorio y/o Facturas con sus Notas de Remisiones debidamente conformadas, por la provisión de equipos médicos, correspondientes al periodo Más abajo en el mismo apartado solicitan: Como mínimo tres (3) referencias de satisfacción y buen cumplimiento, en cuanto a la ejecución de contratos de provisión de medicamentos y/o insumos médicos, con instituciones públicas y/o privadas Con relación a este último punto se solicita: Modificar y solicitar la referencia para equipos médicos, debido a que aparentemente por un error se solicita para insumos o medicamentos. Se consulta si será aceptadas Actas de Recepción emitidas por el ministerio de salud y/o IPS y/o otro ente de salud, porque estas instituciones que son las que adquieren este tipo de equipo, no redactan referencias, sino que emiten Actas como prueba de conformidad satisfactoria de la provisión		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la adenda 2		

Consulta 2 - Documentos Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2023
Favor aceptar como referencia o constancia de buen cumplimiento, las Actas de Recepción firmadas y selladas por los responsables de instituciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la adenda 2		

Consulta 3 - Item 2: Porta Suero

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2023
Item 2: Porta Suero Donde dice: De cuatro servicios/ganchos, solicitamos amablemente a la convocante permitir cotización: De cinco servicios/ganchos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 4 - Ítem 3 - Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2023
Donde dice: Corriente de entrada al circuito ≤ 50 nA. Solicitamos amablemente a la convocante, permitir cotización de: Corriente de entrada al circuito $\leq 0,05\mu A$.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 5 - Ítem 3 - Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2023
Donde dice: Interpreta códigos Minesota. Solicitamos amablemente a la convocante, declarar este punto como opcional, de ser aprobada quedaría redactada de la siguiente manera: Interpreta códigos Minesota (opcional)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 6 - Ítem 3 - Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2023
Donde dice: Peso: 2.5 kg Solicitamos amablemente a la convocante, permitir cotización de: Peso: 2.0 kg como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 7 - Ítem 3 - Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2023
Solicitamos amablemente a la convocante definir las cantidades solicitadas de accesorios, de manera a que eso define el precio a presentar en dicha oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 8 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2023
En la Página 8 del PBC se requiere Autorización del Fabricante para ciertos ítems. Solicitamos a la Convocante que para los Ítems 1 Camilla, 2 Porta suero, 6 Silla de ruedas y 8 Balón de Oxígeno; se exceptúe este requisito, teniendo en cuenta que son productos de libre importación y comercialización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la adenda 2		

Consulta 9 - Porcentaje de Multas

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2023
Porcentaje de multas En la Página 28 del PBC dice: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,50 % Solicitamos a la convocante que el porcentaje de multa sea del 0,01% por el atraso en la entrega de los bienes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 10 - Certificado de Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2023
En la Página 22 del PBC se requiere el Certificado de Registro Sanitario para ciertos ítems. Solicitamos a la Convocante que para los ítems 1 Camilla, 2 Porta suero, 6 Silla de ruedas y 8 Balón de Oxígeno; se exceptúe este requisito, teniendo en cuenta que son productos de libre importación y comercialización.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
remitirse a la adenda 2		

Consulta 11 - Ítem 4 - Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2023
Solicitamos aclarar los parámetros requeridos. Sugerimos la configuración básica: ECG, NIBP, SPO2, TEMP.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 12 - Ítem 4 - Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2023
Donde dice: Resolución: 320 x 240, solicitamos amablemente a la convocante permitir cotización de: Resolución: 320 x 240 o superior		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 13 - Ítem 4 - Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2023
Donde dice: Monitor LCD TFT a color de 3,5 pulgadas, solicitamos amablemente a la convocante que permita cotización de: Monitor LCD TFT a color de 3,5 pulgadas como mínimo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 14 - Ítem 4 - Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2023
Solicitamos aclarar los accesorios requeridos. Sugerimos los accesorios básicos: Sensor Spo2 Adulto, Sensor de Temp, Cable Paciente, Brazal Adulto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 15 - ÍTEM 5 - Equipo de laringoscopio con tubos para adulto.

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2023
En la Página 26 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: Equipo laringoscopio con hojas curvas para adultos. No menciona la cantidad de hojas que deben ofertarse como tampoco solicita el mango, sugerimos al menos 2 hojas curvas para adultos con un mango; considerando el precio referencial.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 16 - ÍTEM 5 - Equipo de laringoscopio con tubos para adulto.

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2023
En la Página 26 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: ÍTEM 9 - Caja de procedimientos para cirugía menor. No figura los instrumentales a contener dentro de la caja. Por lo expuesto, solicitamos al convocante se incluya en las caja con las siguientes composiciones: (1) Pinza para Campo BACKAUS 13cm (1) Pinza Anatómica c/Diente 14 cm (1) Pinza Anatómica s/ Diente 14 cm (1) Tijera Mayo curva, 14cm (1) Pinza Hemostática KELLY recta, 14cm (1) Porta Aguja de 18 cm (1) Porta Bisturí Nº 4 (1) Caja con tapa capaz de contener todos los instrumentales solicitados. Medidas: 20 x 10 x 5cm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 17 - ÍTEM 10 - Tensiómetro manual.

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2023
En la Página 27 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: ÍTEM 10 - Tensiómetro manual. Asumimos que por un error de tipeo quisieron describir en Set de Diagnostico Otoscopio-Oftalmoscopio y no Tensiómetro manual. Solicitamos amablemente al convocante para este punto la correcta aclaración a lo mencionado anteriormente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2023
Remitirse a la adenda 3		

Consulta 18 - Ítem 6: Silla de Ruedas

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2023
Ítem 6: Silla de Ruedas Donde dice: Anchura de asiento de 40 cm -45 cm, solicitamos amablemente a la convocante permitir cotización con variación de +/-10		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2023
Remitirse a la pbc		

Consulta 19 - Ítem 4 - Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2023
Donde dice: Monitor LCD TFT a color de 3,5 pulgadas, solicitamos amablemente a la convocante que permita cotización de: Monitor LCD TFT de 12,1 pulgadas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2023
favor remitirse al pbc		

Consulta 20 - ÍTEM 9 - Caja de procedimientos para cirugía menor.

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2023
En la Página 26 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: ÍTEM 9 - Caja de procedimientos para cirugía menor. No figura los instrumentales a contener dentro de la caja o las medidas aproximadas de la caja. Por lo expuesto, solicitamos al convocante se incluya en las cajas con las siguientes composiciones: (1) Pinza para Campo BACKAUS 13cm (1) Pinza Anatómica c/Diente 14 cm (1) Pinza Anatómica s/ Diente 14 cm (1) Tijera Mayo curva, 14cm (1) Pinza Hemostática KELLY recta, 14cm (1) Porta Aguja de 18 cm (1) Porta Bisturí Nº 4 (1) Caja con tapa capaz de contener todos los instrumentales solicitados. Medidas: 20 x 10 x 5cm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2023
FAVOR REMITIRSE AL PBC		

Consulta 21 - Ítem 3 - Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2023
Solicitamos amablemente a la convocante definir las cantidades solicitadas de accesorios, de manera a que eso define el precio a presentar en dicha oferta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2023
POR SE UN LLAMADO DE CONTRATO ABIERTO, POR MONTO, NO PUDE DEFINIR LA CANTIDAD EXACTA QUE PODRA NECESITAR DE DICHOS PRODUCTOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, POR TAL MOTIVO, FAVOR REMITIRSE AL PBC		

Consulta 22 - Ítem 3 - Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2023
Solicitamos amablemente a la convocante que este punto donde dice: Interpreta códigos Minesota, se declare opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2023
FAVOR REMITIRSE AL PBC		

Consulta 23 - Ítem 3 - Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2023
Solicitamos amablemente a la convocante que donde dice Peso: 2.5 kg, se acepten cotizaciones de menos kg, y que 2.0 kg sea como minimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2023
FAVOR REMITIRSE AL PBC		