Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 434715 - Adquisicion de Matriales para Laboratorio de Bromatologia

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 15 - Tubos de Ensayo

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2023
Favor indicar las medidas de los tubos de ensayo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2023
Tubos de ensayo cuello liso medida 15 x 150 mm		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 16 - Crisol de porcelana

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2023
Favor indicar si lo que están precisando son crisoles o capsulas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2023
Buenos dias , segun el area requirente corresponden a crisoles		

Consulta 3 - Sistema de Adjudicacion por el TOTAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2023
Se solicita evaluar la posibilidad de que sea cambiado a Por Ítem, lo cual redundará en una mayor disponibilidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2023
Buenos dias, la razon por la cual se ha optado por el sistema de adjudicacion por el total es en primer lugar por el monto infimo segun plan financiero, y en otro punto, solicitamos que los insumos sean hechas en una sola entrega.		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 5 - Pipetas volumétricas de 2 ml

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2023
Favor indicar si las pipetas volumétricas solicitadas son de un aforo o doble aforo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2023
Las pipetas volumetricas solicitadas sobn de 1 aforo		

Consulta 5 - Item Nº 5 - Pipetas volumetricas de 2 ml

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2023
Favor indicar si las pipetas volumétricas solicitadas son de un aforo o doble aforo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2023
Las pipetas volumetricas solicitadas sobn de 1 aforo		

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 19 - Tejidovarios metalica

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2023
Favor enviar imagen de referencia y mas especificaciones para poder cotizar adecuadamente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2023
Tela metalica c/ amianto 15x15 cm		

Consulta 7 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 16 - Crisol de porcelana

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2023
Favor indicar las medidas de los crisoles o capsulas que necesitan		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2023
Crisol de Porcelana Forma Alta c/ tapa de 15 ml		

Consulta 8 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2023
Se solicita considerar aumentar el plazo de entrega de los bienes a 60 días corridos posteriores a la recepción de la orden de compra. El aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2023
Esta entidad convocante considerara la posibilidad de aumentar el plazo de entrega de los bienes.		

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 14 - Varilla de vidrio

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2023
Favor indicar las medidas de la varilla de vidrio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2023
Varilla agitadora de vidrio de 2,5 cm de largo		