Consultas Realizadas

Licitación 435041 - Adquisicion de Instrumentos de Salud y Laboratorio para la Facultad de Ciencias Médicas-Unca.

Consulta 1 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: En este punto especificar si se refiere a la cantidad de la forma de onda que se puede desplegar en la pantalla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2023
Buenos dias, el items 1 efectivamente se refiere a la cantidad de la forma de onda que se puede desplegar en la pantalla.		

Consulta 2 - Plan de entrega de los bienes.

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
Según PBC requieren el siguiente plan de bienes. 48 horas a partir de la recepción de Orden de Compra (Lunes a Viernes de 07:00 hs. A 15:00 hs.) Solicitamos amablemente a la convocante ampliar dicho plazo a mínimamente 30 días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra. Puesto que el plan de entregas requerido es muy corto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2023
Buenos dias, la misma sera subsanada mediante Adenda		

Consulta 3 - Especificaciones Tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
Ítem 21-Detector Fetal. Según PBC detallan las siguientes especificaciones para el ítem 21- DESCRIPCION Marca: EDAN Modelo: SONOTRAX BÁSICO. La convocante esta solicitando explícitamente marca y modelo con relación al ítem en referencia direccionado así los requerimientos a los representantes de la marca EDAN en violando así la libre participación de oferentes. Solicitamos la modificación de dichos requerimientos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2023
Error en la carga, la misma sera subsanada mediante Adenda		

Consulta 4 - item 15 tipo de botella

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2023
En este punto sería bueno que se especifique que tipo de botella se necesita si policarbonato o polisulfona, y la capacidad de cada botella sea entre 2500 a 3500 LITROS útiles. Ya que el frasco puede ser de 3 o 4 litros pero solo es útil 2500 o 3500.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2023
Items 15tipo policarbonato con capacidad de 3.500 litros		

Consulta 5 - ITEM 15 tipo de botella

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2023
Favor especificar que tipo de botella se necesita si policarbonato o polisulfona, y la capacidad de cada botella sea entre 2500 a 3500 LITROS útiles. Ya que el frasco puede ser de 3 o 4 litros pero solo es útil 2500 o 3500.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2023
items 15 tipo de botella policarbonato de 3.500 litros		

Consulta 6 - ITEM 1 tamaño de la pantalla

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2023
Se solicita a la convocante especificar el tamaño de la pantalla. Si de 8 pulgadas, 10 o 12. Respecto a los canales es una especificación de impresión que es configurable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2023
Items 1, de 8 pulgadas.		

Consulta 7 - ITEM 1 forma de onda en pantalla

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2023
se solicita especificar si se refiere a la cantidad de la forma de onda que se puede desplegar en la pantalla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2023
ITEM 1 Efectivamente se refiere a la forma de onda que se puede desplegar en la pantalla.		

Consulta 8 - Consulta Referente al Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2023
Según PBC detallan las siguientes especificaciones para el ítem 22- Nº DE MODELO: I3T EOS DESERT. La convocante esta solicitando explícitamente marca y modelo con relación al ítem en referencia direccionado así los requerimientos al representante del modelo especificado, violando así la libre participación de oferentes. Solicitamos la eliminación de dichos requerimientos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2023
error de especificacion , sera subsanada en Adenda		

Consulta 9 - Direccionamiento al código de una marca en el ítem 23

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2023
Ítem Nº 23 : Esfigmomanómetro manual de presión arterial. En la descripción se especifica tensiómetro aneroide AS 102, código de referencia que hace alusión a una marca especifica; incumpliéndose de esta manera evitar direccionar las especificaciones, del ítem solicitado, hacia una marca en concreto. Instamos puedan eliminar de las especificaciones técnicas requeridas en este ítem, la referencia al código publicado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2023
Error de descripcion, sera subsanada mediante Adenda		

Consulta 10 - Item 1: Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Item 1: Monitor Multiparametrico En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: 72 horas de almacenamiento. Solicitamos que permita cotizar equipos con mayor cantidad de horas. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: 72 horas de almacenamiento como mínimo.		

Consulta 11 - Item 1: Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Item 1: Monitor Multiparametrico En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Pantalla TFT a color, forma de onda hasta 8 canales Solicitamos que permita cotizar equipos con menor cantidad ondas. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Pantalla TFT a color, forma de onda 7 canales como mínimo		

Consulta 12 - Ítem 9. Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Item 9: Silla de Rueda Plegable En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Pintura: Color Cromado. Solicitamos que permita cotizar Pintura: Color Esmaltado. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Pintura: Color Cromado o Esmaltado.		

Consulta 13 - Item 9: Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Item 9: Silla de Rueda Plegable En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Ruedas Traseras: Antipinchazos. Solicitamos que permita cotizar Ruedas Traseras: Inflables. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Ruedas Traseras: Anti pinchazos o Inflables.		

Consulta 14 - Item 9: Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Item 9: Silla de Rueda Plegable
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Y también, Apoya pies abatibles, desmontables y Regulables en Altura
Solicitamos que permita cotizar apoya pies fijos. De se aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:
Y también, Apoya pies abatibles, desmontables y Regulables en Altura o Apoya pies fijos

Consulta 15 - Item 9: Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Item 9: Silla de Rueda Plegable
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Ancho Total silla 60 cm. - Ancho Plegada 23 cms.
Solicitamos que permita cotizar Ancho Total silla 65 cm. - Ancho Plegada 32 cms. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:
Ancho Total silla 60 cm. (+-5) - Ancho Plegada 23 cms, como minimo.

Consulta 16 - Item 9: Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Item 9: Silla de Rueda Plegable
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Alto del Respaldo: 43 cms.
Solicitamos que permita cotizar Alto del Respaldo: 42 cms. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:
Alto del Respaldo: 43 cms. (+-3)

Consulta 17 - Item 9: Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Item 9: Silla de Rueda Plegable
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Altura Total de la Silla: 89 cms.
Solicitamos que permita cotizar Altura Total de la Silla: 90 cms. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:
Altura Total de la Silla: 89 cms. (+-5)

Consulta 18 - Item 9: Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Item 9: Silla de Rueda Plegable
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Peso Neto: 19 kilos
Solicitamos que permita cotizar Peso Neto: 17 kilos. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:
Peso Neto: 19 kilos (+-4)

Consulta 19 - Item 9: Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Item 9: Silla de Rueda Plegable
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Tamaño Diámetro Ruedas: Delantera: 20 cm - Trasera: 59 cm.
Solicitamos que permita cotizar Tamaño Diámetro Ruedas: Delantera: 17 cm - Trasera: 60 cm De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:
Tamaño Diámetro Ruedas: Delantera: 20 cm (+-5) - Trasera: 59 cm (+-5).

Consulta 20 - Item 1: Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Item 1: Monitor Multiparametrico
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Pantalla TFT a color, forma de onda hasta 8 canales
Solicitamos que permita cotizar equipos conmenor cantidad ondas. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:
Pantalla TFT a color,
forma de onda 7 canales como mínimo

Consulta 21 - Item 1: Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Item 1: Monitor Multiparametrico
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: 72 horas de almacenamiento.
Solicitamos que permita cotizar equipos con mayor cantidad de horas. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:
72 horas de almacenamiento como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2023

Buen dia, conforme a las especificaciones tecnicas.

Consulta 22 - Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Según PBC requieren los items solicitados en 48 horas a partir de la recepción de Orden de Compra (Lunes a Viernes de 07:00 hs. A 15:00 hs.) Solicitamos a la convocante ampliar dicho plazo a mínimamente 30 días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra. Puesto que el plan de entregas requerido es muy corto y de esta forma aumenta la cantidad de oferentes.

Consulta 23 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

En la página 9 del PBC dice:
Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: (No Aplica)

Solicitamos a la Convocante requiera la presentación de la Autorización del Fabricante consularizada o apostillada; e inscripto en el registro público de comercio. A los efectos de garantizar la participación de empresas que puedan cumplir con las exigencias contractuales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2023

Buen dia, La Entidad convocante analizará la pertinencia de la consulta. cualquier modificación será publicada mediante adenda.

Consulta 24 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los bienes solicitados en este llamado son dispositivos médicos, respetuosamente solicitamos a la Convocante exija la presentación de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para comercializar y/o importar Medicamentos y/o Dispositivos Médicos Hospitalario según corresponda, expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2023
Buen dia, La Entidad convocante analizará la pertinencia de la consulta. cualquier modificación será publicada mediante adenda.		

Consulta 25 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Capacidad Técnica. -Por tratarse dispositivos médicos, solicitamos a la Convocante que exija la presentación de Certificados de Registros Sanitarios vigentes para los ítems 1, 2 y 3 expedidos por la DNVS dependiente del MSPyBS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2023
Buen dia, La Entidad convocante analizará la pertinencia de la consulta. cualquier modificación será publicada mediante adenda.		

Consulta 26 - Plazo para entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
En la página 44 y 45 del PBC en el apartado de Plan de entrega de los bienes dice: “48 horas a partir de la recepción de Orden de Compra” Solicitamos a la Convocante extender dicho plazo de entrega a por lo menos 10 (diez) días corridos como mínimo, contados a partir de la recepción de Orden de Compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2023
Buen dia, La Entidad convocante analizará la pertinencia de la consulta. cualquier modificación será publicada mediante adenda.		

Consulta 27 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA.

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Capacidad Técnica -Por tratarse dispositivos médicos, solicitamos a la Convocante que exija la presentación de Certificados de Registros Sanitarios vigentes para los ítems 5 y 6 expedidos por la DNVS dependiente del MSPyBS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2023
Buen dia, La Entidad convocante analizará la pertinencia de la consulta. cualquier modificación será publicada mediante adenda.		

Consulta 28 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA.

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Capacidad Técnica
-Por tratarse dispositivos médicos, solicitamos a la Convocante que exija la presentación de Certificados de Registros Sanitarios vigentes para los ítems 13 al 21 expedidos por la DNVS dependiente del MSPyBS

Consulta 29 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

En las páginas 21 y 22 del PBC en el apartado de Experiencia requerida dice: -Demostrar la experiencia en Provisión de ventas en Equipos de Área de la Salud y Medicina en Instituciones Educativas.
Sin embargo en el apartado Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia dice:
B- CONTRATO DE PROVISION DE BIENES E INSUMOS LABORATORIALES.
Considerando que el llamado no corresponde a INSUMOS LABORATORIALES, solicitamos a la convocante describa de la siguiente manera:
B- CONTRATO DE PROVISION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2023

Buen dia, La Entidad convocante analizará la pertinencia de la consulta. cualquier modificación será publicada mediante adenda.

Consulta 30 - Item 1 - Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Donde dice “Pantalla TFT a color, forma de onda hasta 8 canales” Solicitamos amablemente a la convocante aclarar 8 canales, si se refiere hasta 8 formas de onda simultánea. De ser así sugerimos la siguiente expresión “Pantalla TFT a color, con 8 forma de onda como mínimo

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2023

Buen dia, La Entidad convocante analizará la pertinencia de la consulta. cualquier modificación será publicada mediante adenda.

Consulta 31 - ITEM 1 - Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Donde dice “Hasta 10 tipos de parámetros de monitor”, Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si lo parámetros se refiere a la cantidad de parámetros fisiológicos que puede de monitorizar el equipo, de ser así, Sugerimos mencionar los parámetros a ser medido ECG, SPO2, NIBP. IBP, EtCO2, RESP.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2023

Buen dia, La Entidad convocante analizará la pertinencia de la consulta. cualquier modificación será publicada mediante adenda.

Consulta 32 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA.

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Capacidad Técnica
-Por tratarse dispositivos médicos, solicitamos a la Convocante que exija la presentación de Certificado de Registro Sanitario vigente para el ítem 23 expedido por la DNVS dependiente del MSPyBS.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2023

Buen dia, La Entidad convocante analizará la pertinencia de la consulta. cualquier modificación será publicada mediante adenda.

Consulta 33 - Item 5: Oximetro de Pulso/Pedatrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Item 5: Oximetro de Pulso/Pedatrico
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: 6 Modos de Pantalla.
Pantalla OLED DE 1.17″
Solicitamos que permita cotizar menor modos. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:
6 Modos de Pantalla. Como máximo
Pantalla OLED DE 1.17″como minimo

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2023

Buen dia, La Entidad convocante analizará la pertinencia de la consulta. cualquier modificación será publicada mediante adenda.

Consulta 34 - Item 2- Desfibrilador Externo automático

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Sugerimos a la convocante ampliar las especificaciones técnicas para que la oferta sea más específica teniendo en cuenta que existen variedades de equipos de la misma naturaleza
Sugerimos

Consulta 35 - ITEM 1- Monitor Multiparámetrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

Donde dice” de 40 Segundo examen de olographic wavefo RMS”, Favor aclarar a que parámetro hace referencia, entendemos que fue un error dactilográfico o de copiar/Pegar

Consulta 36 - ÍTEM 17 – Ambu o bolsa de resucitador manual pediátrico/ Resucitadores y accesorios o componentes

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Volumen 635 ml.
Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar:
Volumen 500 ml o mayor

Consulta 37 - ÍTEM 14 – Ambu o bolsa de resucitador manual pediátrico/ Resucitadores y accesorios o componentes

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Volumen 635 ml.
Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar:
Volumen 500 ml o mayor

Consulta 38 - ÍTEM 16 – Ambu o bolsa de resucitador manual adulto/Resucitadores y accesorios o componentes

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Volumen 1475 ml.
Solicitamos amablemente al Convocante incorpore la frase “como mínimo” al volumen solicitado. De tal forma quede redactado de la siguiente manera:
Volumen 1475 ml como mínimo.

Consulta 39 - Item 5: Oximetro de Pulso Pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023

Item 5: Oximetro de Pulso Pediatrico
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Display de SpO2, PR, Barra de Pulso y Onda de Pletismografía.
Solicitamos que permita que la opcion Onda de Plestismografia, sea opcional . De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:
Display de SpO2, PR, Barra de Pulso y Onda de Pletismografía (esta última es opcional).

Consulta 40 - Item 5: Oximetro de Pulso Pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023

Item 5: Oximetro de Pulso Pediatrico
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: 6 Modos de Pantalla.
Solicitamos que permita que la opcion de menos modos. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:
4 Modos de Pantalla como minimo.

Consulta 41 - Item 5: Oximetro de Pulso Pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023

Item 5: Oximetro de Pulso Pediatrico
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: 1 protector silicona
Solicitamos que permita que este punto sea opcional. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: 1 protector silicona (opcional

Consulta 42 - En el Item 22: Linterna para Examen Medico

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023

En el Item 22: Linterna para Examen Medico
En la descripción se menciona ,modelo:Beurer - PO 30, código de referencia que hace alusión a una marca especifica; incumpliéndose de esta manera evitar direccionar las especificaciones. Solicitamos a la convocante eliminar las especificaciones técnicas de este item porque guarda relación con el código mencionado ya que de esa manera limita la participación de los oferentes.

Consulta 43 - Item 9: Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023

Item 9: Silla de Rueda Plegable
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Estructura: Acero y Plegable.
Solicitamos que permita cotizar Pintura: Con terminacion Esmaltada. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Pintura: Estructura: Acero o con terminacion esmaltada y Plegable. De 1,5 mm de espesor..

Consulta 44 - Item 9: Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023

Item 9: Silla de Rueda Plegable
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Con Pierneras Abatibles.
Solicitamos que permita cotizar pierneras con cinta velcro fijo De se aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:
Con Pierneras Abatibles o de cinta velcro fijo.

Consulta 45 - En el Item 6 - Oximetro de Pulso - Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023

En el Item 6 - Oximetro de Pulso - Adulto
En la descripción se menciona Beurer - PO 30, datos que hacen referencia a una marca y modelo específicos; lo cual no corresponde conforme lo estipulan las leyes que regulan las compras públicas.
Solicitamos a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la descripción Beurer - PO 30, por lo expuesto líneas arriba.

Consulta 46 - Item 5: Oximetro de Pulso Pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023

Item 5: Oximetro de Pulso Pediatrico
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Brillo ajustable.
Solicitamos que permita que este punto sea opcional. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Brillo ajustable (opcional)

Consulta 47 - En el Item 6 - Oximetro de Pulso - Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023

En el Item 6 - Oximetro de Pulso - Adulto
En la descripción se menciona Beurer - PO 30, datos que hacen referencia a una marca y modelo específicos; lo cual no corresponde conforme lo estipulan las leyes que regulan las compras públicas.
Solicitamos a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la descripción Beurer - PO 30, por lo expuesto líneas arriba.