



**ADENDA N° 01/2018**

**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.**

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 08/2018 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA DEL MSP y BS" AD REFERENDUM EJERCICIO 2018 - PLURIANUAL ID N° 339.420 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

**SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS**

**1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN
1	Kit- Determinación de T4	Reactivo para la T4: Kit de Elisa competitivo para la determinación cuantitativa de la concentración de Tiroxina en muestras de suero o plasma humano. Kit conteniendo todos los reactivos para la realización del Test (controles, calibradores, conjugados, buffer de lavado, etc). Presentación de entrega Kit para 96 determinaciones como mínimo, en comodato con un LECTOR Y LAVADOR de Elisa	Determinación	Unidad
2	TSH REACTIVO	Método fluorométrico <b>en tiempo resuelto</b> , para confirmación de TSH en muestras de suero humano. Con equipo en comodato de forma automatizada que incorpore el menor número de intervenciones en el procedimiento hasta la impresión del resultado, software propio que arroje resultado no mayor a dos decimales. El servicio técnico y el mantenimiento de los equipos usufructuados debe ser mensual y disponible las 24 hs. en caso de algún desperfecto. Presentación de entrega caja por 96 determinaciones como mínimo	Determinación	Unidad
3	KIT DE MEDICIÓN DE CLORO EN SUDOR	Kit para 6 determinaciones, con 12 discos de gel de pilocarpina clorhidrato, 6 colectores y 6 recipientes, para la toma de muestras y empleo con el inductor del sudor. En comodato un equipo cloridometro para cuantificación del cloruro en muestras de sudor. Presentación de entrega Kit para 6 determinaciones	Determinación	Unidad

*Los demás Puntos y Secciones no mencionados en la presente Adenda permanecen invariables.-*

Asunción, 12 de enero de 2018.-

  
Ing. M. A. E. Sergio Barrios  
Director General  
Dirección General Operativa de Contrataciones  
M.S.P. y B.S.