



*Dirección General de Administración y Finanzas
Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones*

ADENDA N° 9

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 50/2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS – PLURIANUAL" – ID N° 342.160.

Asunción, 31 de enero de 2019

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad a lo establecido en el Numeral 17.3 Adendas, de las Instrucciones a los Oferentes para la Subasta a la Baja Electrónica (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones y el Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

- 1. MODIFIQUESE** en el Pliego de Bases y Condiciones la SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. – EN EL PUNTO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ITEM 1 VIDEODUODENOSCOPIO

Videoduodenoscopio compatible con procesador OLYMPUS CV-150 o FUJINON EPX – 3500 HD existente en el servicio de endoscopia.

Visión de Campo de 98 a 100°

Dirección de visión: hacia atrás 5° a 8° de visión oblicua

Profundidad de campo entre 4 – 5 a 60 mm.

Diámetro exterior del tubo de inserción: 11.3 mm

Diámetro exterior de la punta distal: 13.1 a 13.7 mm

Rangos de angulación de la sección distal: 120° hacia arriba, 90° hacia abajo, 90° hacia la izquierda y 110° hacia la derecha

Longitud útil de L: 1240 a 1250 mm Longitud total de L: 1550 mm

Canal de 4.2 mm de diámetro.

Mínima distancia visible 10 mm

Alambre de guía dual con mecanismo de bloqueo.

Debe incluir:

5 guas de 450 cm de largo

2 Papilótomos

2 Papilótomos de pre corte

5 canastillas para extracción de cálculos

5 balones para extracción de cálculos

3 balones para dilatación biliar

2 canastas para litotricia

Garantía: dos (02) años como mínimo desde la recepción definitiva del equipo

Manuales: Un (01) del usuario o de operación original de fábrica, en caso de estar en idioma extranjero, deberá acompañar una traducción íntegra al idioma español.

Catálogos en idioma español, donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.

Instalación, prueba y puesta en funcionamiento del equipo en las instalaciones del Hospital Central de Policía "Rigoberto Caballero", debe incluir materiales y todo lo necesario para la puesta en marcha.

Contar con servicio de post venta autorizada de la marca ofertada, presentar documentación que acredite el servicio autorizado en el Paraguay.





ÍTEM 7: 42192102-9999 - SILLÓN PARA HIDRATACIÓN

Sillón de hidratación de pacientes

Con ruedas giratorias orientables y con freno (opcional).

Estructura de caño redondo de 1" con pared de 2mm

Respaldo con caño tubular de 7/8 con pared de 1,50.

Tapizado con tela vinílica lavable, acolchado con espuma inyectable pre moldeada de alta densidad.

Graduación de respaldo y el posa pies (con correa para pantorrillas)

Movimiento del embolo autofrenante a 45ª como mínimo, con sistema retráctil para volver a la posición de sentado.

MEDIDAS

Respaldo: 0,70m x 0,50 m x 0,13 m

Asiento: 0,45m x 0,50m x 0,10 m

Posapies: 0,35m x 0,50m x 0,06m

Apoya brazos: 0,14m x 0,80 m x 0,12 m (ancho, largo, espesor)

Altura del asiento con relación al piso: 0,56m

Largo total del sillón: 1,65m

Acabado en pintura de poliéster electrostática, horneado a 200 grados, color aluminio.

Ruedas: de 10 a 20 cm

Giratorias 360º, con bloqueo (freno) en al menos dos de ellas. (opcional)

Garantía mínima de 1 (un) año, abarcando los repuestos requeridos para el buen funcionamiento del mismo.

ÍTEM 8: 42191811-001 - CUNA

"Bastidor fabricado en tubo redondo de acero inoxidable de 1 1/2" x 1.20 mm. de espesor, debidamente reforzado. Cesto de acrílico transparente de 3/16" de espesor estará provista de colchoneta de espuma indeformable semi-duro de 2" espesor forrado en material impermeable, lavable de color blanco, con sierra y orificios de flotación de aire. La estructura estará montada sobre cuatro ruedas de grado hospitalario de 3" de diámetro, con rodamientos de billas y con freno para las dos ruedas de la piecera. **Todas las partes metálicas estarán unidas por soldadura tipo TIG o MIG para acero inoxidable.**

DIMENSIONES APROXIMADAS:

CESTA DE ACRILICO:

LARGO : 700 MM.

ANCHO : 350 MM.

ALTURA : 240 MM.

COLCHONETA

LARGO : 620 MM.

ANCHO : 330 MM.

ALTURA : 50 MM.

ESTRUCTURA:

LARGO : 800 MM.


ANCHO : 450 MM.

ALTURA : 900 MM.

ITEM 12 - 42192210-001 - SILLA DE RUEDA PLEGABLE

Silla de ruedas: Construcción acorde a normas internacionales de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS o Registro de Marca emitido M.I.C. (al menos uno de ellos). Armazón Plegable, metálico, con posa brazos y asas de empuje. Asiento y espaldar firmes y nivelados con tapizado acolchado, de fácil lavado e impermeable con cinturón de sujeción. Posa pies de plástico o mejor, abatible y ajustables, posicionados de tal forma que las rodillas y tobillos del paciente queden en ángulo de 90º cuando se encuentre sentado de manera recta. Frenos de goma de alta resistencia. Posa brazos ergonómicos de fácil lavado e impermeables. Capacidad de carga de 150 kg. o superior.

Cuatro ruedas todas con llantas metálicas o llantas de policarbonato de alto impacto y cubiertas macizas o de caucho. Ruedas traseras de 60cm de diámetro o mayor. Ruedas





delanteras de 20cm de diámetro o mayor. Sistema de freno. Bolsillo porta documentos en el respaldero. Garantía de 6 (seis) meses a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.

ITEM 14 - 41112501-001 FLUJOMETRO DE OXIGENO

Con conexión niples o similar con rosca metálica y vaso de humidificador 0 a 15 litros por minutos.

ÍTEM 25 - 42191808-001 - CAMA PARA INTERNADO

Cama para internado estructura de metal color blanco con pintura electrostática, palanca para elevar la cabecera de 45°, otra palanca para elevar los miembros inferiores, barandas móviles en ambos lados de la cama, ruedas en las cuatro patas con sistema de frenado incluido. **Medidas de la cama 1,80 metros o más de largo total y 80 cm de ancho o más.**

ITEM 30- 42181517-001 Electroencefalógrafo

Requerimientos para servicios:

- Deberá contar con Servicio Técnico autorizado para el Paraguay, de la marca que oferta, este servicio técnico debe ser remoto y local.
- Garantía contra defectos de materiales y software **por 24 meses**, efectivos a partir de la puesta en servicio o recepción técnica definitiva.
- Soporte técnico remoto ilimitado y gratuito **durante la vigencia de la garantía de fabrica**
- Soporte técnico local gratuito durante la garantía.

Actualización ilimitada del software médico instalado a la versión de forma gratuita. No incluye al sistema operativo. **durante la vigencia de la garantía de fábrica.**

2. **MODIFIQUESE** en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas las Etapas y Plazos.

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.



IGNACIA BRITZ DE MORENO
Subcomisario INTD
Jefa Interina - Departamento UOC.