



POLICÍA NACIONAL



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperá ko'ága guive
Construyendo el futuro hoy

*Dirección General de Administración y finanzas
Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones*

ADENDA Nº 02

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2018 PARA LA ADQUISICION DE OSTEOSINTESIS (DESIERTOS) - PLURIANUAL - ID Nº 342.141.

Asunción, 24 de abril de 2018

**Señores
OFERENTES**

Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad al Art. 22, Ley Nº 2051/03, procede a efectuar **ENMIENDAS** al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. MODIFIQUESE en el Sistema de Contrataciones Públicas (SICP), el punto "Productos/Bienes/Servicios", según detalle: Precio Referencial de los Ítems Nº 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, y se incluyó los Ítems Nº 16, 17, 18 y 19.

2. MODIFIQUESE en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, punto 2 "Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)", quedando de la siguiente manera:

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 37 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

3. MODIFIQUESE la Sección III del PBC, Suministros Requeridos, punto 1 "Especificaciones Técnicas", quedando de la siguiente manera:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación
1	42242302-9990	Clavo retrogrado para Femur	Clavo Intramedular RETROGRADO Canulado fresado de FEMUR en Titanio y/o Acero Inoxidable y 9 a 13 mm de diámetro y longitudes de 300 hasta 480 mm aumentando de a 20mm con pernos de bloqueo de 5.0 mm de diámetro y/o hoja de espiral distal de 26-100 mm de Longitud + caja de Fresas de 8,5 a 15 mm y set de Sistema de iniciación o apertura de canal con Broca canulada y Gubia Cilíndrica	Unidad	Unidad
2	42242302-9992	Clavo Femoral Proximal	Clavo proximal BLOQUEADO para fémur CORTO en Titanio o acero inoxidable con pernos de bloqueo correspondiente y/o Hoja Espiral proximal - Tipo PFN. Diámetro Distal de 9 hasta 12 mm y longitud de 250mm + caja de Fresas de 7 a 13 mm e instrumentales de reducción + instrumentadora. Sistema de iniciación o apertura de canal con Broca canulada y Gubia Cilíndrica	Unidad	Unidad
3	42242302-002	Placa ancha autocompresiva con tornillo	Clavo proximal BLOQUEADO para fémur LARGO en Titanio o acero inoxidable con pernos de bloqueo correspondiente y/o Hoja Espiral proximal - Tipo PFN. Diámetro Distal de 9 hasta 12 mm y longitud de 340 hasta 440mm + caja de Fresas de 7 a 13 mm e instrumentales de reducción + instrumentadora. Sistema de	Unidad	Unidad



IGNACIA BRITTEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC



POLICÍA NACIONAL



TETÁ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajápo ñande raperá ko'ága guive
Construyendo el futuro hoy

Dirección General de Administración y finanzas
Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones

			iniciación o apertura de canal con Broca canulada y Gubia Cilíndrica		
4	42242302-027	Clavo Intramedular no fresado	Clavo Intramedular fresado BLOQUEADO para TIBIA - Tipo EXEPERT Clavo Intramedular Canulado fresado para tibia en titanio y/o acero inoxidable con angulación proximal no mayor a 11° y con diámetros de 8 a 11 mm y longitud de 255 a 465 mm aumentando de a 15mm con pernos de bloqueo de 5mm de diámetro y longitudes de 26 a 100mm correspondientes + caja de Fresas de 7 a 13 mm e instrumentales de reducción + instrumentadora. Sistema de iniciación o apertura de canal con Broca canulada y Gubia Cilíndrica	Unidad	Unidad
5	42242302-027	Clavo Intramedular no fresado	Clavo Intramedular No-Fresado para HUMERO - Tipo UHN, de titanio y/o acero inoxidable más pernos de Bloqueo correspondientes. Set de Instrumentales de Inserción y de REDUCCION mas instrumentadora.	Unidad	Unidad
6	42242302-108	Placa para radio distal con tornillo	Placa bloqueada en T de acero inoxidable para radio distal Tipo LCP sistema 3,5 / 4,0 de 3 a 8 orificios COMBINADOS 2 en 1 más tornillos correspondientes. Set de instrumentales de inserción y de reducción, más instrumentadora.	Unidad	Unidad
7	42242302-016	Tornillo canulado	Tornillo canulado de acero quirúrgico, con arandelas, con diámetro de 4,0mm y longitud de 30 a 100 mm	Unidad	Unidad
8	42242302-016	Tornillo canulado	Tornillo canulado de acero quirúrgico, con arandelas, con diámetro de 7,0mm y longitud de 30 a 100 mm	Unidad	Unidad
9	42242302-020	Mini placa recta con tornillos	PLACA PARA MANO EN TITANIO, RECTA DE 4 ORIF. CON TORNILLOS AUTORROSCANTES DE CABEZA PLANA SISTEMA 1,5 Y 2.0. + SET DE INSTRUMENTACION COMPLETO	Unidad	Unidad
10	42242302-020	Mini placa recta con tornillos	PLACA PARA MANO EN TITANIO, RECTA DE 6 ORIF. CON TORNILLOS AUTORROSCANTES DE CABEZA PLANA, SISTEMA 1,5 y 2.0 + SET DE INSTRUMENTACION COMPLETO	Unidad	Unidad
11	42242302-085	Mini placa en L	PLACA DE TITANIO PARA MANO EN L, SISTEMA 1,5 Y 2.0 CON DIFERENCIACION DE LADO EN DERECHO E IZQUIERDO CON TORNILLOS AUTORROSCANTES DE CABEZA PLANA + SET DE INSTRUMENTACION COMPLETO	Unidad	Unidad
12	42242302-086	Mini placa	PLACA DE TITANIO PARA MANO, EN T DE 3X5 ORIFICIOS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES DE CABEZA PLANA SISTEMA 1.5 Y 2.0 + SET DE INSTRUMENTACION COMPLETO	Unidad	Unidad
13	42242302-086	Mini placa	PLACA EN TITANIO PARA MANO CONDILEA DE 5 ORIF. CON TORNILLOS AUTORROSCANTES DE CABEZA PLANA SISTEMA 1.5 Y 2.0 + SET DE INSTRUMENTACION COMPLETO	Unidad	Unidad
14	42242302-086	Mini placa	PLACA EN TITANIO PARA MANO EN Z DE 16 ORIF. CON TORNILLOS AUTORROSCANTES DE CABEZA PLANA SISTEMA 1.5 Y 2.0 + SET DE INSTRUMENTACION COMPLETO	Unidad	Unidad
15	42242302-086	Mini placa	PLACA EN TITANIO PARA MANO EN T 3X4 CON TORNILLOS AUTORROSCANTES DE CABEZA PLANA SISTEMA 1.5 Y 2.0 + SET DE INSTRUMENTACION COMPLETO	Unidad	Unidad
16	42242302-070	Placas para calcáneo	Placa bloqueada para CALCANEO (Antero-Externa) - LCP sistema 3,5/4,0 más tornillos	Unidad	Unidad



IGNACIA BRITZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC



POLICÍA NACIONAL



Dirección General de Administración y Finanzas
Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones

			correspondientes. Set de instrumentales de inserción y de REDUCCION, mas instrumentadora.		
17	42242302-086	Placa para radio distal con tornillo	PLACA VOLAR PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE EN TITANIO DE DOBLE HILERA DISTAL SISTEMA 2,5 CON TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SISTEMA DE BLOQUEO. CON DIFERENCIACION DE LADO EN DERECHO E IZQUIERDO+ SET DE INSTRUMENTALES COMPLETOS	Unidad	Unidad
18	42242302-086	Mini placa	PLACA EN TITANIO PARA MANO EN T 3X8 CON TORNILLOS AUTORROSCANTES DE CABEZA PLANA SISTEMA 1.5 Y 2.0 + SET DE INSTRUMENTACION COMPLETO	Unidad	Unidad
19	42242302-016	Tornillo canulado	TORNILLO CANULADO EN TITANIO 3,0 CABEZA ROSCADA + SET DE INSTRUMENTALES COMPLETOS	Unidad	Unidad

4. AGREGASE en la Sección II del PBC "Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación", punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37), (B) Experiencia y Capacidad Técnica, la siguiente redacción:

"Copia Autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y para los casos de renovación se podrá presentar copia autenticada de la constancia del MSP y BS de que el Certificado se encuentra en trámite".

5. AGREGASE en la Sección VII del PBC "Anexos" ANEXO N° I DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA inciso **H) Cualquier otro documento adicional requerido**, la siguiente redacción:

- Original o copia autenticada de habilitación vigente expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como Importador/Comercializador de dispositivos médicos

6. MODIFIQUESE en la Sección VII del PBC "Anexos" ANEXO N° I DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA inciso **H) Cualquier otro documento adicional requerido**, la redacción *"Copia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente, expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, o Certificado vigente de la Dirección de Vigilancia Sanitaria (DNVS) de que se encuentra en trámites de renovación"*, quedando de la siguiente manera:

Copia Autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y para los casos de renovación se podrá presentar copia autenticada de la constancia del MSP y BS de que el Certificado se encuentra en trámite.

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.



CPN. IGNACIA BRITZ DE MORENO
Subcomisario INTD.
Jefa Int. Departamento UOC