

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 63/17 "PROVISION E INSTALACION DE COMPRESORES LIBRE DE ACEITE PARA LA PLANTA DE OXIGENO PSA DEL IPS H.C."

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de septiembre de dos mil diez y siete, en la Sede del Instituto de Previsión Social, siendo las 08:45 horas se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 63/17 "PROVISION E INSTALACION DE COMPRESORES LIBRE DE ACEITE PARA LA PLANTA DE OXIGENO PSA DEL IPS H.C."

Estando presentes para el acto de apertura: la Esc. Rosi Ani Vera, como representante de la Dirección Jurídica, el Lic. Javier Lara Castro como representante de la Sindicatura de la Institución y el Sr. Blas Roberto Nuñez Cañete representante de la Dirección de Operativa de Contrataciones y los oferentes presentes.

Seguidamente, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1. EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L. - RUC: 80001326-3: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 5.500.000.000.- (Guaraníes cinco mil quinientos millones) IVA incluido**, Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.180.000.000.- (Guaraníes ciento ochenta millones)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 007.1508.040202/000.- Total de hojas foliadas 206 (doscientos seis).

2. SERVIMAT PARAGUAY S.A - RUC: 80090666-7: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 5.550.000.000.- (Guaraníes cinco mil quinientos cincuenta millones) IVA incluido**, Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.180.000.000.- (Guaraníes ciento ochenta millones)** Empresa Aseguradora: FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. N° de Póliza: 19.1508.0003616.0000.- Total de hojas foliadas 155 (ciento cincuenta y cinco).

Observación: se adjunta hoja con observaciones realizadas por la Empresa SERVIMAT PARAGUAY S.A.

Las listas de verificación cuantitativa y no de contenido, avaladas por las firmas de los funcionarios responsables del Instituto de Previsión Social, que tuvieron a su cargo la verificación respectiva, se encuentra agregada a la carpeta a original presentada por el oferente. El análisis formal y sustancial de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas por la Comisión Evaluadora.

En cumplimiento al artículo 4° incisos b) y c) de la Ley 2.051/03, se deja constancia que durante este acto, el oferente ha tenido acceso a las documentaciones publicas del proceso.

Seguidamente, se dio por terminado el acto, siendo nueve horas con cincuenta minutos del día arriba señalado, firmando el acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Javier Lara Castro
Asistente de Gerencia Privada
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Rosi Ani Vera de Gaspar
DIRECCION JURIDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

E. LEWKOWITZ S.R.L.
Máximo Caballero
Gerente Div. Industrial
0985-519 339

Guillermo A. Kraus
Presidente
Servimat Paraguay S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 66/17

LPN SBE 63-17 "PROVISION E INSTALACION DE COMPRESORES LIBRE DE
ACEITE PARA LA PLANTA DE OXIGENO PSA DEL IPS H.C"

FECHA: 14/09/2017


Empresa: SERVIMAT PARAGUAY S.A.

Representante: ARMANDO ANTONIO KRAUS

- El cálculo realizado para el dimensionamiento de los secadores involucrados en la oferta presenta irregularidades:

En la misma aclara (en idioma inglés) que el secador requerido para el tratamiento del aire debe tratar un total de 519 SCFM (en medidas imperiales) y 882 Nm³/hr, lo que nos da un total de 14,7 Nm³/min, menor al mínimo requerido por las especificaciones técnicas del PDC. (No presenta traducciones)

- No presenta copia de certificados de capacitación en Bioseguridad en equipos generadores de gases medicinales, de al menos un técnico responsable


Armando A. Kraus
Presidente
C.I. 8040 525