

DNCP/DNC N° 25025/ 2017

Asunción, 3 de octubre de 2017

Señora  
**Ignacia Brites de Moreno**  
Unidad operativa de Contrataciones  
Policía Nacional  
**PRESENTE:**

REF: ID 335931 - LPN "Adquisición de Reactivos e insumos con provisión de equipos en comodato, para el servicio de laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos" - Expediente: 330237 - NO DIFUNDIDO

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se dirige a Usted en relación al expediente de referencia, a fin de informarle que el mismo, **no ha sido incorporado al Portal de Contrataciones Públicas**, conforme a las siguientes observaciones:

**Motivo de no difusión:**

1. Observamos que el presupuesto plurianual del ejercicio fiscal 2018 en la certificación remitida es inferior al monto que figura en el PAC para dicho periodo.

**Otras observaciones y/o recomendaciones:**

2. En la IAO 33.2 se observa en rojo: "no se solicitarán muestras", sin embargo se detalla el procedimiento para la presentación de muestras, solicitamos definir y eliminar o la frase o el procedimiento de forma tal a no confundir a los oferentes. En caso de que las muestras sean solicitadas solicitamos definir los criterios en la Sección II.
3. Solicitamos detallar los criterios a ser aplicados para los consorcios en cuanto a capacidad legal, experiencia y capacidad técnica en la Sección II.

**Otras observaciones del Dpto. de Catálogo:**

4. Lo detallado en la columna "forma de entrega y cotización" (determinación, no corresponde a la forma de entrega).
5. No corresponde como forma de presentación "EVENTO" detallado en la columna "presentación" por tratarse de adquisición de bienes.
6. Lote 1-item 1,2,4,6,8,10,11,12,16,38,39,40,47: no queda claro el bien que desean adquirir, ya que en la planilla de especificaciones técnicas en la columna nombre del catálogo describen un bien y en la columna descripción del bien, describen otra.  
-ítem 48: que desean adquirir, estradiol? O estradiol?
7. Lote 4- ítem 2: artritis, dirige a una marca. **(Motivo de retención)**
8. Lote 6-7: no queda claro el bien que desean adquirir, ya que en la planilla de especificaciones técnicas en la columna nombre del catálogo describen un bien y en la columna descripción del bien, describen otra.
9. Lote 13: no queda claro el bien que desean adquirir, p.a o droga pura?
10. Lote 14 al 22-28 al 31-35- 42 al 90- 95 al 99- 110 -11-112-119-120,140 al 148,162,165,171 al 176- 179 al 182: aclarar en PBC, que documento debe presentar el oferente para cumplir



Lic. **NATHALIA OCAMPO**  
Técnico Verificador  
DNCP-DNC

**Agustina Aguilera**  
Coordinación de Control  
DNCP - DNC

**Lincy Lucena**  
Directora de Normas y Control  
DNCP

con lo solicitado " haber sido utilizados por el lcsp" y "aprobados por el control interno y externo", así mismo aprobados por qué control interno y externo?

11. Lote 23: no queda claro el bien que desean adquirir alcohol rectificado? O etílico? cada bien posee código de catálogo propio.
12. Lote 110-111-112,119,120: se verifica inconsistencia entre el bien detallado en la lista de precios, en el PBC, la especificación técnica y el código de catálogo utilizado.
13. Lote 145,146: detallar el bien conforme a la descripción del código de catálogo utilizado.
14. En las especificaciones técnicas de los equipos en comodato establecen "los equipos ofertados", si los equipos deben ser ofertados deben codificarse por separado por ende no pueden solicitar en comodato. Si la oferta debe incluir todos los insumos (tubos, cubetas etc.), deben codificar cada uno de ellos por separado

En este estado, le informamos que el SICP estará disponible, de modo que realicen las correcciones que crean pertinentes o bien remitan los descargos correspondientes a cada observación.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle; muy atentamente.

*Ivan Lezcano*  
Ivan LEZCANO  
Jefe de Depto. de Licitaciones  
DNCP-DNC

*Nathalia Ocampo*  
LIC. NATHALIA OCAMPO  
Licitaciones Públicas

*Licy Lucena*  
LIC. LUCENA  
Directora de Normas y Control

*Karen Aguilera*  
Abg. KAREN AGUILERA  
Coordinadora de Control

DNC/LP/NO