



Universidad Nacional de Asunción

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES**

www.una.py
C. Efect: ucc@rec.una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/2, 585546
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

**CD N° 14/17 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ASUNCIÓN"
ID 328.845**

ACLARACIÓN N° 1

1-) CONSULTA: ITEM 7 CUBA DE LIMPIEZA ULTRASONICO:

- Podrían aclarar la Frecuencia ultrasónica. Podría ser de 35.000 Hz?
- La capacidad del Tanque podría ser de 6 litros, debido a que tiene mayor capacidad y cuenta con la configuración de temperatura del agua solicitada. Los 2 Lts. no cumplen con la configuración de la temperatura del agua
- Debe contar con válvula de drenaje: para el flujo del depósito interno?

RESPUESTA: Ajustar a las especificaciones de un equipo de 2 litros, ya que se precisa solo de esa capacidad.

2-) CONSULTA: El oferente debe ser Representante Exclusivo por más de 10 años como mínimo?

RESPUESTA: No se exige que el Representante tenga una antigüedad de más de 10 años en el mercado. Ajustarse a lo solicitado en el Anexo E, en el punto II Otros documentos Inciso e)

3-) CONSULTA: La empresa proveedora debe contar con Servicio Técnico habilitado por el MSPyBS?

RESPUESTA: Deberá contar con Certificado o constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

4-) CONSULTA: La figura del anticipo: podría considerarse en el Pliego de Base y Condiciones, debido a que la convocante se encuentra en un estado de morosidad importante y restringe de ese modo la preparación de la oferta.

RESUESTA: No se otorgará anticipo alguno.


Luz María Teresita Martínez G.
Lic. Luz María Teresita Martínez G.
Directora
Dirección de Contrataciones