



Universidad Nacional de Asunción

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

www.una.py

C. Elect.: uoc@rec.una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

San Lorenzo, 03 de Mayo del 2017

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 330.760, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT 14-INV-069, 14-INV-320 y 14-INV-472

ACLARACIÓN N° 1

Se comunica a los potenciales oferentes del **PRESENTE LLAMADO**, que a fin de dar respuesta a consultas realizadas por los potenciales oferentes se procede a **ACLARAR** cuanto sigue:

CONSULTA 1 AL ÍTEM N° 4

Favor aclarar que aumento debe tener el Microscopio

RESPUESTA

El Aumento Objetivo del Microscopio Invertido deberá ser de: 10x, 20x, 40x

CONSULTA 2 AL ÍTEM N° 9

Favor aclarar que significa Micropipeta P20 Monocanal
¿Necesitan pipeta automática con volumen variable de 2 – 20 µL?

RESPUESTA

Lo que se requiere es una pipeta automática con volumen variable de 2 a 20 µL

CONSULTA 3 AL ÍTEM N° 10

Favor aclarar que significa Micropipeta P100 Monocanal
¿Necesitan pipeta automática con volumen fijo de 100 µL?

RESPUESTA

Lo que se requiere es una pipeta automática con volumen variable de 10 a 100 µL

CONSULTA 4 AL ÍTEM N° 11

Favor aclarar que significa Micropipeta P1000 Monocanal
¿Necesitan pipeta automática con volumen fijo de 1000 µL?

RESPUESTA

Lo que se requiere es una pipeta automática con volumen variable de 100 a 1000 µL

Atentamente,




LUZ TERÉSITA MARTÍNEZ G.
Directora
Dirección de Contrataciones